Государственные закупки способом конкурса медицинской техники (УЗИ-сканер) и медицинской кровати для нужд ВС РК на 2025 год (№15272139-1)

«10» сентября 2025 г.

Эксперт, назначенный приказом № 311 от 25 августа 2025 года начальник подвижного рентгеновского кабинета старший лейтенант медицинской службы Турушев А.А. Эксперт, рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков, представленных на ВЕБ-портале государственных закупок на предмет их соответствия техническим характеристикам утвержденной конкурсной документации по государственным закупкам способом конкурса медицинской техники (УЗИ-сканер) и медицинской кровати для нужд ВС РК на 2025 год (№15272139-1), пришел к следующему выводу:

№ п/п	Потенциальный поставщик	№ лота	Заключение эксперта	Примечание
1.	ТОО "ACAP Эксперт"	77069059-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
		71824107-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
		77069133-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
		77069010-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
2.	LANA	77069059-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
		71824107-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
		77069133-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
		77069010-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
3.	Товарищество с ограниченной ответственностью "SAQ Inc."	71824107-ОК1	Техническая спецификация не соответствует	В графе описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара 1. Отсутствуют форматы дисплея (одинарный, двойной или квадро, V-вертикаль, H-горизонталь) 2. Характеристики предлогаемого дополнительного сенсорного LED дисплея не соответствуют (требуемое

Дата: 11.09.2025 16:57. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

				разрешение не менее 1920x1200, диагональю не менее 12,0 дюйма, при этом предлагаемый диагональ дополнительного сенсорного LED дисплея 8,4 дюйма, с разрешением 800x600). 3. Не указаны глубина, центральные рабочие частоты в В-режиме, гармонические частоты, то есть не все характеристики датчиков полностью описаны. 4. Источник бесперебойного питания у заявителя не менее 60 минут работы от встроенного аккумулятора, у потенциального поставщика до 60 минут.
		77069133-ОК1	Техническая спецификация не соответствует	В графе описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара 1. Отсутствуют форматы дисплея (одинарный, двойной или квадро, V-вертикаль, Н-горизонталь) 2. Характеристики предлогаемого дополнительного сенсорного LED дисплея не соответствуют (требуемое разрешение не менее 1920x1200, диагональю не менее 12,0 дюйма, при этом предлагаемый диагональ дополнительного сенсорного LED дисплея 8,4 дюйма, с разрешением 800x600). 3. Не указаны глубина, центральные рабочие частоты в В-режиме, гармонические частоты, то есть не все характеристики датчиков полностью описаны. 4. Источник бесперебойного питания у заявителя не менее 60 минут работы от встроенного аккумулятора, у потенциального поставщика до 60 минут.

Эксперт: старший лейтенант медицинской службы **А. Турушев**

Дата: 11.09.2025 16:57. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Подписано
11.09.2025 16:23 Мурзагалиева Лаура Маратовна

Дата: 11.09.2025 16:57. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП