Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15842548

Конкурстың № 15365153-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы» РМҚК үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-09-11 17:33:17 дейін 2025-09-15 17:33:17
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	041240000482	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно Приказу Минюста РК от 27 марта 2017 года № 306 «Об утверждении Перечня видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей», предусмотрена судебная химико-токсикологическая экспертиза (шифр 27.1). Данный вид экспертизы направлен на исследование биологических жидкостей, выделений и органов с целью выявления этилового спирта, других спиртов, а также летучих органических соединений (метанол, ацетон, хлороформ и др.) и определения их концентраций. Из этого следует, что оборудование должно соответствовать целям экспертизы 27.1. Однако в ТС предусмотрены параметры, которые выходят за рамки практических потребностей и существенно сужают круг поставщиков:-Максимальная температура колонной печи ≥460 °C. В токсикологических методиках рабочие температуры не превышают 300–320 °C. Даже верхний предел капиллярных колонок составляет 380–400 °C. Требование ≥460 °C является завышенным и не имеет прикладной ценности; -Скорость программирования температуры ≥160 °C/мин. Для судебно-токсикологических анализов достаточно 10–50 °C/мин. Параметр 120 °C/мин обеспечивает значительный запас. Указание 160 °C/мин не оправдано практикой и исключает оборудование, соответствующее задачам экспертизы; -Обязательный режим Direct Injection. Для анализа летучих органических соединений в биообразцах используется метод ввода через headspace-автосамплер с инжектором Split/Splitless. Режим DI в судебной химико-токсикологической практике не применяется и не является необходимым условием. Таким образом, указанные характеристики установлены с завышенным запасом, не связанным с целями экспертизы 27.1, и создают риск ограничения конкуренции. В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований по указанным пунктам, приведя их в соответствие с реальными задачами судебной химико-токсикологической экспертизы (шифр 27.1), что позволит обеспечить добросовестную конкуренцию и эффективное использование бюджетных средств.	2025-09-15 14:49:43	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что установленные технические требования соответствуют целям и задачам, предусмотренным техническим заданием, и определены с учётом необходимости обеспечения расширенных возможностей оборудования, универсальности его применения и длительного жизненного цикла.
2	120540013945	ҚҚ жобасына ескерту	Диапазон входного сигнала: от не более -1250 мВ до не менее +1250 мВ; У разных типов детекторов рабочее напряжение отличается, и данный показатель не является критическим для выбора оборудования в рамках конкурса. Жёсткая привязка к указанному диапазону может ограничить участие производителей. Просим рассмотреть возможность исключения данного требования из технических условий, поскольку оно не регламентировано обязательными документами и не является существенным для выполнения обязательств по договору.	2025-09-15 16:26:13	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что изменение или исключение данного параметра из технических условий невозможно. Установленный диапазон входного сигнала является обязательным требованием, обеспечивающим соответствие оборудования заявленным характеристикам и условиям эксплуатации.

3	171140000663	КК жобасына ескерту	Уважаемые организаторы, в тендерной документации содержится требование о предоставлении сертификата соответствия системе менеджмента качества по стандарту ISO 13485. Просим пересмотреть данный пункт, так как ISO 13485 является специализированным стандартом, применяемым исключительно к производителям медицинских изделий и оборудования медицинского назначения. Поставляемое оборудование — газовый хроматограф — не относится к медицинским изделиям и не подлежит сертификации по ISO 13485. Производители газовых хроматографов, как правило, сертифицируются по стандарту ISO 9001 либо по профильным отраслевым стандартам, но не по ISO 13485. Указанное требование существенно ограничивает круг возможных участников и может привести к необоснованному ограничению конкуренции. В связи с вышеизложенным просим исключить из документации требование о наличии сертификата ISO 13485 как не относящееся к предмету закупки.	2025-09-14 23:58:42	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик!В ответ на Ваше обращение по поводу установления в технической спецификации требования о наличии у завода-изготовителя сертификатов ISO 9001 и ISO 13485, сообщаем следующее. Судебная химико-токсикологическая лаборатория выполняет функции, относящиеся к лабораторной диагностике, и результаты её деятельности носят медицинский характер. В процессе работы лаборатория осуществляет исследование образцов органов и тканей человека с использованием стандартных методов, применяемых для выявления отравляющих веществ из биологических материалов. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, судебная химико-токсикологическая лаборатория использует методы, идентичные клинико-диагностическим лабораториям. В связи с этим, установление одновременно требований по стандартам ISO 9001 (общий международный стандарт системы менеджмента качества) и ISO 13485 (специализированный стандарт для производителей медицинских изделий) является обоснованным, поскольку: ISO 9001 подтверждает наличие у производителя эффективной системы управления качеством, охватывающей все бизнес-процессы, что минимизирует риски организационных сбоев и несоответствий в производстве. ISO 13485 регламентирует требования именно к производителям медицинских изделий, включая этапы проектирования, производства, установки и обслуживания оборудования, что критически важно для продукции, используемой в медицинских и лабораторных исследованиях. Одновременное наличие этих сертификатов обеспечивает комплексную проверку качества — как с точки зрения общего менеджмента, так и с точки зрения специфики медицинских изделий. Таким образом, требование о предоставлении сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 направлено на обеспечение качества, безопасности и надёжности поставляемого оборудования и не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан, включая нормы о недопущении ограничения конкуренции, поскольку данные стандарты являются общепринятыми в отрасли. В связи с изложенным, замечание об исключении одного из стандартов отклоняется, а требование о наличии у завода-изготовителя сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 остаётся в технической спецификации без изменений.

4	041240000482	КК жобасына ескерту	Уважаемые организаторы! Согласно п. 1 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках», заказчик обязан обеспечивать равные условия участия и не допускать ограничение конкуренции. Установленное в ТЗ требование «максимальная температура колонной печи не менее 460 °C» выходит за рамки реальных аналитических задач судебно-химико-токсикологического анализа (этанол, метанол, ацетон, уксусная кислота, хлороформ и другие ЛОС исследуются при температурах до 320 °C). Большинство капиллярных колонок рассчитаны на верхний предел 380–400 °C. Таким образом, параметр 460 °C не имеет прикладной ценности и искусственно сужает круг возможных поставщиков. Просим рассмотреть возможность изменения требования до «не менее 450 °C».	2025-09-15 14:08:14	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, установленные технические требования соответствуют целям и задачам, предусмотренным техническим заданием, и определены с учётом необходимости обеспечения расширенных возможностей оборудования, универсальности его применения и длительного жизненного цикла.
5	110740002915	КК жобасына ескерту	Просим Организатора закупки изменить срок поставки оборудования с 50 календарных дней на 90 календарных дней, в связи с тем, что срок изготовления газового хроматографа на заводе составляет 90 календарных дней.	2025-09-15 15:22:05	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что к сожалению, изменить срок поставки, установленный документацией (50 календарных дней), не представляется возможным. Просим учитывать данный срок при участии в закупке.
6	171140000663	КК жобасына ескерту	В техническом задании указан срок поставки 50 календарных дней. Просим рассмотреть возможность увеличения срока до 90 календарных дней по следующим причинам: - В состав поставки включено дополнительное оборудование – парофазный модуль, который не является стандартной комплектацией и требует дополнительного времени на изготовление и интеграцию. - Поставка оборудования осуществляется в пять разных регионов, что существенно увеличивает время на организацию логистики и согласование доставки. - Учитывая данные обстоятельства, выполнение поставки в указанный срок 50 дней представляется невозможным. Просим внести изменения и установить срок поставки 90 календарных дней.	2025-09-12 16:46:05	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что к сожалению, изменить срок поставки, установленный документацией (50 календарных дней), не представляется возможным. Просим учитывать данный срок при участии в закупке.
7	120540013945	КК жобасына ескерту	Водород в баллоне очень взрывоопасен, для него не указан взрывозащищенный шкаф; Использование водорода в баллонах связано с повышенной взрывоопасностью. Для обеспечения безопасности эксплуатации необходимо предусмотреть наличие взрывозащищённого шкафа. Просим дополнить технические требования данным условием.	2025-09-15 16:25:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: Дополнить техническую спецификацию словами "Шкаф для баллона с водородом, в количестве 1 шт)"
8	120540013945	КК жобасына ескерту	Максимальная температура колонной печи: не менее 460 °C Средний показатель по рынку составляет около 450 °C. Указанное значение 460 °C является чрезмерно завышенным и может ограничить участие ряда производителей. Просим рассмотреть возможность корректировки формулировки на: «не менее 450 °C». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-09-15 16:21:48	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что установленные технические требования соответствуют целям и задачам, предусмотренным техническим заданием, и определены с учётом необходимости обеспечения расширенных возможностей оборудования, универсальности его применения и длительного жизненного цикла.
9	120540013945	КК жобасына ескерту	Не указаны генераторы газов, азота и нулевого воздуха; Для корректной работы оборудования требуется использование генераторов газов (азота и нулевого воздуха). Отсутствие данных требований может привести к неполноте поставки и затруднить эксплуатацию. Просим включить данные позиции в технические требования и комплект поставки, чтобы обеспечить возможность полноценной эксплуатации оборудования.	2025-09-15 16:23:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: Дополнить техническую спецификацию словами "Балон азота, в количестве 1 шт. Воздушный компрессор 1 шт."
10	120540013945	КК жобасына ескерту	Не обозначен комплект поставки для парофазного модуля, кол-во пробирок, кримпера/декримпера, азота/гелия для нормальной работы HS модуля.; В технических требованиях не обозначены состав и комплектность поставки для парофазного модуля (количество пробирок, наличие кримпера/декримпера, источники азота/гелия для нормальной работы HS-модуля). Просим включить данные позиции в перечень обязательных условий поставки для обеспечения корректной и полной эксплуатации оборудования.	2025-09-15 16:26:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: Дополнить техническую спецификацию словами "Кримпер ручной, для уплотнений, в количестве 1 шт. Виала 500 шт, прозрачное стекло, с завинчивающейся крышкой и септой ПТФЭ или Силикон".

11	041240000482	КК жобасына ескерту	Уважаемые организаторы! При судебно-химическом анализе летучих соединений (алкоголи, ацетон, хлороформ) фактическая скорость нагрева печи в методиках составляет 10–50 °C/мин. Требование «не менее 160 °C/мин» является избыточным, поскольку даже 120 °C/мин обеспечивает значительный запас и не ограничивает проведение исследований. Установление повышенного параметра может привести к дискриминации оборудования, соответствующего по всем остальным критериям. Просим уточнить, возможно ли скорректировать данный показатель до «не менее 120 °C/мин».	2025-09-15 14:08:50	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что установленные технические требования соответствуют целям и задачам, предусмотренным техническим заданием, и определены с учётом необходимости обеспечения расширенных возможностей оборудования, универсальности его применения и длительного жизненного цикла.
12	050440002742	КК жобасына ескерту	В ТЗ указано обязательное наличие режима «Direct Injection». Однако при headspace-анализе летучих органических соединений, применяемом в судебно-токсикологической практике (определение этанола, метанола, ацетона и т. д.), данный режим не используется. Для ввода проб достаточно Split/Splitless-инжектора. Применение DI характерно для других задач и не имеет значения в рамках заявленных целей. Согласно Закону РК «О государственных закупках» избыточные требования недопустимы, так как они ограничивают конкуренцию. Просим уточнить, может ли требование DI быть обозначено как «опциональное, при необходимости», без обязательности.	2025-09-15 14:11:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: изменить слова "Возможность работы в режиме прямого ввода (Direct Injection)." на "Возможность работы в режиме прямого ввода (опциональное при необходимости)."
13	050440002742	КК жобасына ескерту	Согласно ТЗ требуется поддержка не менее 4 каналов регистрации сигналов. Однако в комплектации предусматривается один пламенно-ионизационный детектор и отсутствие клапанных систем, что делает использование более 2–3 каналов технически невозможным. Требование «≥4 каналов» не повышает качество анализа, но исключает оборудование, полностью соответствующее задачам судебной токсикологии. Это может ограничить конкуренцию и противоречит принципу недискриминации (ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»). Просим рассмотреть возможность корректировки требования до «не менее 3 каналов».	2025-09-15 14:12:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: изменить слова "Поддержка не менее 4 каналов сбора хроматографических сигналов" на "Поддержка не менее 3 каналов сбора хроматографических сигналов"
14	120540013945	КК жобасына ескерту	Не указаны соответствующие фильтры для газов носителей; Фильтры являются обязательными элементами для очистки газов-носителей и предотвращения повреждения оборудования. Отсутствие данного требования делает поставку неполной и может привести к некорректной работе системы. Просим включить требование наличия соответствующих фильтров для газов-носителей в технические условия.	2025-09-15 16:24:16	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что Фильтры для очистки газов-носителей входят в состав стандартной базовой конфигурации оборудования, предусмотренной производителем. Дополнительное включение данного требования в технические условия не требуется, поскольку поставка уже предусматривает наличие всех элементов, необходимых для корректной и безопасной эксплуатации системы.
15	110740002915	КК жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки, в технической спецификации отсутствует требование о предоставлении авторизационного письма от завода-изготовителя товара или его официального представителя, что может повлечь за собой повышенные риски поставки контрафактной продукции. Отсутствие требования о предоставлении авторизации от производителя открывает возможность участия в закупке поставщиков, не имеющих официальных прав на распространение товара. Это создаёт риск поступления Заказчику оборудования, происхождение и качество которого не могут быть подтверждены. В случае поставки контрафактного товара Заказчику наступает ответственность как у поставщика, так и у Заказчика, допустившего поставку без должной проверки происхождения товара. В целях минимизации указанных рисков и обеспечения законности, просим включить в состав требований к участникам конкурса требование о предоставлении авторизационного письма от завода-изготовителя товара или его официального представителя.	2025-09-15 15:17:44	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: что В соответствии со статьей 11 и 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII, а также пунктом 48 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2024 года № 425, сообщаем, что заказчик вправе по своему усмотрению и при необходимости устанавливать требования к каждому отдельному конкурсу и лоту в рамках действующего законодательства. Потенциальные поставщики обязаны соответствовать требованиям, указанным в конкурсной документации, и не имеют права указывать заказчику либо предъявлять требования об изменении, добавлении или исключении условий, установленных для конкурсов и лотов. Просим учитывать данное положение при участии в государственных закупках.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15842548

№ конкурса 15365153-1
Название конкурса О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-09-11 17:33:17 по 2025-09-15 17:33:17
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	041240000482	Замечание к КД	Согласно Приказу Минюста РК от 27 марта 2017 года № 306 «Об утверждении Перечня видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей», предусмотрена судебная химико-токсикологическая экспертиза (шифр 27.1). Данный вид экспертизы направлен на исследование биологических жидкостей, выделений и органов с целью выявления этилового спирта, других спиртов, а также летучих органических соединений (метанол, ацетон, хлороформ и др.) и определения их концентраций. Из этого следует, что оборудование должно соответствовать целям экспертизы 27.1. Однако в ТС предусмотрены параметры, которые выходят за рамки практических потребностей и существенно сужают круг поставщиков:-Максимальная температура колонной печи ≥460 °C. В токсикологических методиках рабочие температуры не превышают 300–320 °C. Даже верхний предел капиллярных колонок составляет 380–400 °C. Требование ≥460 °C является завышенным и не имеет прикладной ценности; -Скорость программирования температуры ≥160 °C/мин. Для судебно-токсикологических анализов достаточно 10–50 °C/мин. Параметр 120 °C/мин обеспечивает значительный запас. Указание 160 °C/мин не оправдано практикой и исключает оборудование, соответствующее задачам экспертизы; -Обязательный режим Direct Injection. Для анализа летучих органических соединений в биообразцах используется метод ввода через headspace-автосамплер с инжектором Split/Splitless. Режим DI в судебной химико-токсикологической практике не применяется и не является необходимым условием. Таким образом, указанные характеристики установлены с завышенным запасом, не связанным с целями экспертизы 27.1, и создают риск ограничения конкуренции. В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований по указанным пунктам, приведя их в соответствие с реальными задачами судебной химико-токсикологической экспертизы (шифр 27.1), что позволит обеспечить добросовестную конкуренцию и эффективное использование бюджетных средств.	2025-09-15 14:49:43	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что установленные технические требования соответствуют целям и задачам, предусмотренным техническим заданием, и определены с учётом необходимости обеспечения расширенных возможностей оборудования, универсальности его применения и длительного жизненного цикла.
2	120540013945	Замечание к КД	Диапазон входного сигнала: от не более -1250 мВ до не менее +1250 мВ; У разных типов детекторов рабочее напряжение отличается, и данный показатель не является критическим для выбора оборудования в рамках конкурса. Жёсткая привязка к указанному диапазону может ограничить участие производителей. Просим рассмотреть возможность исключения данного требования из технических условий, поскольку оно не регламентировано обязательными документами и не является существенным для выполнения обязательств по договору.	2025-09-15 16:26:13	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что изменение или исключение данного параметра из технических условий невозможно. Установленный диапазон входного сигнала является обязательным требованием, обеспечивающим соответствие оборудования заявленным характеристикам и условиям эксплуатации.

3	171140000663	Замечание к КД	Уважаемые организаторы, в тендерной документации содержится требование о предоставлении сертификата соответствия системе менеджмента качества по стандарту ISO 13485. Просим пересмотреть данный пункт, так как ISO 13485 является специализированным стандартом, применяемым исключительно к производителям медицинских изделий и оборудования медицинского назначения. Поставляемое оборудование — газовый хроматограф — не относится к медицинским изделиям и не подлежит сертификации по ISO 13485. Производители газовых хроматографов, как правило, сертифицируются по стандарту ISO 9001 либо по профильным отраслевым стандартам, но не по ISO 13485. Указанное требование существенно ограничивает круг возможных участников и может привести к необоснованному ограничению конкуренции. В связи с вышеизложенным просим исключить из документации требование о наличии сертификата ISO 13485 как не относящееся к предмету закупки.	2025-09-14 23:58:42	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик!В ответ на Ваше обращение по поводу установления в технической спецификации требования о наличии у завода-изготовителя сертификатов ISO 9001 и ISO 13485, сообщаем следующее. Судебная химико-токсикологическая лаборатория выполняет функции, относящиеся к лабораторной диагностике, и результаты её деятельности носят медицинский характер. В процессе работы лаборатория осуществляет исследование образцов органов и тканей человека с использованием стандартных методов, применяемых для выявления отравляющих веществ из биологических материалов. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, судебная химико-токсикологическая лаборатория использует методы, идентичные клинико-диагностическим лабораториям. В связи с этим, установление одновременно требований по стандартам ISO 9001 (общий международный стандарт системы менеджмента качества) и ISO 13485 (специализированный стандарт для производителей медицинских изделий) является обоснованным, поскольку: ISO 9001 подтверждает наличие у производителя эффективной системы управления качеством, охватывающей все бизнес-процессы, что минимизирует риски организационных сбоев и несоответствий в производстве. ISO 13485 регламентирует требования именно к производителям медицинских изделий, включая этапы проектирования, производства, установки и обслуживания оборудования, что критически важно для продукции, используемой в медицинских и лабораторных исследованиях. Одновременное наличие этих сертификатов обеспечивает комплексную проверку качества — как с точки зрения общего менеджмента, так и с точки зрения специфики медицинских изделий. Таким образом, требование о предоставлении сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 направлено на обеспечение качества, безопасности и надёжности поставляемого оборудования и не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан, включая нормы о недопущении ограничения конкуренции, поскольку данные стандарты являются общепринятыми в отрасли. В связи с изложенным, замечание об исключении одного из стандартов отклоняется, а требование о наличии у завода-изготовителя сертификатов ISO 9001 и ISO 13485 остаётся в технической спецификации без изменений.

4	041240000482	Замечание к КД	Уважаемые организаторы! Согласно п. 1 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках», заказчик обязан обеспечивать равные условия участия и не допускать ограничение конкуренции. Установленное в ТЗ требование «максимальная температура колонной печи не менее 460 °C» выходит за рамки реальных аналитических задач судебно-химико-токсикологического анализа (этанол, метанол, ацетон, уксусная кислота, хлороформ и другие ЛОС исследуются при температурах до 320 °C). Большинство капиллярных колонок рассчитаны на верхний предел 380-400 °C. Таким образом, параметр 460 °C не имеет прикладной ценности и искусственно сужает круг возможных поставщиков. Просим рассмотреть возможность изменения требования до «не менее 450 °C».	2025-09-15 14:08:14	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, установленные технические требования соответствуют целям и задачам, предусмотренным техническим заданием, и определены с учётом необходимости обеспечения расширенных возможностей оборудования, универсальности его применения и длительного жизненного цикла.
5	110740002915	Замечание к КД	Просим Организатора закупки изменить срок поставки оборудования с 50 календарных дней на 90 календарных дней, в связи с тем, что срок изготовления газового хроматографа на заводе составляет 90 календарных дней.	2025-09-15 15:22:05	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что к сожалению, изменить срок поставки, установленный документацией (50 календарных дней), не представляется возможным. Просим учитывать данный срок при участии в закупке.
6	171140000663	Замечание к КД	В техническом задании указан срок поставки 50 календарных дней. Просим рассмотреть возможность увеличения срока до 90 календарных дней по следующим причинам: - В состав поставки включено дополнительное оборудование – парофазный модуль, который не является стандартной комплектацией и требует дополнительного времени на изготовление и интеграцию. - Поставка оборудования осуществляется в пять разных регионов, что существенно увеличивает время на организацию логистики и согласование доставки. - Учитывая данные обстоятельства, выполнение поставки в указанный срок 50 дней представляется невозможным. Просим внести изменения и установить срок поставки 90 календарных дней.	2025-09-12 16:46:05	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что к сожалению, изменить срок поставки, установленный документацией (50 календарных дней), не представляется возможным. Просим учитывать данный срок при участии в закупке.
7	120540013945	Замечание к КД	Водород в баллоне очень взрывоопасен, для него не указан взрывозащищенный шкаф; Использование водорода в баллонах связано с повышенной взрывоопасностью. Для обеспечения безопасности эксплуатации необходимо предусмотреть наличие взрывозащищённого шкафа. Просим дополнить технические требования данным условием.	2025-09-15 16:25:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: Дополнить техническую спецификацию словами "Шкаф для баллона с водородом, в количестве 1 шт)"
8	120540013945	Замечание к КД	Максимальная температура колонной печи: не менее 460 °C Средний показатель по рынку составляет около 450 °C. Указанное значение 460 °C является чрезмерно завышенным и может ограничить участие ряда производителей. Просим рассмотреть возможность корректировки формулировки на: «не менее 450 °C». Данные параметры не регламентированы какими-либо обязательными методическими или нормативными документами и не являются критичными для выполнения обязательств по договору. Публикация столь узко специфичных характеристик, соответствующих лишь одному бренду, противоречит статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.» В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность корректировки технических требований, чтобы обеспечить равные условия участия и соблюдение принципов справедливости и конкурентности закупочной процедуры.	2025-09-15 16:21:48	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что установленные технические требования соответствуют целям и задачам, предусмотренным техническим заданием, и определены с учётом необходимости обеспечения расширенных возможностей оборудования, универсальности его применения и длительного жизненного цикла.
9	120540013945	Замечание к КД	Не указаны генераторы газов, азота и нулевого воздуха; Для корректной работы оборудования требуется использование генераторов газов (азота и нулевого воздуха). Отсутствие данных требований может привести к неполноте поставки и затруднить эксплуатацию. Просим включить данные позиции в технические требования и комплект поставки, чтобы обеспечить возможность полноценной эксплуатации оборудования.	2025-09-15 16:23:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: Дополнить техническую спецификацию словами "Балон азота, в количестве 1 шт. Воздушный компрессор 1 шт."
10	120540013945	Замечание к КД	Не обозначен комплект поставки для парофазного модуля, кол-во пробирок, кримпера/декримпера, азота/гелия для нормальной работы HS модуля.; В технических требованиях не обозначены состав и комплектность поставки для парофазного модуля (количество пробирок, наличие кримпера/декримпера, источники азота/гелия для нормальной работы HS-модуля). Просим включить данные позиции в перечень обязательных условий поставки для обеспечения корректной и полной эксплуатации оборудования.	2025-09-15 16:26:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: Дополнить техническую спецификацию словами "Кримпер ручной, для уплотнений, в количестве 1 шт. Виала 500 шт, прозрачное стекло, с завинчивающейся крышкой и септой ПТФЭ или Силикон".

11	041240000482	Замечание к КД	Уважаемые организаторы! При судебно-химическом анализе летучих соединений (алкоголи, ацетон, хлороформ) фактическая скорость нагрева печи в методиках составляет 10–50 °C/мин. Требование «не менее 160 °C/мин» является избыточным, поскольку даже 120 °C/мин обеспечивает значительный запас и не ограничивает проведение исследований. Установление повышенного параметра может привести к дискриминации оборудования, соответствующего по всем остальным критериям. Просим уточнить, возможно ли скорректировать данный показатель до «не менее 120 °C/мин».	2025-09-15 14:08:50	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что установленные технические требования соответствуют целям и задачам, предусмотренным техническим заданием, и определены с учётом необходимости обеспечения расширенных возможностей оборудования, универсальности его применения и длительного жизненного цикла.
12	050440002742	Замечание к КД	В ТЗ указано обязательное наличие режима «Direct Injection». Однако при headspace-анализе летучих органических соединений, применяемом в судебно-токсикологической практике (определение этанола, метанола, ацетона и т. д.), данный режим не используется. Для ввода проб достаточно Split/Splitless-инжектора. Применение DI характерно для других задач и не имеет значения в рамках заявленных целей. Согласно Закону РК «О государственных закупках» избыточные требования недопустимы, так как они ограничивают конкуренцию. Просим уточнить, может ли требование DI быть обозначено как «опциональное, при необходимости», без обязательности.	2025-09-15 14:11:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: изменить слова "Возможность работы в режиме прямого ввода (Direct Injection)." на "Возможность работы в режиме прямого ввода (опциональное при необходимости)."
13	050440002742	Замечание к КД	Согласно ТЗ требуется поддержка не менее 4 каналов регистрации сигналов. Однако в комплектации предусматривается один пламенно-ионизационный детектор и отсутствие клапанных систем, что делает использование более 2–3 каналов технически невозможным. Требование «≥4 каналов» не повышает качество анализа, но исключает оборудование, полностью соответствующее задачам судебной токсикологии. Это может ограничить конкуренцию и противоречит принципу недискриминации (ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»). Просим рассмотреть возможность корректировки требования до «не менее 3 каналов».	2025-09-15 14:12:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: нами будут внесены изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) в части: изменить слова "Поддержка не менее 4 каналов сбора хроматографических сигналов" на "Поддержка не менее 3 каналов сбора хроматографических сигналов"
14	120540013945	Замечание к КД	Не указаны соответствующие фильтры для газов носителей; Фильтры являются обязательными элементами для очистки газов-носителей и предотвращения повреждения оборудования. Отсутствие данного требования делает поставку неполной и может привести к некорректной работе системы. Просим включить требование наличия соответствующих фильтров для газов-носителей в технические условия.	2025-09-15 16:24:16	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос, сообщаем, что Фильтры для очистки газов-носителей входят в состав стандартной базовой конфигурации оборудования, предусмотренной производителем. Дополнительное включение данного требования в технические условия не требуется, поскольку поставка уже предусматривает наличие всех элементов, необходимых для корректной и безопасной эксплуатации системы.
15	110740002915	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки, в технической спецификации отсутствует требование о предоставлении авторизационного письма от завода-изготовителя товара или его официального представителя, что может повлечь за собой повышенные риски поставки контрафактной продукции. Отсутствие требования о предоставлении авторизации от производителя открывает возможность участия в закупке поставщиков, не имеющих официальных прав на распространение товара. Это создаёт риск поступления Заказчику оборудования, происхождение и качество которого не могут быть подтверждены. В случае поставки контрафактного товара Заказчику наступает ответственность как у поставщика, так и у Заказчика, допустившего поставку без должной проверки происхождения товара. В целях минимизации указанных рисков и обеспечения законности, просим включить в состав требований к участникам конкурса требование о предоставлении авторизационного письма от завода-изготовителя товара или его официального представителя.	2025-09-15 15:17:44	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: что В соответствии со статьей 11 и 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII, а также пунктом 48 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2024 года № 425, сообщаем, что заказчик вправе по своему усмотрению и при необходимости устанавливать требования к каждому отдельному конкурсу и лоту в рамках действующего законодательства. Потенциальные поставщики обязаны соответствовать требованиям, указанным в конкурсной документации, и не имеют права указывать заказчику либо предъявлять требования об изменении, добавлении или исключении условий, установленных для конкурсов и лотов. Просим учитывать данное положение при участии в государственных закупках.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).