Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "5" 08 2025 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время
				11:00	12:00	

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ" Город: Уральск

Отделение:

Медицинская техника

Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒

	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Ларингоскопы АЭ-25 МО	760	

Выполненные работы СНВ: 24130383

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☑

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение: Произведена работа по заявке. Произведен ремонт поплавковой камеры.
Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "___"_____20___г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "___"_____20___г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "___"_____20___г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "___"_____20___г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
и.о. гл. мс Досмаганова (должность) (ФИО)	Гарин (должность) (ФИО)
"04" 09 2025 г. М.П.	"5" 2025 г. М.П.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ОБЛЫСТЫҚ КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ ДИСПАНСЕР" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ БСН 090140003330

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗКО ОРАЛ ҚАЛАСЫ ХАЛЫҚКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ДЕПАРТАМЕНТІ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ Equip Service БИН 200240003890 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗКО ГОРОД УРАЛЬСК

И.о. Директору ГКП на ПХВ
"Областной кардиоцентр"
Суйсугазиевой Э. Г.
от Зав. КДЛ Давыдовой Ж.Ш.

Заявка

на ремонт аппаратуры

Прошу подать заявку для вызова сервисного инженера по ремонту аппаратуры по следующим пунктам:

дата №	Зав.номер	Инв.номер	Название оборудование	Причина поломки
05.09.2025	780	24130383	Аквадистилятор АЭ-25 МО	не включается

05 / 09 /2025

Зав. КДЛ: Давыдовой Ж.Ш.