Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "_____"_____ 20____г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ" Город: Уральск

Отделение:

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Светильник бестеневой операционной Mediflux	01370275	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)
Lamp Halogen Photo optic „DN-33685"	шт	2	

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☑	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение : Произведена работа по заявке. Произведена замена бестеневых ламп.
Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
и. о. гл. мед. специалиста (должность) (ФИО)	Фадин С.В. (должность) (ФИО)
"10" 07 2025	"10" 07 2025 г.
М.П.	М.П.

Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_г. "_____" _____ 20____г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ" Город: Уральск

Отделение:

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒		
Светильник бестеневой операционный Mer/1ux	01370274	

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)
Кнопка включения	шт	1	

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☑	☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение: Произведена работа по заявке. Произведена замена кнопки включения.
Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
и.о. гл. мед. администратора (должность) (ФИО)	Инженер (должность) (ФИО)
"10" 07 2025 г.	"10" 07 2025 г.
М.П.	М.П.

Лаборант
Ж.Е. Бубаев
08.07.25

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық
орталығы» МКК
директоры А.Н.Байдеуовке
КХО бөлімінің
аға медбикесі А.Д.Сабергалиевадан

Жөндеу қажеттілігіне тапсырыс

№ п/п	Медициналық құрал-жабдықтардың атауы	Түгендеме нөмірі	Зауыт нөмірі	Ақаудың себебі	Бұзылу күні
1.	Лампа бестеневая Merivaara	01370274 01370275	X3/X5DUO320	Не работает кнопка включения	03.07.25
2.	Лампа бестеневая Merivaara	01370275		Лампа не горит	03.07.25

Тапсырыс беру күні «08» ___07___2025 жыл