Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_ г. "10" 07 2025 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ" Город: Уральск

Отделение:

Медицинская техника

Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☒

	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
PPK Viromatik 2p-M	07072720	

Выполненные работы ИНВ: 01370211

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)
Цоколь лампы центратора	шт	1	
Лампа OSRAM 150W 24V	шт	1	

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☑

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение: Произведена работа по заявке. Произведена замена лампы центратора. Произведена замена цоколя лампы центратора.

Аппарат исправен и готов к эксплуатации

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☑ Услуги в условиях сервисного центра ☐

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____" _____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____" _____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____" _____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____" _____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
и.о. гл. врача Жумашев А.Т. (должность) (ФИО) "10" 07 2025 г. М.П.	Парин Е.В. (должность) (ФИО) "10" 07 2025 г. М.П.

Equip Service БИН 200240038642 Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗКО ГОРОД УРАЛЬСК

Принято
гл. мед. сестра
Гол Закирьянова
к работе с
подрядн. орг.
А. Байдеуов
27.06.25

ГКП на ПХВ « Областной кардиологический центр»

ГКП на ПХВ « Областной
кардиологический центр»
Директору Байдеуову А.Н.
От Тимченко Д.В.

Заявка
на ремонт аппаратуры.
рентген-кабинет.

№	Наименование мед. оборудования	Инвентарный №	Заводской №	Причина неисправности	Дата поломки
1	Viromatik 2й рабоч. стол	01370211	07072720б	Не горит лампа подсветки рентгеновского поля	27.06.2025
2					

Дата отправки заявки « 27 » 06 20 25 г.