Equip Service

Приложение 2
к Правилам осуществления сервисного обслуживания
медицинской техники в Республике Казахстан

Акт выполненных работ

Договор № _____ от "__"_____ 20_г. "10" 07 2025 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки		Время начала работ	Время окончания работ	Затраченное время

Организация здравоохранения: ГКП на ПХВ „ОКЦ" Город: Уральск

Отделение:

Медицинская техника	Серийный номер	Дата монтажа медицинской техники
Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☐ Стороннее ☐		
Инфузионный насос SEP-105	232808	

Выполненные работы ИНВ: 01370289

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО	Демонтаж	Обучение
☐	☑	☐	☐	☐	☐

Затраченные материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы	Техническая неисправность	Механическая неисправность
☐	☐	☑

Виды ремонта

Гарантийный ремонт	Не гарантийный ремонт
☐	☑

Коментарии/ техническое заключение: Произведена работа по заявке. Произведено восстановление корпуса.
Аппарат исправен и готов к эксплуатации.

Прием- передача медицинской техники

Услуги на территории заказчика ☐ Услуги в условиях сервисного центра ☑

Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____
Медицинскую технику сдал _____ (ФИО представителя организации здравоохранения) "____"_____20____г. Подпись_____	Медицинскую технику принял _____ (ФИО представителя поставщика услуг) "____"_____20____г. Подпись_____

Представитель организации здравоохранения	Представитель поставщика услуг
и.о.гл.мед.инженер ЗЦ (должность) (ФИО) "10" 07 2025	Водей С.В (должность) (ФИО) "10" 07 2025 г.
М.П.	М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БҚО ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ШЕКТЕУЛІ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ СЕРТІФИКАТЫ Equip Service БИН 200240038842 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗКО ГОРОД УРАЛЬСК

Метролог
Гол Зыгунушы
Гл. мед. сестре
и работе с подрядчиками
А. Байдеуов
25.06.2025

ШЖК «Облыстық кардиологиялық
орталығы» МКК
директоры А.Н.Байдеуовке
2- кардиология бөлімінің
аға м/б Н.С. Дусмагулова Н.С

2-кардиология бөлімінде бұзылған медициналық құрал-жабдықтарды жөнден беруге
Тапсырыс

№	Медициналық құрал-жабдықтардың атауы	Түгендеме нөмірі	Заулы нөмірі	Ақаудың себебі	Бұзылу күні
	Наркоз апараты SEP10	№01370289	232908	Қатты қызып корпусы балқып майыскан.	24.06.2025

Тапсырыс беру күні 25.06.2025 жыл.

Аға м б Дусмагулова Н.С.

Дусм