ЖШС "Адал плюс 2020"
Алматы қ, Карасай ауданы,
с. Жанатурмыс, Жанашаруа к. 1
ЖСН: 230340004416
Тел: +7 (747) 653 60 50
e-mail: universal_technology@mail.ru

Адал плюс 2020

ТОО "Адал плюс 2020"
г. Алматы, Карасайский район,
село Жанатурмыс, ул. Жанашаруа дом 1
БИН: 230340004416
Тел: +7 (747) 653 60 50
e-mail: universal_technology@mail.ru

Филиал Республиканского государственного казенного предприятия "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" Институт судебных экспертиз по Атырауской области

От: ТОО "Адал плюс 2020"

Алматинская обл., Карасайский район, с.Жанатурмыс, БИН 230340004416

Тел. +7 775 987 85 15;
universal_technology@mail.ru

ЖАЛОБА

На протокол итогов по конкурсу № 15316530-1

Организатором (Заказчик) – Филиалом РГКП "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" Институт судебных экспертиз по Атырауской области проведен конкурс 15316530-1 «Приобретение термоциклера согласно техническим характеристикам».

Согласно протокола итогов от 19.09.2025г. Заявку ТОО "Адал плюс 2020" неправомерно отклонили, и закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик.

Заявка ТОО, незаконно отклонена по следующим основаниям: *«В приложении 17 КД в разделе "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" указано "Точность поддержания температуры для каждого термоблока в диапазоне 35-99,9°: (погрешность) 0,25°С. Однородность температуры по каждому из термоблоков при 95°С: (погрешность) 0,5°С. " . Из вышеуказанного не понятно погрешность в какую сторону + или -, что данные показания являются важным, так как влияют на качество ПЦР, а в дальнейшем на результаты молекулярно-генетических исследований.».*

Однако указанный вывод конкурсной комиссии не соответствует действительности и фактически является надуманным, поскольку указанная в тех.спецификации ТОО **«***(погрешность) 0,25°С. и (погрешность) 0,5°С.»***,** соответствует требуемым характеристикам Заказчика.

Так, в тех.спецификации Заказчика указано: «*Точность поддержания температуры для термоблока в диапазоне 35-99,9°: не более ±0,25°С. Однородность температуры по термоблоку при 95°С: не более ±0,5°С».*

Следовательно, Заказчик допускал «погрешность» показателей температуры – «*не более ±0,25°С, не более ±0,5°С»,* т.е. понятие

«погрешность» и указание характеристики «±» является идентичный значением.

В законодательстве РК понятие «погрешность» находит применение в Совместном приказе Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 27 марта 2019 года № 15/НҚ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 27 марта 2019 года № 157 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию», где отражается «Диапазон измерений» и «Предельно допустимая погрешность».

В тех.сецификации Заказчика также указывается «диапазон» температуры, а характеристика «±» означает погрешность.

Вывод комиссии: «*не понятно погрешность в какую сторону + или –*», *свидетельствует* о непонимании термина «Погрешность», который не может быть только со значением плюс или минус, поскольку подразумевается отклонение как большую, так и в меньшую сторону.

В вышеуказанном совместном приказе в графе «Предельно допустимая погрешность», также указываются только цифровые обозначения без применения знаков плюс или минус.

Статья 14 АППК РК «Запрет злоупотребления формальными требованиями», предусматривает, что Административному органу, должностному лицу запрещается отказывать в реализации, ограничивать, прекращать право участника административной процедуры, а также возлагать на него обязанность с целью соблюдения требований, **не установленных законодательством Республики Казахстан**.

В действиях конкурсной комиссии усматривается злоупотребление правами организатора, **поскольку по формальным и надуманным причинам** отклоняется заявка участника, полностью соответствующая требованиям Заказчика.

На основании изложенного прошу признать недействительным и отменить протокол об итогах и допустить заявку ТОО "Адал плюс 2020".

В случае неудовлетворения настоящей жалобы, нами будет инициировано судебное разбирательство в Специализированном межрайонном административном суде об отмене протокола итогов с привлечением к ответственности членов конкурсной комиссии и руководства Организатора.

С уважением

Директор

ТОО «Адал плюс 2020»

Сулейменов Ж.С.

Казакстан Республикасы Алматы облысы ЖШС «Адал плюс 2020» БСН/БИН 230340004416 ТОО Алматинская область Республика Казахстан