Кому: Республиканское государственное учреждение «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

Номер конкурса: 15347986-ОК1.

Номер и наименование лота: 79713399-ОК1. «Трубка рентгеновская».

Наименование конкурса: Государственные закупки товара для АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» способом открытого конкурса.

Наименование организатора: Республиканское государственное учреждение «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан».

Наименование Заказчика: Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии».

Жалоба на итоги конкурса

Предмет закупа: Лот №79713399-ОК1 – «Трубка рентгеновская» для компьютерного томографа Aquilion Prime SP (TSX-035A) производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, согласно Регистрационному удостоверению РК-МТ-5№018527.

Основания жалобы:

1. Согласно Регистрационному удостоверению и технической документации Canon Medical Systems, для компьютерного томографа Aquilion Prime SP предусмотрено использование только оригинальной модели рентгеновской трубки CXB-750G/4AJ (теплоёмкость 7,5 млн. ТЕ), официальным изготовителем которой является Varex Imaging Corporation, США.
2. Техническая спецификация заказчика (Приложение 12 к конкурсной документации) требует совместимости исключительно с имеющимся у заказчика томографом Aquilion Prime SP и выполнения работ по установке, монтажу и техническому обслуживанию строго в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.
3. Согласно Приказу Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-273/2020 от 15.12.2020 «Правила осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий», сервисное обслуживание медицинских изделий классов безопасности 2а, 2б и 3 осуществляется исключительно сервисными службами производителя либо организациями, имеющими официальное подтверждение от производителя.
4. Закон РК «О государственных закупках» (ст. 12, 16, 44) обязывает поставщика обеспечить соответствие поставляемого товара технической спецификации и законодательству.
5. Гражданский кодекс РК (ст. 401, 428, 635) закрепляет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств и обязанность устранить недостатки товара.
6. КОДЕКС О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК прямо запрещает использование неоригинальных или несертифицированных компонентов.

7. Правила оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-104/2020 запрещает использование незарегистрированных медицинских изделий и медицинской техники.

Фактические обстоятельства:
По итогам конкурса победителем признана компания «Корал», предложившая модель ALTA750G производства Richardson Electronics (США), которая не является оригинальной трубкой Canon и не имеет подтверждения совместимости. Другие участники также указали неподходящие модели (например, CXB-750G/4AE), в то время как Canon предусматривает исключительно модель CXB-750G/4AJ. Документальное подтверждение от Canon Medical Systems на право поставки и сервисного обслуживания имеет только ТОО «Эталон KZ2022», что подтверждено RP Canon Medical Systems KZ, LLP.

Дополнительно: в приложенных выписках из регистрационного удостоверения и комплектности к компьютерному томографу Aquilion Prime SP подтверждается, что использование допускается только оригинальной трубки CXB-750G/4AJ. Применение аналогов (ALTA750G Richardson, CXB-750G/4AE и др.) противоречит регистрационному удостоверению и законодательству РК.

Дополнительные аргументы:
1. Установка и подключение рентгеновской трубки требует специфической квалификации и должна выполняться сертифицированным инженером завода-изготовителя. В противном случае существует риск выхода из строя основного оборудования и угрозы безопасности пациентов.
2. В силу специфики закупа (замена запасной части) применим пп. 3 п. 121 Правил осуществления госзакупок, разрешающий указывать конкретного производителя при ремонте и техобслуживании имеющегося оборудования.
3. Услуги по установке и подключению рентгеновской трубки относятся к области использования атомной энергии (ионизирующее излучение). В силу Закона РК «Об использовании атомной энергии» потенциальный поставщик обязан иметь действующую Лицензию на предоставление услуг в области использования атомной энергии с подвидом деятельности: «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, ремонт медицинских компьютерных томографов».
4. Потенциальный поставщик обязан обладать действующим талоном (разрешением) на продажу медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданным уполномоченным органом. Отсутствие такого документа является самостоятельным основанием для его недопуска к участию в закупе.

Требуем:
1. Отменить и пересмотреть результаты данного конкурса, так как не согласны с решением конкурсной комиссии в итоговом протоколе №15347986-ОК1 от 26.09.2025 года.
2. Провести повторное рассмотрение заявок с учётом требований регистрационного удостоверения, технической спецификации заказчика и требований законодательства РК.
3. Исключить из участия поставщиков, предлагающих неоригинальные изделия (ALTA750G

Richardson, CXB-750G/4AE и др.) и не имеющих подтверждения от Canon Medical Systems.
4. Допустить к исполнению обязательств только поставщика, обладающего документальным подтверждением от Canon Medical Systems, действующей лицензией на предоставление услуг в области использования атомной энергии с подвидом деятельности «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, ремонт медицинских компьютерных томографов», а также талоном (разрешением) на продажу медицинской техники и изделий медицинского назначения.

5. Прилагаем письма официального представителя производителя медицинского оборудования «Canon Medical Systems Corporation» на территории Республики Казахстан ТОО «АрПи Канон Медикал Системз КЗ».
- Письмо исх. №049 от 29.09.2025 г.
- Письмо исх. №050 от 29.09.2025 г.

Директор
ТОО «Эталон KZ 2022» **Морозов А.В.**