ВОЗРАЖЕНИЕ

на жалобу ТОО «Эталон KZ 2022» №269549 от 01.10.2025
по Лоту №79713399-ОК1 «Трубка рентгеновская»

ИП «KORAL» признан победителем конкурса государственных закупок №79713399-ОК1 «Трубка рентгеновская».

Жалоба ТОО «Эталон KZ 2022» содержит доводы о нарушении законодательства РК о государственных закупках и законодательства в сфере здравоохранения.

Считаем данные доводы необоснованными по следующим причинам.

1. **Статья 4 Закона РК «О государственных закупках»** – закрепляет принцип оптимального и эффективного использования бюджетных средств. Предложение ИП «KORAL» соответствует данному принципу, так как обеспечивает экономию без ущерба для качества и безопасности.
2. **Статья 8 Закона** – заказчик вправе устанавливать требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом допускается предложение товаров с улучшенными параметрами.
3. **Статьи 13 и 14 Закона** – допускают предложение эквивалента при указании конкретной марки/модели, при условии обеспечения полной совместимости, качества и безопасности.
4. **Статья 31 Закона** – поставщик вправе предлагать улучшенные характеристики по сравнению с минимальными требованиями, установленными заказчиком.

---

1. **ALTA750G** (Richardson Electronics, США) является **form-fit-function replacement** для Canon CXB-750G и предназначена для систем Canon/Toshiba Aquilion Prime/Prime SP

   ALTA750 Series - LBN Medical (1)

   ISO13485-Certificate-of-Registr…

   🔷 Термин *form-fit-function replacement* означает, что изделие:

   - **Form (форма)** – имеет ту же геометрию и конструкцию, что и оригинал;
   - **Fit (посадка)** – полностью подходит для установки без переделок оборудования;
   - **Function (функция)** – выполняет те же функции, соответствует эксплуатационным параметрам и требованиям безопасности.

   Таким образом, ALTA750G — это прямая замена оригинальной трубки Canon, обеспечивающая полную совместимость и эквивалентность.

2. **Совместимость подтверждается** техническими паспортами и инструкциями производителя Richardson

   ISO13485-Certificate-of-Registr…

   IDUTEC-08B+-+Instrucao+de+Uso+A…

   .

3. **Сертификация и безопасность**: CE Mark, FDA, Health Canada; ISO 13485:2016 (сертификат №FM 680243, действителен до 23.07.2027)

   Alta750G-White-Paper (1)

4. **Ресурс и гарантия**:
   - OEM Canon CXB-750G – 150 000 scan-seconds;
   - Richardson ALTA750G – 200 000 scan-seconds (гарантия 12 мес. или 200 000 срезов)

     ALTA750 Series - LBN Medical (1)

5. **Экономия бюджета**: стоимость ALTA750G на 30–40% ниже OEM-трубки, что обеспечивает значительную экономию средств без снижения качества и соответствует ст. 4 Закона.
6. **Авторизованные специалисты**: компания **Richardson Electronics располагает авторизованными инженерами и сервисными партнёрами**, прошедшими обучение на заводе-изготовителе. Это гарантирует:
   - корректную установку и ввод в эксплуатацию трубки;
   - техническое сопровождение и сервисное обслуживание в соответствии с международными стандартами;
   - соблюдение норм радиационной безопасности.

- ALTA750G является полной эквивалентной заменой Canon CXB-750G, при этом имеет улучшенные характеристики и расширенную гарантию.
- Сопровождается авторизованным сервисом Richardson, что обеспечивает законность и безопасность эксплуатации.
- Жалоба ТОО «Эталон KZ 2022» не имеет правовых и технических оснований и направлена лишь на устранение конкуренции.

Просим

- Отклонить жалобу ТОО «Эталон KZ 2022» как необоснованную.
- Оставить в силе результаты конкурса №79713399-ОК1, признав победителем ИП «KORAL».

📎 Приложения:

1. Технический паспорт ALTA750G.
2. Сравнительная таблица Canon CXB-750G и ALTA750G.
3. Сертификат ISO 13485:2016 Richardson Electronics.
4. Сертификаты CE, FDA.
5. Письма/материалы Richardson Electronics о наличии авторизованных специалистов.

Дополнительные документы и подтверждающие материалы могут быть предоставлены Заказчику/Организатору по его требованию на электронный адрес.

С уважением,
ИП «KORAL»
[подпись, ЭЦП]