Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4511616

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0985,0980 стакан № 0840**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2019 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **17.10.2025** Действителен до: **17.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280969

techreg.gov.kz
2280969
BE 25

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4511739

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0981,0988 стакан № 0811**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2019 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **17.10.2025** Действителен до: **17.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280970

techreg.gov.kz
2280970
BE 25

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4511778

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0991,0984 стакан № 0839**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2019 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин

Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **17.10.2025** Действителен до: **17.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280971

techreg.gov.kz
2280971
BE 25

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4511809

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0861,0857 стакан № 1282**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2018 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **17.10.2025** Действителен до: **17.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280972

techreg.gov.kz
2280972
BE 25

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4511849

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0983, 0972, стакан № 0843**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2019 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин

Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **17.10.2025** Действителен до: **17.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280973

techreg.gov.kz
2280973
BE 25

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4511862

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0918, 0924, стакан № 0836**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2018 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин

Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **17.10.2025** Действителен до: **17.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280974

techreg.gov.kz
2280974
BE 25

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4500745

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0579, стакан № 00651**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2020 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **16.10.2025** Действителен до: **16.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280910

techreg.gov.kz
2280910
BE 25

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4501169

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0577, стакан № 00629**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2020 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин

Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **16.10.2025** Действителен до: **16.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280911

techreg.gov.kz
2280911
BE 25

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4501275

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0564, стакан № 00638**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2020 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **16.10.2025** Действителен до: **16.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280912

techreg.gov.kz
2280912
BE 25

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4501355

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0599, стакан № 00671**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2020 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин

Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **16.10.2025** Действителен до: **16.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280913

uchreg.gov.kz
2280913
BE 25

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4501429

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0545, стакан № 00669**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2020 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **16.10.2025** Действителен до: **16.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280914

techreg.gov.kz
2280914
BE 25

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4511110

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **0567, стакан №439**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ООО Эколог-Юг, г. Ростов-на-Дону, Россия** Дата изготовления **2020 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.09768-2015, Осадкомеры Третьякова О-1. Методика поверки МП 2551-0135-2014

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **17.10.2025** Действителен до: **17.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280915

techreg.gov.kz
2280915
BE 25

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4512719

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **005 (1052, 1024), стакан № 1653-20**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ТОО Сигард - Групп, Казахстан** Дата изготовления **2023 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
МП, Осадкомеры Третьякова О-1, производства фирмы "Сигард-Групп", Республика Казахстан Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **17.10.2025** Действителен до: **17.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280978

techreg.gov.kz
2280978
BE 25

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4512654

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **006 (1055, 1056), стакан № 1655-20**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ТОО Сигард - Групп, Казахстан** Дата изготовления **2023 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
МП, Осадкомеры Третьякова О-1, производства фирмы "Сигард-Групп", Республика Казахстан Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **17.10.2025** Действителен до: **17.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280977

techreg.gov.kz
2280977
BE 25

Поверочная лаборатория Восточно-Казахстанского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

(наименование подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.07.0847

(номер аттестата аккредитации)

KZ.P.07.0847
VERIFICATION
LABORATORY

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:BE-01-25-4512488

Осадкомер

(наименование средства измерений)

Тип **Третьякова О-1**

заводской номер **004 (1014-2, 1016-1), стакан № 062**

от 0,1 до 10 мм

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ТОО Сигард - Групп, Казахстан** Дата изготовления **2023 г.**

Пользователь **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской и Абайской областямВосточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Потанина, 12**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц)

Поверка проведена в соответствии
МП, Осадкомеры Третьякова О-1, производства фирмы "Сигард-Групп", Республика Казахстан Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

С использованием эталонов единиц величин
Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,1, зав. №Р765498, в диапазоне от 0 до 250 мм, класс точн.: 1, раз.: не предусмотрено, погреш.: не предусмотрено, рас. неопр.: U = 0,02 ммг, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29227-91, зав. №002, в диапазоне 5 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,029 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29227-91, зав. №001, в диапазоне 1 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,006 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29227-91, зав. №003, в диапазоне 10 мл, класс точн.: 2, раз.: -, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,05 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-100-1 ГОСТ 1770-74, зав. №005, в диапазоне 100 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,06 см³, k=2, p=0,95.
Мера вместимости стеклянная эталонная, Колба 1-50-1 ГОСТ 1770-74, зав. №004, в диапазоне 50 мл, класс точн.: -, раз.: 1, погреш.: -, рас. неопр.: U = +/- 0,03 см³, k=2, p=0,95

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности

- в качестве **рабочего СИ**

Информация о прослеживаемости измерений **001.НМ.ВА.ВЕ**

Дата поверки: **17.10.2025** Действителен до: **17.10.2027**

Руководитель отдела **Онищенко А.В.**

Поверитель **Қасымжанова З.**

Информация о поверительном клейме:
СЛ - 2280975

techreg.gov.kz
2280975
BE 25