ТОО «G-Ababil»

ТОО "G-Ababil"
БИН 210640017396
Адрес: 050060, г. Алматы,
Микрорайон АКСАЙ-2, дом 71, оф. 6
БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстан»
ИИК KZ03601A861004014191
эл. адрес: g-ababil@mail.ru

Исх. № 126-2 от
«01» декабря 2025 г.

ГУ «Управление государственных закупок Актюбинской области»

Жалоба
на действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора

Настоящим ТОО "G-Ababil" руководствуясь ст. 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», выражает несогласие с итогами конкурса №15706288-1 (лот 80557454-ОК2), по результатам которого победителем определено ТОО «K & A LTD» (БИН 060440005431).

При детальном изучении представленных документов в конкурсной заявке ТОО «K & A LTD» (далее – Компания) в своей технической спецификации указал воздушный ресивер AT 1-I, производитель Weihai Berlin Voncon Oxygen Technology Co.,Ltd., адрес изготовителя China, Shandong Province, Weihai City, High-tech Development Zone, Keji Road, 212, однако в техническом паспорте в п. 2 указано «Ресивер воздуха AT 1-1». Указанные модели воздушных ресиверов AT 1-**I** и AT 1-**1** отличаются по технических, качественных и эксплуатационным характеристикам.

Нами был сделан запрос производителю Weihai Berlin Voncon Oxygen Technology Co.,Ltd. и получен ответ (прилагается), что воздушный ресивер AT 1-**I** имеет ограниченное применение с безопасными газами с рабочим давлением 5 бар, не имеет крана для слива конденсата. Применяется в пневмосистемах, компрессорах, воздушных сетях и не предназначен для кислородных станций. Таким образом, указанный Компанией воздушный компрессор не соответствует конкурсной документации по:

1. Рабочему давлению: должно быть не менее 10 бар, по факту 5 бар;

2. Не оборудован манометром, предохранительным клапаном, краном для слива конденсата;

3. Не применим к предмету закупки - Станции централизованного кислородоснабжения.

Считаем, что техническая спецификация ТОО «K & A LTD» не имеет грамматических или арифметических ошибок, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки на участие в конкурсе, поскольку по характеристикам модель AT 1-**I** не соответствует требованиям конкурсной документации. Кроме того, Компанией не предоставлен заверенный заводом-изготовителем документ на казахском или русском языке, удостоверенный подписью и печатью завода-изготовителя, содержащий полную информацию о технических характеристиках воздушного ресивера AT 1-**I**.

Дополнительно сообщаем, что мы получили от производителя паспорт на воздушный ресивер АТ 1-**I** (прилагается).

Таким образом, Вами было принято решение без учета выявленных расхождений между заявленной моделью и фактическими данными в паспорте, что является нарушением согласно требованиям заполнения Технической спецификацией закупаемых товаров Приложения 13 конкурсной документации.

На основании вышеизложенного, ТОО "G-Ababil" просит пересмотреть итоги конкурса и отклонить заявку ТОО «K & A LTD».

Директор Гулиев Н.М.