ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
САНИТАРИЯЛЫҚ – ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
«ҰЛТТЫҚ САРАПТАМА ОРТАЛЫҒЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
КОМИТЕТА САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қ., Достық көш. 18,
жұмыс тел: 8 (7172) 55-49-04,
e-mail:info@nce.kz
www.nce.kz

Республика Казахстан,
010000, г. Астана, ул. Достык 18
раб тел: 8 (7172) 55-49-04
e-mail:info@nce.kz
www.nce.kz

№ 6
12.01.2026 г.

Общественное объединение
«Сообщество инвалидов Ел-аман»

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК (далее – Организатор закупок, Предприятие) рассмотрев жалобу Общественного объединения «Сообщество инвалидов Ел-аман» от 06.01.2026 года №274108 на протокол об итогах №15830363-1 «Приобретение оборудования (Прибор проверки)» по вопросу отклонения заявки в связи с несоответствием аукционной документации, сообщает следующее.

В соответствии с пп. 2) п. 394 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации в части представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Касательно п. 1.3. технической спецификации Организатора закупок.

Закупаемый прибор предназначен для определения степени загрязнения. При этом важным показателем является самый нижний предел обнаружения загрязнения. По технической спецификации нижний предел определения АТФ должен быть 0,001 нг/мл, что составляет 0,000000001 мг/мл. В предлагаемом приборе от компании «Сообщество инвалидов Ел-аман» нижний предел указан 0,0001 мг/л, что равно 0,0000001 мг/мл. Таким образом по данному параметру предлагаемый прибор в 100 раз менее чувствителен к загрязнению, чем требуется. Этот прибор позволяет определять высокую концентрацию АТФ при высокой степени загрязнения. Для заказчика главным является возможность определить следовые количества загрязнений. По данному пункту несоответствие предлагаемого оборудования.

Касательно п. 1.4. технической спецификации Организатора закупок.

Технической спецификацией предусмотрен графический ЖК-дисплей с не менее 14 строками и регулируемой контрастностью, что необходимо для удобства

считывания результатов, устойчивой работы в условиях лаборатории и полевых проверок. Участником заявлен сенсорный экран без указания количества строк и без подтверждения соответствия формату, установленному технической спецификацией. Оценочные характеристики («современный», «смартфонный дизайн», «многофункциональный») не подтверждают выполнение конкретных измеримых параметров, предусмотренных технической спецификацией. В связи с этим заявленный дисплей не может рассматриваться как улучшенный, так как изменяет пользовательскую концепцию и условия эксплуатации, определенные Заказчиком.

Касательно п. 2.2. технической спецификации Организатора закупок.

Наличие карты активации предусмотрено технической спецификацией как обязательный элемент комплектации, используемый для:

- корректного ввода оборудования в эксплуатацию;
- гарантийного и эксплуатационного учёта;
- сохранения ресурса батареи при хранении.

Отсутствие карты активации, независимо от способа активации батареи, не является улучшением, поскольку исключает предусмотренный Заказчиком элемент контроля.

Касательно п. 2.3. технической спецификации Организатора закупок.

Требование о наличии держателя элементов питания обусловлено необходимостью удобного обслуживания, быстрой замены элементов и проведения сервисных работ.

Заявление участника о том, что корпус прибора выполняет функцию держателя, не подтверждено документацией и не является эквивалентом отдельного элемента комплектации, предусмотренного технической спецификацией. Следовательно, данное решение не является улучшением, а снижает сервисную гибкость оборудования.

Касательно п. 2.4. технической спецификации Организатора закупок.

Технической спецификацией предусмотрено использование щелочных батареек типа АА как универсального и легко заменяемого источника питания, обеспечивающего автономность работы в любых условиях.

Использование литиевых аккумуляторов: ограничивает возможность оперативной замены, зависит от наличия электросети и зарядных устройств. В этой связи замена батареек на аккумуляторы не рассматривается Заказчиком как улучшение.

Касательно п. 2.5. технической спецификации Организатора закупок.

Исходя из специфики работы, Заказчику требуется перенос всех данных с прибора на персональный компьютер для последующей работы, создания базы данных, составления отчетов и мониторинга исследований с последующей распечаткой. Поэтому в технической спецификации заказчика указано наличие программного обеспечения для персонального компьютера с кабелем для синхронизации данных. В предлагаемом приборе отсутствует ПО для персонального компьютера и USB-кабель для подключения к ПК и синхронизации данных. USB-накопитель с программным обеспечением предусмотрен

технической спецификацией для обеспечения автономной работы, передачи и хранения данных, а также соответствия требованиям информационной безопасности.

Наличие встроенного программного обеспечения и облачных решений:

- не заменяет физический носитель информации;
- не исключает риски, связанные с доступом к сети Интернет;

Касательно п. 2.7. технической спецификации Организатора закупок.

Сумка для переноски прибора является необходимой частью комплекта поставки, так как прибор используется сотрудниками при выезде на самые различные места проверки и проведения анализов. Сумка для переноски предусмотрена технической спецификацией для безопасной транспортировки прибора и сопутствующих материалов (тестовые ручки, стандартные растворы, кабели, документация). Наличие наручного ремешка не является заменой сумки и не является преимуществом. По данному пункту несоответствие предлагаемого оборудования.

Касательно п. 2.8. технической спецификации Организатора закупок.

Лаборатория в обязательном порядке в своей деятельности при работе на тех или иных приборах должна периодически использовать стандарты тех или иных определяемых веществ, что необходимо для периодического контроля работы прибора, качеством используемых реагентов, в данном случае тестовых ручек, и правильностью выполнения тестов. Наличие стандартных растворов АТФ является обязательным. Стандартный раствор АТФ используется Заказчиком для:

- контроля корректности измерений;
- обучения персонала;
- проведения внутренних проверок качества.

Тестовые ручки не являются метрологическим эталоном и не могут заменить стандартный раствор.

Исключение стандартного раствора из комплекта поставки не является улучшением, а исключает важную функцию контроля качества.

Таким образом, а также руководствуясь п. 394 Правил, аукционная заявка Общественного объединения «Сообщество инвалидов Ел-аман» обоснованно отклонена от участия в аукционе. В связи с чем, жалоба подлежит отказу в удовлетворении.

В соответствии с п. 6 ст. 91 АППК РК, в случае отсутствия вышестоящего административного органа, должностного лица административный акт, административное действие (бездействие) могут быть обжалованы в суде, о чем извещается участник административный процедуры административным органом, чей административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются, при принятии решения по административному делу.

Председатель Правления
РГП на ПХВ «Национальный
центр экспертизы» КСЭК МЗ РК **Е. Киясов**