Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16625285

Аукционның № 15919554-1

Аукционның атауы Индуктивті байланысқан плазмасы бар атомдық-эмиссиялық спектрометр

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-16 11:59:36 дейін 2026-01-20 11:59:36

Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	210640029101	АҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков «Тип спектрометра: вакуумируемый, термостатируемый. Отсутствие продувки спектрометра газом;» Указанное требование является специфическим техническим решением отдельного производителя и не является критически необходимым для выполнения задач, предусмотренных закупкой. Данный параметр искусственно сужает круг участников и противоречит принципам равной конкуренции компаний. В целях обеспечения прозрачности, конкурентности и равного доступа участников предлагаем исключить данный пункт.	2026-01-20 11:27:55	Отклонить замечания	установленные в технической спецификации параметры определены исходя из текущих и перспективных задач лаборатории; сформированы с учетом требований к эксплуатации, производительности и не содержат указаний на конкретную торговую марку, производителя, модель
2	210640029101	АҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков: «4) Суммарный расход газа Ar (аргон) на весь спектрометр, не более: 11,5 литров в минуту; 5) Экономичный режим расхода аргона при включённой плазме: наличие(расход не более 5,6 л/мин.)» Указанное требование является специфическим техническим решением отдельного производителя и не является критически необходимым для выполнения задач, предусмотренных закупкой. Данный параметр искусственно сужает круг участников и противоречит принципам равной конкуренции компаний. В целях обеспечения прозрачности, конкурентности и равного доступа участников предлагаем исключить данный пункт.	2026-01-20 11:27:21	Отклонить замечания	исключение указанных Вами параметров приведет к снижению функциональных возможностей оборудования и не позволит заказчику обеспечить выполнение возложенных на него задач, что противоречит интересам заказчика и целям закупки. Действующая редакция технической спецификации не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей, модели или страны происхождения; не исключает участие потенциальных поставщиков, способных поставить товар с эквивалентными либо превосходящими характеристиками; соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

3	210640029101	АҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков «19) Минимальный спектральный диапазон, не менее: 167 нм. Максимальный спектральный диапазон, не более: 800 нм;» Указанное требование является специфическим техническим решением отдельного производителя и не является критически необходимым для выполнения задач, предусмотренных закупкой. Данный параметр искусственно сужает круг участников и противоречит принципам равной конкуренции компаний. В целях обеспечения прозрачности, конкурентности и равного доступа участников предлагаем скорректировать технический пункт следующим образом: «19) Минимальный спектральный диапазон, не менее: 167 нм. Максимальный спектральный диапазон, не более: 800 нм;». Такая формулировка позволит не ограничивать конкуренцию, обеспечит возможность подачи предложений от широкого круга производителей, и обеспечит оптимальный выбор оборудования по соотношению цены, эксплуатационных затрат и аналитических возможностей.	2026-01-20 11:28:34	Отклонить замечания	поставщик ProLabSupport (ПроЛабСаппорт) предлагает идентичную формулировку

4	210640029101	АҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков: «25) Система откачки. Вакуумный насос с клапаном натекания, не более: 10 Па;» Указанное требование является специфическим техническим решением отдельного производителя и не является критически необходимым для выполнения задач, предусмотренных закупкой. Данный параметр искусственно сужает круг участников и противоречит принципам равной конкуренции компаний. Предлагаем исключить данный пункт из технической спецификации.	2026-01-20 11:29:34	Отклонить замечания	Установленные в технической спецификации параметры: • определены исходя из текущих и перспективных задач лаборатории; • направлены на обеспечение стабильности, воспроизводимости и надежности аналитических результатов; • сформированы с учетом требований к эксплуатации, производительности и минимизации влияния человеческого фактора; • не содержат указаний на конкретную торговую марку, производителя, модель либо страну происхождения. Исключение указанных Вами параметров приведет к снижению функциональных возможностей оборудования и не позволит заказчику обеспечить выполнение возложенных на него задач, что противоречит интересам заказчика и целям закупки. При этом действующая редакция технической спецификации: • не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей, модели или страны происхождения; • не исключает участие потенциальных поставщиков, способных поставить товар с эквивалентными либо превосходящими характеристиками; • соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»

5	210640029101	АҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков:» 20) Детектор: 2-мерный тип, полупроводниковый, не менее 1.000.000 пикселей. С защитой от перетекания заряда. Охлаждение детектора: элемент Пелтье; 21) Размер одного пикселя, не менее: 20 мкм х 20 мкм;» Указанное требование является специфическим техническим решением отдельного производителя и не является критически необходимым для выполнения задач, предусмотренных закупкой. Данный параметр искусственно сужает круг участников и противоречит принципам равной конкуренции компаний. В целях обеспечения прозрачности, конкурентности и равного доступа участников предлагаем скорректировать технический пункт следующим образом: «двухмерный полупроводниковый детектор (CCD, CMOS или эквивалентный), предназначенный для одновременной регистрации спектральной информации по всему рабочему диапазону длин волн. Детектор должен обеспечивать: – высокую чувствительность и низкий уровень шумов; – защиту от насыщения и перетекания заряда либо эквивалентные алгоритмические и аппаратные средства предотвращения артефактов; – стабильную работу при длительных измерениях. Охлаждение детектора: термоэлектрическое (элемент Пельтье) или эквивалентное. Пространственное разрешение детектора и количество пикселей должны обеспечивать достижение заявленного спектрального разрешения прибора и соответствие аналитическим характеристикам, указанным в техническом задании.» Такая формулировка позволит не ограничивать конкуренцию, обеспечит возможность подачи предложений от широкого круга производителей, и обеспечит оптимальный выбор оборудования по соотношению цены, эксплуатационных затрат и аналитических возможностей.	2026-01-20 11:29:08	Отклонить замечания	установленные в технической спецификации параметры: • определены исходя из текущих и перспективных задач лаборатории; • направлены на обеспечение стабильности, воспроизводимости и надежности аналитических результатов; • сформированы с учетом требований к эксплуатации, производительности и минимизации влияния человеческого фактора; • не содержат указаний на конкретную торговую марку, производителя, модель либо страну происхождения. Изменение указанных Вами параметров приведет к снижению функциональных возможностей оборудования и не позволит заказчику обеспечить выполнение возложенных на него задач, что противоречит интересам заказчика и целям закупки. При этом действующая редакция технической спецификации: • не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей, модели или страны происхождения; • не исключает участие потенциальных поставщиков, способных поставить товар с эквивалентными либо превосходящими характеристиками; • соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»

Осы аукционға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген аукциондық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады.

Председатель Правления Киясов Ерлан Ансаганович

Приложение 19
к Правилам осуществления
государственных закупок

Протокол предварительного обсуждения проекта аукционной документации №16625285

№ аукциона 15919554-1

Название аукциона Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2026-01-16 11:59:36 по 2026-01-20 11:59:36

Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	210640029101	Замечание к АД	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков «Тип спектрометра: вакуумируемый, термостатируемый. Отсутствие продувки спектрометра газом;» Указанное требование является специфическим техническим решением отдельного производителя и не является критически необходимым для выполнения задач, предусмотренных закупкой. Данный параметр искусственно сужает круг участников и противоречит принципам равной конкуренции компаний. В целях обеспечения прозрачности, конкурентности и равного доступа участников предлагаем исключить данный пункт.	2026-01-20 11:27:55	Отклонить замечания	установленные в технической спецификации параметры определены исходя из текущих и перспективных задач лаборатории; сформированы с учетом требований к эксплуатации, производительности и не содержат указаний на конкретную торговую марку, производителя, модель
2	210640029101	Замечание к АД	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков: «4) Суммарный расход газа Ar (аргон) на весь спектрометр, не более: 11,5 литров в минуту; 5) Экономичный режим расхода аргона при включённой плазме: наличие(расход не более 5,6 л/мин.)» Указанное требование является специфическим техническим решением отдельного производителя и не является критически необходимым для выполнения задач, предусмотренных закупкой. Данный параметр искусственно сужает круг участников и противоречит принципам равной конкуренции компаний. В целях обеспечения прозрачности, конкурентности и равного доступа участников предлагаем исключить данный пункт.	2026-01-20 11:27:21	Отклонить замечания	исключение указанных Вами параметров приведет к снижению функциональных возможностей оборудования и не позволит заказчику обеспечить выполнение возложенных на него задач, что противоречит интересам заказчика и целям закупки. Действующая редакция технической спецификации не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей, модели или страны происхождения; не исключает участие потенциальных поставщиков, способных поставить товар с эквивалентными либо превосходящими характеристиками; соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

3	210640029101	Замечание к АД	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков «19) Минимальный спектральный диапазон, не менее: 167 нм. Максимальный спектральный диапазон, не более: 800 нм;» Указанное требование является специфическим техническим решением отдельного производителя и не является критически необходимым для выполнения задач, предусмотренных закупкой. Данный параметр искусственно сужает круг участников и противоречит принципам равной конкуренции компаний. В целях обеспечения прозрачности, конкурентности и равного доступа участников предлагаем скорректировать технический пункт следующим образом: «19) Минимальный спектральный диапазон, не менее: 167 нм. Максимальный спектральный диапазон, не более: 800 нм;». Такая формулировка позволит не ограничивать конкуренцию, обеспечит возможность подачи предложений от широкого круга производителей, и обеспечит оптимальный выбор оборудования по соотношению цены, эксплуатационных затрат и аналитических возможностей.	2026-01-20 11:28:34	Отклонить замечания	поставщик ProLabSupport (ПроЛабСаппорт) предлагает идентичную формулировку

4	210640029101	Замечание к АД	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков: «25) Система откачки. Вакуумный насос с клапаном натекания, не более: 10 Ра;» Указанное требование является специфическим техническим решением отдельного производителя и не является критически необходимым для выполнения задач, предусмотренных закупкой. Данный параметр искусственно сужает круг участников и противоречит принципам равной конкуренции компаний. Предлагаем исключить данный пункт из технической спецификации.	2026-01-20 11:29:34	Отклонить замечания	Установленные в технической спецификации параметры: • определены исходя из текущих и перспективных задач лаборатории; • направлены на обеспечение стабильности, воспроизводимости и надежности аналитических результатов; • сформированы с учетом требований к эксплуатации, производительности и минимизации влияния человеческого фактора; • не содержат указаний на конкретную торговую марку, производителя, модель либо страну происхождения. Исключение указанных Вами параметров приведет к снижению функциональных возможностей оборудования и не позволит заказчику обеспечить выполнение возложенных на него задач, что противоречит интересам заказчика и целям закупки. При этом действующая редакция технической спецификации: • не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей, модели или страны происхождения; • не исключает участие потенциальных поставщиков, способных поставить товар с эквивалентными либо превосходящими характеристиками; • соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»

5	210640029101	Замечание к АД	Уважаемые члены конкурсной комиссии, информируем вас о том, что в указанной технической спецификации имеются параметры, ограничивающие участие других потенциальных поставщиков:» 20) Детектор: 2-мерный тип, полупроводниковый, не менее 1.000.000 пикселей. С защитой от перетекания заряда. Охлаждение детектора: элемент Пелтье; 21) Размер одного пикселя, не менее: 20 мкм х 20 мкм;» Указанное требование является специфическим техническим решением отдельного производителя и не является критически необходимым для выполнения задач, предусмотренных закупкой. Данный параметр искусственно сужает круг участников и противоречит принципам равной конкуренции компаний. В целях обеспечения прозрачности, конкурентности и равного доступа участников предлагаем скорректировать технический пункт следующим образом: «двухмерный полупроводниковый детектор (CCD, CMOS или эквивалентный), предназначенный для одновременной регистрации спектральной информации по всему рабочему диапазону длин волн. Детектор должен обеспечивать: – высокую чувствительность и низкий уровень шумов; – защиту от насыщения и перетекания заряда либо эквивалентные алгоритмические и аппаратные средства предотвращения артефактов; – стабильную работу при длительных измерениях. Охлаждение детектора: термоэлектрическое (элемент Пельтье) или эквивалентное. Пространственное разрешение детектора и количество пикселей должны обеспечивать достижение заявленного спектрального разрешения прибора и соответствие аналитическим характеристикам, указанным в техническом задании.» Такая формулировка позволит не ограничивать конкуренцию, обеспечит возможность подачи предложений от широкого круга производителей, и обеспечит оптимальный выбор оборудования по соотношению цены, эксплуатационных затрат и аналитических возможностей.	2026-01-20 11:29:08	Отклонить замечания	установленные в технической спецификации параметры: • определены исходя из текущих и перспективных задач лаборатории; • направлены на обеспечение стабильности, воспроизводимости и надежности аналитических результатов; • сформированы с учетом требований к эксплуатации, производительности и минимизации влияния человеческого фактора; • не содержат указаний на конкретную торговую марку, производителя, модель либо страну происхождения. Изменение указанных Вами параметров приведет к снижению функциональных возможностей оборудования и не позволит заказчику обеспечить выполнение возложенных на него задач, что противоречит интересам заказчика и целям закупки. При этом действующая редакция технической спецификации: • не содержит указаний на конкретные товарные знаки, производителей, модели или страны происхождения; • не исключает участие потенциальных поставщиков, способных поставить товар с эквивалентными либо превосходящими характеристиками; • соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Киясов Ерлан Ансаганович