ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ»

430910 Республика Мордовия
г. Саранск
р.п. Луховка,ул.Садовая,188
Телефон: 8(8342) 48-20-19
Факс: 25-71-33
Эл. почта: sn13ru@mail.ru

р/с 40702810339150100657
в Мордовском отделении 8589
ПАО Сбербанк г. Саранск
ОГРН 1041320004220
ИНН 1328902330 КПП 132801001

Исх. № 35 от 22.01.2026 г.

Письмо о соответствии дезинфекционной камеры техническим характеристикам открытого конкурса № 15913283-2

Уважаемый организатор конкурса Коммунальное государственное учреждение "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны !

Настоящим письмом подтверждаем, что дезинфекционная камера **КВФЭ-2,1/0,9 «СН»** соответствует заявленным техническим характеристикам, функциональному назначению и требованиям эксплуатационной документации.

Дезинфекционная камера КВФЭ-2,1/0,9 «СН» предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей паровоздушным и пароформалиновым методами, а также для дезинфекции книг паровоздушным методом. Камера имеет собственный источник пара и предназначена для применения в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. Управление камерой осуществляется в автоматическом и ручном режимах.

Камера представляет собой сварную металлическую конструкцию. Корпус камеры состоит из каркаса, обшитого с двух сторон листовой сталью, с теплоизоляционным материалом между обшивками. В двух противоположных стенках корпуса установлены двери. Рабочая камера и элементы, соприкасающиеся с парами формальдегида и аммиака, изготовлены из стали Ст3 по ГОСТ 380. Поддон (парообразователь) выполнен из нержавеющей стали.

Технические характеристики:

- Питание - от сети трехфазного переменного тока
- Напряжение - 380 В
- Потребляемая мощность - 9 кВт
- Время процедуры - до 240 минут
- Объем парообразователя - 15 л

Внутренние размеры камеры, не менее:

- длина - 1310 ± 8 мм
- ширина - 710 ± 8 мм
- высота (общая) - 1950 ± 10 мм
- высота (от основания решетки до потолка) - 1550 ± 10 мм

Объем камеры:

- общий - 1,89 ± 0,2 м³
- загрузочный - 1,3 ± 0,1 м³

Габаритные размеры камеры, не менее:

- длина (по корпусу) - 2040 ± 10 мм (1390 ± 5 мм)
- ширина (по корпусу) - 1030 ± 10 мм (790 ± 5 мм)
- высота - 2200 ± 10 мм

Масса камеры - 600 кг.

Комплект поставки:

1. Камера в собранном виде с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления - 1 шт.
2. Испаритель формалина - 1 шт.
3. Уплотнитель коллектора - 1 шт.

4. Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня) - 1 шт.
5. Воронка для залива формалина - 1 шт.
6. Водосливной патрубок G ½ - 1 шт.
7. Вытяжной воздуховод с заслонкой - 1 шт.
8. Уплотнитель вытяжной трубы воздуховода - 1 шт.
9. Болт М8 с шайбой для крепления трубы воздуховода - 11 шт.
10. Ткань для влажного термодатчика - 1 шт.
11. Полка для книг - 1 комплект.
12. Плечики для одежды:
    СТП тс-67-1-76 - 5 шт.;
    СТП тс-67-2-76 - 5 шт.
13. Запасные части и принадлежности:
    – электронагреватель для воздуха - 1 шт.;
    – электронагреватель для воды - 1 шт.;
    – вставка плавкая ВПТ-6-21 - 2 шт.;
    – пробирка - 1 шт.

Таким образом, дезинфекционная камера **КВФЭ-2,1/0,9 «СН»** полностью соответствует заявленным техническим характеристикам и может использоваться по назначению. Оборудование изготовлено в соответствии с действующими нормативными и техническими требованиями и допускается к использованию по назначению. При необходимости готовы предоставить дополнительную техническую документацию, сертификаты соответствия и иные подтверждающие материалы.

Директор _____ **Т.М. Григорьева**