Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16635070

Аукционның № 15969245-1

Аукционның атауы Жабдықтарды сатып алу (микробиологиялық қауіпсіздік боксы)

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-16 15:50:37 дейін 2026-01-20 15:50:37

Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	210440033816	АҚ жобасына ескерту	Организаторам закупок № 15969245-1 Уважаемые организаторы закупок «Приобретение оборудования (Бокс микробиологической безопасности)». В технической спецификации вами указан следующий текст: «1.7 Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1340 мм*810 мм*1400 мм (без подставки)», а также «2. Подставка напольная с габаритными размерами (ШхГхВ) не более 1340мм*753мм*710мм, не менее -1 ед.» Данные две характеристики подразумевают общие габаритные данные бокса по высоте не более 2110 мм. В связи с тем, что предлагаемый нами бокс имеет отличающиеся (превосходящие) габаритные данные по высоте бокса без подставки, также высоту самой подставки просим вас внести корректировку в техническую спецификацию закупаемого товара и текст «1.7 Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1340 мм*810 мм*1400 мм (без подставки)» заменить на «1.7 Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1340 мм*810 мм*2110 мм (с подставкой)», а текст «2. Подставка напольная с габаритными размерами (ШхГхВ) не более 1340мм*753мм*710мм, не менее -1 ед.» заменить на «2. Подставка напольная с соответствующими под бокс габаритными размерами, не менее -1 ед.».	2026-01-20 09:48:25	Отклонить замечания	Техническая спецификация является обязательной частью конкурсной документации и формируется заказчиком до начала процедуры закупки исходя из фактической потребности. Техническое задание разработано и согласовано с заведующими лабораторий; заявленные габаритные параметры оборудования, являются обязательными. Установленные в технической спецификации параметры сформированы с учетом требований к эксплуатации, производительности и минимизации влияния человеческого фактора, определены исходя из текущих и перспективных задач лаборатории и не содержат указаний на конкретную торговую марку, производителя, модель либо страну происхождения. Внесение изменений технической спецификации по запросу отдельного участника не предусмотрено, поскольку это может нарушить принципы добросовестной конкуренции, предусматривающих равные условия для всех участников и недопущение преимущества отдельного поставщика.

2	210440033816	АҚ жобасына ескерту	Организаторам закупок № 15969245-1 Уважаемые организаторы закупок «Приобретение оборудования (Бокс микробиологической безопасности)». В технической спецификации вами указан следующий текст: «1.9 Вес: не более 230 кг» В связи с наличием в комплектации оборудования дополнительных вспомогательных устройств просим вас увеличить допустимый вес товара. Вследствие этого просим вас внести корректировку в техническую спецификацию закупаемого прибора и текст «1.9 Вес: не более 230 кг» заменить на «1.9 Вес: не более 260 кг»	2026-01-20 09:44:52	Отклонить замечания	Техническая спецификация является обязательной частью конкурсной документации и формируется заказчиком до начала процедуры закупки исходя из фактической потребности. Техническое задание разработано и согласовано с конечными пользователями (заведующими лабораторий); заявленные параметры, включая вес, являются обязательными. Внесение изменений технической спецификации по запросу отдельного участника не предусмотрено, поскольку это может нарушить принципы добросовестной конкуренции, предусматривающих равные условия для всех участников и недопущение преимущества отдельного поставщика. Решено: техническую спецификацию оставить без изменений.

3	210440033816	АҚ жобасына ескерту	Организаторам закупок № 15969245-1 Уважаемые организаторы закупок «Приобретение оборудования (Бокс микробиологической безопасности)». В технической спецификации вами указан следующий текст: «1.16 Система контроля и интерфейс: панель управления должна быть микропроцессорной, с отображением: скоростей приточного инисходящего потоков, статусов защиты, состояния фильтров,положения окна» В связи с тем, что предлагаемый нами бокс имеет отличающиеся функции панели управления, просим вас внести формулировку в техническую спецификацию закупаемого прибора и вышеуказанный текст заменить на «1.16 Система контроля и интерфейс: панель управления должна быть микропроцессорной, с отображением: скоростей приточного инисходящего потоков, статусов защиты, состояния фильтров»	2026-01-20 09:49:23	Отклонить замечания	Техническая спецификация является обязательной частью конкурсной документации и формируется заказчиком до начала процедуры закупки исходя из фактической потребности. Техническое задание разработано и согласовано с заведующими лабораторий; заявленные параметры интерфейса оборудования, являются обязательными. Установленные в технической спецификации параметры сформированы с учетом требований к эксплуатации и не содержат указаний на конкретную торговую марку, производителя, модель либо страну происхождения. Внесение изменений технической спецификации по запросу отдельного участника не предусмотрено, поскольку это может нарушить принципы добросовестной конкуренции, предусматривающих равные условия для всех участников и недопущение преимущества отдельного поставщика.

4	210440033816	АҚ жобасына ескерту	Организаторам закупок № 15969245-1 Уважаемые организаторы закупок «Приобретение оборудования (Бокс микробиологической безопасности)». В технической спецификации вами указан следующий текст: «1.8 Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1220 мм*580 мм*660 мм». В связи с тем, что предлагаемый нами бокс имеет отличающиеся (превосходящие) габаритные данные рабочей зоны, просим вас внести формулировку в техническую спецификацию закупаемого прибора и текст «1.8 Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1220 мм*580 мм*660 мм» заменить на «1.8 Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1220 мм*660 мм*660 мм».	2026-01-20 09:46:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Внесены изменения в проект аукционной документации, техническую спецификацию

Осы аукционға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген аукциондық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады.

Председатель Правления Киясов Ерлан Ансаганович

Приложение 19
к Правилам осуществления
государственных закупок

Протокол предварительного обсуждения
проекта аукционной документации
№16635070

№ аукциона 15969245-1

Название аукциона Приобретение оборудования (Бокс микробиологической безопасности)

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2026-01-16 15:50:37 по 2026-01-20 15:50:37

Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены

следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	210440033816	Замечание к АД	Организаторам закупок № 15969245-1 Уважаемые организаторы закупок «Приобретение оборудования (Бокс микробиологической безопасности)». В технической спецификации вами указан следующий текст: «1.7 Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1340 мм*810 мм*1400 мм (без подставки)», а также «2. Подставка напольная с габаритными размерами (ШхГхВ) не более 1340мм*753мм*710мм, не менее -1 ед.» Данные две характеристики подразумевают общие габаритные данные бокса по высоте не более 2110 мм. В связи с тем, что предлагаемый нами бокс имеет отличающиеся (превосходящие) габаритные данные по высоте бокса без подставки, также высоту самой подставки просим вас внести корректировку в техническую спецификацию закупаемого товара и текст «1.7 Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1340 мм*810 мм*1400 мм (без подставки)» заменить на «1.7 Габаритные размеры, (ШхГхВ): не более 1340 мм*810 мм*2110 мм (с подставкой)», а текст «2. Подставка напольная с габаритными размерами (ШхГхВ) не более 1340мм*753мм*710мм, не менее -1 ед.» заменить на «2. Подставка напольная с соответствующими под бокс габаритными размерами, не менее -1 ед.».	2026-01-20 09:48:25	Отклонить замечания	Техническая спецификация является обязательной частью конкурсной документации и формируется заказчиком до начала процедуры закупки исходя из фактической потребности. Техническое задание разработано и согласовано с заведующими лабораторий; заявленные габаритные параметры оборудования, являются обязательными. Установленные в технической спецификации параметры сформированы с учетом требований к эксплуатации, производительности и минимизации влияния человеческого фактора, определены исходя из текущих и перспективных задач лаборатории и не содержат указаний на конкретную торговую марку, производителя, модель либо страну происхождения. Внесение изменений технической спецификации по запросу отдельного участника не предусмотрено, поскольку это может нарушить принципы добросовестной конкуренции, предусматривающих равные условия для всех участников и недопущение преимущества отдельного поставщика.

2	210440033816	Замечание к АД	Организаторам закупок № 15969245-1 Уважаемые организаторы закупок «Приобретение оборудования (Бокс микробиологической безопасности)». В технической спецификации вами указан следующий текст: «1.9 Вес: не более 230 кг» В связи с наличием в комплектации оборудования дополнительных вспомогательных устройств просим вас увеличить допустимый вес товара. Вследствие этого просим вас внести корректировку в техническую спецификацию закупаемого прибора и текст «1.9 Вес: не более 230 кг» заменить на «1.9 Вес: не более 260 кг»	2026-01-20 09:44:52	Отклонить замечания	Техническая спецификация является обязательной частью конкурсной документации и формируется заказчиком до начала процедуры закупки исходя из фактической потребности. Техническое задание разработано и согласовано с конечными пользователями (заведующими лабораторий); заявленные параметры, включая вес, являются обязательными. Внесение изменений технической спецификации по запросу отдельного участника не предусмотрено, поскольку это может нарушить принципы добросовестной конкуренции, предусматривающих равные условия для всех участников и недопущение преимущества отдельного поставщика. Решено: техническую спецификацию оставить без изменений.

3	210440033816	Замечание к АД	Организаторам закупок № 15969245-1 Уважаемые организаторы закупок «Приобретение оборудования (Бокс микробиологической безопасности)». В технической спецификации вами указан следующий текст: «1.16 Система контроля и интерфейс: панель управления должна быть микропроцессорной, с отображением: скоростей приточного инисходящего потоков, статусов защиты, состояния фильтров,положения окна» В связи с тем, что предлагаемый нами бокс имеет отличающиеся функции панели управления, просим вас внести формулировку в техническую спецификацию закупаемого прибора и вышеуказанный текст заменить на «1.16 Система контроля и интерфейс: панель управления должна быть микропроцессорной, с отображением: скоростей приточного инисходящего потоков, статусов защиты, состояния фильтров»	2026-01-20 09:49:23	Отклонить замечания	Техническая спецификация является обязательной частью конкурсной документации и формируется заказчиком до начала процедуры закупки исходя из фактической потребности. Техническое задание разработано и согласовано с заведующими лабораторий; заявленные параметры интерфейса оборудования, являются обязательными. Установленные в технической спецификации параметры сформированы с учетом требований к эксплуатации и не содержат указаний на конкретную торговую марку, производителя, модель либо страну происхождения. Внесение изменений технической спецификации по запросу отдельного участника не предусмотрено, поскольку это может нарушить принципы добросовестной конкуренции, предусматривающих равные условия для всех участников и недопущение преимущества отдельного поставщика.

4	210440033816	Замечание к АД	Организаторам закупок № 15969245-1 Уважаемые организаторы закупок «Приобретение оборудования (Бокс микробиологической безопасности)». В технической спецификации вами указан следующий текст: «1.8 Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1220 мм*580 мм*660 мм». В связи с тем, что предлагаемый нами бокс имеет отличающиеся (превосходящие) габаритные данные рабочей зоны, просим вас внести формулировку в техническую спецификацию закупаемого прибора и текст «1.8 Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1220 мм*580 мм*660 мм» заменить на «1.8 Размер рабочей зоны, (ШхГхВ): не более 1220 мм*660 мм*660 мм».	2026-01-20 09:46:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Внесены изменения в проект аукционной документации, техническую спецификацию

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Киясов Ерлан Ансаганович