Жеке кәсіпкер
«Arlan Expert Co.»
Қазақстан Республикасы, Шымкент қ.,
Айбергенов даңғылы 3, 25 п.
ЖСН (БСН): 910317399012
"Bank RBK "Банкі"АҚ
ЖСК: KZ74821172S310000001
БИК: KINCKZKA

Индивидуальный предприниматель
«Arlan Expert Co.»
Республика Казахстан, г. Шымкент,
пр-д Айбергенова 3, кв. 25
ИИН(БИН): 910317399012
АО "Банк "Bank RBK"
ИИК: KZ74821172S310000001
БИК: KINCKZKA

шығ/исх/out № 014/26	күні/дата/date
	23 января 2026 года

в **РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане»**
город Астана, улица Мухтара Ауэзова 14
тел: +7 (7172)31-31-12; e-mai: m.baidurin@minfin.gov.kz
руководитель: **М.С. Байдурину**

Организатору: **ГКП на ПХВ "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

Жалоба на итоги конкурса

Заказчик: ГКП на ПХВ "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ объявления: 15882093-1
Наименование объявления: Государственные закупки сенсора для станции AQM – 09 на 2026 год.

1. Общие сведения о закупке

В рамках проведённых государственных закупок по предмету:
«Сенсор диоксида серы для станции AQM-09»
Заказчиком принято решение о допуске и признании победителем участника, техническая спецификация которого, по нашему мнению, **не соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и не обеспечивает однозначного подтверждения соответствия товара**.
Настоящей жалобой оспаривается **правомерность допуска заявки и признания победителем**.

2. Краткое описание спорной технической спецификации победителя

В технической спецификации победителя **«MedStar»** указано:
4-электродный электрохимический датчик диоксида серы, предназначенный для измерительного блока автоматической станции атмосферного мониторинга AQM-09.
При этом ключевые геометрические параметры товара указаны следующим образом:

- Внешний диаметр — **номинально 32 мм**
- Диаметр уплотнительного кольца — **номинально 27,1 мм**
- Диаметр мембраны — **номинально 19 мм**
- Высота — **номинально 16,5 мм**

3. Существо нарушения

3.1. Использование термина «номинально» нарушает принцип однозначности технической спецификации

Согласно законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, техническая спецификация должна содержать:

- **точные**,

- **измеряемые**,
- **проверяемые** характеристики товара,

позволяющие заказчику и участникам **однозначно установить соответствие товара требованиям закупки**, а также обеспечить объективную проверку при поставке и приёмке.
Использование формулировки **«номинально»** в отношении геометрических размеров:

- не фиксирует фактический размер изделия;
- не содержит допустимых отклонений (±);
- не устанавливает предельных значений;
- допускает расширительное толкование характеристик.

Таким образом, заявленные параметры **не носят обязательного характера**, а являются ориентировочными.

3.2. Невозможность подтверждения совместимости с AQM-09

Сенсор заявлен как предназначенный для измерительного блока автоматической станции атмосферного мониторинга **AQM-09**, которая конструктивно предусматривает **жёсткое посадочное место** для установки датчика.
Даже незначительное отклонение геометрических размеров может привести к:

- нарушению герметичности;
- искажению измерений;
- отказу оборудования;
- невозможности эксплуатации станции по назначению.

При указании размеров как «номинальных» **объективно невозможно подтвердить**, что поставляемый сенсор:

- физически совместим с AQM-09;
- соответствует конструктивным требованиям измерительного блока.

3.3. Отсутствие возможности объективной проверки при приёмке товара

В отсутствие точных размеров и допусков:

- заказчик не сможет проверить соответствие товара условиям договора;
- невозможно установить факт нарушения или соответствия при поставке;
- создаётся риск поставки товара с отличающимися параметрами без формального нарушения ТС.

Это **противоречит принципам прозрачности, сопоставимости и добросовестной конкуренции**, закреплённым в законодательстве о государственных закупках.

3.4. Формальное указание типа сенсора не устраняет нарушение

Несмотря на указание типа сенсора **5SO₂-B4F (Alphasense)**, победителем:

- не подтверждено соответствие **фактических размеров** оригинальному изделию производителя;
- не представлены точные параметры согласно технической документации изготовителя;
- использована формулировка, допускающая поставку изделия с иными габаритами.

Следовательно, **указание модели не компенсирует неопределённость технических характеристик**.

4. Юридическая оценка действий заказчика

Допуск заявки и признание победителем участника «MedStar» с указанной технической спецификацией является неправомерным, поскольку:

1. Техническая спецификация победителя содержит **неопределённые характеристики**;
2. Не обеспечена возможность объективной проверки соответствия товара;
3. Нарушен принцип однозначности требований;
4. Заказчик допустил заявку, которая **не соответствует условиям технической спецификации**;
5. Тем самым нарушены требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

5. Требования заявителя

На основании изложенного **ПРОСИМ**:

1. Признать допуск заявки победителя **неправомерным**;
2. Отменить решение о признании победителя по данной закупке;
3. Провести повторную оценку заявок с соблюдением требований законодательства;
4. Принять меры реагирования в отношении выявленных нарушений.

6. Заключение

Использование в технической спецификации термина «номинально» в отношении критически важных геометрических параметров товара не обеспечивает однозначности, проверяемости и сопоставимости заявок, что является основанием для отклонения такой заявки.
Принятие и признание победителем участника с подобной спецификацией нарушает принципы государственных закупок и подлежит пересмотру.
Приложение:

1. Заявки участника, Приложение №17

Директор Мезенцев Д.Д.
(Подписано ЭЦП)

Место поставки товара	ул.Терешковой, 15 391010000, Костанайская область, г.Костанай г. Костанай, улица Дощанова, дом 43 431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г. Кызылорда, улица Торекулова, дом 76 791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Жылкышиева, дом 44 331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Жетісу обл. г.Талдыкорган, улица Гагарина 216
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	Наименование товара: Сенсор диоксида серы для станции AQM-09. Место поставки товара: Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ш. Кудайбердиева, дом 27, филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Акмолинской области – 1 штука. Жетысуская область, город Талдыкорган, улица Гагарина, дом 216, филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по области Жетысу – 1 штука; Актюбинская область, город Актобе, Авиагородок, дом 14«В», филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Актюбинской области – 4 штуки. Атырауская область, город Атырау, улица Т. Бегелдинов, дом 10А, филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Атырауской области – 4 штуки. Восточно-Казахстанская область, город Усть–Каменогорск, улица Потанина, дом 12, филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Восточно-Казахстанской и Абайской областям - 5 штук. Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Терешковой, дом 15, филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Карагандинской и Ұлытау областям – 3 штуки. Костанайская область, город Костанай, улица Дощанова, дом 43, филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Костанайской области – 3 штуки. Кызылординская область, город Кызылорда, улица Торекулова, дом 76, филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Кызылординской области – 9 штуки. Туркестанская область, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Жылкышиева, дом 44, филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Туркестанской области – 3 штуки. 4- электродный электрохимический датчик диоксида серы, предназначенный для измерительного блока автоматической станции атмосферного мониторинга AQM-09. Технические характеристики: Внешний диаметр, номинально: 32 мм (миллиметр); Диаметр уплотнительного кольца, номинально: 27,1 мм (миллиметр); Диаметр мембраны, номинально: 19 мм (миллиметр); Высота, номинально: 16,5 мм (миллиметр); Количество электродов: 4 шт.; Диапазон измерения,: от 0 до 100 ppm; Тип сенсора: 5SO2-B4F. Принцип работы сенсора: Электрохимический.
	Наименование товара: Сенсор диоксида серы для станции AQM-09. Место поставки товара: Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ш. Кудайбердиева, дом 27, филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Акмолинской области – 1 штука. Жетысуская область, город Талдыкорган, улица Гагарина, дом 216, филиал Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по области Жетысу – 1 штука;