ТОО «CERTUS EVENTUS»

Республика Казахстан, г. Астана, 010000, ул. Сейфуллина 6/2 оф. 9а,
моб. тел.: 87014241866, тел./факс: 8(7172) 944157 e-mail: certuseventus@mail.ru

Конкурсной комиссии
РГКП "Центр олимпийской подготовки по видам борьбы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК
от ТОО «CERTUS EVENTUS»

г. Астана 29.01.2026г.

Разъяснение
по соответствию газоанализатора требования конкурсной документации

№ конкурса 16026698-ОК1

Уважаемые члены тендерной комиссии!

В целях обеспечения объективного подхода при рассмотрении конкурсных заявок на участие в государственном тендере на оказание услуг по сервисному обслуживанию бассейнов сообщаем следующее:
Согласно квалификационным требованиям, поставщик услуг должен иметь газоанализатор, а на основании технической спецификации закупаемой услуги на 2026год. было заявлено требование о наличии газоанализатора для: выдержка их тех. спецификации: **17) Измерение газоанализатором концентрации свободного хлора в воздухе в зоне дыхания пловцов согласно СП № ҚР ДСМ-67 от 26 июля 2022 года;**

Соответственно в составе нашей конкурсной заявки был представлен газоанализатор BW Solo C12, предназначенный для измерения концентрации хлора (Cl_2) в воздухе и оснащённый специализированным сенсором, что позволяет использовать его для контроля содержания свободного хлора в зоне дыхания людей, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

В составе конкурсной заявки ТОО "ПРИОРИТЕТ-МТ" был предоставлен газоанализатор KBT ECOLINE KT 58 101567.
Согласно сведениям, содержащимся в открытых источниках и техническом описании прибора, газоанализатор KBT ECOLINE KT 58 (101567) относится к универсальным детекторам утечек газов и предназначен для обнаружения горючих газов и некоторых паров и газов общего назначения.
В технической документации на газоанализатор KBT ECOLINE KT 58 (101567) отсутствуют сведения:
- о наличии специализированного сенсора для измерения хлора (Cl_2);
- о диапазоне измерений концентрации хлора в воздухе;
- о метрологических характеристиках (погрешность, точность) измерений по газу Cl_2.

В связи с вышеизложенным указанный прибор конструктивно не предназначен для количественного измерения концентрации свободного хлора в воздухе, в том числе в зоне дыхания плавцов.

Дополнительно сообщаем, что в составе представленных документов на газоанализатор КВТ ECOLINE KT 58 (101567) **отсутствуют сведения о наличии действующего свидетельства о поверке средства измерений**, что не позволяет подтвердить его соответствие требованиям, предъявляемым к средствам измерений.

Информация о назначении и технических характеристиках газоанализатора КВТ ECOLINE KT 58 (101567) размещена в открытом доступе, в том числе на официальном сайте производителя:
https://kvt.su/prod/digital_meters/ecotesters/kt58/sku_101567/

Настоящее разъяснение предоставляется для сведения и учета при оценке конкурсных заявок.

С уважением, Директор Рябинин Е.В.

М.П.