ТОО «CERTUS EVENTUS»

Республика Казахстан, г. Астана, 010000, ул. Сейфуллина 6/2 оф. 9а,
моб. тел.: 87014241866, тел./факс: 8(7172) 944157 e-mail: certuseventus@mail.ru

Конкурсной комиссии
РГКП "Центр олимпийской подготовки по видам борьбы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК
от ТОО «CERTUS EVENTUS»

г. Астана 12.02.2026г.

Разъяснение
по соответствию газоанализатора требованиям конкурсной документации
№ конкурса 16234604-ОК1

Уважаемые члены конкурсной комиссии!

В целях обеспечения объективного подхода при рассмотрении конкурсных заявок на участие в государственном тендере на оказание услуг по сервисному обслуживанию бассейнов сообщаем следующее:
Согласно квалификационным требованиям, поставщик услуг должен иметь газоанализатор, а на основании технической спецификации закупаемой услуги на 2026год было заявлено требование о наличии газоанализатора для: (выдержка их тех. спецификации) **17) Измерение газоанализатором концентрации свободного хлора в воздухе в зоне дыхания пловцов согласно СП № ҚР ДСМ-67 от 26 июля 2022 года;**
Соответственно в составе нашей конкурсной заявки был представлен газоанализатор BW Solo C12, предназначенный для измерения концентрации хлора (Cl_2) в воздухе и оснащённый специализированным сенсором, что позволяет использовать его для контроля содержания свободного хлора в зоне дыхания людей, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

В составе конкурсной заявки ТОО "Harmony pool constraction" был предоставлен газоанализатор Testo-330-1LL.
Согласно сведениям, содержащимся в открытых источниках и техническом описании прибора, газоанализатор Testo-330-1LL, предназначен для измерения концентрации кислорода, дымовых газов, а также температуры и давления в помещениях технологического назначения, при обслуживании и регулировке котельного и печного оборудования. т. е. используется в тепловых пунктах и котельных.
Данный прибор не предназначен для измерения концентрации свободного хлора в зоне дыхания пловцов.

Ссылка на источник: https://acnkru.ru/catalog/testo-330-1-ll/

Настоящее разъяснение предоставляется для сведения и учета при оценке конкурсных заявок.

С уважением, Директор Рябинин Е.В.

М.П.