«Interprofit» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Астана қ.
Ш. Қалдаяқов көшесі, 17, НП-3
т.+7/707/937-05-07
interprofitbox@gmail.com

ТОО «Interprofit»
Республика Казахстан, г. Астана
ул. Ш. Қалдаяқов 17, НП-3
т.+7/707/937-05-07
interprofitbox@gmail.com

Исх.: №25 от 25.02.2026г

Единому организатору РГП на ПХВ "Казгидромет"
Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
г. Астана, ул. Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, д. 11/1, оф.

от ТОО «Interprofit»
г. Астана, ул. Шәмші Қалдаяқов, дом 17, НП-3
по конкурсу №16216416-1 лоту № 82369901-ОК1
«Государственные закупки лабораторных весов»

Настоящим ТОО «Interprofit» БИН 180240021004 выражает несогласие с решением о недопуске нашей компании к участию в открытом конкурсе по объявлению №16216416-1 «Государственные закупки лабораторных весов» по лоту №82369901-ОК1 по причине несоответствия представленной технической спецификации требованиям конкурсной документации.

В протоколе итогов №17024515 от 23 февраля 2026 года указано, что в нашей технической спецификации использованы формулировки:

- «св. 50 г до 200 г»
- «св. 200 г до 320 г»

и что использование термина «св.» не определяет точных характеристик товара.

Обоснование позиции

Предлагаемый нашей компанией товар — лабораторные весы производства ООО «Госметр» (модель ВЛ-324) — полностью соответствует требованиям Заказчика.

Формулировки, использованные в нашей технической спецификации, дословно соответствуют официальной технической документации производителя, а именно:

- Руководству по эксплуатации весов типа ВЛ (таблица технических характеристик);
- Информации, размещённой на официальном сайте производителя.

В руководстве по эксплуатации указано: https://gosmetr.ru/mod_files/catalog_1_sertif/fle_file_catalog_1_sertif_148.pdf (см. стр 9, таблица 1, пункт 7)

«Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания:

- от 0,01 г до 50 г включ.;
- св. 50 г до 200 г включ.;
- св. 200 г до 320 г включ.»

Аналогичная формулировка размещена на официальном сайте производителя. https://gosmetr.ru/catalog/vl-324/

Таким образом, термин «св.» используется самим производителем в утверждённой технической документации и не является произвольным или неопределённым обозначением.

Исп.: Сайлауқызы Ақнұр
+7-777-768-37-37

О точности характеристик

Использование формулировки:

- «св. 50 г до 200 г включ.» и
- «св. 200 г до 320 г включ.»

однозначно определяет:

- нижнюю границу интервала (строго больше 50 г);
- верхнюю границу интервала (включительно 200 г / 320 г);
- соответствует требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011;
- соответствует официальной метрологической документации производителя.

Данные значения являются точными метрологическими характеристиками, установленными изготовителем и подтверждёнными в эксплуатационной документации.

Мы не изменяли характеристики и не указывали произвольные диапазоны — они приведены строго в соответствии с официальным источником.

Отсутствие фактического несоответствия

Предлагаемый товар:

- ✓ имеет НПВ 320 г;
- ✓ дискретность 0,0001 г;
- ✓ класс точности I (специальный);
- ✓ пределы допускаемой погрешности полностью соответствуют ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Фактического несоответствия техническим требованиям Заказчика отсутствует.

Использование сокращения «св.» не изменяет физические и метрологические характеристики товара и не искажает информацию, а лишь отражает форму изложения, принятую изготовителем.

В связи с вышеизложенным просим:

1. Пересмотреть решение о недопуске ТОО «Interprofit» БИН 180240021004 к участию в конкурсе по объявлению №16216416-1 «Государственные закупки лабораторных весов» по лоту № 82369901-ОК1;
2. Признать представленную техническую спецификацию соответствующей требованиям конкурсной документации;
3. Допустить нашу компанию к дальнейшему участию в конкурсе.

Приложения:

1. *Копия страницы руководства по эксплуатации производителя;*
2. *Скриншот официального сайта производителя;*
3. *Техническая спецификация, представленная в составе заявки.*

Директор ТОО «Interprofit» **Ахметов К.К.**

Исп.: Сайлауқызы Ақнұр
+7-777-768-37-37