Протокол по обоснованию государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках

г.Талдыкорган 02 марта 2026 года

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу» (далее – Центр крови) составило настоящий протокол ввиду нижеследующих обстоятельств.

При осмотре и.о. Зав.ОЗК Абдикеримовой Г.А. и врачом БВХВККК Нугазиновым А.С. морозильной камеры для хранения плазмы крови, расположенной в помещении отдела хранения компонентов крови Центра крови, было установлено, что оборудование не поддерживает установленный температурный режим -30°С / -35°С, выявлено снижение температуры до – 13,2 градуса и наблюдалось дальнейшее повышение температуры, что не соответствует предусмотренного техническими требованиями для хранения свежезамороженной плазмы.

При диагностике выявлен факт утечки хладагента (фреона), что привело к нарушению стабильности температурных показателей и создало прямую угрозу порчи компонентов крови, обеспечивающих лечебные организации всей области.

Плазма крови относится к категории биологических материалов, чувствительных к отклонению температуры хранения. В случае дальнейших задержек с ремонтом существует высокий риск частичной или полной потери плазмы, что приведет к невозможности обеспечения медицинских организаций области необходимыми компонентами крови.

Для оперативного устранения выявленной неисправности Центром крови была запрошена информация о возможности проведения диагностики, заправки фреоном и восстановительных работ у Товарищества с ограниченной ответственностью «КазТоргТехника», являющегося специализированной организацией по обслуживанию холодильного и медицинского оборудования. Представитель ТОО «КазТоргТехника» Баринов И. Б. произвел осмотр морозильной камеры и предоставил дефектный акт о том, что произошла утечка хладагента (фреона) и для дальнейшей стабильной работы необходимо произвести замену вибропоглатителя, фильтр осушителя и произвести заправку фреоном. Со стороны ТОО «КазТоргТехника» было представлено ценовое предложение на сумму 86 300 (восемьдесят шесть тысяч триста) тенге, включающее замена вибропоглатителя Ду22, заправку хладагентом R-404 (8кг) и фильтра осушителя.

Проведенный анализ рыночных цен на аналогичные услуги и материалы показал, что представленная стоимость является среднерыночной и обоснованной. Кроме того в процессе взаимодействия в рамках действующего договора государственных закупок № 221040047013/260026/00 от 21 января 2026 года ТОО «КазТоргТехника», как поставщик зарекомендовал себя с положительной стороны. К выполнению своих обязательств относится добросовестно и в полном соответствии с заявленными требованиями.

Цитата из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество»,

глава 1 «Новая экономическая политика»: «Предстоит выстроить качественно новую систему государственных закупок. **В приоритете должно быть качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена».**

Учитывая критическую необходимость проведения срочных работ, угрозу порчи стратегического запаса компонентов крови и необходимость сохранения стабильного температурного режима, а также руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках», Центром крови принято решение провести закупку **услуг по ремонту морозильной камеры (заправка фреона, замена вибропоглатителя Ду22 и фильтра осушителя)** для хранения плазмы крови способом из одного источника путем прямого заключения договора с ТОО «КазТоргТехника».

Приложение: комерческое предложение ТОО «КазТоргТехника», дефектный акт, заявка, служебная записка.

Директор	**Мейрембекова Л. С.**
Главный бухгалтер	**Койшибаева Ш. С.**
И.о. заведующей ОЗК	**Абдикеримова Г. А.**
Врач ОЗК	**Нургазинов А. С.**
Заведующий хозяйством	**Курмангалиев А. Т.**
Специалист по государственным закупкам	**Жанатбекова М. Е.**

ТОО ЖШС Казторгтехника

г. Талдыкорган 040006 ул. Покрышкина 25
тел. факс (87282) 31-91-23
БИН: 950140000337 ИИК: KZ668560000000003849
АО Банк Центр Кредит БИК: KCJBKZKX
ОКПО: 30330083 РНН: 531400016158
эл. почта kaztorgteh@mail.ru

Талдықорған қ. 040006 Покрышкин к-сі 25
тел. факс (87282) 31-91-23
БСН: 950140000337 ЖСК: KZ668560000000003849
АО Банк Центр Кредит БСК: KCJBKZKX
КҰЖС: 30330083 СТН: 531400016158
эл. поштасы kaztorgteh@mail.ru

02.03.2026 г

ГКП на ПХВ «Областной центр крови»

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТОО «Казторгтехника» произвела осмотр морозильной камеры для хранения плазмы крови, инвентарный номер 013000195 в ГКП на ПХВ «Областной центр крови».

В результате осмотра было установлено что камера не поддерживает установленную температуру, так как произошла утечка хладогента (фреона), для дальнейшей стабильной работы холодильной камеры, необходимо произвести замену вибропоглатителя, фильтра осушителя и произвести заправку фреоном R404.

Представители:

ГКП на ПХВ «Областной центр крови» _____

Представитель ТОО «Казторгтехника»» _____ Баринов И.Б.

02.03.2026 г

Директору ГКП на ПХВ
«Областной центр крови»
Мейрембековой Л.С.
от заведующего хозяйством
Курмангалиева А.Т.

Служебная записка

Довожу до Вашего сведения, ТОО «Казторгтехника» произвела осмотр камеры инвентарный номер 013000195. В результате осмотра было установлено что камера не поддерживает установленную температуру, так как произошла утечка хладогента (фреона) для дальнейшей стабильной работы камеры холодильной необходимо устранить утечку произвести заправку фреоном R404 и замена вибропоглатителя, фильтра осушителя.

В связи с производственной необходимостью. Прошу выделить денежные средства с предприятия из одного источника, чтобы заключить договор с ТОО «Казторгтехника» на заправку холодильной камеры фреоном R404 и замена вибропоглатителя, фильтра осушителя.

02.03.2026 г.
Заведующий хозяйством Курмангалиев А.Т.

Директору ГКП на ПХВ
«Областной
центр крови» области Жетісу
Мейрембековой Л.С.
От ОЗК БВХВККК

Заявка

Просим Вас произвести осмотр специалистом и ремонт морозильной камеры №1, для хранения свежезамороженной плазмы. При осмотре морозильная камеры 02.03.2026 г 11ч 20м выявлено снижение температуры до -13.2 градусов , что не соответствует температуре хранения плазмы.

И.О.Зав ОЗК **Абдикеримова Г. А.**
Врач БВХВККК **Нургазинов А. С.**

02.03.2026 г.

ТОО ЖШС «Казторгтехника»

г. Талдыкорган 040006 ул. Покрышкина 25
тел. факс (87282) 31-91-23
БИН: 950140000337 ИИК: KZ668560000000003849
АО Банк Центр Кредит БИК: KCJBKZKX
ОКПО: 30330083 РНН: 531400016158
эл. почта kaztorgteh@mail.ru

Талдықорған қ. 040006 Покрышкин к-сі 25
тел. факс (87282) 31-91-23
БСН: 950140000337 ЖСК: KZ668560000000003849
АО Банк Центр Кредит БСК: KCJBKZKX
КҰЖС: 30330083 СТН: 531400016158
эл. поштасы kaztorgteh@mail.ru

02.03.2026 г

ГКП на ПХВ «Областной центр крови»

Коммерческое предложение

на ремонт камеры холодильной

No.	*Наименование*	*Ед.изм*	*Кол-во*	*Цена*	*Итого / Тенге*
1	Замена Виброполатителя Ду22	шт	1	13 500	13 500
2	Заправка фреоном R-404 (8 кг)	шт	1	68 000	68 000
3	Замена Фильтра осушителя	шт	1	4 800	4 800
ИТОГО:					**86 300**

Директор
ТОО "Казторгтехника" Косенко Н.А.