Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17241959

Конкурстың № 16562029-1
Конкурстың атауы Инсинератор пешін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-12 16:00:09 дейін 2026-03-16 16:00:09
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ шаруашылық жүргізу құқығындағы "Байғанин аудандық ауруханасы" МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	970623351240	КҚ жобасына ескерту	имеется требование "Производство горелок — европейское или эквивалентное, предпочтительно итальянского производства." Однако не уточняется бренд может быть европейским, а производство в китае. Просим уточнить "Производство горелок" вами определяется по принадлежности бренда или территории производства.	2026-03-15 22:53:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «Производство горелок — европейское или эквивалентное, предпочтительно итальянского производства» указано в целях обеспечения надежности и качества оборудования. Под данным требованием понимается, что поставщик вправе предложить горелки европейских производителей либо эквивалентные по техническим характеристикам и качеству. При этом допускается оборудование, произведенное на заводах производителя, расположенных в различных странах, при условии соответствия заявленным техническим характеристикам и стандартам качества производителя. Указание «предпочтительно итальянского производства» носит рекомендательный характер и не является обязательным требованием. В связи с этим внесение изменений в конкурсную документацию не требуется.

2	970623351240	КҚ жобасына ескерту	имеется требование "Высота дымохода — в соответствии с экологическими требованиями." Однако не уточняется на какой именно приказ или закон ссылаетесь? Какая конкретно нужна высота дымохода ?	2026-03-15 22:58:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «Высота дымохода — в соответствии с экологическими требованиями» указано в целях обеспечения соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан. Конкретная высота дымохода зависит от конструктивных особенностей оборудования, мощности установки, характеристик выбросов и определяется при разработке проектной документации с учетом требований экологических и санитарных норм Республики Казахстан. При этом поставщик должен обеспечить соответствие оборудования действующим экологическим требованиям и нормативам по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В связи с этим установление конкретной фиксированной высоты дымохода в конкурсной документации не требуется.

3	970623351240	КҚ жобасына ескерту	имеется требование "Наличие системы контроля выбросов". Однако не уточняется какая именно нужна система?	2026-03-15 22:59:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «Наличие системы контроля выбросов» указано в целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и контроля параметров процесса сжигания. Под системой контроля выбросов понимается наличие технических решений или устройств, позволяющих осуществлять контроль и регулирование процесса сжигания, а также параметров, влияющих на образование выбросов (температурный режим, подача воздуха, контроль работы горелок и др.). Конкретный тип системы не устанавливается и может быть реализован поставщиком в составе предлагаемого оборудования в соответствии с конструктивными особенностями установки. В связи с этим внесение изменений в конкурсную документацию не требуется.

4	970623351240	КҚ жобасына ескерту	имеется название товара "Дизельный инсинератор 150 кг/цикл". Понятие цикла не раскрыто. К примеру цикл - это 8 часовой рабочий день?	2026-03-15 22:39:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Показатель «150 кг/цикл» применяется в технических характеристиках инсинераторных установок и означает максимальную массу отходов, загружаемых для однократного процесса сжигания. Под циклом понимается полный технологический процесс сжигания одной загрузки отходов до завершения процесса их термического уничтожения. Таким образом, указанная характеристика является стандартной для данного типа оборудования и не требует дополнительного уточнения.

5	970623351240	КҚ жобасына ескерту	имеется требование "Контейнер должен иметь: вентиляцию, технические двери, систему освещения, противопожарную защиту." Однако нет уточнения о какой противопожарной защите идёт речь, что именно вам необходимо в контейнере?	2026-03-15 22:56:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «Контейнер должен иметь: вентиляцию, технические двери, систему освещения, противопожарную защиту» установлено в целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования. Под противопожарной защитой понимается наличие технических решений и средств, направленных на предотвращение и минимизацию риска возникновения и распространения пожара при эксплуатации оборудования (огнестойкие материалы конструкции, система пожарной сигнализации, средства первичного пожаротушения и иные решения, предусмотренные конструкцией оборудования). Конкретный состав противопожарной защиты определяется поставщиком исходя из конструктивных особенностей предлагаемого оборудования и требований действующих норм пожарной безопасности Республики Казахстан. В связи с этим внесение изменений в конкурсную документацию не
						требуется.

6	970623351240	КҚ жобасына ескерту	имеется требование "Установка должна обеспечивать безопасное и экологически эффективное уничтожение отходов в соответствии с действующими экологическими и санитарными требованиями." Если на вашу организацию необходима дальнейшая выдача лицензии на сжигание от мин экологии, то печь должна быть оборудована дополнительной системой газоочистки (цена от 20 млн), что не входит в указанную комплектацию. В связи с этим просим изменить текст на данную редакцию "Установка должна обеспечивать безопасное и эффективное уничтожение отходов."	2026-03-15 22:48:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание рассмотрено. С целью недопущения избыточных требований к комплектации оборудования и обеспечения равных условий для потенциальных поставщиков, текст требования будет изложен в следующей редакции: «Установка должна обеспечивать безопасное и эффективное уничтожение отходов». Соответствующие изменения будут внесены в конкурсную документацию.

7	970623351240	КҚ жобасына ескерту	имеется требование "Наличие загрузочной двери с термостойким уплотнением." Однако отсутствует указание на расположение загрузочной двери верхнее или торцевое(боковое)?	2026-03-15 22:51:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «Наличие загрузочной двери с термостойким уплотнением» установлено в целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и предотвращения выхода тепла и продуктов сгорания при работе установки. Конструктивное расположение загрузочной двери (верхнее, фронтальное либо боковое) зависит от технических решений производителя и особенностей конструкции предлагаемого оборудования. В связи с этим конкретное расположение загрузочной двери в конкурсной документации не устанавливается. Поставщик вправе предложить оборудование с конструктивным решением, предусмотренным производителем, при условии наличия термостойкого уплотнения и соответствия остальным техническим требованиям. Внесение изменений в конкурсную документацию не требуется.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Исбусинов Нурбек Сапарович

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17241959

№ конкурса 16562029-1
Название конкурса Приобретение печь инсинератор
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-12 16:00:09 по 2026-03-16 16:00:09
Наименование организатора ГКП "Байганинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	970623351240	Замечание к КД	имеется требование "Производство горелок — европейское или эквивалентное, предпочтительно итальянского производства." Однако не уточняется бренд может быть европейским, а производство в китае. Просим уточнить "Производство горелок" вами определяется по принадлежности бренда или территории производства.	2026-03-15 22:53:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «Производство горелок — европейское или эквивалентное, предпочтительно итальянского производства» указано в целях обеспечения надежности и качества оборудования. Под данным требованием понимается, что поставщик вправе предложить горелки европейских производителей либо эквивалентные по техническим характеристикам и качеству. При этом допускается оборудование, произведенное на заводах производителя, расположенных в различных странах, при условии соответствия заявленным техническим характеристикам и стандартам качества производителя. Указание «предпочтительно итальянского производства» носит рекомендательный характер и не является обязательным требованием. В связи с этим внесение изменений в конкурсную документацию не требуется.

2	970623351240	Замечание к КД	имеется требование "Высота дымохода — в соответствии с экологическими требованиями." Однако не уточняется на какой именно приказ или закон ссылаетесь? Какая конкретно нужна высота дымохода ?	2026-03-15 22:58:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «Высота дымохода — в соответствии с экологическими требованиями» указано в целях обеспечения соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан. Конкретная высота дымохода зависит от конструктивных особенностей оборудования, мощности установки, характеристик выбросов и определяется при разработке проектной документации с учетом требований экологических и санитарных норм Республики Казахстан. При этом поставщик должен обеспечить соответствие оборудования действующим экологическим требованиям и нормативам по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В связи с этим установление конкретной фиксированной высоты дымохода в конкурсной документации не требуется.

3	970623351240	Замечание к КД	имеется требование "Наличие системы контроля выбросов". Однако не уточняется какая именно нужна система?	2026-03-15 22:59:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «Наличие системы контроля выбросов» указано в целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и контроля параметров процесса сжигания. Под системой контроля выбросов понимается наличие технических решений или устройств, позволяющих осуществлять контроль и регулирование процесса сжигания, а также параметров, влияющих на образование выбросов (температурный режим, подача воздуха, контроль работы горелок и др.). Конкретный тип системы не устанавливается и может быть реализован поставщиком в составе предлагаемого оборудования в соответствии с конструктивными особенностями установки. В связи с этим внесение изменений в конкурсную документацию не требуется.

4	970623351240	Замечание к КД	имеется название товара "Дизельный инсинератор 150 кг/цикл". Понятие цикла не раскрыто. К примеру цикл - это 8 часовой рабочий день?	2026-03-15 22:39:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Показатель «150 кг/цикл» применяется в технических характеристиках инсинераторных установок и означает максимальную массу отходов, загружаемых для однократного процесса сжигания. Под циклом понимается полный технологический процесс сжигания одной загрузки отходов до завершения процесса их термического уничтожения. Таким образом, указанная характеристика является стандартной для данного типа оборудования и не требует дополнительного уточнения.

5	970623351240	Замечание к КД	имеется требование "Контейнер должен иметь: вентиляцию, технические двери, систему освещения, противопожарную защиту." Однако нет уточнения о какой противопожарной защите идёт речь, что именно вам необходимо в контейнере?	2026-03-15 22:56:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «Контейнер должен иметь: вентиляцию, технические двери, систему освещения, противопожарную защиту» установлено в целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования. Под противопожарной защитой понимается наличие технических решений и средств, направленных на предотвращение и минимизацию риска возникновения и распространения пожара при эксплуатации оборудования (огнестойкие материалы конструкции, система пожарной сигнализации, средства первичного пожаротушения и иные решения, предусмотренные конструкцией оборудования). Конкретный состав противопожарной защиты определяется поставщиком исходя из конструктивных особенностей предлагаемого оборудования и требований действующих норм пожарной безопасности Республики Казахстан. В связи с этим внесение изменений в конкурсную документацию не
						требуется.

6	970623351240	Замечание к КД	имеется требование "Установка должна обеспечивать безопасное и экологически эффективное уничтожение отходов в соответствии с действующими экологическими и санитарными требованиями." Если на вашу организацию необходима дальнейшая выдача лицензии на сжигание от мин экологии, то печь должна быть оборудована дополнительной системой газоочистки (цена от 20 млн), что не входит в указанную комплектацию. В связи с этим просим изменить текст на данную редакцию "Установка должна обеспечивать безопасное и эффективное уничтожение отходов."	2026-03-15 22:48:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание рассмотрено. С целью недопущения избыточных требований к комплектации оборудования и обеспечения равных условий для потенциальных поставщиков, текст требования будет изложен в следующей редакции: «Установка должна обеспечивать безопасное и эффективное уничтожение отходов». Соответствующие изменения будут внесены в конкурсную документацию.

7	970623351240	Замечание к КД	имеется требование "Наличие загрузочной двери с термостойким уплотнением." Однако отсутствует указание на расположение загрузочной двери верхнее или торцевое(боковое)?	2026-03-15 22:51:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование «Наличие загрузочной двери с термостойким уплотнением» установлено в целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и предотвращения выхода тепла и продуктов сгорания при работе установки. Конструктивное расположение загрузочной двери (верхнее, фронтальное либо боковое) зависит от технических решений производителя и особенностей конструкции предлагаемого оборудования. В связи с этим конкретное расположение загрузочной двери в конкурсной документации не устанавливается. Поставщик вправе предложить оборудование с конструктивным решением, предусмотренным производителем, при условии наличия термостойкого уплотнения и соответствия остальным техническим требованиям. Внесение изменений в конкурсную документацию не требуется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Исбусинов Нурбек Сапарович

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).