DIAGAL

Товарищество с ограниченной ответственностью «Диагаль»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора 990240004445/260323/00 от 18.03.2026 «26» марта 2026 г.

Код инженера		Номер и дата подачи заявки	26.03.2026	Время прибытия	Время убытия	Затраченное время

Организация здравоохранения: КГП на ПХВ «Областная больница имени Г. Султанова»
Отделение: ОАРИТ
Город: Павлодар
Адрес: ул. Щедрина 63

Медицинская техника:	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное ☐ *Пост-гарантийное* ☑ *Стороннее* ☐		
Fabius Plus:	ASKM-0176	2017
Fabius Plus:	ASKM-0171	2017
Fabius Plus:	ASKM-0191	2017
Fabius Plus:	ASKM-0178	2017

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ППО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	☑	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
Сервисный набор Cosy 2 г	шт	4	
Датчик кислорода	шт	4	

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

Комментарии/техническое заключение: проведено плановое техническое сервисное обслуживание. Визуальный осмотр аппаратов на наличие физических повреждений, проверка программного обеспечения и режимов работы, проверка периферийного оборудования (датчики, модули и др.), проверка электронных компонентов, проверка датчиков O2, CO2, потока, клапанов вдох и выдох, клапанов кислорода и сжатого воздуха, дисплея и системы сигнализации. Профилактические работы. Осмотр аппаратов, аппараты в рабочем состоянии. К эксплуатации годны.

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг
(должность) (Ф.И.О. (при его наличии))	Сервис инж. Маматхожин Е.А. (должность) (Ф.И.О. (при его наличии))
«26» марта 2026 г.	«26» марта 2026 г.
М.П.	М.П.

Республика Казахстан г. Астана. мкр. Юго-Восток, ул. Жанкент, 88
тел./факс:+ 7 717 2 54-02-24 , 54-00-22 e-mail: diagal_astana@mail.ru
Лицензия №12003932 от 28 мая 2012 года.