Исх.№ 01/04-02
от «01» апреля 2026 г.

Государственное учреждение «Управление активов и государственных закупок города Астаны»

Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

От: ТОО «ALMAdata»
БИН 170540013538
Адрес: Казахстан, 010000, г. Астана,
Жилой массив ШУБАР , Улица КАРАОТКЕЛЬ, 1

Жалоба

Конкурс: № 16498830-2 Приобретение дополнительных экологических постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

Наименование, место нахождения юридического лица, действия (бездействия), решения которого обжалуется: *ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны» (Юридический адрес: Республика Казахстан, Астана, Бейбитшилик 11, БИН: 141240027811. Банковские реквизиты: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" ИИК: KZ22070102KSN6201000 БИК: KKMFKZ2A Валюта счета: KZT КБе: 12).*

Наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу: *ТОО «ALMAdata», БИН 170540013538 (Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Жилой массив ШУБАР , Улица КАРАОТКЕЛЬ, 1. Банковские реквизиты: ИИК: KZ5996503F0008203383 БИК:IRTYKZKA АО "ForteBank").*

Сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках:

Открытый конкурс № 16498830-2 Приобретение дополнительных экологических постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, по лоту №82764393-ОК2 «Метеорологическая станция».

Сумма, выделенная для закупки – 188 019 827.59 (сто восемьдесят восемь миллионов девятнадцать тысяч восемьсот двадцать семь) тенге 59 тиын, без учета НДС.

Дата публикации объявления – 12.03.2026г.

Дата протокола вскрытия – 20.03.2026г.

Дата протокола итогов – 30.03.2026г.

Обжалование действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок:

ТОО «ALMAdata» приняло участие в открытом конкурсе посредством электронных закупок № 16498830-2 Приобретение дополнительных экологических постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, по лоту №82764393-ОК2 «Метеорологическая станция», проводимого Организатором конкурса: ГУ «Управление активов и

государственных закупок города Астаны» (Юридический адрес: Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик 11, БИН 141240027811).

Заказчиком вышеуказанного конкурса является: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» (Юридический адрес: Казахстан, Астана, Проспект САРЫАРКА 13, БИН: 020540001029).

30.03.2026г. Протоколом об итогах государственных закупок способом конкурса № 16498830-ОК2 победителем было признано ТОО «Мун трэйд», потенциальным поставщиком, занявшим второе место KazTechSnab.

ТОО «ALMAdata» не согласно с вышеуказанным протоколом об итогах, просит пересмотреть **техническую спецификацию и приложенные документы к заявкам** ТОО «Мун трэйд» по вышеуказанному конкурсу и вынести новый протокол об итогах, соответствующий Закону Республики Казахстан «О государственных закупках», Правилам осуществления государственных закупок, технической спецификации Заказчика.

ТОО «ALMAdata» указывает на следующие конкретные факты нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, допущенные ТОО «Мун трэйд»:

Согласно конкурсной документации, соответствие оборудования требованиям ТС должно подтверждаться техническими характеристиками завода-изготовителя либо данными с официального сайта производителя.

Однако ТОО «Мун-Трейд» представило техническое описание, которое по сути направлено на введение в заблуждение, поскольку вместо характеристик конкретной модели в нем фактически дословно скопирован текст ТС заказчика, вплоть до орфографии, пунктуации и точек.

1. **Несоответствие действительных параметров относительной погрешности требованиям технической спецификации к конкурсной документации.**

1.1 Газоанализатор JMAQ-A90-CO

Согласно представленной технической спецификации поставщика ТОО «Мун Трэйд», предел допускаемой относительной погрешности газоанализатора JMAQ-A90-CO указан как ±2%.

Также поставщиком приложен сертификат о метрологической аттестации средства измерений №3079 (вложение: *JMAQ-A90-CO.pdf*).

При этом, на портале информационной системы Комитета технического регулирования и метрологии (https://techreg.gov.kz) приведено описание данного сертификата, в котором указано, что предел допускаемой относительной погрешности составляет ±20% (вложение: *Tech_req_JMAQ-A90-CO.pdf*).

Таким образом, по результатам поверки фактическая погрешность данного прибора составляет ±20%, что не соответствует требованиям Технической спецификации к конкурсу.

1.2 Газоанализатор JMAQ-A90-NOX

Согласно представленной технической спецификации поставщика ТОО «Мун Трэйд», предел допускаемой относительной погрешности газоанализатора JMAQ-A90-NOx указан как ±2%.

Также поставщиком приложен сертификат о метрологической аттестации средства измерений №3075 (вложение: *JMAQ-A90-NOX.pdf*).

При этом, на портале информационной системы Комитета технического регулирования и метрологии (https://techreg.gov.kz) приведено описание данного сертификата, в котором указано, что предел допускаемой относительной погрешности составляет ±20% (вложение: *Tech_req_JMAQ-A90-NOx.pdf*).

Таким образом, по результатам поверки фактическая погрешность данного прибора составляет ±20%, что не соответствует требованиям Технической спецификации к конкурсу.

1.3 Газоанализатор JMAQ-A90-SO2

Согласно представленной технической спецификации поставщика ТОО «Мун Трэйд», предел допускаемой относительной погрешности газоанализатора JMAQ-A90-SO2 указан как ±2%.

Также поставщиком приложен сертификат о метрологической аттестации средства измерений №3072 (вложение: *JMAQ-A90-SO2.pdf*).

При этом, на портале информационной системы Комитета технического регулирования и метрологии (https://techreg.gov.kz) приведено описание данного сертификата, в котором указано, что предел допускаемой относительной погрешности составляет ±20% (вложение: *Tech_req_JMAQ-A90-SO2.pdf*).

Таким образом, по результатам поверки фактическая погрешность данного прибора составляет ±20%, что не соответствует требованиям Технической спецификации к конкурсу.

Вывод: В открытых источниках обнаружено несоответствие только одного параметра трёх приборов, данные о которых находятся в публичном доступе. Просим провести дополнительную проверку на соответствие параметрам технической спецификации всех приборов, представленных в заявке "Мун Трейд", запросив у РГП "Казстандарт" протокола поверки анализаторов газа и пыли, которые являются приложениями к сертификатам №№ 3059, 3072, 3075, 3079, 3087.

2. Несоответствие количества заявленных газоанализаторов требованиям Технической спецификации

Согласно технической спецификации к конкурсной документации, газоанализатор для измерения диоксида серы (SO_2) и сероводорода (H_2S) в атмосферном воздухе должен быть представлен одним прибором.

Однако в представленной заявке поставщика ТОО «Мун Трэйд» данный газоанализатор указан в виде двух отдельных приборов:

Газоанализатор JMAQ-A90-H2S, сертификат №3059 (вложение: *JMAQ-A90-H2S.pdf*);

Газоанализатор JMAQ-A90-SO2, сертификат №3072 (вложение: *JMAQ-A90-SO2.pdf*).

Таким образом, имеет место явное расхождение с требованиями конкурсной документации, предусматривающими использование одного прибора для измерения указанных газов.

3. **Отсутствие представленных моделей газоанализаторов на сайте завода-изготовителя**

В ходе анализа представленных потенциальным поставщиком материалов установлено следующее. Поставщиком в качестве производителя указана компания **Qingdao Jiaming Measurement and Control Technology Co., Ltd.** При этом ссылки на соответствующие модели производителя в составе заявки **не предоставлены**. Согласно открытым источникам, официальным сайтом завода-изготовителя является следующий интернет-ресурс: https://www.cn-cems.com/

Однако при анализе указанного интернет-ресурса установлено, что на сайте производителя отсутствуют какие-либо упоминания моделей газоанализаторов серии **JMAQ-A90** (в том числе JMAQ-A90-CO, JMAQ-A90-H2S, JMAQ-A90-SO2), а также отсутствуют технические описания, даташиты и иная документация, подтверждающая их характеристики.

В связи с отсутствием информации о заявленных моделях в официальных источниках производителя, **невозможно подтвердить соответствие представленного оборудования требованиям технической спецификации (ТС).**

Приложенные к настоящей жалобе документы:

1. JMAQ-A90-NOX.pdf
2. JMAQ-A90-SO2.pdf
3. JMAQ-A90-CO.pdf
4. Tech_req_JMAQ-A90-CO.pdf
5. Tech_req_JMAQ-A90-NOx.pdf
6. Tech_req_JMAQ-A90-SO2.pdf
7. Доп. скриншоты_МунТрейд_КазTechSnab.docx

Директор **Баткульдинов Е.К.**