«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ АКТИВТЕР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ГОРОДА АСТАНЫ»

010000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, № 11,
тел.: 7 (71725) 57315

010000, город Астана, ул. Бейбитшилик,№ 11,
тел.: 7 (71725) 57315

№ 501-08-20/525 от 08.04.2026

ТОО «Мун трэйд»

Государственное учреждение «Управление активов и государственных закупок города Астаны» *(далее – Управление)*, на Вашу жалобу № 286371 от 6 апреля 2026 года, касательно открытого конкурса № 16570547-1 «Приобретение дополнительных экологических постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха» *(далее – Конкурс)* в рамках своей компетенции, сообщает что Ваши доводы приняты к сведению.

Согласно подпункту 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 *(далее – Правила)*, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе признана не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Согласно протоколу итогов конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Мун трэйд» отклонен по следующей причине:

Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации: Несоответствие действительных параметров относительной погрешности требованиям технической спецификации к конкурсной документации. 1.1 Газоанализатор JMAQ-A90-CO Согласно представленной технической спецификации потенциального поставщика KazTechSnab», предел допускаемой относительной погрешности газоанализатора JMAQ-A90-CO указан как ±2%. При этом, потенциальным поставщиком приложен сертификат о метрологической аттестации средства измерений №3079, однако на портале информационной системы Комитета технического регулирования и метрологии (https://techreg.gov.kz) приведено описание данного сертификата, в котором указано, что предел допускаемой относительной погрешности составляет ±20%. Таким образом, по результатам поверки фактическая погрешность данного прибора составляет ±20%, что не соответствует требованиям Технической спецификации к конкурсу. 1.2 Газоанализатор JMAQ-A90-NOX Согласно представленной технической спецификации

Дата: 08.04.2026 10:39. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. ЭҚТ тексеру нәтижесі он

поставщика KazTechSnab», предел допускаемой относительной погрешности газоанализатора JMAQ-A90-NOx указан как ±2%. Также поставщиком приложен сертификат о метрологической аттестации средства измерений №3075 (вложение: JMAQ-A90-NOX.pdf). При этом, на портале информационной системы Комитета технического регулирования и метрологии (https://techreg.gov.kz) приведено описание данного сертификата, в котором указано, что предел допускаемой относительной погрешности составляет ±20% Таким образом, по результатам поверки фактическая погрешность данного прибора составляет ±20%, что не соответствует требованиям Технической спецификации к конкурсу. 1.3 Газоанализатор JMAQ-A90-SO2 Согласно представленной технической спецификации поставщика «KazTechSnab», предел допускаемой относительной погрешности газоанализатора JMAQ-A90-SO2 указан как ±2%. Также поставщиком приложен сертификат о метрологической аттестации средства измерений №3079 При этом, на портале информационной системы Комитета технического регулирования и метрологии (https://techreg.gov.kz) приведено описание данного сертификата, в котором указано, что предел допускаемой относительной погрешности составляет ±20% 1.2 Газоанализатор JMAQ-A90-NOX Согласно представленной технической спецификации поставщика KazTechSnab», предел допускаемой относительной погрешности газоанализатора JMAQ-A90-NOx указан как ±2%. Также поставщиком приложен сертификат о метрологической аттестации средства измерений №3075 (вложение: JMAQ-A90-NOX.pdf). При этом, на портале информационной системы Комитета технического регулирования и метрологии (https://techreg.gov.kz) приведено описание данного сертификата, в котором указано, что предел допускаемой относительной погрешности составляет ±20% 1.3 Газоанализатор JMAQ-A90-SO2 Согласно представленной технической спецификации поставщика «KazTechSnab», предел допускаемой относительной погрешности газоанализатора JMAQ-A90-SO2 указан как ±2%. Также поставщиком приложен сертификат о метрологической аттестации средства измерений №3072 (вложение: JMAQ-A90-SO2.pdf). При этом, на портале информационной системы Комитета технического регулирования и метрологии (https://techreg.gov.kz) приведено описание данного сертификата, в котором указано, что предел допускаемой относительной погрешности составляет ±20% Таким образом, по результатам поверки фактическая погрешность данного прибора составляет ±20%, что не соответствует требованиям Технической спецификации к конкурсу. 3. Несоответствие количества заявленных газоанализаторов требованиям Технической спецификации Согласно технической спецификации к конкурсной документации, газоанализатор для измерения диоксида серы (SO_2) и сероводорода (H_2S) в атмосферном воздухе должен быть представлен одним прибором. Однако в представленной заявке поставщика KazTechSnab» данный газоанализатор указан в виде двух отдельных приборов: Газоанализатор JMAQ-A90-H2S, сертификат №3059 (вложение: JMAQ-A90-H2S.pdf); Газоанализатор JMAQ-A90-SO2, сертификат №3072 (вложение: JMAQ-A90-SO2.pdf). 4. Отсутствие представленных моделей газоанализаторов на сайте завода-изготовителя В ходе анализа представленных потенциальным поставщиком материалов установлено

Дата: 08.04.2026 10:39. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. ЭҚТ тексеру нәтижесі он

следующее. Поставщиком в качестве производителя указана компания Qingdao Jiaming Measurement and Control Technology Co., Ltd. При этом ссылки на соответствующие модели производителя в составе заявки не предоставлены. Согласно открытым источникам, официальным сайтом завода-изготовителя является следующий интернет-ресурс: https://www.cn-cems.com/ Однако при анализе указанного интернет-ресурса установлено, что на сайте производителя отсутствуют какие-либо упоминания моделей газоанализаторов серии JMAQ-A90 (в том числе JMAQ-A90-CO, JMAQ-A90-H2S, JMAQ-A90-SO2), а также отсутствуют технические описания, даташиты и иная документация, подтверждающая их характеристики. В связи с отсутствием информации о заявленных моделях в официальных источниках производителя, не представляется возможным подтвердить соответствие представленного оборудования требованиям технической спецификации (ТС). ;

Согласно Приложению 13 к конкурсной документации установлено следующее требование:

- Предел допускаемой относительный погрешности: не более ±2 %;

Поставщик в составе заявке на участии в данном конкурсе должен предоставить технические характеристики товаров от производителей или предоставить ссылку на официальные сайты производителя, где указаны технические характеристики товаров, подтверждающие соответствие требованиям данной технической спецификации.

В графе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных свед» указано:

На каждый тип средства измерения (далее – СИ) Поставщик при поставке обязан предоставить электронную копию сертификата о метрологической аттестации СИ либо соответствующее письмо от уполномоченной организации с приложением описания типа СИ, подтверждающее регистрацию СИ в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Касательно ТОО «Мун трэйд»

по результатам изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Мун трэйд» установлено, что техническая спецификация соответствует требованиям конкурсной документации.

Также было предоставлено письмо от производителя с техническими характеристиками заявленных товаров.

Таким образом, конкурсная комиссия необоснованно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Мун трэйд» к участию в конкурсе.

Одновременно, сообщаем, что согласно п.6 ст.100 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан *(далее – АППК)* в случае несогласия с решением органа, рассматривающего жалобу, участник административной процедуры праве обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в другой орган, рассматривающий жалобу, или в суд.

Заместитель руководителя **Ж. Даулетов**

Дата: 08.04.2026 10:39. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. ЭҚТ тексеру нәтижесі он

. Бабатайұлы Б.
 55-74-38

Келісілді
08.04.2026 10:09 Нуртазин Данияр Ерсинович
Қол қойған
08.04.2026 10:32 Даулетов Жандос

Дата: 08.04.2026 10:39. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. ЭҚТ тексеру нәтижесі оң

Құжат түрі	Шығыс құжат
Номер и дата документа	№ 501-08-20/525 от 08.04.2026 г.
Организация/ отправитель	АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ АКТИВТЕР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫНА
Получатель (-и)	ДРУГИЕ
Құжаттың электрондық цифрлық қолтаңбалары	Келісілді: Нуртазин Данияр Ерсинович без ЭЦП Время подписи: 08.04.2026 10:09
	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" Қол қойған: ДАУЛЕТОВ ЖАНДОС MIIRkAYJ...X7q/S7WB4 Время подписи: 08.04.2026 10:32
	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" ЭҚТ канцеляриясы: АУҒАНБЕК ӘЙГЕРІМ MIIR2wYJ...s3DeY2x8q Время подписи: 08.04.2026 10:33

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 08.04.2026 10:39. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. ЭҚТ тексеру нәтижесі оң