# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№17461647**

Конкурстың № 16726862-1
Конкурстың атауы Рентген-телевизиялық кешенін орнатуымен сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-07 09:53:44 дейін 2026-04-09 09:53:44
Ұйымдастырушының атауы «Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020611651554 | КҚ жобасына ескерту | В технической спецификации указано требование по минимальной высоте конвейера на уровне не менее 752 мм. Данный параметр не оказывает прямого влияния на качество досмотра, безопасность или функциональные возможности оборудования. Тем самым ограничивая круг потенциальных поставщиков, нарушая принцип осуществления государственных закупок (пункт 2 статьи 5 Закона “предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках”. При этом на рынке представлено значительное количество решений от различных производителей, где высота конвейера составляет 600–700 мм и полностью соответствует задачам эксплуатации. Снижение минимального значения до 600 мм позволит расширить перечень доступных решений, повысить конкуренцию среди поставщиков, а также в ряде случаев улучшить работу операторов за счет уменьшения | 2026-04-08 17:43:09 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Техническая спецификация сформирована с учетом фактических потребностей Заказчика, условий эксплуатации оборудования, а также обеспечения безопасности и удобства работы операторов. Установленные параметры, в том числе высота конвейера не менее 752 мм, определены исходя из эргономических требований, особенностей размещения оборудования и интеграции с существующей инфраструктурой. При этом отмечаем, что указанный параметр не носит избыточного характера и направлен на обеспечение стабильной и эффективной эксплуатации оборудования. Оснований полагать, что данное требование ограничивает конкуренцию, не имеется, поскольку на рынке присутствуют потенциальные поставщики, способные предложить оборудование, соответствующее указанным характеристикам. В части замечания относительно проникающей способности рентгеновской системы сообщаем, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | высоты подъема багажа, а также существенно сэкономить бюджетные средства. Предлагаем рассмотреть возможность изменения данного требования с “высота конвейера на уровне не менее 752 мм” на «высота конвейера — не менее 600 мм» как более универсального и обоснованного. Аналогичная, ситуация по требованиям к проникающей способности рентгеновской системы с привязкой к конкретным уровням напряжения генератора (30 мм при 140 кВ и 38 мм при 160 кВ) является избыточно детализированной и ориентированной на конкретные технические реализации. На практике ключевым параметром является именно фактическая проникающая способность, а не способ ее достижения. Установление единого требования «не менее 32 мм по стали» позволяет сохранить необходимый уровень эффективности досмотра, при этом не ограничивая производителей, использующих различные | | | что установленные значения (30 мм при 140 кВ и 38 мм при 160 кВ) определены с учетом необходимости обеспечения требуемого уровня досмотра и выявления запрещенных предметов. Привязка к параметрам напряжения генератора обусловлена требованиями к стабильности и воспроизводимости результатов сканирования. Предложение об установлении единого показателя «не менее 32 мм по стали» рассмотрено, однако не может быть принято, поскольку не в полной мере отражает технические и эксплуатационные требования Заказчика. |
| | | | технологии генерации и обработки изображения, что в свою очередь также приведет к экономии бюджетных средств. В связи с чем прошу изменить требования технической спецификации с “30 мм при 140 кВ и 38 мм при 160 кВ” на “не менее 32мм при 140 кВ”. | | | |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя управления Жакупова Дина Тлеукеновна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№17461647**

№ конкурса 16726862-1
Название конкурса Приобретение Комплекса рентгено-телевизионного с установкой
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-07 09:53:44 по 2026-04-09 09:53:44
Наименование организатора ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020611651554 | Замечание к КД | В технической спецификации указано требование по минимальной высоте конвейера на уровне не менее 752 мм. Данный параметр не оказывает прямого влияния на качество досмотра, безопасность или функциональные возможности оборудования. Тем самым ограничивая круг потенциальных поставщиков, нарушая принцип осуществления государственных закупок (пункт 2 статьи 5 Закона “предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках”. При этом на рынке представлено значительное количество решений от различных производителей, где высота конвейера составляет 600–700 мм и полностью соответствует задачам эксплуатации. Снижение минимального значения до 600 мм позволит расширить перечень доступных решений, повысить конкуренцию среди поставщиков, а также в ряде случаев улучшить работу операторов за счет уменьшения | 2026-04-08 17:43:09 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Техническая спецификация сформирована с учетом фактических потребностей Заказчика, условий эксплуатации оборудования, а также обеспечения безопасности и удобства работы операторов. Установленные параметры, в том числе высота конвейера не менее 752 мм, определены исходя из эргономических требований, особенностей размещения оборудования и интеграции с существующей инфраструктурой. При этом отмечаем, что указанный параметр не носит избыточного характера и направлен на обеспечение стабильной и эффективной эксплуатации оборудования. Оснований полагать, что данное требование ограничивает конкуренцию, не имеется, поскольку на рынке присутствуют потенциальные поставщики, способные предложить оборудование, соответствующее указанным характеристикам. В части замечания относительно проникающей способности рентгеновской системы сообщаем, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | высоты подъема багажа, а также существенно сэкономить бюджетные средства. Предлагаем рассмотреть возможность изменения данного требования с “высота конвейера на уровне не менее 752 мм” на «высота конвейера — не менее 600 мм» как более универсального и обоснованного. Аналогичная, ситуация по требованиям к проникающей способности рентгеновской системы с привязкой к конкретным уровням напряжения генератора (30 мм при 140 кВ и 38 мм при 160 кВ) является избыточно детализированной и ориентированной на конкретные технические реализации. На практике ключевым параметром является именно фактическая проникающая способность, а не способ ее достижения. Установление единого требования «не менее 32 мм по стали» позволяет сохранить необходимый уровень эффективности досмотра, при этом не ограничивая производителей, использующих различные | | | что установленные значения (30 мм при 140 кВ и 38 мм при 160 кВ) определены с учетом необходимости обеспечения требуемого уровня досмотра и выявления запрещенных предметов. Привязка к параметрам напряжения генератора обусловлена требованиями к стабильности и воспроизводимости результатов сканирования. Предложение об установлении единого показателя «не менее 32 мм по стали» рассмотрено, однако не может быть принято, поскольку не в полной мере отражает технические и эксплуатационные требования Заказчика. |
| | | | технологии генерации и обработки изображения, что в свою очередь также приведет к экономии бюджетных средств. В связи с чем прошу изменить требования технической спецификации с “30 мм при 140 кВ и 38 мм при 160 кВ” на “не менее 32мм при 140 кВ”. | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя управления Жакупова Дина Тлеукеновна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).