Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17662967

Конкурстың № 16883352-1
Конкурстың атауы 2026 жылға арналған Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің мұқтаждықтары үшін медициналық жабдықты конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-04 09:33:30 дейін 2026-05-06 09:33:30
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	250540013822	ҚҚ жобасына ескерту	Вами было размещено в рамках закупочной процедуры оборудование, техническое описание которого не соответствует фактическим характеристикам и существующим на рынке решениям. Поясняем. В представленной технической спецификации указаны инструменты и комплектующие, относящиеся к системе мягкой (гибкой) эндоскопии, тогда как основное оборудование, заявленное в закупке, относится к классу жесткой эндоскопии. Данные виды оборудования принципиально отличаются по конструкции, области применения, техническим параметрам и используемым аксессуарам. Инструменты и компоненты мягкой эндоскопии не являются совместимыми с системами жесткой эндоскопии и не могут использоваться в составе одного оборудования. Таким образом, в текущей редакции техническая спецификация содержит внутренние противоречия и некорректные требования, объединяющие	2026-05-06 09:07:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646394 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии -

			несовместимые технологические решения. Подобное описание не соответствует реальным продуктам, представленным на рынке медицинского оборудования, поскольку оборудование, одновременно отвечающее заявленным характеристикам мягкой и жесткой эндоскопии, не производится ни одним из известных производителей.			межгосударственных стандартов, а при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований производителей.

						Требования установлены через функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о поставке

						оборудования конкретного производителя и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса

						государственных закупок. Установленные требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и формировании

						закупки под одного участника не подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

2	250540013822	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Источник света для эндоскопа: Предназначен для освещения внутриполостного пространства. 1. Наличие сенсорного экрана 2. Тип защиты от поражения электрическим током - Класс I оборудования, работающего от внешнего источника питания 3. Степень защиты от поражения электрическим током CF 4.Потребляемая мощность 135 Вт 5.Выходной световой поток 2000лм 6.Срок службы светодиодной лампы составляет 60 000 часов Габариты: 380мм х 350мм х 80мм; Вес: 6,5 кг; Лампа: Светодиод высокой яркости. Монитор: Медицинский плоскоэкранный монитор для визуализации в хирургии: ЖК-монитор Диагональ: не менее 21,5 дюйм HD-монитор с углами обзора 178° HD:HD Разрешение не менее: 1780 х 960 Инсуфлятор: Предназначен для создания пневмоперитонеума при различных лапароскопических вмешательствах и поддержания давления внутри полости. 1.Максимальная скорость подачи газа	2026-05-06 09:30:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646425 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии - межгосударственных стандартов, а при

			50л/мин, диапазон скорости подачи газа 0,1-50 л/мин2. Диапазон давления: 1-30 мм рт. ст., ± 2 мм рт. ст.3. Сенсорный экран в качестве панели управления, размер сенсорного экрана 7 дюймов4. Возможность выбора 5 режимов: педиатрический, взрослый, бариатрический, для работы в забрюшинном пространстве, пользовательский;5. Звуковая и текстовая подсказка для управления рисками, включая превышение давления, закупорку, подачу газа, перегрев и т.д 6. Для обеспечения безопасности пациента доступна функция сброса избыточного давления7.Наличие функции нагрева и отвода дыма Жесткий эндоскоп: Предназначен для передачи изображений при визуальном исследовании или лечения брюшной/забрюшинной полости и ее органов. 1.φ=10 мм, рабочая длина 321мм 2. Угол направления наблюдения 30° 3. Угол обзора 80° 4. Глубина резкости 3-200 мм; 5.			отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований производителей. Требования установлены через

			Автоклавируемые, допустимый цикл составляет 500 раз			функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о поставке оборудования конкретного производителя

						и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса государственных закупок. Установленные

						требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и формировании закупки под одного участника не

						подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

3	250540013822	КҚ жобасына ескерту	Указанные несоответствия в "замечании №1" делают невозможным корректный подбор оборудования, формирование технически обоснованного коммерческого предложения, а также фактическое исполнение поставки в рамках заявленных требований. Более того, наличие таких противоречий может привести к ограничению конкуренции и некорректной оценке предложений участников закупки. Хотим обратить внимание, что сохранение данной технической спецификации фактически приводит к формированию закупки под одного участника. В результате на рынке остается единственный поставщик (монополист), способный формально соответствовать указанным условиям, что исключает возможность участия других компаний. Отсутствие альтернативных предложений не позволяет сформировать конкурентную среду, приводит к снижению эффективности закупочной процедуры и может повлечь завышение	2026-05-06 09:08:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646395 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии -

			стоимости закупаемого оборудования. В связи с вышеизложенным, просим вас пересмотреть и скорректировать техническую спецификацию, приведя ее в соответствие с реально существующими типами оборудования и их техническими характеристиками, а также устранить противоречия между заявленными параметрами и комплектующими.			межгосударственных стандартов, а при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований производителей.

						Требования установлены через функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о поставке

						оборудования конкретного производителя и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса

						государственных закупок. Установленные требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и формировании

						закупки под одного участника не подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

4	250540013822	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Тележка для монитора: Стойка мобильная для эндоскопического оборудования / Мобильное основание и полки для принадлежностей Антистатические ролики: 4 антистатических сдвоенных колеса Количество полок для аппаратуры: 4 полки, ящик Держатель монитора: Держатель монитора, регулируемый , макс. нагрузка 19 кг / Подставки для медицинских мониторов , максимальная нагрузка 19 кг Центральная трубка для подачи газа CO2: Используется для подключения инсуффлятора к центральному источнику газа. Аксессуар для лапароскопического инсуффлятора Длина, мм: 8000 ± 50. Наружный диаметр, мм: 12,4 ± 0,1. Внутренний диаметр, мм: 6,3 ± 0,1. Масса, кг: 0,9 ± 0,1. Световодный кабель, 4,8X3000 мм: Предназначен для передачи света от источника света эндоскопического к	2026-05-06 09:31:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646426 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их

			оптической трубке соответствующего устройства для эндоскопического исследования и/или оперативного вмешательства. Аксессуар для источника света для эндоскопа Длина световодного кабеля 3000 мм ± 10% Диаметр выходного оптического волокна: 4.8 ± 0.1 м Лоток для эндоскопа: Предназначен для размещения в нем эндоскопа во время стерилизации. Длина*ширина*высота: 479ммх90ммх43,5мм Материал дезинфекционного лотка — алюминиевая пластина, материал, используемый для фиксации лапароскопа — силикагель. Фильтр, большого размера: Предназначен для фильтрации подаваемого газа CO2. Внутренний диаметр / внешний диаметр: 15 мм ID / 22 мм OD; Эффективность бактериальной фильтрации 99,99% BEF. Эффективность вирусной фильтрации 99,97% VEF. Выход			отсутствии - межгосударственных стандартов, а при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований

			влажности 32 мг/л при ТВ 500 мл. Габаритные размеры, мм: 50 х 80 х 94 ± 5. Масса, г: 25 ± 5			производителей. Требования установлены через функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о

						поставке оборудования конкретного производителя и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности

						процесса государственных закупок. Установленные требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и

						формировании закупки под одного участника не подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

5	250540013822	ҚҚ жобасына ескерту	В представленной вами технической спецификации указаны комплектующие, которые, согласно анализу, являются взаимно несовместимыми. Кроме того, отмечается наличие избыточного количества составных элементов, которые не могут быть интегрированы в рамках единой рабочей схемы и не обеспечивают корректную совместную эксплуатацию оборудования. Это, в свою очередь, значительно увеличивает общую стоимость решения, что является нецелесообразным, особенно в рамках государственной закупки. Подобное несоответствие может привести к затруднениям при сборке, наладке и дальнейшей эксплуатации, а также повлиять на стабильность и безопасность работы системы в целом. Кроме того, использование несовместимых компонентов увеличивает риск дополнительных затрат и технических доработок на этапе реализации. Хотим обратить внимание что даже в случае	2026-05-06 09:15:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646405 № 86099245-ОК1 «Резектоскоп». В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» конкурсная документация и техническая спецификация должны содержать требования к закупаемым товарам с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных

			условного подбора решений с максимально близкими характеристиками фактически приводит к формированию закупки под одного участника. В результате на рынке остается единственный поставщик (монополист), способный формально соответствовать указанным условиям, что исключает возможность участия других компаний. Отсутствие альтернативных предложений не позволяет сформировать конкурентную среду, приводит к снижению эффективности закупочной процедуры и может повлечь завышение стоимости закупаемого оборудования. В связи с вышеизложенным, просим вас пересмотреть данную техническую спецификацию, привести её в соответствие с принципами совместимости и целостности системы, а также, при необходимости, предоставить обновлённый вариант с обоснованием выбора комплектующих.			наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» государственные закупки осуществляются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса государственных закупок. Кроме того, Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, предусматривают формирование конкурсной документации и технической спецификации исходя из предмета закупки,

						функционального назначения товара и потребности Заказчика. По существу замечания Предметом закупки является комплект резектоскопа. Техническая спецификация сформирована как единый комплект оборудования и принадлежностей, необходимых для выполнения эндоурологических вмешательств, включая визуализацию, резекцию, коагуляцию, подключение к высокочастотному электрохирургическому аппарату, стерилизацию, хранение и последующее гарантийное сервисное обслуживание. В технической спецификации указаны, в том числе: жесткая оптика 30° и 12°, операционный тубус, обтуратор, биполярный рабочий элемент, биполярные режущие и коагулирующие электроды, эндошприц, высокочастотный электрохирургический аппарат, двойная педаль, высокочастотный биполярный шнур, оптоволоконный световод, металлический тубус с краном и корзина для чистки. Указанные

						позиции относятся к составу комплекта и направлены на обеспечение полноценного использования закупаемого медицинского оборудования по назначению. Довод потенциального поставщика о невозможности интеграции указанных комплектующих в рамках одной рабочей схемы является необоснованным. Техническая спецификация не содержит требования о поставке товара конкретного производителя, конкретной модели либо конкретного товарного знака. Требования изложены через функциональные и технические параметры с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение эквивалентного оборудования, соответствующего заявленным характеристикам. Наличие в составе комплекта нескольких принадлежностей, расходных и совместимых элементов не является избыточным требованием, поскольку резектоскоп представляет собой комплексное медицинское

						оборудование, эксплуатация которого требует совместимого набора оптики, тубусов, рабочих элементов, электродов, кабелей, источника высокочастотной энергии и средств обработки/хранения. Данный состав обусловлен функциональным назначением оборудования и необходимостью его безопасного применения. Потенциальным поставщиком не представлены документальные доказательства того, что оборудование с заявленными функциональными и техническими характеристиками отсутствует на рынке, а также не представлены официальные заключения производителей, уполномоченных органов или экспертных организаций, подтверждающие невозможность поставки комплекта, соответствующего требованиям технической спецификации. Само по себе утверждение о возможном увеличении стоимости, отсутствии альтернативных предложений или риске участия одного поставщика не является

						доказательством нарушения законодательства о государственных закупках. Заказчик вправе определять необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара исходя из медицинской потребности, условий дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности пациентов и персонала. Дополнительно техническая спецификация предусматривает, что на момент поставки поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение медицинского изделия либо документы, подтверждающие законный ввоз без государственной регистрации, сертификат происхождения товара, а также авторизационное письмо от производителя либо официального представителя производителя. Данные условия направлены на подтверждение законности происхождения, качества и возможности надлежащего сервисного сопровождения поставляемого оборудования.

						/> Решение На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, избыточности состава комплекта, невозможности корректной эксплуатации, ограничении конкуренции и формировании закупки под одного участника не подтверждены. Замечание отклоняется. Техническая спецификация по лоту № 86099221-ОК1 «Резектоскоп» остается без изменений.

6	250540013822	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Режим детализации: Нормальный / усиленный. Частота обновления изображения: Шаги: 50 Гц / 59,94 Гц Настройка разрешения последовательного цифрового интерфейса: Шаги: 1080p/1080i Настройка разрешения цифрового интерфейса: Шаги: 1080p/1080i Гамма – коррекция: Включено (On) / выключено (Off) Управление настройка гамма-коррекции: От минус 128 до 127 с шагом 1 Насыщенность цвета: Включено (On) / выключено (Off) Регулировка насыщенности цвета: От минус 64 до 63 с шагом 1 Режим внешней синхронизации: Автоматическое (auto) / выключено (Off) Ручная настройка горизонтальной фазы внешней синхронизации: От минус 128 до 127 с шагом 1 Ручная настройка вертикальной фазы внешней синхронизации: От минус 128 до 127 с шагом 1 Поддержка 3-D: Управляющий / зависимый Программного обеспечения: Буквенно-цифровое обозначение	2026-05-06 09:28:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646422 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии -

			версии в формате Vx Габаритные размеры (длина) головки видеокамеры HD3 (мм): 2900 ± 50 Масса головки видеокамеры HD3 (г): 235 ± 10% Габаритные размеры (длина) головки видеокамеры EC3 (мм): 2900 ± 50 Масса головки видеокамеры EC3 (г): 235 ± 10% Габаритные размеры (длина х ширина х высота) блока основного HD3 (мм): (350 х 380,9 х 80) ± 5 Масса блока основного HD3 (кг): 7,0 ± 10% Габаритные размеры (длина х ширина х высота) блока основного EC3 (мм): (350 х 380,9 х 80) ± 5 Масса блока основного EC3 (кг): 7,0 ± 10% Кабель питания: Электрические характеристики: 250В переменного тока, 10А. Длина, мм: 1500,0 ± 25,0. Масса, г: 250,0 ± 20,0. Кабель DVI: Длина, мм: 1500,0 ± 25,0. Масса, г: 220,0 ± 20,0. Разъемы типа DVI-D. Кабель S-VIDEO: Длина, мм: 2500,0 ± 50,0. Масса, г: 60,0 ± 15,0. Разъемы типа S-VIDEO 4			межгосударственных стандартов, а при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований производителей.

			pin. Кабель SDI: Длина, мм: 1500,0 ± 25,0. Масса, г: 75,0 ± 15,0 Разъемы типа BNC Кабель заземления: Длина, мм: 4000,0 ± 80,0. Масса, г: 150,0 ± 15,0 Рабочие условия: Температура, ºС: от 10 до 40 Относительная влажность, %: от 30 до 85 Атмосферное давление, кПа: от 70 до 106 Входное напряжение: 100 – 240В~ 0,6 – 0,3 А Частота входного напряжения: 50/60 Гц			Требования установлены через функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о поставке

						оборудования конкретного производителя и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса

						государственных закупок. Установленные требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и формировании

						закупки под одного участника не подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

7	250540013822	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Система камер:Видеосистема для точной эндоскопии.Инновационная технология CMOS3. Видеосистема эндоскопическая Full HD с 3 чиповой камерной головкой.формат Full HD Функции камеры: Автоматический баланс белого, Оптическое масштабирование, Контроль экспозиции, Передача цифровых сигналов, Захват и сохранение изображения, Сохранение изображений, Переворот изображения. Системные настройки: Выбор области операции, Настройка изображения, Выбор режима экспозиции, Настройка разрешения изображения, Настройка видеосигнала, выбор языка.Эндоскопическая видеосистема используется в:урологии;гинекологии;ортопедии;торакальной хирургии;оперировании ЛОР-пациентов.Тип видеокамеры: цифроваяТип матрицы видеокамеры: CMOS 1/3 Размер изображения (пиксели) не менее: 1780 x 960 Разрешение изображения (пиксели): 720 x 576 / 1920 x 1080 Фокусное расстояние (мм)	2026-05-06 09:23:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646420 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии -

			не менее: 12 - 28 Коэффициент оптического масштабирования: 2,14 ± 10% Отношение сигнал/шум: 62 дБ, – 20% Горизонтальное разрешение: 1000 линий, – 20% Входное напряжение блока основного: 100–240 В□0,6–0,3А Частота входного напряжения блока основного: 50/60 Гц Потребляемая мощность: 72 В·А Предохранители: Time-Lag 250V 1.6A CER D5x20 (T1.6AH250V) Управление затвором объектива: Автоматическое / Фиксированное Ручная настройка экспозиции шаги: Шаги: 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 Установка предела автоматической экспозиции: Шаги: 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/5000, 1/6400, 1/8000, 1/10000 Скорость автоматической экспозиции: Средне, медленно, быстро. Регулировка усиления: Автоматическое/ фиксированное Диапазон регулировки усиления: От минус 3дБ до 18дБ с шагом 3 Нормальное усиление:			межгосударственных стандартов, а при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований производителей.

			От минус 6 дБ до 6дБ с шагом 3 Высокая чувствительность: Включено / выключено Оптическое смешение: Включено / выключено Яркость: От минус 96 до 96 с шагом 1 Уровень видеосигнала: От минус 64 до 63 с шагом 1 Баланс красного цвета : От минус 128 до 127 с шагом 1 Баланс синего цвета: От минус 128 до 127 с шагом 1 Баланс белого цвета: Включено/ выключено Автоматический баланс белого цвета: Готовность/ старт Расширение динамического диапазона: Нормальный / расширенный Контроль бликов (выравнивание): От 0 до 32 с шагом 1 Детализация: Включено/ выключено Усиление частоты: От 2 до 28 с шагом 2			Требования установлены через функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о поставке

						оборудования конкретного производителя и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса

						государственных закупок. Установленные требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и формировании

						закупки под одного участника не подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

8	250540013822	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации просим исключить данный пункт- «Модель оснащена встроенным пульсоксиметром для измерения сатурации». Формулировка данного требования является некорректной и не позволяет однозначно определить предмет поставки, что, в свою очередь, затрудняет подготовку корректного коммерческого предложения и может привести к неоднозначному толкованию условий закупки. Дополнительно отмечаем, что даже в случае условного подбора решений с максимально близкими характеристиками, такие комплектации относятся к высокобюджетному сегменту и их стоимость существенно превышает заявленный заказчиком бюджет. Таким образом, требование встроенного пульсоксиметра делает закупку экономически нецелесообразной и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Так же обращаем внимание, что сохранение данного требования фактически	2026-05-06 09:03:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечание потенциального поставщика ТОО «Велмеда» по № 646392 «Спирометр» о наличии якобы несовместимых комплектующих, избыточности состава комплекта, ограничении конкуренции и необходимости пересмотра технической спецификации, Заказчик сообщает следующее. Требование о наличии встроенного пульсоксиметра в составе спирометра включено в техническую спецификацию исходя из клинической необходимости комплексной оценки функции внешнего дыхания и уровня оксигенации крови у пациентов. Использование интегрированного решения позволяет: проводить синхронную оценку дыхательных параметров и сатурацию, повысить диагностическую точность при заболеваниях органов дыхания, сократить время обследования пациента и повысить пропускную способность кабинета, снизить риск ошибок при использовании

			приводит к формированию закупки под одного участника. В результате на рынке остается единственный поставщик (монополист), способный формально соответствовать указанным условиям, что исключает возможность участия других компаний. Отсутствие альтернативных предложений не позволяет сформировать конкурентную среду, приводит к снижению эффективности закупочной процедуры и может повлечь завышение стоимости закупаемого оборудования. В целях обеспечения прозрачности, конкурентности и реализуемости процедуры закупки, просим Вас исключить данный пункт из технической спецификации.			раздельного оборудования. Данное требование не носит ограничительный характер, поскольку на рынке присутствуют технические решения, обеспечивающие совмещение указанных функций. В связи с вышеизложенным, требование сохраняется как обоснованное и соответствующее задачам медицинской организации.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Саду Мирбулат Аватберкович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17662967

№ конкурса 16883352-1
Название конкурса Государственные закупки способом конкурса медицинского оборудования для нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан на 2026 год.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-04 09:33:30 по 2026-05-06 09:33:30
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	250540013822	Замечание к КД	Вами было размещено в рамках закупочной процедуры оборудование, техническое описание которого не соответствует фактическим характеристикам и существующим на рынке решениям. Поясняем. В представленной технической спецификации указаны инструменты и комплектующие, относящиеся к системе мягкой (гибкой) эндоскопии, тогда как основное оборудование, заявленное в закупке, относится к классу жесткой эндоскопии. Данные виды оборудования принципиально отличаются по конструкции, области применения, техническим параметрам и используемым аксессуарам. Инструменты и компоненты мягкой эндоскопии не являются совместимыми с системами жесткой эндоскопии и не могут использоваться в составе одного оборудования. Таким образом, в текущей редакции техническая спецификация содержит внутренние противоречия и некорректные требования, объединяющие	2026-05-06 09:07:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646394 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии -

			несовместимые технологические решения. Подобное описание не соответствует реальным продуктам, представленным на рынке медицинского оборудования, поскольку оборудование, одновременно отвечающее заявленным характеристикам мягкой и жесткой эндоскопии, не производится ни одним из известных производителей.			межгосударственных стандартов, а при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований производителей.

						Требования установлены через функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о поставке

						оборудования конкретного производителя и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса

						государственных закупок. Установленные требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и формировании

						закупки под одного участника не подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

2	250540013822	Запрос о разъяснении КД	Источник света для эндоскопа: Предназначен для освещения внутриполостного пространства. 1. Наличие сенсорного экрана 2. Тип защиты от поражения электрическим током - Класс I оборудования, работающего от внешнего источника питания 3. Степень защиты от поражения электрическим током CF 4.Потребляемая мощность 135 Вт 5.Выходной световой поток 2000лм 6.Срок службы светодиодной лампы составляет 60 000 часов Габариты: 380мм х 350мм х 80мм; Вес: 6,5 кг; Лампа: Светодиод высокой яркости. Монитор: Медицинский плоскоэкранный монитор для визуализации в хирургии: ЖК-монитор Диагональ: не менее 21,5 дюйм HD-монитор с углами обзора 178° HD:HD Разрешение не менее: 1780 х 960 Инсуфлятор: Предназначен для создания пневмоперитонеума при различных лапароскопических вмешательствах и поддержания давления внутри полости. 1.Максимальная скорость подачи газа	2026-05-06 09:30:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646425 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии - межгосударственных стандартов, а при

			50л/мин, диапазон скорости подачи газа 0,1-50 л/мин2. Диапазон давления: 1-30 мм рт. ст., ± 2 мм рт. ст.3. Сенсорный экран в качестве панели управления, размер сенсорного экрана 7 дюймов4. Возможность выбора 5 режимов: педиатрический, взрослый, бариатрический, для работы в забрюшинном пространстве, пользовательский;5. Звуковая и текстовая подсказка для управления рисками, включая превышение давления, закупорку, подачу газа, перегрев и т.д 6. Для обеспечения безопасности пациента доступна функция сброса избыточного давления7.Наличие функции нагрева и отвода дыма Жесткий эндоскоп: Предназначен для передачи изображений при визуальном исследовании или лечения брюшной/забрюшинной полости и ее органов. 1.φ=10 мм, рабочая длина 321мм 2. Угол направления наблюдения 30° 3. Угол обзора 80° 4. Глубина резкости 3-200 мм; 5.			отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований производителей. Требования установлены через

			Автоклавируемые, допустимый цикл составляет 500 раз			функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о поставке оборудования конкретного производителя

						и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса государственных закупок. Установленные

						требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и формировании закупки под одного участника не

						подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

3	250540013822	Замечание к КД	Указанные несоответствия в "замечании №1" делают невозможным корректный подбор оборудования, формирование технически обоснованного коммерческого предложения, а также фактическое исполнение поставки в рамках заявленных требований. Более того, наличие таких противоречий может привести к ограничению конкуренции и некорректной оценке предложений участников закупки. Хотим обратить внимание, что сохранение данной технической спецификации фактически приводит к формированию закупки под одного участника. В результате на рынке остается единственный поставщик (монополист), способный формально соответствовать указанным условиям, что исключает возможность участия других компаний. Отсутствие альтернативных предложений не позволяет сформировать конкурентную среду, приводит к снижению эффективности закупочной процедуры и может повлечь завышение	2026-05-06 09:08:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646395 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии -

			стоимости закупаемого оборудования. В связи с вышеизложенным, просим вас пересмотреть и скорректировать техническую спецификацию, приведя ее в соответствие с реально существующими типами оборудования и их техническими характеристиками, а также устранить противоречия между заявленными параметрами и комплектующими.			межгосударственных стандартов, а при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований производителей.

						Требования установлены через функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о поставке

						оборудования конкретного производителя и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса

						государственных закупок. Установленные требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и формировании

						закупки под одного участника не подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

4	250540013822	Запрос о разъяснении КД	Тележка для монитора: Стойка мобильная для эндоскопического оборудования / Мобильное основание и полки для принадлежностей Антистатические ролики: 4 антистатических сдвоенных колеса Количество полок для аппаратуры: 4 полки, ящик Держатель монитора: Держатель монитора, регулируемый , макс. нагрузка 19 кг / Подставки для медицинских мониторов , максимальная нагрузка 19 кг Центральная трубка для подачи газа CO2: Используется для подключения инсуффлятора к центральному источнику газа. Аксессуар для лапароскопического инсуффлятора Длина, мм: 8000 ± 50. Наружный диаметр, мм: 12,4 ± 0,1. Внутренний диаметр, мм: 6,3 ± 0,1. Масса, кг: 0,9 ± 0,1. Световодный кабель, 4,8Х3000 мм: Предназначен для передачи света от источника света эндоскопического к	2026-05-06 09:31:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646426 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их

			оптической трубке соответствующего устройства для эндоскопического исследования и/или оперативного вмешательства. Аксессуар для источника света для эндоскопа Длина световодного кабеля 3000 мм ± 10% Диаметр выходного оптического волокна: 4.8 ± 0.1 м Лоток для эндоскопа: Предназначен для размещения в нем эндоскопа во время стерилизации. Длина*ширина*высота: 479ммх90ммх43,5мм Материал дезинфекционного лотка — алюминиевая пластина, материал, используемый для фиксации лапароскопа — силикагель. Фильтр, большого размера: Предназначен для фильтрации подаваемого газа CO2. Внутренний диаметр / внешний диаметр: 15 мм ID / 22 мм OD; Эффективность бактериальной фильтрации 99,99% BEF. Эффективность вирусной фильтрации 99,97% VEF. Выход			отсутствии - межгосударственных стандартов, а при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований

			влажности 32 мг/л при ТВ 500 мл. Габаритные размеры, мм: 50 х 80 х 94 ± 5. Масса, г: 25 ± 5			производителей. Требования установлены через функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о

						поставке оборудования конкретного производителя и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности

						процесса государственных закупок. Установленные требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и

						формировании закупки под одного участника не подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

5	250540013822	Замечание к КД	В представленной вами технической спецификации указаны комплектующие, которые, согласно анализу, являются взаимно несовместимыми. Кроме того, отмечается наличие избыточного количества составных элементов, которые не могут быть интегрированы в рамках единой рабочей схемы и не обеспечивают корректную совместную эксплуатацию оборудования. Это, в свою очередь, значительно увеличивает общую стоимость решения, что является нецелесообразным, особенно в рамках государственной закупки. Подобное несоответствие может привести к затруднениям при сборке, наладке и дальнейшей эксплуатации, а также повлиять на стабильность и безопасность работы системы в целом. Кроме того, использование несовместимых компонентов увеличивает риск дополнительных затрат и технических доработок на этапе реализации. Хотим обратить внимание что даже в случае	2026-05-06 09:15:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646405 № 86099245-ОК1 «Резектоскоп». В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» конкурсная документация и техническая спецификация должны содержать требования к закупаемым товарам с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных

			условного подбора решений с максимально близкими характеристиками фактически приводит к формированию закупки под одного участника. В результате на рынке остается единственный поставщик (монополист), способный формально соответствовать указанным условиям, что исключает возможность участия других компаний. Отсутствие альтернативных предложений не позволяет сформировать конкурентную среду, приводит к снижению эффективности закупочной процедуры и может повлечь завышение стоимости закупаемого оборудования. В связи с вышеизложенным, просим вас пересмотреть данную техническую спецификацию, привести её в соответствие с принципами совместимости и целостности системы, а также, при необходимости, предоставить обновлённый вариант с обоснованием выбора комплектующих.			наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» государственные закупки осуществляются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса государственных закупок. Кроме того, Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, предусматривают формирование конкурсной документации и технической спецификации исходя из предмета закупки,

						функционального назначения товара и потребности Заказчика. По существу замечания Предметом закупки является комплект резектоскопа. Техническая спецификация сформирована как единый комплект оборудования и принадлежностей, необходимых для выполнения эндоурологических вмешательств, включая визуализацию, резекцию, коагуляцию, подключение к высокочастотному электрохирургическому аппарату, стерилизацию, хранение и последующее гарантийное сервисное обслуживание. В технической спецификации указаны, в том числе: жесткая оптика 30° и 12°, операционный тубус, обтуратор, биполярный рабочий элемент, биполярные режущие и коагулирующие электроды, эндошприц, высокочастотный электрохирургический аппарат, двойная педаль, высокочастотный биполярный шнур, оптоволоконный световод, металлический тубус с краном и корзина для чистки. Указанные

						позиции относятся к составу комплекта и направлены на обеспечение полноценного использования закупаемого медицинского оборудования по назначению. Довод потенциального поставщика о невозможности интеграции указанных комплектующих в рамках одной рабочей схемы является необоснованным. Техническая спецификация не содержит требования о поставке товара конкретного производителя, конкретной модели либо конкретного товарного знака. Требования изложены через функциональные и технические параметры с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение эквивалентного оборудования, соответствующего заявленным характеристикам. Наличие в составе комплекта нескольких принадлежностей, расходных и совместимых элементов не является избыточным требованием, поскольку резектоскоп представляет собой комплексное медицинское

						оборудование, эксплуатация которого требует совместимого набора оптики, тубусов, рабочих элементов, электродов, кабелей, источника высокочастотной энергии и средств обработки/хранения. Данный состав обусловлен функциональным назначением оборудования и необходимостью его безопасного применения. Потенциальным поставщиком не представлены документальные доказательства того, что оборудование с заявленными функциональными и техническими характеристиками отсутствует на рынке, а также не представлены официальные заключения производителей, уполномоченных органов или экспертных организаций, подтверждающие невозможность поставки комплекта, соответствующего требованиям технической спецификации. Само по себе утверждение о возможном увеличении стоимости, отсутствии альтернативных предложений или риске участия одного поставщика не является

						доказательством нарушения законодательства о государственных закупках. Заказчик вправе определять необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара исходя из медицинской потребности, условий дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности пациентов и персонала. Дополнительно техническая спецификация предусматривает, что на момент поставки поставщик должен предоставить регистрационное удостоверение медицинского изделия либо документы, подтверждающие законный ввоз без государственной регистрации, сертификат происхождения товара, а также авторизационное письмо от производителя либо официального представителя производителя. Данные условия направлены на подтверждение законности происхождения, качества и возможности надлежащего сервисного сопровождения поставляемого оборудования.

						/> Решение На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, избыточности состава комплекта, невозможности корректной эксплуатации, ограничении конкуренции и формировании закупки под одного участника не подтверждены. Замечание отклоняется. Техническая спецификация по лоту № 86099221-ОК1 «Резектоскоп» остается без изменений.

6	250540013822	Запрос о разъяснении КД	Режим детализации: Нормальный / усиленный. Частота обновления изображения: Шаги: 50 Гц / 59,94 Гц Настройка разрешения последовательного цифрового интерфейса: Шаги: 1080p/1080i Настройка разрешения цифрового интерфейса: Шаги: 1080p/1080i Гамма – коррекция: Включено (On) / выключено (Off) Управление настройка гамма-коррекции: От минус 128 до 127 с шагом 1 Насыщенность цвета: Включено (On) / выключено (Off) Регулировка насыщенности цвета: От минус 64 до 63 с шагом 1 Режим внешней синхронизации: Автоматическое (auto) / выключено (Off) Ручная настройка горизонтальной фазы внешней синхронизации: От минус 128 до 127 с шагом 1 Ручная настройка вертикальной фазы внешней синхронизации: От минус 128 до 127 с шагом 1 Поддержка 3-D: Управляющий / зависимый Программного обеспечения: Буквенно-цифровое обозначение	2026-05-06 09:28:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646422 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии -

			версии в формате Vx Габаритные размеры (длина) головки видеокамеры HD3 (мм): 2900 ± 50 Масса головки видеокамеры HD3 (г): 235 ± 10% Габаритные размеры (длина) головки видеокамеры EC3 (мм): 2900 ± 50 Масса головки видеокамеры EC3 (г): 235 ± 10% Габаритные размеры (длина x ширина x высота) блока основного HD3 (мм): (350 x 380,9 x 80) ± 5 Масса блока основного HD3 (кг): 7,0 ± 10% Габаритные размеры (длина x ширина x высота) блока основного EC3 (мм): (350 x 380,9 x 80) ± 5 Масса блока основного EC3 (кг): 7,0 ± 10% Кабель питания: Электрические характеристики: 250В переменного тока, 10А. Длина, мм: 1500,0 ± 25,0. Масса, г: 250,0 ± 20,0. Кабель DVI: Длина, мм: 1500,0 ± 25,0. Масса, г: 220,0 ± 20,0. Разъемы типа DVI-D. Кабель S-VIDEO: Длина, мм: 2500,0 ± 50,0. Масса, г: 60,0 ± 15,0. Разъемы типа S-VIDEO 4			межгосударственных стандартов, а при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований производителей.

			pin. Кабель SDI: Длина, мм: 1500,0 ± 25,0. Масса, г: 75,0 ± 15,0 Разъемы типа BNC Кабель заземления: Длина, мм: 4000,0 ± 80,0. Масса, г: 150,0 ± 15,0 Рабочие условия: Температура, ºС: от 10 до 40 Относительная влажность, %: от 30 до 85 Атмосферное давление, кПа: от 70 до 106 Входное напряжение: 100 – 240В~ 0,6 – 0,3 А Частота входного напряжения: 50/60 Гц			Требования установлены через функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о поставке

						оборудования конкретного производителя и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса

						государственных закупок. Установленные требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и формировании

						закупки под одного участника не подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

7	250540013822	Запрос о разъяснении КД	Система камер:Видеосистема для точной эндоскопии.Инновационная технология CMOS3. Видеосистема эндоскопическая Full HD с 3 чиповой камерной головкой.формат Full HD Функции камеры: Автоматический баланс белого, Оптическое масштабирование, Контроль экспозиции, Передача цифровых сигналов, Захват и сохранение изображения, Сохранение изображений, Переворот изображения. Системные настройки: Выбор области операции, Настройка изображения, Выбор режима экспозиции, Настройка разрешения изображения, Настройка видеосигнала, выбор языка.Эндоскопическая видеосистема используется в:урологии;гинекологии;ортопедии;торакальной хирургии;оперировании ЛОР-пациентов.Тип видеокамеры: цифроваяТип матрицы видеокамеры: CMOS 1/3 Размер изображения (пиксели) не менее: 1780 x 960 Разрешение изображения (пиксели): 720 x 576 / 1920 x 1080 Фокусное расстояние (мм)	2026-05-06 09:23:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечания потенциального поставщика ТОО «Велмеда» № 646420 № 86099245-ОК1 «Уретерореноскоп». В соответствии с пунктами 169 и 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при наличии замечаний к проекту конкурсной документации Заказчик рассматривает такие замечания и принимает одно из решений: внести изменения, отклонить замечания с указанием обоснований и причин их отклонения либо дать разъяснение положений конкурсной документации. Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием национальных стандартов, а при их отсутствии -

			не менее: 12 - 28 Коэффициент оптического масштабирования: 2,14 ± 10% Отношение сигнал/шум: 62 дБ, – 20% Горизонтальное разрешение: 1000 линий, – 20% Входное напряжение блока основного: 100–240 В□0,6–0,3А Частота входного напряжения блока основного: 50/60 Гц Потребляемая мощность: 72 В·А Предохранители: Time-Lag 250V 1.6A CER D5x20 (T1.6AH250V) Управление затвором объектива: Автоматическое / Фиксированное Ручная настройка экспозиции шаги: Шаги: 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 Установка предела автоматической экспозиции: Шаги: 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/5000, 1/6400, 1/8000, 1/10000 Скорость автоматической экспозиции: Средне, медленно, быстро. Регулировка усиления: Автоматическое/ фиксированное Диапазон регулировки усиления: От минус 3дБ до 18дБ с шагом 3 Нормальное усиление:			межгосударственных стандартов, а при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов - требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе путем указания товарных знаков, фирменных наименований, наименования производителя и иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Техническая спецификация по данному лоту сформирована без указания товарных знаков, фирменных наименований и наименований производителей.

			От минус 6 дБ до 6дБ с шагом 3 Высокая чувствительность: Включено / выключено Оптическое смешение: Включено / выключено Яркость: От минус 96 до 96 с шагом 1 Уровень видеосигнала: От минус 64 до 63 с шагом 1 Баланс красного цвета : От минус 128 до 127 с шагом 1 Баланс синего цвета: От минус 128 до 127 с шагом 1 Баланс белого цвета: Включено/ выключено Автоматический баланс белого цвета: Готовность/ старт Расширение динамического диапазона: Нормальный / расширенный Контроль бликов (выравнивание): От 0 до 32 с шагом 1 Детализация: Включено/ выключено Усиление частоты: От 2 до 28 с шагом 2			Требования установлены через функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики с применением формулировок «не менее» и «не более», что допускает предложение товара с эквивалентными или лучшими характеристиками и не ограничивает круг потенциальных поставщиков. Предметом закупки является комплект «Уретерореноскоп», включающий оборудование и принадлежности, необходимые для эндоскопической визуализации, проведения уретерореноскопии, уретерофиброскопии, диагностических и лечебных манипуляций. Наличие в составе комплекта эндоскопической видеосистемы, источника света, видеоуретерореноскопа, уретерофиброскопа и сопутствующих принадлежностей не свидетельствует о технической несовместимости и обусловлено функциональной потребностью Заказчика. Техническая спецификация не содержит требования о поставке

						оборудования конкретного производителя и не содержит прямого указания на товар одного участника рынка. Утверждение о том, что оборудование, соответствующее заявленным требованиям, не производится ни одним из известных производителей, является предположением потенциального поставщика. Документальные подтверждения, официальные заключения производителей либо уполномоченных органов, подтверждающие невозможность поставки товара с заявленными характеристиками, потенциальным поставщиком не представлены. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках», государственные закупки основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности процесса

						государственных закупок. Установленные требования направлены на приобретение медицинского оборудования, соответствующего потребности Заказчика, и не имеют цели ограничения конкуренции. Дополнительно отмечаем, что условия поставки предусматривают предоставление регистрационного удостоверения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», сертификата происхождения товара, а также авторизационного письма от производителя либо официального представителя производителя на момент поставки. Данные условия направлены на подтверждение легальности происхождения, поставки и последующего гарантийного сопровождения товара. На основании вышеизложенного доводы потенциального поставщика о наличии технических противоречий, невозможности подбора оборудования, ограничении конкуренции и формировании

						закупки под одного участника не подтверждены. Решение: Замечания № 646394 по лоту № 86099245-ОК1 отклоняются. Техническая спецификация по лоту № 86099245-ОК1 остается без изменений.

8	250540013822	Замечание к КД	В технической спецификации просим исключить данный пункт-«Модель оснащена встроенным пульсоксиметром для измерения сатурации». Формулировка данного требования является некорректной и не позволяет однозначно определить предмет поставки, что, в свою очередь, затрудняет подготовку корректного коммерческого предложения и может привести к неоднозначному толкованию условий закупки. Дополнительно отмечаем, что даже в случае условного подбора решений с максимально близкими характеристиками, такие комплектации относятся к высокобюджетному сегменту и их стоимость существенно превышает заявленный заказчиком бюджет. Таким образом, требование встроенного пульсоксиметра делает закупку экономически нецелесообразной и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Так же обращаем внимание, что сохранение данного требования фактически	2026-05-06 09:03:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании ответа Заказчика: Рассмотрев замечание потенциального поставщика ТОО «Велмеда» по № 646392 «Спирометр» о наличии якобы несовместимых комплектующих, избыточности состава комплекта, ограничении конкуренции и необходимости пересмотра технической спецификации, Заказчик сообщает следующее. Требование о наличии встроенного пульсоксиметра в составе спирометра включено в техническую спецификацию исходя из клинической необходимости комплексной оценки функции внешнего дыхания и уровня оксигенации крови у пациентов. Использование интегрированного решения позволяет: проводить синхронную оценку дыхательных параметров и сатурацию, повысить диагностическую точность при заболеваниях органов дыхания, сократить время обследования пациента и повысить пропускную способность кабинета, снизить риск ошибок при использовании

			приводит к формированию закупки под одного участника. В результате на рынке остается единственный поставщик (монополист), способный формально соответствовать указанным условиям, что исключает возможность участия других компаний. Отсутствие альтернативных предложений не позволяет сформировать конкурентную среду, приводит к снижению эффективности закупочной процедуры и может повлечь завышение стоимости закупаемого оборудования. В целях обеспечения прозрачности, конкурентности и реализуемости процедуры закупки, просим Вас исключить данный пункт из технической спецификации.			раздельного оборудования. Данное требование не носит ограничительный характер, поскольку на рынке присутствуют технические решения, обеспечивающие совмещение указанных функций. В связи с вышеизложенным, требование сохраняется как обоснованное и соответствующее задачам медицинской организации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Саду Мирбулат Аватберкович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).