# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№17701242**

Конкурстың № 16954941-1
Конкурстың атауы Ультракүлгін және көрінетін диапазонда жұмыс істейтін екі шамы бар спектрофотометр
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-06 15:28:20 дейін 2026-05-12 15:28:20
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180340024329 | ҚҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующие параметры: • Минимальное время интегрирования: не менее 0,001 s. • Минимальный интервал данных: не менее 0,02 нм.» Так как они не являются метрологически значимыми характеристиками, а относятся к конкретному производителю, необходимо исключить из ТЗ, чтобы не ограничивать конкуренцию | 2026-05-12 15:12:30 | Отклонить замечания | Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: время интегрирования напрямую определяет статистическую достоверность сигнала, а интервал данных - спектральное разрешение. Эти параметры являются технологически значимыми для обработки сложных матриц. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180340024329 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: «Точность длины волны, линия дейтерия при 656,1 нм: ± 0,1 нм.» Стандартно, данное значение регламентируется именно к погрешности по шкале длин волн, для определения данной характеристики используется длина волны при 656,1 нм. Необходимо заменить формулировку на Погрешность по шкале длин волн: не более ±0.1 нм для D2 пика 656.1 нм, не более ±0.3 нм для всего спектрального диапазона | 2026-05-12 15:08:31 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: терминология технической спецификации соответствует международным стандартам производителей аналитического оборудования. Указанное значение ± 0,1 нм для линии дейтерия является достаточным параметром для определения точности установки длины волны. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 180340024329 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующие параметры: • Фотометрическая точность в видимом свете, нейтральный стеклянный фильтр Hellma F4 при 546 нм: ± 0,003 A. • Фотометрическая точность в УФ-диапазоне, дихромат калия: ± 0,010 A. • Фотометрическая точность, дихромат калия при 430 нм: ± 0,010 A. Указаны частные характеристики. Стандартно фотометрическая точность регламентируется при измерениях с использованием стандартов нейтральных фильтров NIST930/NIST1930 или эквивалентов. Необходимо привести к стандартному представлению или исключить из ТС, чтобы не ограничивать конкуренцию. | 2026-05-12 15:09:23 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: фотометрическая точность, определенная через конкретные стандарты (фильтры и растворы), позволяет верифицировать работу прибора в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Это необходимо для соблюдения внутренних протоколов контроля качества измерений. Указанный набор проверочных образцов не принадлежит конкретному производителю оборудования и доступен для проверки и подтверждения параметров фотометрической точности на любой модели оборудования. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 180340024329 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: Долговременная стабильность при 500 нм: ± 0,0005 A/h. Необходимо добавить параметр: «Долговременная стабильность при 700 нм: ± 0,0003 A/h. », чтобы не ограничивать конкуренцию. | 2026-05-12 15:10:52 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: контроль шума долговременной стабильности при 500 нм является достаточным индикатором производительности источника света и электроники во всем рабочем диапазоне. Изменение спецификации является нецелесообразным. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 180340024329 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: Шум базовой линии при 500 нм, RMS: ≤ 0,0001 А. Необходимо добавить параметр: «Шум базовой линии при 700 нм, RMS: ≤ 0,00004 А.» чтобы не ограничивать конкуренцию. | 2026-05-12 15:10:30 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: контроль шума базовой линии при 500 нм является достаточным индикатором производительности источника света и электроники во всем рабочем диапазоне. Изменение спецификации является нецелесообразным. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 180340024329 | ҚҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: “Нулевая точка пропускания, от 200 до 1000 нм, ширина щели 1,4 нм: ± 0,05 %Т.» Данная характеристика является частной характеристикой конкретного прибора. Необходимо исключить из ТЗ. | 2026-05-12 15:10:05 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: данная характеристика определяет уровень стабильности детектора и качество компенсации фонового сигнала. Исключение данного требования может привести к закупке оборудования с нестабильной базовой линией, что недопустимо для количественного анализа. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 180640002181 | КҚ жобасына ескерту | Просим внести корректировки в техническую спецификацию конкурса. В разделе Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках просим изменить текст следующим образом: "Поставщик должен предоставить Сертификат средства измерения РК на товар, в случае если товар подлежит внесению в Государственный реестр средств измерений РК, после его получения от соответствующих органов, но не позднее трех месяцев с даты поставки товара. В случае, если товар является средством измерения, поставщик должен гарантировать проведение поверки поставляемого товара и предоставление Сертификата поверки вместе с Сертификатом средства измерения РК (подтвердить гарантийным письмом)". Так как потенциальные поставщики исходя из технического задания должны будут включить данный пункт и если | 2026-05-12 15:18:43 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | "Уважаемый потенциальный поставщик, сообщаем, что по Вашему замечанию будут внесены изменения. Дополнительно сообщаем, что поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить гарантийное письмо о том, что обязуется предоставить Сертификат средства измерения Республики Казахстан (в случае, если товар подлежит внесению в Государственный реестр средств измерений РК) и Сертификат поверки не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара. Указанный срок установлен для обеспечения эффективного использования поставляемого оборудования, своевременного ввода его в эксплуатацию и недопущения простоя оборудования." |
| | | | прибор не внесён в Реестр ГСИ РК, то подтверждающие документы будут переданы только после их получения от соответствующих органов. Необходимо дать равные права всем поставщикам осуществить регистрацию приборов (если они не зарегистрированы) и проведение поверки, как требуется в техническом задании. Современное оборудование непрерывно обновляется и как следствие выходят новые модели оборудования, требующие внесения в реестр СИ, а официальная процедура внесения в Реестр ГСИ РК занимает минимум три месяца. На основании вышеизложенного просим внести соответствующие изменения в техническую спецификацию с целью обеспечения открытой конкуренции и возможности участия более широкого круга производителей современного аналитического оборудования. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 180340024329 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 Наша компания является специализированным поставщиком и авторизованным представителем завода изготовителя спектрофотометров производства Япония и готово поставить вам товар, соответствующий указанным вами характеристикам. Наша компания имеет собственный сервисных центр и склад запасных частей и расходных материалов. Пользователями наших приборов являются ведущие государственные и частные компании Казахстана и Центральной Азии. Стоимость предлагаемого нами спектрофотометра ниже указанного вами бюджета, что позволяет вам наиболее оптимально расходовать выделенные вами средства. В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: «Фотометрический диапазон показаний: от -9 до 9 А.» Также, в технической спецификации на закупаемый товар | 2026-05-12 15:05:41 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: это требование обусловлено спецификой оптической плотности исследуемых материалов и необходимостью минимизации инструментальной погрешности на границах диапазона. Увеличенный диапазон программной абсорбции необходим для проведения математического преобразования спектров/измерений, результат которого может превышать измеренные значения абсорбции. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |
| | | | вами указано: «Фотометрический диапазон измерения: от -3 до 3 А». Просим вас уточнить что означает термин «Фотометрический диапазон показаний», если заявленный вами же прибор технически не вытягивает указанный завышенный диапазон. В связи с этим, просим вас обратить внимание на этот пункт и удалить требование «Фотометрический диапазон показаний: от -9 до 9 А.» или уравнить его с требованием «Фотометрический диапазон измерения: от -3 до 3 А». | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 180340024329 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: Скорость сканирования: не более 12 000 нм/мин. Очевидно, тут должен был стоять параметр «не менее», а не ошибочно указано «Не более». Необходимо исправить вышеуказанные требования в конкурсной спецификации. | 2026-05-12 15:11:54 | Отклонить замечания | Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: установление верхнего предела скорости сканирования направлено на получение необходимой плотности точек данных в спектре. Это исключает потерю информации о узких пиках поглощения, что критично для идентификации компонентов смесей. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 180340024329 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: «Спектральная полоса пропускания: не менее 1,4 нм.» Очевидно, тут должен был стоять параметр «не более», а не ошибочно указанное «Не менее». Необходимо исправить вышеуказанные требования в конкурсной спецификации. | 2026-05-12 15:07:13 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: параметр «не менее 1,4 нм» установлен для обеспечения достаточного светового потока (энергии) на детекторе при проведении рутинных анализов. Увеличение спектральной полосы в данном контексте способствует повышению соотношения сигнал-шум для конкретных методик заказчика. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 180340024329 | ҚҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: Нескорректированная 100 % линия пропускания, от 200 до 1000 нм: от 60 до 160 %Т. Данная характеристика не регламентируется у ряда производителей. Необходимо исключить из ТЗ. | 2026-05-12 15:11:28 | Отклонить замечания | Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: этот параметр характеризует чистую энергетическую эффективность оптического тракта и чувствительность детектора до применения программных алгоритмов коррекции. Его наличие обязательно для оценки аппаратного ресурса прибора. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 180340024329 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующие параметры: Габаритные размеры: ширина не менее 590 мм, высота не менее 290 мм, глубина не менее 690 мм. Очевидно, тут должен был стоять параметр «не более», а не ошибочно указано «Не менее». Необходимо исправить или удалить вышеуказанные требования в конкурсной спецификации. | 2026-05-12 15:13:02 | Отклонить замечания | Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: параметры габаритных размеров обусловлены эргономикой рабочего места и необходимостью размещения дополнительных модулей внутри кюветного отделения, что требует определенного внутреннего объема. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 180340024329 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующие параметры: • Спектральная разрешающая способность, толуол-гексан при от 20 до 25 °C: не менее 1,6. • Точность длины волны, линия дейтерия при 486 нм: ± 0,2 нм. • Точность длины волны, фильтр из оксида гольмия при 360,9 нм: ± 0,5 нм. • Воспроизводимость длины волны, фильтр из оксида гольмия при 360,9 нм: ≤ 0,02 нм. Данные характеристики являются частными характеристиками, относящейся не к реальным техническим характеристика прибора, а к процедуре валидации прибора. Вследствие того, что РГП «ЦСЭ» не является фармацевтическим производством и не требует процедуры валидации – необходимо исключить вышеуказанные требования из конкурсной спецификации. | 2026-05-12 15:07:54 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: указанные параметры являются фундаментальными критериями оценки разрешающей способности и воспроизводимости длины волны оптического узла. Их наличие гарантирует метрологическую надежность прибора при выполнении высокоточных химико-аналитических исследований независимо от отраслевой принадлежности лаборатории. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 180340024329 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами не указаны какой тип и количество кювет необходим для размещения образцов. Необходимо это уточнить, так как комплектация прибора по умолчанию идет без кювет. | 2026-05-12 15:13:25 | Отклонить замечания | Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: в соответствии с требованиями к комплектации, товар должен быть поставлен в виде готового к работе комплекса. Поставщик самостоятельно определяет набор аксессуаров для выполнения стандартных процедур измерения в рамках объявленной технической спецификации. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

| | |
|---|---|
| И.о. руководителя УМТО и ГЗ | Кульбаев Нурсултан Курбаналиевич |
| Заместитель директора по развитию | Темиргалиева Майра Мукановна |
| Сотрудник | Урмантаев Айдарали Турсыналиевич |
| Директор | Айтказин Бекзат Капасович |
| Сотрудник | Закиров Саят Амангельдинович |

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№17701242**

№ конкурса 16954941-1
Название конкурса Спектрофотометр с двумя лампами УФ-ВИД лучах
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-06 15:28:20 по 2026-05-12 15:28:20
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующие параметры: • Минимальное время интегрирования: не менее 0,001 s. • Минимальный интервал данных: не менее 0,02 нм.» Так как они не являются метрологически значимыми характеристиками, а относятся к конкретному производителю, необходимо исключить из ТЗ, чтобы не ограничивать конкуренцию | 2026-05-12 15:12:30 | Отклонить замечания | Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: время интегрирования напрямую определяет статистическую достоверность сигнала, а интервал данных - спектральное разрешение. Эти параметры являются технологически значимыми для обработки сложных матриц. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: «Точность длины волны, линия дейтерия при 656,1 нм: ± 0,1 нм.» Стандартно, данное значение регламентируется именно к погрешности по шкале длин волн, для определения данной характеристики используется длина волны при 656,1 нм. Необходимо заменить формулировку на Погрешность по шкале длин волн: не более ±0.1 нм для D2 пика 656.1 нм, не более ±0.3 нм для всего спектрального диапазона | 2026-05-12 15:08:31 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: терминология технической спецификации соответствует международным стандартам производителей аналитического оборудования. Указанное значение ± 0,1 нм для линии дейтерия является достаточным параметром для определения точности установки длины волны. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующие параметры: • Фотометрическая точность в видимом свете, нейтральный стеклянный фильтр Hellma F4 при 546 нм: ± 0,003 A. • Фотометрическая точность в УФ-диапазоне, дихромат калия: ± 0,010 A. • Фотометрическая точность, дихромат калия при 430 нм: ± 0,010 A. Указаны частные характеристики. Стандартно фотометрическая точность регламентируется при измерениях с использованием стандартов нейтральных фильтров NIST930/NIST1930 или эквивалентов. Необходимо привести к стандартному представлению или исключить из ТС, чтобы не ограничивать конкуренцию. | 2026-05-12 15:09:23 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: фотометрическая точность, определенная через конкретные стандарты (фильтры и растворы), позволяет верифицировать работу прибора в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Это необходимо для соблюдения внутренних протоколов контроля качества измерений. Указанный набор проверочных образцов не принадлежит конкретному производителю оборудования и доступен для проверки и подтверждения параметров фотометрической точности на любой модели оборудования. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: Долговременная стабильность при 500 нм: ± 0,0005 A/h. Необходимо добавить параметр: «Долговременная стабильность при 700 нм: ± 0,0003 A/h. », чтобы не ограничивать конкуренцию. | 2026-05-12 15:10:52 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: контроль шума долговременной стабильности при 500 нм является достаточным индикатором производительности источника света и электроники во всем рабочем диапазоне. Изменение спецификации является нецелесообразным. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: Шум базовой линии при 500 нм, RMS: ≤ 0,0001 А. Необходимо добавить параметр: «Шум базовой линии при 700 нм, RMS: ≤ 0,00004 А.» чтобы не ограничивать конкуренцию. | 2026-05-12 15:10:30 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: контроль шума базовой линии при 500 нм является достаточным индикатором производительности источника света и электроники во всем рабочем диапазоне. Изменение спецификации является нецелесообразным. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: “Нулевая точка пропускания, от 200 до 1000 нм, ширина щели 1,4 нм: ± 0,05 %Т.» Данная характеристика является частной характеристикой конкретного прибора. Необходимо исключить из ТЗ. | 2026-05-12 15:10:05 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: данная характеристика определяет уровень стабильности детектора и качество компенсации фонового сигнала. Исключение данного требования может привести к закупке оборудования с нестабильной базовой линией, что недопустимо для количественного анализа. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 180640002181 | Замечание к КД | Просим внести корректировки в техническую спецификацию конкурса. В разделе Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках просим изменить текст следующим образом: "Поставщик должен предоставить Сертификат средства измерения РК на товар, в случае если товар подлежит внесению в Государственный реестр средств измерений РК, после его получения от соответствующих органов, но не позднее трех месяцев с даты поставки товара. В случае, если товар является средством измерения, поставщик должен гарантировать проведение поверки поставляемого товара и предоставление Сертификата поверки вместе с Сертификатом средства измерения РК (подтвердить гарантийным письмом)". Так как потенциальные поставщики исходя из технического задания должны будут включить данный пункт и если | 2026-05-12 15:18:43 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | "Уважаемый потенциальный поставщик, сообщаем, что по Вашему замечанию будут внесены изменения. Дополнительно сообщаем, что поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить гарантийное письмо о том, что обязуется предоставить Сертификат средства измерения Республики Казахстан (в случае, если товар подлежит внесению в Государственный реестр средств измерений РК) и Сертификат поверки не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара. Указанный срок установлен для обеспечения эффективного использования поставляемого оборудования, своевременного ввода его в эксплуатацию и недопущения простоя оборудования." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | прибор не внесён в Реестр ГСИ РК, то подтверждающие документы будут переданы только после их получения от соответствующих органов. Необходимо дать равные права всем поставщикам осуществить регистрацию приборов (если они не зарегистрированы) и проведение поверки, как требуется в техническом задании. Современное оборудование непрерывно обновляется и как следствие выходят новые модели оборудования, требующие внесения в реестр СИ, а официальная процедура внесения в Реестр ГСИ РК занимает минимум три месяца. На основании вышеизложенного просим внести соответствующие изменения в техническую спецификацию с целью обеспечения открытой конкуренции и возможности участия более широкого круга производителей современного аналитического оборудования. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 Наша компания является специализированным поставщиком и авторизованным представителем завода изготовителя спектрофотометров производства Япония и готово поставить вам товар, соответствующий указанным вами характеристикам. Наша компания имеет собственный сервисных центр и склад запасных частей и расходных материалов. Пользователями наших приборов являются ведущие государственные и частные компании Казахстана и Центральной Азии. Стоимость предлагаемого нами спектрофотометра ниже указанного вами бюджета, что позволяет вам наиболее оптимально расходовать выделенные вами средства. В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: «Фотометрический диапазон показаний: от -9 до 9 А.» Также, в технической спецификации на закупаемый товар | 2026-05-12 15:05:41 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: это требование обусловлено спецификой оптической плотности исследуемых материалов и необходимостью минимизации инструментальной погрешности на границах диапазона. Увеличенный диапазон программной абсорбции необходим для проведения математического преобразования спектров/измерений, результат которого может превышать измеренные значения абсорбции. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | вами указано: «Фотометрический диапазон измерения: от -3 до 3 А». Просим вас уточнить что означает термин «Фотометрический диапазон показаний», если заявленный вами же прибор технически не вытягивает указанный завышенный диапазон. В связи с этим, просим вас обратить внимание на этот пункт и удалить требование «Фотометрический диапазон показаний: от -9 до 9 А.» или уравнить его с требованием «Фотометрический диапазон измерения: от -3 до 3 А». | | | |
| 9 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: Скорость сканирования: не более 12 000 нм/мин. Очевидно, тут должен был стоять параметр «не менее», а не ошибочно указано «Не более». Необходимо исправить вышеуказанные требования в конкурсной спецификации. | 2026-05-12 15:11:54 | Отклонить замечания | Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: установление верхнего предела скорости сканирования направлено на получение необходимой плотности точек данных в спектре. Это исключает потерю информации о узких пиках поглощения, что критично для идентификации компонентов смесей. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: «Спектральная полоса пропускания: не менее 1,4 нм.» Очевидно, тут должен был стоять параметр «не более», а не ошибочно указанное «Не менее». Необходимо исправить вышеуказанные требования в конкурсной спецификации. | 2026-05-12 15:07:13 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: параметр «не менее 1,4 нм» установлен для обеспечения достаточного светового потока (энергии) на детекторе при проведении рутинных анализов. Увеличение спектральной полосы в данном контексте способствует повышению соотношения сигнал-шум для конкретных методик заказчика. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующий параметр: Нескорректированная 100 % линия пропускания, от 200 до 1000 нм: от 60 до 160 %Т. Данная характеристика не регламентируется у ряда производителей. Необходимо исключить из ТЗ. | 2026-05-12 15:11:28 | Отклонить замечания | Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: этот параметр характеризует чистую энергетическую эффективность оптического тракта и чувствительность детектора до применения программных алгоритмов коррекции. Его наличие обязательно для оценки аппаратного ресурса прибора. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующие параметры: Габаритные размеры: ширина не менее 590 мм, высота не менее 290 мм, глубина не менее 690 мм. Очевидно, тут должен был стоять параметр «не более», а не ошибочно указано «Не менее». Необходимо исправить или удалить вышеуказанные требования в конкурсной спецификации. | 2026-05-12 15:13:02 | Отклонить замечания | Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: параметры габаритных размеров обусловлены эргономикой рабочего места и необходимостью размещения дополнительных модулей внутри кюветного отделения, что требует определенного внутреннего объема. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами указаны следующие параметры: • Спектральная разрешающая способность, толуол-гексан при от 20 до 25 °C: не менее 1,6. • Точность длины волны, линия дейтерия при 486 нм: ± 0,2 нм. • Точность длины волны, фильтр из оксида гольмия при 360,9 нм: ± 0,5 нм. • Воспроизводимость длины волны, фильтр из оксида гольмия при 360,9 нм: ≤ 0,02 нм. Данные характеристики являются частными характеристиками, относящейся не к реальным техническим характеристика прибора, а к процедуре валидации прибора. Вследствие того, что РГП «ЦСЭ» не является фармацевтическим производством и не требует процедуры валидации – необходимо исключить вышеуказанные требования из конкурсной спецификации. | 2026-05-12 15:07:54 | Отклонить замечания | "Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: указанные параметры являются фундаментальными критериями оценки разрешающей способности и воспроизводимости длины волны оптического узла. Их наличие гарантирует метрологическую надежность прибора при выполнении высокоточных химико-аналитических исследований независимо от отраслевой принадлежности лаборатории. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ)." |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 180340024329 | Замечание к КД | Уважаемые организаторы закупки №16954941-1, лот 83433762-ОК1 В технической спецификации на закупаемый товар вами не указаны какой тип и количество кювет необходим для размещения образцов. Необходимо это уточнить, так как комплектация прибора по умолчанию идет без кювет. | 2026-05-12 15:13:25 | Отклонить замечания | Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание, сообщаем: в соответствии с требованиями к комплектации, товар должен быть поставлен в виде готового к работе комплекса. Поставщик самостоятельно определяет набор аксессуаров для выполнения стандартных процедур измерения в рамках объявленной технической спецификации. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, при подаче заявки на участие в конкурсе характеристики предлагаемого товара должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации (ТЗ). |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

| | |
|---|---|
| И.о. руководителя УМТО и ГЗ | Кульбаев Нурсултан Курбаналиевич |
| Заместитель директора по развитию | Темиргалиева Майра Мукановна |
| Сотрудник | Урмантаев Айдарали Турсыналиевич |
| Директор | Айтказин Бекзат Капасович |
| Сотрудник | Закиров Саят Амангельдинович |

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).