Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17720941

Конкурстың № 16977784-1
Конкурстың атауы Мүгедектігі бар адамдарға арналған жеке өлшемдер бойынша жеке дайындалған арбаларды сатып алу (Техникалық сипаттамамен мұқият танысу қажет, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-12 16:58:18 дейін 2026-05-14 16:58:18
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим обосновать необходимость нескладной открытой рамы, а не складной или иной активной конструкции.	2026-05-14 16:55:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

2	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим подтвердить, что допускается ось из алюминия/титана/иного материала при равной прочности и меньшей или сопоставимой массе.	2026-05-14 16:57:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

3	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать, кто проводил замер пользователя: врач, эрготерапевт, специалист по техническим средствам реабилитации, поставщик или сотрудник заказчика.	2026-05-14 16:53:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

4	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указано, при каком уклоне, нагрузке и давлении шин тормоза должны удерживать коляску. Для безопасности это критичнее, чем описание “легкие спортивные”.	2026-05-14 16:48:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

5	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Количество ячеек связано с конкретной подушкой и размером. Для пользователя важнее распределение давления и соответствие размеру сиденья.	2026-05-14 16:48:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

6	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Если пользователь передвигается самостоятельно, ручки сопровождающего не всегда нужны и могут увеличивать вес. Если сопровождающий требуется — это должно быть отражено в функциональной потребности.	2026-05-14 16:49:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

7	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Если закупка индивидуальная, необходимо указать вес пользователя или требуемый запас прочности. Если вес пользователя существенно меньше, часть конструктивных требований может быть избыточной; если больше — изделие может быть небезопасным.	2026-05-14 16:43:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

8	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Высокое давление повышает накат, но снижает амортизацию. Не указано, насколько это соответствует состоянию пользователя, качеству дорог, весу, длительности прогулок и риску вибрации.	2026-05-14 16:47:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

9	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует задние ведущие колеса облегченные, черного цвета, 18 спиц. Количество спиц не является функциональной характеристикой коляски. Колеса с иным количеством спиц могут быть прочными, легкими и надежными. Цвет также не влияет на безопасность и функциональность. Требуем исключить количество спиц и цвет как обязательные параметры. Оставить: задние колеса 24”, быстросъемные, прочные, легкие, с надежными шинами и обручами.	2026-05-14 16:56:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

10	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Кресло-коляска закупается для конкретного лица с инвалидностью. Приемка только заказчиком без подтверждения фактической посадки и удобства пользователя может привести к поставке формально соответствующего, но непригодного изделия.	2026-05-14 16:41:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

11	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует противопролежневую ячеистую подушку, высота 7,5–10,5 см, количество ячеек 8 по ширине и 9 по глубине, каждая ячейка наполняется воздухом, обратный клапан распределяет воздух по секциям. Это описание конкретного типа подушки. Для пользователя важна профилактика пролежней, распределение давления, соответствие размерам сиденья, комфорт и безопасность. Иные гелевые, воздушные, комбинированные или многосекционные подушки могут выполнять ту же функцию. Требуем заменить параметры подушки на функциональные: противопролежневая подушка, соответствующая размеру сиденья, с распределением давления и возможностью настройки под пользователя.	2026-05-14 16:57:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

12	910823301002	КҚ жобасына ескерту	В ТС указано, что кресло-коляска изготавливается по индивидуальному заказу для конкретного взрослого пользователя, однако одновременно жестко заданы: ширина сиденья 36 см, глубина 40 см, высота спереди 50,5 см, высота сзади 44,5 см, высота спинки 40 см, дистанция подножки 39 см, общая ширина 56 см. Если изделие действительно индивидуальное, то размеры должны определяться по результатам замера, осмотра, функциональной оценки пользователя и согласования посадочной карты, а не фиксироваться заранее как признаки конкретной модели.	2026-05-14 16:36:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

13	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует складывание спинки без инструментов с тросовым механизмом, фиксацию в открытом и закрытом положении, поперечную усилительную трубку, ремни натяжения с липучками, складные ручки сопровождающего, чехол с карманом на замке. Функционально важны: регулировка высоты и угла спинки, поддержка корпуса, удобство, надежная фиксация, возможность настройки. Тросовый механизм и конкретная комплектация чехла могут быть признаками конкретного производителя. Требуем заменить на функциональное описание регулируемой спинки без привязки к тросовому механизму, карману и конкретной конструкции.	2026-05-14 16:57:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

14	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Если ремонт после гарантии оплачивает пользователь, необходимо заранее указать наличие сервисного центра, доступность деталей, срок поставки запчастей, ориентировочный срок ремонта и перечень расходников.	2026-05-14 16:51:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

15	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать, будет ли оформляться акт согласования посадки и удобства пользователем.	2026-05-14 16:54:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

16	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать вес пользователя и обоснование максимальной нагрузки 125 кг.	2026-05-14 16:54:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

17	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указано, кто снимает мерки, где, в присутствии кого, по какой форме, с каким оборудованием, как фиксируются параметры и кто несет ответственность за ошибку подбора. Для индивидуального кресла это ключевой этап.	2026-05-14 16:40:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

18	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Для пользователя важны надежность фиксации, удобство доступа, безопасность и отсутствие травмоопасных элементов. Конкретное расположение тормозов может быть неудобным в зависимости от моторики рук и посадки.	2026-05-14 16:47:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

19	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует двухсоставной эргономичный обруч из черного анодированного алюминия с силиконовой вставкой, расстояние от обруча до колеса — 4 см. Функционально важны удобство захвата, безопасность, нескользящая поверхность, возможность самостоятельного движения. Конкретная конструкция с силиконовой вставкой и расстоянием 4 см ограничивает производителей. Требуем заменить на функциональное требование: эргономичные обручи для самостоятельного движения пользователя, удобные для хвата, безопасные и совместимые с задними колесами.	2026-05-14 16:56:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

20	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Если товар поставляется законно, оригинальность и право поставки могут подтверждаться документами поставки, серийным номером, паспортом изделия, сертификатом качества, регистрационными документами и гарантийными обязательствами. Разрешение правообладателя товарного знака — это не функциональная характеристика изделия.	2026-05-14 16:38:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

21	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Карбон не является единственно возможным материалом для активной коляски. Алюминиевые или титановые элементы могут обеспечивать достаточную прочность, массу и надежность. Требуем обосновать, почему именно карбон обязателен.	2026-05-14 16:45:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

22	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Для улицы, неровного покрытия и длительных прогулок размер и материал передних колес критичны. Не указано, какие покрытия, бордюры, пандусы и маршруты учитывались.	2026-05-14 16:49:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

23	910823301002	КҚ жобасына ескерту	В наименовании конкурса указано приобретение кресла-коляски индивидуального изготовления по индивидуальным меркам для лица с инвалидностью. Однако в ТС уже заранее жестко зафиксированы размеры: ширина сиденья 36 см, глубина 40 см, высота сиденья спереди 50,5 см, высота сиденья сзади 44,5 см, высота спинки 40 см, дистанция подножки 39 см, общая ширина 56 см, угол рамы 90°, развал колес 2°. Если изделие действительно изготавливается по индивидуальным меркам конкретного пользователя, данные параметры должны определяться после замера антропометрии, медицинских показаний, образа жизни, активности, диагноза, веса, длины бедра, ширины таза, высоты голени, положения таза, необходимости поддержки спины и баланса. Требуем исключить жестко фиксированные размеры и заменить их диапазонами либо формулировкой “по индивидуальным	2026-05-14 16:55:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

			меркам пользователя с предварительным замером и согласованием с Заказчиком/получателем”. В текущем виде ТС может привести к поставке коляски, которая формально соответствует документу, но не подходит конкретному человеку.			кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

24	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС указывает сиденье: ширина 36 см, глубина 40 см. Для кресла-коляски индивидуального изготовления данные размеры являются ключевыми и должны подбираться под конкретного пользователя. Ошибка даже в несколько сантиметров может привести к дискомфорту, неправильной посадке, риску пролежней, нарушению баланса и ограничению самостоятельного передвижения. Требуем указать размеры сиденья “по индивидуальным меркам пользователя” либо установить допустимый диапазон ширины и глубины.	2026-05-14 16:56:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

25	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим обосновать необходимость карбоновых боковых панелей.	2026-05-14 16:57:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

26	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС указывает максимальную нагрузку 125 кг. Если закупка индивидуальная, максимальная нагрузка должна учитывать фактический вес пользователя с запасом безопасности. Если пользователь весит значительно меньше, параметр может быть избыточным; если больше — недостаточным. Требуем указать, что грузоподъемность должна соответствовать весу пользователя с запасом, но не менее безопасного уровня, установленного стандартом/производителем.	2026-05-14 16:58:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

27	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует предоставить копии писем, сертификатов или свидетельств от производителей, дилеров или дистрибьюторов, адресованные заказчику, с подтверждением полномочий потенциального поставщика. Это не техническая характеристика кресла-коляски, а зависимость участника от третьего лица. Требуем исключить данное требование из ТС.	2026-05-14 16:38:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

28	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Для кресла стоимостью более 6 млн тг необходимо указать расчетный срок службы, ресурс рамы, колес, подшипников, шин, подушки и карбоновых элементов.	2026-05-14 16:51:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

29	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Форма трубы сама по себе не гарантирует безопасность или удобство. Коляска с круглым, овальным или иным профилем может быть не хуже. Требуем допустить эквивалентные профили при соблюдении прочности и массы.	2026-05-14 16:44:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

30	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС говорит о бесступенчатой регулировке по вертикали и горизонтали, но не указывает диапазон, шаг, фиксацию, допустимые положения, влияние на устойчивость и метод настройки.	2026-05-14 16:45:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

31	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС фиксирует высоту 7,5–10,5 см, воздушные ячейки, обратный клапан, чехол с ручкой, количество ячеек 8×9. Это указывает на конкретный тип подушки. Требуем описать функционально: профилактика пролежней, распределение давления, размер под сиденье, чехол, возможность настройки давления, санитарная обработка.	2026-05-14 16:48:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

32	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует пневматические шины высокого давления 24×1, диапазон давления 6–10 бар, максимальное давление 10 бар. У разных пользователей и условий эксплуатации могут быть предпочтительны иные типы шин: пневматические, полупневматические, антипрокольные, цельнолитые, с иным диапазоном давления. Давление 10 бар не является универсальным преимуществом. Требуем допустить эквивалентные шины, обеспечивающие низкое сопротивление качению, безопасность и комфорт, без жесткой привязки к 24×1 и 10 бар.	2026-05-14 16:57:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

33	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует крепление вспомогательного колеса именно к подножке. У разных производителей передние колеса/адаптеры могут крепиться к раме, подножке или иным узлам. Важно, чтобы крепление было безопасным, совместимым и надежным. Требуем заменить на функциональное требование: вспомогательное переднее колесо/адаптер с надежным креплением, совместимым с поставляемой коляской.	2026-05-14 16:57:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

34	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указано, почему именно 90° необходимо для пользователя. Разные активные коляски используют разные углы передней рамы в зависимости от посадки, устойчивости и положения ног. Требуем обосновать или допустить индивидуальную настройку.	2026-05-14 16:45:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

35	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Количество спиц и цвет не являются функционально необходимыми параметрами. Для пользователя важны прочность, масса, ремонтопригодность, совместимость с шинами и доступность обслуживания.	2026-05-14 16:46:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

36	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать медицинское или функциональное обоснование необходимости именно активной жесткой нескладной коляски.	2026-05-14 16:54:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

37	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Активная жесткая нескладная коляска подходит не каждому пользователю. Не раскрыто, имеется ли заключение о необходимости именно активной коляски, жесткой рамы, конкретной ширины, конкретной подушки, вспомогательного переднего колеса и развала 2°.	2026-05-14 16:41:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

38	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует, чтобы основная ось задних колес была изготовлена из углеродного волокна / карбона. Для активной коляски важны прочность, легкость, регулировка центра тяжести, надежность крепления и долговечность. Карбон является дорогим материалом и не является единственно возможным техническим решением. Алюминиевые или иные облегченные сплавы могут обеспечивать необходимую прочность и функциональность при меньшей цене. Требуем исключить обязательность карбоновой оси и заменить ее на функциональное требование: облегченная прочная регулируемая ось, обеспечивающая необходимую нагрузку, баланс и безопасность эксплуатации.	2026-05-14 16:55:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

39	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить карту индивидуальных замеров пользователя, на основании которой установлены размеры 36×40 см, высота спереди 50,5 см, высота сзади 44,5 см, спинка 40 см и дистанция подножки 39 см.	2026-05-14 16:53:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

40	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует передний изгиб рамы 90°. У разных производителей активных колясок геометрия передней рамы отличается. Угол 90° не является самостоятельным показателем качества и может быть признаком конкретной модели. Пользователю важны посадка, положение ног, удобство пересадки, безопасность и маневренность, а не конкретный угол рамы. Требуем исключить обязательный угол 90° и заменить на функциональное требование по удобному положению ног и безопасной посадке пользователя.	2026-05-14 16:56:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

41	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует вспомогательное переднее пневматическое колесо диаметром 30,5 см, крепление к подножке, предназначенное для подъема передних колес над землей и улучшения маневренности. Это отдельный дорогостоящий аксессуар для активного передвижения вне помещений. Не указано, есть ли у пользователя фактическая потребность в таком аксессуаре, будет ли он использоваться, обучен ли пользователь, подходит ли он к месту проживания и маршрутам. Требуем обосновать необходимость отдельного переднего колеса либо выделить его как дополнительную опцию, допускающую аналоги.	2026-05-14 16:57:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

42	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Функция боковых панелей — защита пользователя от грязи. Для этой функции могут применяться пластик, алюминий, композит или иные материалы. Требование карбона сужает круг производителей.	2026-05-14 16:46:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

43	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим обосновать передний изгиб рамы именно 90°.	2026-05-14 16:56:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

44	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Такое письмо может быть выдано одному участнику и не выдано другим, даже если они способны поставить оригинальное и качественное изделие. Это создает преимущество заранее определенному поставщику.	2026-05-14 16:38:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

45	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать, кто будет настраивать центр тяжести и баланс коляски при передаче пользователю.	2026-05-14 16:56:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

46	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указано, почему именно 90° необходимо для пользователя. Разные активные коляски используют разные углы передней рамы в зависимости от посадки, устойчивости и положения ног. Требуем обосновать или допустить индивидуальную настройку.	2026-05-14 16:45:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

47	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не ясно, это защита от царапин, ударов, холода, контакта с ногами или транспортировки. Требуем уточнить.	2026-05-14 16:50:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

48	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Активные кресла могут иметь жесткие, складные, гибридные и иные конструкции. Если пользователю нужна именно жесткая нескладная рама, требуется обоснование медицинскими и эксплуатационными потребностями.	2026-05-14 16:44:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

49	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	По лоту №85836280-ОК1 просим разъяснить, почему закупка называется индивидуальным изготовлением по индивидуальным меркам, но в ТС заранее указаны фиксированные размеры сиденья, высоты, подножки, общей ширины и спинки.	2026-05-14 16:52:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

50	910823301002	КҚ жобасына ескерту	В самой форме Приложения 13 указано, что каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям указывается отдельной строкой, а квалификационные требования к потенциальному поставщику в ТС устанавливать нельзя. В текущей ТС требования к товару, документы производителя, разрешения правообладателя, заводской сертификат, паспорт и гарантийные обязательства смешаны в одном текстовом блоке.	2026-05-14 16:37:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

51	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует раму жесткую, нескладную, открытой формы. Жесткая рама действительно может быть предпочтительна для активных пользователей, но не является универсально лучшим решением. Для некоторых пользователей, условий транспортировки, хранения, перевозки в автомобиле или бытовых условий складная либо иная конструкция может быть удобнее. Требуем обосновать медицинскую и эксплуатационную необходимость именно нескладной жесткой рамы либо допустить эквивалентные активные конструкции, обеспечивающие мобильность, легкость, прочность и безопасность.	2026-05-14 16:56:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

52	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указано, почему другое расстояние 3–5 см недопустимо. Требуем указать диапазон или допустить эквивалент.	2026-05-14 16:47:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

53	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать материал рамы: алюминий, титан, сталь или иной металл.	2026-05-14 16:55:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

54	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим обосновать требование эллипсовидного профиля труб.	2026-05-14 16:55:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

55	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать, допускаются ли задние колеса с иным количеством спиц при равной прочности и массе.	2026-05-14 16:57:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

56	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Для активной коляски масса является одним из ключевых параметров самостоятельного передвижения, загрузки в автомобиль и маневренности. ТС подробно описывает карбон, спицы и обручи, но не указывает общий вес изделия.	2026-05-14 16:43:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

57	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим подтвердить, что допускаются боковые панели из иного материала, если они выполняют функцию защиты пользователя от грязи.	2026-05-14 16:57:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

58	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Совокупность требований — жесткая открытая рама, карбоновая основная ось, карбоновые боковые панели, спортивные тормоза, 2° развал колес, 18 спиц, силиконовая вставка в обруче, отдельное пневматическое переднее колесо 30,5 см, ячеистая подушка 8×9, тросовый механизм складывания спинки — указывает на конкретный премиальный комплект активной коляски, а не на функциональное описание потребности пользователя. Функционально аналогичные активные коляски могут иметь алюминиевую ось, пластиковые или алюминиевые боковые панели, иной развал колес, другое количество спиц, иную систему тормозов, другую противопролежневую подушку и иной передний адаптер, но обеспечивать тот же результат: мобильность, самостоятельное передвижение, безопасность, комфорт и долговечность. Требуем переписать ТС функционально: активная коляска	2026-05-14 16:55:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

			индивидуального изготовления, жесткая или иная облегченная рама, регулируемый баланс, быстросъемные колеса, надежные тормоза, противопролежневая подушка, возможность передвижения вне помещений, гарантия и сервис. Узкие конструктивные признаки конкретного комплекта подлежат исключению.			кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

59	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим обосновать требование двухсоставного анодированного обруча с силиконовой вставкой.	2026-05-14 16:58:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

60	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Для пользователя важны масса, маневренность, надежность, посадка, профилактика пролежней, возможность самостоятельного передвижения, безопасность и ремонтопригодность. Однако ТС фиксирует конкретные материалы и конструкцию: карбон, 18 спиц, силиконовую вставку, эллипсовидные трубы, 2° развал, пневматический передний модуль 30,5 см. Требуем заменить на функциональные требования с допуском эквивалентов.	2026-05-14 16:37:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

61	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указано, какой металл: алюминий, титан, сталь или иной сплав. При этом для оси и боковых панелей карбон указан прямо. Требуем указать функциональные параметры: прочность, коррозионная стойкость, масса, ресурс, допустимая нагрузка.	2026-05-14 16:44:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

62	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указано, почему оно обязательно, где пользователь будет его применять, как оно крепится к подножке, как влияет на габариты, вес, безопасность, транспортировку и эксплуатацию в помещении.	2026-05-14 16:48:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

63	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указано, в течение какого срока поставщик реагирует на обращение, ремонтирует изделие, предоставляет запасные части, устраняет поломку тормозов, колес, подшипников, подушки, карбоновых элементов и креплений.	2026-05-14 16:50:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

64	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует боковые панели из карбона. Боковые панели выполняют защитную функцию — предотвращают попадание грязи с колес на пользователя. Данная функция может быть обеспечена пластиком, алюминием, композитом или иным легким материалом. Обязательный карбон существенно повышает цену и сужает круг поставщиков. Требуем заменить материал боковых панелей на функциональную формулировку: легкие прочные боковые панели с защитой одежды пользователя от загрязнения, с возможностью регулировки относительно задних колес.	2026-05-14 16:55:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

65	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать диапазон регулировки задней оси по вертикали и горизонтали.	2026-05-14 16:56:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

66	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС не допускает подтверждение через серийный номер, паспорт, гарантийный талон, декларацию/сертификат соответствия, акт индивидуального подбора, документы на материалы и акт приемки пользователем. Требуем ввести альтернативные способы подтверждения.	2026-05-14 16:39:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

67	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим подтвердить, что допускается рама с иным профилем труб при равной прочности, массе и безопасности.	2026-05-14 16:55:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

68	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим подтвердить, что допускаются иные эргономичные приводные обручи с эквивалентным сцеплением и безопасностью для рук.	2026-05-14 16:58:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии

						рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках предоставляет Заказчику право определять необходимые

						функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию в установленном законодательством порядке, если такая

						необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

69	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Подножка не всегда рассчитана на такие нагрузки. Требуем указать расчетную нагрузку, способ фиксации, быстросъемность и безопасность.	2026-05-14 16:48:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

70	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует приемники задних колес с развалом 2°. Развал колес влияет на устойчивость, маневренность, общую ширину и поведение коляски. Для разных пользователей могут быть нужны иные значения развала: 0°, 2°, 4° или другие варианты. Фиксация именно 2° без обоснования ограничивает аналоги. Требуем допустить регулируемый или иной развал задних колес в диапазоне, обеспечивающем устойчивость и маневренность пользователя.	2026-05-14 16:56:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

71	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС фиксирует высоту сиденья спереди 50,5 см, сзади 44,5 см. Эти параметры зависят от роста пользователя, длины голени, толщины подушки, диаметра колес, положения центра тяжести, потребности в пересаживании, уровня активности и условий эксплуатации. Требуем исключить фиксированные высоты и указать, что высота сиденья определяется индивидуально при замере и настройке коляски.	2026-05-14 16:56:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

72	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать рост пользователя, длину бедра, высоту голени, ширину таза и другие параметры, на основании которых подобраны размеры.	2026-05-14 16:54:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

73	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует нескладную раму, но не раскрывает, как пользователь будет перевозить кресло в автомобиле, снимать колеса, складывать спинку, демонтировать передний модуль и помещать изделие в багажник.	2026-05-14 16:44:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

74	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Совокупность признаков — жесткая нескладная открытая рама, эллипсовидный профиль труб, карбоновая основная ось, карбоновые боковые панели, задние колеса 24" с 18 спицами черного цвета, двухсоставной анодированный обруч с силиконовой вставкой, развал 2°, передний изгиб 90°, конкретные размеры сиденья, конкретная высота спинки, конкретный вспомогательный передний пневматический модуль 30,5 см — указывает не на функциональное описание потребности пользователя, а на паспорт конкретной линейки изделия.	2026-05-14 16:36:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

75	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать, будет ли проведена примерка кресла-коляски пользователем до окончательной приемки.	2026-05-14 16:53:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

76	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим обосновать задние колеса именно с 18 спицами и черного цвета.	2026-05-14 16:57:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

77	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Для индивидуального активного кресла-коляски критичны рост, вес, ширина таза, длина бедра, высота голени, положение таза, баланс туловища, сила рук, наличие спастики/контрактур, уровень активности, опыт управления активной коляской, среда эксплуатации и медицинские ограничения. ТС содержит готовые размеры, но не содержит замерочный лист, карту подбора, заключение специалиста или методику индивидуальной настройки.	2026-05-14 16:36:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

78	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Раздел “Требования к потенциальному поставщику” содержит требования о подтверждении полномочий поставщика производителем/дистрибьютором. Это относится к статусу участника, а не к качеству изделия, и противоречит примечанию самой формы ТС о недопустимости квалификационных требований внутри технической спецификации.	2026-05-14 16:39:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

79	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Высота спинки подбирается по уровню поражения, балансу туловища, активности, высоте лопаток и необходимости поддержки. Фиксированная высота 40 см может быть непригодной для конкретного пользователя.	2026-05-14 16:49:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

80	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Существуют разные типы приводных обручей: алюминиевые, титановые, прорезиненные, с покрытием, с насечкой, эргономичные. Требуем описывать функционально: удобство хвата, сцепление, безопасность ладоней, износостойкость.	2026-05-14 16:46:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

81	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указано, предусматривается ли примерка пользователем, настройка центра тяжести, высоты спинки, подножки, тормозов, боковых панелей, угла спинки, положения оси и баланса коляски. Без примерки индивидуальность изделия становится декларативной.	2026-05-14 16:40:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

82	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим обосновать необходимость основной оси задних колес именно из углеродного волокна.	2026-05-14 16:56:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

83	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указано, доступны ли такие покрышки и камеры в РК, как будет обеспечиваться послегарантийное обслуживание, где пользователь сможет заменить камеру/покрышку.	2026-05-14 16:47:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

84	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует облегченные спортивные тормоза, установленные под рамой спереди, без вертикально выступающих частей, с движением только по горизонтали. Тормоза должны надежно фиксировать коляску, быть удобными и безопасными для пользователя. Конкретное расположение и кинематика тормоза являются конструктивным решением производителя. Требуем заменить на функциональную формулировку: надежные тормоза, фиксирующие задние колеса, с возможностью регулировки и безопасным расположением для пользователя.	2026-05-14 16:57:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

85	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Заводской сертификат качества может оформляться на конкретное изделие после его индивидуального изготовления и выхода с производства. Требовать его до фактического изготовления изделия логически невозможно. Требуем уточнить, что заводской сертификат качества предоставляется при поставке готового кресла-коляски.	2026-05-14 16:39:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

86	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Если коляска индивидуальная, необходимо предусмотреть возможность настройки подножки под пользователя, а не только перестановку шурупов по высоте.	2026-05-14 16:49:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Управления Джусупов Ерлан Нурланулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№17720941

№ конкурса 16977784-1
Название конкурса Приобретение инвалидных кресел-колясок индивидуального изготовления по индивидуальным меркам для лиц с инвалидностью(внимательно читать техническую спецификацию, согласно технической спецификации Заказчика)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-12 16:58:18 по 2026-05-14 16:58:18
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление занятости и социальной защиты города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим обосновать необходимость нескладной открытой рамы, а не складной или иной активной конструкции.	2026-05-14 16:55:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

2	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим подтвердить, что допускается ось из алюминия/титана/иного материала при равной прочности и меньшей или сопоставимой массе.	2026-05-14 16:57:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

3	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим указать, кто проводил замер пользователя: врач, эрготерапевт, специалист по техническим средствам реабилитации, поставщик или сотрудник заказчика.	2026-05-14 16:53:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

4	910823301002	Замечание к КД	Не указано, при каком уклоне, нагрузке и давлении шин тормоза должны удерживать коляску. Для безопасности это критичнее, чем описание “легкие спортивные”.	2026-05-14 16:48:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

5	910823301002	Замечание к КД	Количество ячеек связано с конкретной подушкой и размером. Для пользователя важнее распределение давления и соответствие размеру сиденья.	2026-05-14 16:48:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

6	910823301002	Замечание к КД	Если пользователь передвигается самостоятельно, ручки сопровождающего не всегда нужны и могут увеличивать вес. Если сопровождающий требуется — это должно быть отражено в функциональной потребности.	2026-05-14 16:49:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

7	910823301002	Замечание к КД	Если закупка индивидуальная, необходимо указать вес пользователя или требуемый запас прочности. Если вес пользователя существенно меньше, часть конструктивных требований может быть избыточной; если больше — изделие может быть небезопасным.	2026-05-14 16:43:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

8	910823301002	Замечание к КД	Высокое давление повышает накат, но снижает амортизацию. Не указано, насколько это соответствует состоянию пользователя, качеству дорог, весу, длительности прогулок и риску вибрации.	2026-05-14 16:47:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

9	910823301002	Замечание к КД	ТС требует задние ведущие колеса облегченные, черного цвета, 18 спиц. Количество спиц не является функциональной характеристикой коляски. Колеса с иным количеством спиц могут быть прочными, легкими и надежными. Цвет также не влияет на безопасность и функциональность. Требуем исключить количество спиц и цвет как обязательные параметры. Оставить: задние колеса 24”, быстросъемные, прочные, легкие, с надежными шинами и обручами.	2026-05-14 16:56:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

10	910823301002	Замечание к КД	Кресло-коляска закупается для конкретного лица с инвалидностью. Приемка только заказчиком без подтверждения фактической посадки и удобства пользователя может привести к поставке формально соответствующего, но непригодного изделия.	2026-05-14 16:41:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

11	910823301002	Замечание к КД	ТС требует противопролежневую ячеистую подушку, высота 7,5–10,5 см, количество ячеек 8 по ширине и 9 по глубине, каждая ячейка наполняется воздухом, обратный клапан распределяет воздух по секциям. Это описание конкретного типа подушки. Для пользователя важна профилактика пролежней, распределение давления, соответствие размерам сиденья, комфорт и безопасность. Иные гелевые, воздушные, комбинированные или многосекционные подушки могут выполнять ту же функцию. Требуем заменить параметры подушки на функциональные: противопролежневая подушка, соответствующая размеру сиденья, с распределением давления и возможностью настройки под пользователя.	2026-05-14 16:57:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

12	910823301002	Замечание к КД	В ТС указано, что кресло-коляска изготавливается по индивидуальному заказу для конкретного взрослого пользователя, однако одновременно жестко заданы: ширина сиденья 36 см, глубина 40 см, высота спереди 50,5 см, высота сзади 44,5 см, высота спинки 40 см, дистанция подножки 39 см, общая ширина 56 см. Если изделие действительно индивидуальное, то размеры должны определяться по результатам замера, осмотра, функциональной оценки пользователя и согласования посадочной карты, а не фиксироваться заранее как признаки конкретной модели.	2026-05-14 16:36:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

13	910823301002	Замечание к КД	ТС требует складывание спинки без инструментов с тросовым механизмом, фиксацию в открытом и закрытом положении, поперечную усилительную трубку, ремни натяжения с липучками, складные ручки сопровождающего, чехол с карманом на замке. Функционально важны: регулировка высоты и угла спинки, поддержка корпуса, удобство, надежная фиксация, возможность настройки. Тросовый механизм и конкретная комплектация чехла могут быть признаками конкретного производителя. Требуем заменить на функциональное описание регулируемой спинки без привязки к тросовому механизму, карману и конкретной конструкции.	2026-05-14 16:57:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

14	910823301002	Замечание к КД	Если ремонт после гарантии оплачивает пользователь, необходимо заранее указать наличие сервисного центра, доступность деталей, срок поставки запчастей, ориентировочный срок ремонта и перечень расходников.	2026-05-14 16:51:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

15	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим указать, будет ли оформляться акт согласования посадки и удобства пользователем.	2026-05-14 16:54:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

16	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим указать вес пользователя и обоснование максимальной нагрузки 125 кг.	2026-05-14 16:54:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

17	910823301002	Замечание к КД	Не указано, кто снимает мерки, где, в присутствии кого, по какой форме, с каким оборудованием, как фиксируются параметры и кто несет ответственность за ошибку подбора. Для индивидуального кресла это ключевой этап.	2026-05-14 16:40:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

18	910823301002	Замечание к КД	Для пользователя важны надежность фиксации, удобство доступа, безопасность и отсутствие травмоопасных элементов. Конкретное расположение тормозов может быть неудобным в зависимости от моторики рук и посадки.	2026-05-14 16:47:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

19	910823301002	Замечание к КД	ТС требует двухсоставной эргономичный обруч из черного анодированного алюминия с силиконовой вставкой, расстояние от обруча до колеса — 4 см. Функционально важны удобство захвата, безопасность, нескользящая поверхность, возможность самостоятельного движения. Конкретная конструкция с силиконовой вставкой и расстоянием 4 см ограничивает производителей. Требуем заменить на функциональное требование: эргономичные обручи для самостоятельного движения пользователя, удобные для хвата, безопасные и совместимые с задними колесами.	2026-05-14 16:56:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

20	910823301002	Замечание к КД	Если товар поставляется законно, оригинальность и право поставки могут подтверждаться документами поставки, серийным номером, паспортом изделия, сертификатом качества, регистрационными документами и гарантийными обязательствами. Разрешение правообладателя товарного знака — это не функциональная характеристика изделия.	2026-05-14 16:38:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

21	910823301002	Замечание к КД	Карбон не является единственно возможным материалом для активной коляски. Алюминиевые или титановые элементы могут обеспечивать достаточную прочность, массу и надежность. Требуем обосновать, почему именно карбон обязателен.	2026-05-14 16:45:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

22	910823301002	Замечание к КД	Для улицы, неровного покрытия и длительных прогулок размер и материал передних колес критичны. Не указано, какие покрытия, бордюры, пандусы и маршруты учитывались.	2026-05-14 16:49:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

23	910823301002	Замечание к КД	В наименовании конкурса указано приобретение кресла-коляски индивидуального изготовления по индивидуальным меркам для лица с инвалидностью. Однако в ТС уже заранее жестко зафиксированы размеры: ширина сиденья 36 см, глубина 40 см, высота сиденья спереди 50,5 см, высота сиденья сзади 44,5 см, высота спинки 40 см, дистанция подножки 39 см, общая ширина 56 см, угол рамы 90°, развал колес 2°. Если изделие действительно изготавливается по индивидуальным меркам конкретного пользователя, данные параметры должны определяться после замера антропометрии, медицинских показаний, образа жизни, активности, диагноза, веса, длины бедра, ширины таза, высоты голени, положения таза, необходимости поддержки спины и баланса. Требуем исключить жестко фиксированные размеры и заменить их диапазонами либо формулировкой “по индивидуальным	2026-05-14 16:55:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

			меркам пользователя с предварительным замером и согласованием с Заказчиком/получателем”. В текущем виде ТС может привести к поставке коляски, которая формально соответствует документу, но не подходит конкретному человеку.			кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

24	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает сиденье: ширина 36 см, глубина 40 см. Для кресла-коляски индивидуального изготовления данные размеры являются ключевыми и должны подбираться под конкретного пользователя. Ошибка даже в несколько сантиметров может привести к дискомфорту, неправильной посадке, риску пролежней, нарушению баланса и ограничению самостоятельного передвижения. Требуем указать размеры сиденья “по индивидуальным меркам пользователя” либо установить допустимый диапазон ширины и глубины.	2026-05-14 16:56:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

25	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим обосновать необходимость карбоновых боковых панелей.	2026-05-14 16:57:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

26	910823301002	Замечание к КД	ТС указывает максимальную нагрузку 125 кг. Если закупка индивидуальная, максимальная нагрузка должна учитывать фактический вес пользователя с запасом безопасности. Если пользователь весит значительно меньше, параметр может быть избыточным; если больше — недостаточным. Требуем указать, что грузоподъемность должна соответствовать весу пользователя с запасом, но не менее безопасного уровня, установленного стандартом/производителем.	2026-05-14 16:58:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

27	910823301002	Замечание к КД	ТС требует предоставить копии писем, сертификатов или свидетельств от производителей, дилеров или дистрибьюторов, адресованные заказчику, с подтверждением полномочий потенциального поставщика. Это не техническая характеристика кресла-коляски, а зависимость участника от третьего лица. Требуем исключить данное требование из ТС.	2026-05-14 16:38:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

28	910823301002	Замечание к КД	Для кресла стоимостью более 6 млн тг необходимо указать расчетный срок службы, ресурс рамы, колес, подшипников, шин, подушки и карбоновых элементов.	2026-05-14 16:51:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

29	910823301002	Замечание к КД	Форма трубы сама по себе не гарантирует безопасность или удобство. Коляска с круглым, овальным или иным профилем может быть не хуже. Требуем допустить эквивалентные профили при соблюдении прочности и массы.	2026-05-14 16:44:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

30	910823301002	Замечание к КД	ТС говорит о бесступенчатой регулировке по вертикали и горизонтали, но не указывает диапазон, шаг, фиксацию, допустимые положения, влияние на устойчивость и метод настройки.	2026-05-14 16:45:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

31	910823301002	Замечание к КД	ТС фиксирует высоту 7,5–10,5 см, воздушные ячейки, обратный клапан, чехол с ручкой, количество ячеек 8×9. Это указывает на конкретный тип подушки. Требуем описать функционально: профилактика пролежней, распределение давления, размер под сиденье, чехол, возможность настройки давления, санитарная обработка.	2026-05-14 16:48:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

32	910823301002	Замечание к КД	ТС требует пневматические шины высокого давления 24×1, диапазон давления 6–10 бар, максимальное давление 10 бар. У разных пользователей и условий эксплуатации могут быть предпочтительны иные типы шин: пневматические, полупневматические, антипрокольные, цельнолитые, с иным диапазоном давления. Давление 10 бар не является универсальным преимуществом. Требуем допустить эквивалентные шины, обеспечивающие низкое сопротивление качению, безопасность и комфорт, без жесткой привязки к 24×1 и 10 бар.	2026-05-14 16:57:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

33	910823301002	Замечание к КД	ТС требует крепление вспомогательного колеса именно к подножке. У разных производителей передние колеса/адаптеры могут крепиться к раме, подножке или иным узлам. Важно, чтобы крепление было безопасным, совместимым и надежным. Требуем заменить на функциональное требование: вспомогательное переднее колесо/адаптер с надежным креплением, совместимым с поставляемой коляской.	2026-05-14 16:57:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

34	910823301002	Замечание к КД	Не указано, почему именно 90° необходимо для пользователя. Разные активные коляски используют разные углы передней рамы в зависимости от посадки, устойчивости и положения ног. Требуем обосновать или допустить индивидуальную настройку.	2026-05-14 16:45:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

35	910823301002	Замечание к КД	Количество спиц и цвет не являются функционально необходимыми параметрами. Для пользователя важны прочность, масса, ремонтопригодность, совместимость с шинами и доступность обслуживания.	2026-05-14 16:46:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

36	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим указать медицинское или функциональное обоснование необходимости именно активной жесткой нескладной коляски.	2026-05-14 16:54:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

37	910823301002	Замечание к КД	Активная жесткая нескладная коляска подходит не каждому пользователю. Не раскрыто, имеется ли заключение о необходимости именно активной коляски, жесткой рамы, конкретной ширины, конкретной подушки, вспомогательного переднего колеса и развала 2°.	2026-05-14 16:41:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

38	910823301002	Замечание к КД	ТС требует, чтобы основная ось задних колес была изготовлена из углеродного волокна / карбона. Для активной коляски важны прочность, легкость, регулировка центра тяжести, надежность крепления и долговечность. Карбон является дорогим материалом и не является единственно возможным техническим решением. Алюминиевые или иные облегченные сплавы могут обеспечивать необходимую прочность и функциональность при меньшей цене. Требуем исключить обязательность карбоновой оси и заменить ее на функциональное требование: облегченная прочная регулируемая ось, обеспечивающая необходимую нагрузку, баланс и безопасность эксплуатации.	2026-05-14 16:55:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

39	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить карту индивидуальных замеров пользователя, на основании которой установлены размеры 36×40 см, высота спереди 50,5 см, высота сзади 44,5 см, спинка 40 см и дистанция подножки 39 см.	2026-05-14 16:53:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

40	910823301002	Замечание к КД	ТС требует передний изгиб рамы 90°. У разных производителей активных колясок геометрия передней рамы отличается. Угол 90° не является самостоятельным показателем качества и может быть признаком конкретной модели. Пользователю важны посадка, положение ног, удобство пересадки, безопасность и маневренность, а не конкретный угол рамы. Требуем исключить обязательный угол 90° и заменить на функциональное требование по удобному положению ног и безопасной посадке пользователя.	2026-05-14 16:56:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

41	910823301002	Замечание к КД	ТС требует вспомогательное переднее пневматическое колесо диаметром 30,5 см, крепление к подножке, предназначенное для подъема передних колес над землей и улучшения маневренности. Это отдельный дорогостоящий аксессуар для активного передвижения вне помещений. Не указано, есть ли у пользователя фактическая потребность в таком аксессуаре, будет ли он использоваться, обучен ли пользователь, подходит ли он к месту проживания и маршрутам. Требуем обосновать необходимость отдельного переднего колеса либо выделить его как дополнительную опцию, допускающую аналоги.	2026-05-14 16:57:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

42	910823301002	Замечание к КД	Функция боковых панелей — защита пользователя от грязи. Для этой функции могут применяться пластик, алюминий, композит или иные материалы. Требование карбона сужает круг производителей.	2026-05-14 16:46:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

43	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим обосновать передний изгиб рамы именно 90°.	2026-05-14 16:56:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

44	910823301002	Замечание к КД	Такое письмо может быть выдано одному участнику и не выдано другим, даже если они способны поставить оригинальное и качественное изделие. Это создает преимущество заранее определенному поставщику.	2026-05-14 16:38:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

45	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим указать, кто будет настраивать центр тяжести и баланс коляски при передаче пользователю.	2026-05-14 16:56:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

46	910823301002	Замечание к КД	Не указано, почему именно 90° необходимо для пользователя. Разные активные коляски используют разные углы передней рамы в зависимости от посадки, устойчивости и положения ног. Требуем обосновать или допустить индивидуальную настройку.	2026-05-14 16:45:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

47	910823301002	Замечание к КД	Не ясно, это защита от царапин, ударов, холода, контакта с ногами или транспортировки. Требуем уточнить.	2026-05-14 16:50:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

48	910823301002	Замечание к КД	Активные кресла могут иметь жесткие, складные, гибридные и иные конструкции. Если пользователю нужна именно жесткая нескладная рама, требуется обоснование медицинскими и эксплуатационными потребностями.	2026-05-14 16:44:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

49	910823301002	Запрос о разъяснении КД	По лоту №85836280-ОК1 просим разъяснить, почему закупка называется индивидуальным изготовлением по индивидуальным меркам, но в ТС заранее указаны фиксированные размеры сиденья, высоты, подножки, общей ширины и спинки.	2026-05-14 16:52:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

50	910823301002	Замечание к КД	В самой форме Приложения 13 указано, что каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям указывается отдельной строкой, а квалификационные требования к потенциальному поставщику в ТС устанавливать нельзя. В текущей ТС требования к товару, документы производителя, разрешения правообладателя, заводской сертификат, паспорт и гарантийные обязательства смешаны в одном текстовом блоке.	2026-05-14 16:37:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

51	910823301002	Замечание к КД	ТС требует раму жесткую, нескладную, открытой формы. Жесткая рама действительно может быть предпочтительна для активных пользователей, но не является универсально лучшим решением. Для некоторых пользователей, условий транспортировки, хранения, перевозки в автомобиле или бытовых условий складная либо иная конструкция может быть удобнее. Требуем обосновать медицинскую и эксплуатационную необходимость именно нескладной жесткой рамы либо допустить эквивалентные активные конструкции, обеспечивающие мобильность, легкость, прочность и безопасность.	2026-05-14 16:56:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

52	910823301002	Замечание к КД	Не указано, почему другое расстояние 3–5 см недопустимо. Требуем указать диапазон или допустить эквивалент.	2026-05-14 16:47:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

53	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим указать материал рамы: алюминий, титан, сталь или иной металл.	2026-05-14 16:55:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

54	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим обосновать требование эллипсовидного профиля труб.	2026-05-14 16:55:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

55	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим указать, допускаются ли задние колеса с иным количеством спиц при равной прочности и массе.	2026-05-14 16:57:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

56	910823301002	Замечание к КД	Для активной коляски масса является одним из ключевых параметров самостоятельного передвижения, загрузки в автомобиль и маневренности. ТС подробно описывает карбон, спицы и обручи, но не указывает общий вес изделия.	2026-05-14 16:43:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

57	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим подтвердить, что допускаются боковые панели из иного материала, если они выполняют функцию защиты пользователя от грязи.	2026-05-14 16:57:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

58	910823301002	Замечание к КД	Совокупность требований — жесткая открытая рама, карбоновая основная ось, карбоновые боковые панели, спортивные тормоза, 2° развал колес, 18 спиц, силиконовая вставка в обруче, отдельное пневматическое переднее колесо 30,5 см, ячеистая подушка 8×9, тросовый механизм складывания спинки — указывает на конкретный премиальный комплект активной коляски, а не на функциональное описание потребности пользователя. Функционально аналогичные активные коляски могут иметь алюминиевую ось, пластиковые или алюминиевые боковые панели, иной развал колес, другое количество спиц, иную систему тормозов, другую противопролежневую подушку и иной передний адаптер, но обеспечивать тот же результат: мобильность, самостоятельное передвижение, безопасность, комфорт и долговечность. Требуем переписать ТС функционально: активная коляска	2026-05-14 16:55:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

			индивидуального изготовления, жесткая или иная облегченная рама, регулируемый баланс, быстросъемные колеса, надежные тормоза, противопролежневая подушка, возможность передвижения вне помещений, гарантия и сервис. Узкие конструктивные признаки конкретного комплекта подлежат исключению.			кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

59	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим обосновать требование двухсоставного анодированного обруча с силиконовой вставкой.	2026-05-14 16:58:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

60	910823301002	Замечание к КД	Для пользователя важны масса, маневренность, надежность, посадка, профилактика пролежней, возможность самостоятельного передвижения, безопасность и ремонтопригодность. Однако ТС фиксирует конкретные материалы и конструкцию: карбон, 18 спиц, силиконовую вставку, эллипсовидные трубы, 2° развал, пневматический передний модуль 30,5 см. Требуем заменить на функциональные требования с допуском эквивалентов.	2026-05-14 16:37:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

61	910823301002	Замечание к КД	Не указано, какой металл: алюминий, титан, сталь или иной сплав. При этом для оси и боковых панелей карбон указан прямо. Требуем указать функциональные параметры: прочность, коррозионная стойкость, масса, ресурс, допустимая нагрузка.	2026-05-14 16:44:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

62	910823301002	Замечание к КД	Не указано, почему оно обязательно, где пользователь будет его применять, как оно крепится к подножке, как влияет на габариты, вес, безопасность, транспортировку и эксплуатацию в помещении.	2026-05-14 16:48:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

63	910823301002	Замечание к КД	Не указано, в течение какого срока поставщик реагирует на обращение, ремонтирует изделие, предоставляет запасные части, устраняет поломку тормозов, колес, подшипников, подушки, карбоновых элементов и креплений.	2026-05-14 16:50:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

64	910823301002	Замечание к КД	ТС требует боковые панели из карбона. Боковые панели выполняют защитную функцию — предотвращают попадание грязи с колес на пользователя. Данная функция может быть обеспечена пластиком, алюминием, композитом или иным легким материалом. Обязательный карбон существенно повышает цену и сужает круг поставщиков. Требуем заменить материал боковых панелей на функциональную формулировку: легкие прочные боковые панели с защитой одежды пользователя от загрязнения, с возможностью регулировки относительно задних колес.	2026-05-14 16:55:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

65	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим указать диапазон регулировки задней оси по вертикали и горизонтали.	2026-05-14 16:56:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

66	910823301002	Замечание к КД	ТС не допускает подтверждение через серийный номер, паспорт, гарантийный талон, декларацию/сертификат соответствия, акт индивидуального подбора, документы на материалы и акт приемки пользователем. Требуем ввести альтернативные способы подтверждения.	2026-05-14 16:39:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

67	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим подтвердить, что допускается рама с иным профилем труб при равной прочности, массе и безопасности.	2026-05-14 16:55:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

68	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим подтвердить, что допускаются иные эргономичные приводные обручи с эквивалентным сцеплением и безопасностью для рук.	2026-05-14 16:58:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии

						рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках предоставляет Заказчику право определять необходимые

						функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию в установленном законодательством порядке, если такая

						необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

69	910823301002	Замечание к КД	Подножка не всегда рассчитана на такие нагрузки. Требуем указать расчетную нагрузку, способ фиксации, быстросъемность и безопасность.	2026-05-14 16:48:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

70	910823301002	Замечание к КД	ТС требует приемники задних колес с развалом 2°. Развал колес влияет на устойчивость, маневренность, общую ширину и поведение коляски. Для разных пользователей могут быть нужны иные значения развала: 0°, 2°, 4° или другие варианты. Фиксация именно 2° без обоснования ограничивает аналоги. Требуем допустить регулируемый или иной развал задних колес в диапазоне, обеспечивающем устойчивость и маневренность пользователя.	2026-05-14 16:56:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

71	910823301002	Замечание к КД	ТС фиксирует высоту сиденья спереди 50,5 см, сзади 44,5 см. Эти параметры зависят от роста пользователя, длины голени, толщины подушки, диаметра колес, положения центра тяжести, потребности в пересаживании, уровня активности и условий эксплуатации. Требуем исключить фиксированные высоты и указать, что высота сиденья определяется индивидуально при замере и настройке коляски.	2026-05-14 16:56:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

72	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим указать рост пользователя, длину бедра, высоту голени, ширину таза и другие параметры, на основании которых подобраны размеры.	2026-05-14 16:54:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

73	910823301002	Замечание к КД	ТС требует нескладную раму, но не раскрывает, как пользователь будет перевозить кресло в автомобиле, снимать колеса, складывать спинку, демонтировать передний модуль и помещать изделие в багажник.	2026-05-14 16:44:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

74	910823301002	Замечание к КД	Совокупность признаков — жесткая нескладная открытая рама, эллипсовидный профиль труб, карбоновая основная ось, карбоновые боковые панели, задние колеса 24" с 18 спицами черного цвета, двухсоставной анодированный обруч с силиконовой вставкой, развал 2°, передний изгиб 90°, конкретные размеры сиденья, конкретная высота спинки, конкретный вспомогательный передний пневматический модуль 30,5 см — указывает не на функциональное описание потребности пользователя, а на паспорт конкретной линейки изделия.	2026-05-14 16:36:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

75	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим указать, будет ли проведена примерка кресла-коляски пользователем до окончательной приемки.	2026-05-14 16:53:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

76	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим обосновать задние колеса именно с 18 спицами и черного цвета.	2026-05-14 16:57:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

77	910823301002	Замечание к КД	Для индивидуального активного кресла-коляски критичны рост, вес, ширина таза, длина бедра, высота голени, положение таза, баланс туловища, сила рук, наличие спастики/контрактур, уровень активности, опыт управления активной коляской, среда эксплуатации и медицинские ограничения. ТС содержит готовые размеры, но не содержит замерочный лист, карту подбора, заключение специалиста или методику индивидуальной настройки.	2026-05-14 16:36:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

78	910823301002	Замечание к КД	Раздел “Требования к потенциальному поставщику” содержит требования о подтверждении полномочий поставщика производителем/дистрибьютором. Это относится к статусу участника, а не к качеству изделия, и противоречит примечанию самой формы ТС о недопустимости квалификационных требований внутри технической спецификации.	2026-05-14 16:39:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

79	910823301002	Замечание к КД	Высота спинки подбирается по уровню поражения, балансу туловища, активности, высоте лопаток и необходимости поддержки. Фиксированная высота 40 см может быть непригодной для конкретного пользователя.	2026-05-14 16:49:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

80	910823301002	Замечание к КД	Существуют разные типы приводных обручей: алюминиевые, титановые, прорезиненные, с покрытием, с насечкой, эргономичные. Требуем описывать функционально: удобство хвата, сцепление, безопасность ладоней, износостойкость.	2026-05-14 16:46:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

81	910823301002	Замечание к КД	Не указано, предусматривается ли примерка пользователем, настройка центра тяжести, высоты спинки, подножки, тормозов, боковых панелей, угла спинки, положения оси и баланса коляски. Без примерки индивидуальность изделия становится декларативной.	2026-05-14 16:40:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

82	910823301002	Запрос о разъяснении КД	Просим обосновать необходимость основной оси задних колес именно из углеродного волокна.	2026-05-14 16:56:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

83	910823301002	Замечание к КД	Не указано, доступны ли такие покрышки и камеры в РК, как будет обеспечиваться послегарантийное обслуживание, где пользователь сможет заменить камеру/покрышку.	2026-05-14 16:47:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

84	910823301002	Замечание к КД	ТС требует облегченные спортивные тормоза, установленные под рамой спереди, без вертикально выступающих частей, с движением только по горизонтали. Тормоза должны надежно фиксировать коляску, быть удобными и безопасными для пользователя. Конкретное расположение и кинематика тормоза являются конструктивным решением производителя. Требуем заменить на функциональную формулировку: надежные тормоза, фиксирующие задние колеса, с возможностью регулировки и безопасным расположением для пользователя.	2026-05-14 16:57:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

85	910823301002	Замечание к КД	Заводской сертификат качества может оформляться на конкретное изделие после его индивидуального изготовления и выхода с производства. Требовать его до фактического изготовления изделия логически невозможно. Требуем уточнить, что заводской сертификат качества предоставляется при поставке готового кресла-коляски.	2026-05-14 16:39:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

86	910823301002	Замечание к КД	Если коляска индивидуальная, необходимо предусмотреть возможность настройки подножки под пользователя, а не только перестановку шурупов по высоте.	2026-05-14 16:49:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте уважаемой поставщик! Техническая спецификация сформирована Заказчиком исходя из потребности получателя технического средства реабилитации, с учетом представленной информации о товарах, имеющихся на рынке, а также на основании сведений, содержащихся в коммерческих предложениях и технической документации производителей/поставщиков соответствующей продукции. Заказчик не является производителем кресел-колясок, специализированной медицинской организацией, экспертным учреждением либо организацией, осуществляющей инженерно-конструкторскую оценку технических средств реабилитации. В штате Заказчика отсутствуют специалисты с профильным инженерным, медицинским либо эрготерапевтическим образованием, уполномоченные давать профессиональные заключения относительно конструктивных особенностей конкретных моделей

						кресел-колясок, материалов изготовления, геометрии рамы, параметров развала колес, типов приводных обручей, конструкций подушек, тормозных систем и иных технических решений производителей. В связи с этим Заказчик не располагает компетенцией для предоставления специальных технических, медицинских либо биомеханических обоснований по каждому из указанных в обращении параметров. При формировании технической спецификации Заказчик руководствовался необходимостью обеспечения функциональности, безопасности, эксплуатационной надежности и предполагаемых потребностей пользователя. Указанные в технической спецификации характеристики определены исходя из сведений, представленных на рынке соответствующей продукции, и не направлены на ограничение конкуренции Одновременно сообщаем, что законодательство о государственных закупках

						предоставляет Заказчику право определять необходимые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемого товара в пределах потребности Заказчика и конечного получателя. В части доводов о якобы указании характеристик конкретного производителя сообщаем, что Заказчиком не устанавливалась цель ограничения круга потенциальных поставщиков. При этом оценка эквивалентности предлагаемых товаров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и действующим законодательством. Дополнительно сообщаем, что обращение содержит значительный объем предположений, оценочных суждений и технических выводов, требующих специальных познаний и экспертной оценки, которыми Заказчик не обладает. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости внести изменения в техническую спецификацию

						в установленном законодательством порядке, если такая необходимость будет подтверждена по результатам дополнительного рассмотрения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Управления Джусупов Ерлан Нурланулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).