Экспертное заключение
Государственные закупки способом конкурса медицинского оборудования для нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан на 2026 год.

«19» мая 2026 г.

Эксперт, назначенный приказом командира воисковой части 20015 от 23 апреля 2026 года № 95, экспертная комиссия Главного военно-медицинского управления Вооруженных Сил Республики Казахстан рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков, на веб-портале государственных закупок на предмет их соответствия техническим характеристикам утвержденной конкурсной документации «Государственные закупки способом конкурса медицинского оборудования для нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан на 2026 год», пришел к следующему выводу:

№ п/п	Потенциальный поставщик	№ Лота	Заключение экспертной комиссии	Примечание
1.	Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Торе"	Лот № 86099323-ОК1 Лот № 86099289-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
2.	ТОО "ГРАНД АТЛАС"	Лот № 86099289-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
3.	Товарищество с ограниченной ответственностью "MedQyzmet Group"	Лот № 86099245-ОК1 Лот № 86099221-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
4.	KAZ TRADE	Лот № 86099312-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
5.	Товарищество с	Лот №	Техническая	Предложена поставщиком: Стерилизационная

Дата: 21.05.2026 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

№ п/п	Потенциальный поставщик	№ Лота	Заключение экспертной комиссии	Примечание
	ограниченной ответственностью "Pharma Trade"	86099263-ОК1	спецификация не соответствует	камера: Общий объем 142 л ухудшает ттх оборудование так как в ттх указано не менее 150 не более 152 который влияет на загрузку объема инструментов. Предложена поставщиком: Продолжительность циклов: Стандартный - 62 мин. ухудшает ттх оборудование так как в ттх указано не менее 45 не более 47 который влияет на производительность объема стерилизуемых инструментов.
		Лот № 86099323-ОК1	Техническая спецификация не соответствует	Предложена поставщиком: Физические характеристики аппарата: вес 145,01 кг. так как в ттх указано не более 111 который влияет на мобильность. Предложена поставщиком: Шумность Воздушного компрессора 50 dB(A). Так как в ттх заказчика указано не более 47 dB(A)
6.	LANA	Лот № 86099263-ОК1	Техническая спецификация не соответствует	Параметры технической спецификаций не указаны точные показатели
		Лот № 86099245-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
		Лот № 86099221-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
7.	ТОО "Диагаль"	Лот №	Техническая	

Дата: 21.05.2026 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

№ п/п	Потенциальный поставщик	№ Лота	Заключение экспертной комиссии	Примечание
		86099323-ОК1	спецификация соответствует	
8.	Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZMEDEQ.KZ"	Лот № 86099323-ОК1	Техническая спецификация соответствует	
9.	ТОО "АСТАНА МЕДИКАЛ ПРОДУКТ"	Лот № 86099278-ОК1	Техническая спецификация не соответствует	Параметры технической спецификаций не указаны точные показатели Кресло хирурга – должно имеется 2-х штук.
10.	ТОО "MD Tech"	Лот № 86099278-ОК1	Техническая спецификация соответствует	

Эксперты:

Председатель комиссии: майор медицинской службы Балаби К.А

Члены комиссии: подполковник медицинской службы Алеманов Б.С

подполковник медицинской службы Кенжерахманов Д.К

майор медицинской службы Кузлев А.А

граждаснкий персонал Канатова А.К

Дата: 21.05.2026 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Подписано
19.05.2026 17:38 Жәнібек Ақнұр Қайратқызы

Дата: 21.05.2026 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП