Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17806301

Конкурстың № 17056952-1
Конкурстың атауы Гистологиялық блоктарды парафинге құю станциясы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-22 15:09:31 дейін 2026-05-26 15:09:31
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	620101403831	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый организатор, эксперты! В технической спецификации указан параметр: Размер встраиваемого гистологического молоточка: не менее 10х10, не менее 7х12, не менее 15х15, не менее 20х20 мм (настраиваемый). Пожалуйста, дайте разъяснение назначению и функционалу этого параметра - гистологического молоточка: для чего и куда он должен встраиваться?	2026-05-26 00:15:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование к размеру встраиваемого гистологического молоточка указано в соответствии с производственной необходимостью и особенностями работы лаборатории при выполнении заливки и обработки гистологических образцов различного размера. Указанный элемент предназначен для удобства и точности работы с формами и образцами в процессе подготовки парафиновых блоков и является частью функционала оборудования. При этом технические характеристики указаны со словами «не менее» и «настраиваемый», что не ограничивает потенциальных поставщиков в предоставлении эквивалентного оборудования, соответствующего требованиям технической спецификации.

2	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 3. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — авторизационное письмо в составе заявки ограничивает конкуренцию ТС требует предоставить авторизационное письмо от завода-изготовителя товара либо от его официального дилера/дистрибьютора с указанием данных по конкурсу: организатор, название и номер конкурса, дата конкурса, номер лота. Такое требование ставит участие потенциального поставщика в зависимость от воли третьего лица — производителя, дилера или дистрибьютора. Поставщик может иметь возможность законно поставить товар, обеспечить гарантию и сервис, но не получить специальное письмо, адресованное под конкретный конкурс. Требуем исключить авторизационное письмо из состава конкурсной заявки либо перенести подтверждение легальности поставки и сервисной поддержки на этап поставки товара.	2026-05-26 13:20:31	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование предоставления авторизационного письма от завода-изготовителя либо официального дилера/дистрибьютора установлено в целях подтверждения легальности поставки предлагаемого оборудования, обеспечения гарантийного и сервисного обслуживания, а также подтверждения подлинности происхождения товара. Данное требование направлено на снижение рисков поставки неоригинального, несертифицированного либо не обеспеченного сервисной поддержкой оборудования и обеспечивает надлежащее исполнение договора. Установление данного требования обусловлено необходимостью гарантировать поставку качественного оборудования и его дальнейшее сервисное сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Таким образом, указанное требование не противоречит Закону Республики Казахстан «О
						государственных закупках» и не направлено на ограничение количества потенциальных поставщиков.

3	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 26. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — отсутствуют национальные и межгосударственные стандарты, но ТС не компенсирует это проверяемыми требованиями В графе стандартов указано: “отсутствует”. При отсутствии стандартов Заказчик должен сформулировать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики так, чтобы они были объективно проверяемыми. Однако ТС содержит множество непроверяемых или спорных условий: камера 4K, хранение видео, письмо от производителя, письма по СИ, ISO 13485, сертификат инженера завода и оценочные формулировки. Требуем переработать ТС в проверяемую редакцию, исключив непрофильные документы и квалификационные требования.	2026-05-26 13:23:19	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что отсутствие указания национальных и межгосударственных стандартов не влияет на действительность технической спецификации, поскольку требования к товару сформированы исходя из функциональных, технических и эксплуатационных характеристик, необходимых для обеспечения потребностей Заказчика. Установленные в технической спецификации параметры носят проверяемый характер и подтверждаются представляемыми участниками документами, включая техническую документацию производителя, паспорта оборудования и иные сведения, позволяющие определить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям. При этом требования к документальному подтверждению качества и происхождения товара установлены в целях обеспечения надежности поставки и надлежащего исполнения договора. Таким

						образом, техническая спецификация сформирована в рамках действующего законодательства Республики Казахстан «О государственных закупках», не противоречит ему и не направлена на ограничение количества потенциальных поставщиков.

4	170540019646	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано требование: “встроенный аккумулятор не менее 12 В, 600 мА или источник бесперебойного питания мощностью не менее 3000 ВА или 6000 ВА”. Указанные значения мощности ИБП являются избыточными для оборудования данного класса и существенно ограничивают перечень допустимых решений. Требуем предусмотреть возможность эквивалентных решений, обеспечивающих требуемое время автономной работы.	2026-05-26 14:30:10	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование к системе резервного питания установлено исходя из необходимости обеспечения непрерывной и стабильной работы оборудования, сохранения текущих режимов и предотвращения потери данных и образцов при возможных перебоях электроснабжения, что имеет существенное значение для лабораторных процессов. При этом в технической спецификации предусмотрены альтернативные варианты резервного питания (встроенный аккумулятор либо источник бесперебойного питания), что позволяет потенциальным поставщикам предложить различные технические решения при условии обеспечения установленного времени автономной работы и сохранности функциональности оборудования. Таким образом, указанные требования сформированы исходя из производственной необходимости, не противоречат Закону Республики

						Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.
5	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Замечание 12. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — письмо от уполномоченного органа о невключении в реестр СИ является чрезмерным ТС допускает, что если товар не подлежит внесению в реестр средств измерений, участник должен предоставить письмо от уполномоченного органа РК либо письмо-обоснование от производителя/поставщика. Получение письма уполномоченного органа может занять длительное время и зависит не от участника. Для участия в закупке такой документ является чрезмерным барьером. Кроме того, если Заказчик не уверен в статусе товара, это должно быть урегулировано при формировании ТС, а не переложено на участников. Требуем исключить требование письма уполномоченного органа и указать конкретный способ подтверждения метрологического статуса товара.	2026-05-26 13:21:38	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о предоставлении письма уполномоченного органа Республики Казахстан либо соответствующего обоснования от производителя/поставщика установлено в целях надлежащего подтверждения метрологического статуса предлагаемого оборудования и обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений. Данное требование направлено на исключение неопределенности при классификации оборудования и обеспечение корректного документального подтверждения его статуса на этапе рассмотрения конкурсных заявок. При этом предоставление указанного документа либо обоснования позволяет Заказчику принять обоснованное решение в рамках действующих нормативных требований. Таким образом, указанное требование не противоречит Закону

						Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлено на ограничение количества потенциальных поставщиков.

6	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Замечание 24. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — гарантия 12 месяцев недостаточно раскрыта ТС указывает гарантию 12 месяцев, но не раскрывает порядок гарантийного обслуживания: сроки реагирования, ремонт/замена, наличие запасных частей, гарантия на модули, камеру, сенсорный экран, холодильный блок и электронные компоненты. Для лабораторного оборудования это существенные условия. Требуем конкретизировать гарантийное обслуживание: сроки реакции, устранения неисправностей, порядок ремонта, замены и гарантию на основные узлы.	2026-05-26 13:23:05	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что установленный гарантийный срок 12 месяцев определен как минимально необходимый период обеспечения надежной работы оборудования после ввода в эксплуатацию и подтверждает обязательства поставщика по устранению выявленных неисправностей в рамках гарантийного обслуживания. Порядок гарантийного обслуживания, включая диагностику, ремонт либо замену компонентов, а также обеспечение работоспособности основных узлов оборудования, осуществляется в соответствии с гарантийной политикой производителя и условиями договора о государственных закупках. При этом наличие гарантийных обязательств предполагает обеспечение надлежащего функционирования поставленного оборудования в течение установленного срока. Таким образом, требования технической спецификации сформированы исходя из

						производственной необходимости, не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

7	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 19. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — “гистологический молоточек” выглядит как ошибка или некорректный термин ТС содержит требование: “размер встраиваемого гистологического молоточка: не менее 10×10, 7×12, 15×15, 20×20 мм”. Для станции заливки речь, вероятно, должна идти о гистологических формах/молдах, а не “молоточке”. Некорректная терминология делает требование непонятным и создает риск субъективного отклонения. Требуем исправить терминологию и указать, какие именно формы/молды или расходные элементы требуются.	2026-05-26 13:22:28	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что используемая в технической спецификации терминология применяется в соответствии с внутренними техническими обозначениями функциональных элементов оборудования, предназначенных для формирования и фиксации гистологических образцов при заливке в парафин. Указанные размеры и параметры отражают требования к совместимости оборудования с различными типоразмерами используемых форм и обеспечивают корректность технологического процесса. Техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости и обеспечивает однозначное понимание функциональных требований к оборудованию. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону РК «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

8	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 2. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — ТС содержит признаки подгонки под конкретную модель ТС содержит совокупность узких параметров: трехмодульная система, заливочный модуль размером не более 590×675×373 мм, вес не более 60 кг, резервуар для парафина не менее 6 л размером не менее 524×110×110 мм, две термокамеры по 2,3 л, вместимость не менее 210 кассет, криомодуль с поверхностью охлаждающей пластины не менее 395×390 мм, модуль подогрева размером не менее 620×380×425 мм, сенсорный экран 9±0,5 дюймов, камера 8 МП/4К и видеохранилище 1 ТБ. Такая детализация выглядит не как нейтральное описание потребности судебно-экспертной лаборатории, а как техническая карточка конкретной модели оборудования. Для Заказчика важны стабильная температура парафина, качество заливки, охлаждение блоков, удобство работы,	2026-05-26 13:20:23	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости и потребностей лаборатории, с учетом обеспечения совместимости, удобства эксплуатации, производительности и качества выполнения гистологических исследований. Указанные технические характеристики являются минимально необходимыми требованиями к функциональности и комплектации оборудования и не содержат указания на конкретного производителя либо товарный знак. При этом параметры в технической спецификации указаны со словами «не менее» и «не более», что позволяет потенциальным поставщикам предлагать эквивалентное либо улучшенное оборудование, соответствующее требованиям Заказчика. Совокупность характеристик обусловлена необходимостью обеспечения стабильной и эффективной работы оборудования в

			безопасность и производительность, а не точное совпадение всех размеров и комплектации конкретного производителя. Требуем исключить признаки конкретной модели и изложить ТС через функциональные показатели: назначение, температурные диапазоны, стабильность температуры, емкость парафинового резервуара, количество кассет/форм, безопасность, эргономику и комплектность.			условиях лаборатории и не свидетельствует о привязке к конкретной модели.
9	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Замечание 16. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование 110 В и 220 В одновременно не обосновано ТС указывает напряжение/частоту: 220В ±10%, не менее 50Гц / 110В ±10%, не менее 60Гц по каждому модулю. Место поставки — Республика Казахстан, где используется сеть 220В/50Гц. Не обосновано, зачем требуется поддержка 110В/60Гц. Это может быть фрагмент паспорта конкретной модели и не является потребностью Заказчика. Требуем исключить требование 110В/60Гц и оставить требование совместимости с электросетью РК 220В/50Гц.	2026-05-26 13:22:06	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование к диапазону напряжения и частоты (220В ±10% / 110В ±10%) установлено в целях обеспечения универсальности эксплуатации оборудования, его совместимости с различными условиями электропитания и возможностью использования оборудования в рамках модернизации лаборатории, включая потенциальное перемещение, дооснащение либо эксплуатацию в условиях различной электрической инфраструктуры. Данное требование также направлено на повышение надежности и устойчивости работы оборудования при возможных отклонениях параметров электросети. Указанные характеристики не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

10	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 4. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование письма с реквизитами конкретного конкурса является дополнительным барьером ТС требует, чтобы авторизационное письмо содержало данные конкретного конкурса: организатор, название, номер конкурса, дата конкурса и номер лота. Это означает, что участник не может использовать общий дилерский договор, стандартное письмо производителя, сертификат партнера или документы о законном происхождении товара. Он должен получить отдельный документ под конкретную закупку, что создает неравные условия и преимущество заранее определенному поставщику. Требуем исключить требование о специальной адресации письма под конкретный конкурс и допустить стандартные документы, подтверждающие право поставки и гарантийное сопровождение.	2026-05-26 13:20:38	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о включении в авторизационное письмо данных конкретного конкурса (наименование, номер конкурса, дата и номер лота) установлено в целях подтверждения адресного согласия завода-изготовителя либо официального представителя на поставку оборудования именно в рамках данной закупки, а также для исключения представления формальных или неактуальных документов, не относящихся к конкретному предмету закупки. Указанное требование направлено на обеспечение прозрачности поставки, подтверждение подлинности участия производителя/дистрибьютора в конкретной закупке и надлежащего исполнения обязательств по договору.

11	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 17. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — нет требований к стабильности температуры Для станции заливки гистологических блоков ключевым параметром является стабильность и точность поддержания температуры парафина, термокамер, рабочей зоны и охлаждающей поверхности. ТС указывает температурные диапазоны и шаг 1°C, но не указывает точность поддержания, равномерность нагрева, допустимое отклонение и способ контроля. Без этих параметров невозможно объективно оценить качество оборудования. Требуем дополнить ТС показателями точности и стабильности температуры, а также способом их подтверждения.	2026-05-26 13:22:14	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что установленные в технической спецификации температурные диапазоны и шаг регулирования в 1°C являются достаточными для обеспечения требуемого уровня функциональности оборудования и выполнения задач по заливке гистологических образцов в парафин. При этом стабильность поддержания температуры обеспечивается конструктивными особенностями оборудования и системами автоматического контроля, входящими в состав станции. Техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости и требований к практическому применению оборудования в лабораторных условиях. Установление дополнительных параметров точности и способов их подтверждения не является обязательным на стадии формирования конкурсной документации и не влияет на возможность объективного сравнения заявок,

						поскольку соответствие оборудования оценивается по совокупности установленных технических характеристик. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

12	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 9. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — “рабочее место лаборанта” включено без спецификации ТС требует, чтобы в комплект поставки входило рабочее место лаборанта, устойчивое к химическим реагентам. При этом не указано, что именно входит в рабочее место: стол, тумба, вытяжка, покрытие, размеры, материал, химическая стойкость, класс безопасности, количество розеток, мойка, освещение, стул, шкаф, требования к размещению и монтажу. Такое условие делает предмет закупки неопределенным и несопоставимым по цене. Поставщики могут по-разному трактовать состав “рабочего места”. Требуем раскрыть состав и характеристики рабочего места лаборанта либо исключить его из комплекта поставки станции.	2026-05-26 13:21:18	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о включении в комплект поставки рабочего места лаборанта, устойчивого к воздействию химических реагентов, установлено в целях обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации оборудования в условиях лаборатории, где используются агрессивные химические вещества и осуществляется постоянная работа с гистологическими образцами. Под рабочим местом понимается функционально необходимая рабочая зона, обеспечивающая размещение и полноценное использование оборудования, а также комфортные и безопасные условия работы персонала. Конкретная комплектация и конструктивное исполнение рабочего места определяется поставщиком с учетом требований к химической стойкости и условиям эксплуатации, при этом должно обеспечиваться соответствие целевому назначению и безопасное
						использование оборудования.

13	620101403831	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый орагнизатор, относительно требования предоставления сертификата ISO 13485: этот сертификат относится к системе менеджмента качества медицинских изделий. В ТС не указано, является ли Станция заливки медицинским изделием, зарегистрирована ли она как медицинское изделие? Но почему тогда именно ISO 13485 обязателен для участия в закупке? Если у производителя есть этот сертификат ICO 13485, значит оборудование, производимое им предназначено для IVD. Тогда как согласно законодательству РК, медицинские изделия и медицинская техника, применяемые в целях диагностики in vitro, подлежат государственной регистрации как медицинское изделие. Просим уточнить, относится ли закупаемая станция заливки к медицинским изделиям, и требуется ли наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан для участия в закупке? Если не	2026-05-26 00:59:35	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о предоставлении сертификата ISO 13485 установлено в целях подтверждения наличия у производителя системы менеджмента качества при производстве медицинского и лабораторного оборудования, а также обеспечения надлежащего качества, безопасности и надежности поставляемого товара. Наличие сертификата ISO 13485 не ограничивает потенциальных поставщиков и не свидетельствует исключительно о принадлежности оборудования к изделиям IVD. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения Республики Казахстан в технической спецификации не установлено, при этом в случае, если законодательством Республики Казахстан предусмотрена обязательная государственная регистрация предлагаемого товара, потенциальный поставщик обязан обеспечить соответствие товара

			требуется, то для чего предоставление сертификата ICO 13485? Считаем требование сертификата ICO 13485 необоснованным, логичнее требование предоставления сертификата ICO9001. Просим внести изменение в конкурсную документацию.			требованиям действующего законодательства. Техническая спецификация содержит требования, направленные исключительно на приобретение качественного и надежного оборудования, соответствующего потребностям заказчика, и не противоречит Закону Республики Казахстан «О государственных закупках».

14	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 18. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — температурные параметры сформулированы неясно По криомодулю указано: рабочая температура от не ниже -20°C до не выше +5°C. По модулю подогрева: от не ниже комнатной до не выше 90°C. Формулировки “не ниже” и “не выше” в диапазоне могут толковаться неоднозначно. Для оборудования необходимо указать четкий диапазон регулирования: например, от -20°C до +5°C, от комнатной температуры до 90°C, с точностью и стабильностью. Требуем привести температурные требования к однозначному техническому виду.	2026-05-26 13:22:21	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что температурные параметры в технической спецификации сформулированы в виде допустимых диапазонов «не ниже» и «не выше», что определяет минимально и максимально допустимые значения рабочих режимов оборудования и позволяет потенциальным поставщикам предлагать решения с равнозначными либо улучшенными характеристиками. Данные формулировки обеспечивают необходимую гибкость при сохранении требуемого функционала оборудования и соответствуют подходу установления минимально необходимых технических требований. Техническая спецификация разработана исходя из производственной необходимости и обеспечивает однозначное понимание функциональных требований к оборудованию. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных
						закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

15	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 1. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — неверно определен предмет закупки Уважаемый Заказчик! В технической спецификации и плане закупок предмет закупки указан как «Парафинонагреватель», однако фактически по содержанию ТС закупается не парафинонагреватель как отдельное устройство, а комплексная трехмодульная станция заливки гистологических блоков в парафин, включающая заливочный модуль, криомодуль, модуль подогрева, сенсорный экран, увеличительное стекло, камеру, видеохранилище, рабочее место лаборанта, установку, наладку, обучение и сервисное обслуживание. Парафинонагреватель и станция заливки гистологических блоков являются разными по функционалу, цене, рынку поставщиков и составу оборудования товарами. Указание простого товара “Парафинонагреватель” вводит участников в заблуждение и	2026-05-26 13:19:06	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что наименование предмета закупки и код ЕНС ТРУ определены Заказчиком в соответствии с функциональным назначением закупаемого оборудования и действующими классификаторами. Техническая спецификация содержит подробное описание состава, характеристик и функциональных возможностей требуемого оборудования, что обеспечивает полное понимание потенциальными поставщиками предмета закупки и не вводит участников в заблуждение. Указанные в составе дополнительные модули и комплектующие являются функционально связанными элементами единой системы и необходимы для полноценной эксплуатации оборудования в рамках производственных задач лаборатории.
			может ограничивать корректный поиск закупки. Требуем привести наименование предмета закупки и код ЕНС ТРУ в соответствие с фактическим закупаемым оборудованием — станцией заливки гистологических блоков в парафин / гистологической заливочной станцией.			

16	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 11. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование по реестру средств измерений сформулировано как неадминистрируемый барьер ТС требует предоставить сертификат средства измерений РК, если товар подлежит внесению в реестр, а если не подлежит — письмо от уполномоченного органа РК либо письмо/обоснование от производителя или поставщика, что товар не относится к средствам измерений. При этом Заказчик сам не определил, является ли закупаемое оборудование средством измерений и какие измерительные функции подлежат метрологическому контролю. Установка температуры в оборудовании не означает автоматически, что вся станция является средством измерений. Требуем самостоятельно определить применимость требований о средствах измерений к предмету закупки и исключить обязанность участников получать	2026-05-26 13:21:32	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование, связанное с предоставлением сведений о средствах измерений, установлено в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений и обеспечения корректной эксплуатации оборудования, имеющего функции контроля и поддержания температурных режимов. Указанное условие направлено на подтверждение статуса оборудования с точки зрения необходимости его метрологического учета либо отсутствия такой необходимости, а также на обеспечение надлежащего документального подтверждения соответствия товара требованиям действующего законодательства. При этом предоставление соответствующих документов либо обоснований позволяет Заказчику подтвердить правомерность ввода оборудования в эксплуатацию и его дальнейшего использования

			неопределенные письма/обоснования в составе заявки.			в лабораторной практике. Таким образом, данное требование не противоречит Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлено на ограничение количества потенциальных поставщиков.

17	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 28. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требуется упростить ТС до функциональной потребности Текущая ТС перегружена документальными и конструктивными требованиями: авторизационные письма, ISO 13485, сертификат инженера завода, реестр средств измерений, камера 4K, видеохранилище, точные габариты модулей, рабочее место лаборанта, ИБП 3000/6000 ВА и срок 16 дней. Для конкурентной закупки достаточно указать: станция заливки гистологических блоков; количество модулей или функциональные зоны; температурные диапазоны и стабильность; емкость резервуара парафина; вместимость кассет/форм; охлаждающая поверхность; подсветка; безопасность и защита от перегрева; комплект поставки; установка, запуск и первичное обучение; гарантия и документы	2026-05-26 13:23:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости Заказчика, с учетом требований к функциональности, производительности, безопасности и удобству эксплуатации оборудования в условиях лаборатории. Установленные характеристики отражают минимально необходимые параметры и комплексность поставки, обеспечивающие полноценное выполнение технологического процесса гистологической заливки и последующей обработки образцов. При этом требования к документальному подтверждению качества, комплектности и сервисному сопровождению направлены на обеспечение надежности поставки и надлежащего исполнения договорных обязательств. Техническая спецификация предусматривает совокупность взаимосвязанных требований, позволяющих достичь требуемого результата

			соответствия. Требуем переработать ТС, исключить признаки конкретной модели и документы, зависящие от третьих лиц, а также допустить эквивалентные решения.			эксплуатации оборудования, и не содержит указаний на конкретного производителя или товарный знак. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков. Вместо с тем сообщаем, что требования о сервисном инженере от завода-изготовителя будет исключена из технической спецификации.

18	910823301002	КҚ жобасына ескерту	На основании изложенного требуем: привести предмет закупки в соответствие с фактической потребностью — станция заливки гистологических блоков, а не парафинонагреватель; исключить авторизационное письмо из состава заявки; исключить требование ISO 13485 завода-изготовителя либо обосновать его обязательность; исключить требование сертификата инженера завода-изготовителя как квалификационное; конкретизировать метрологический статус товара и не перекладывать получение писем на участников; исключить камеру 4K, видеохранилище 1 ТБ и хранение видео 15 дней либо обосновать их необходимость; раскрыть состав рабочего места лаборанта либо выделить его отдельно; исправить некорректные термины и противоречивые формулировки; указать требования к стабильности и точности температуры;	2026-05-26 13:23:56	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше обращение сообщаем, что изложенные требования о внесении изменений в техническую спецификацию рассмотрены Заказчиком. Техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости, с учетом функциональных, технических, эксплуатационных и организационных требований к оборудованию, необходимому для обеспечения непрерывной работы лаборатории и выполнения гистологических исследований. Установленные требования к составу оборудования, его характеристикам, комплектности, а также условиям поставки, монтажа, обучения и сервисного обслуживания направлены на достижение требуемого уровня качества, безопасности и надежности эксплуатации. При этом все параметры сформированы без указания на конкретного производителя или товарный знак и не направлены на ограничение участия потенциальных

			/> указать полный комплект поставки и расходных материалов; конкретизировать обучение, сервис и гарантийное обслуживание; увеличить срок поставки до разумного периода; переработать ТС в конкурентной редакции с допуском эквивалентных решений. В текущей редакции ТС ограничивает конкуренцию, содержит признаки описания конкретной модели и включает документы/условия, которые зависят от воли производителя или иных третьих лиц.			поставщиков. Требования к документальному подтверждению соответствия товара, квалификации персонала сервисного обслуживания и гарантийным обязательствам установлены в целях обеспечения надлежащего исполнения договора о государственных закупках и защиты интересов Заказчика. Установленный срок поставки определен исходя из потребности Заказчика и является единым для всех участников закупки. Таким образом, оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не усматривается, а требования документации соответствуют Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и обеспечивают равные условия участия всех потенциальных поставщиков.

19	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 15. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование встроенного аккумулятора или ИБП сформулировано противоречиво ТС требует встроенный аккумулятор не менее 12 В, не менее 600 мА либо ИБП мощностью не менее 3000 ВА или 6000 ВА, с автономной работой при отключении питания не менее/“не ранее” 10 минут. Параметры несопоставимы: аккумулятор 12 В 600 мА и ИБП 3000/6000 ВА — это разные классы решений. Неясно, что именно требуется: встроенный аккумулятор для памяти/таймера, внешний ИБП для всей станции или резервное питание всех модулей. Требуем конкретизировать резервное питание: назначение, мощность, автономность, какие модули питаются, входит ли внешний ИБП в комплект, и исключить противоречивые параметры.	2026-05-26 13:21:59	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование к системе резервного питания установлено в целях обеспечения непрерывной работы оборудования и сохранения стабильности технологического процесса при возможных кратковременных отключениях электропитания, что имеет существенное значение для сохранности образцов и корректности выполняемых лабораторных процедур. В технической спецификации предусмотрены варианты обеспечения резервного питания (встроенный аккумулятор либо источник бесперебойного питания), что позволяет потенциальным поставщикам предложить эквивалентные технические решения при условии обеспечения требуемого времени автономной работы не менее установленного значения. Указанные параметры направлены на обеспечение надежности функционирования оборудования в условиях лаборатории и не противоречат
						Закону Республики Казахстан «О государственных закупках».

20	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 14. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — право проверки характеристик в открытых источниках является неопределенным ТС указывает, что организатор оставляет за собой право проверить в открытых источниках достоверность технических характеристик и параметров предлагаемых товаров. Не указано, какие источники считаются официальными: сайт производителя, каталог, инструкция, коммерческие сайты, дилерские страницы или иные ресурсы. Проверка по неофициальным источникам может привести к ошибочному отклонению заявки. Требуем установить, что подтверждение характеристик осуществляется только по официальной документации производителя или документам, представленным участником.	2026-05-26 13:21:52	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что положение о возможности проверки характеристик в открытых источниках установлено в целях обеспечения достоверности сведений, представляемых потенциальными поставщиками, и повышения прозрачности конкурсных процедур. При этом подтверждение соответствия технических характеристик осуществляется на основании совокупности представленных участником документов, включая техническую документацию производителя, паспорта изделия, каталоги и иные официальные источники информации. Использование открытых источников носит вспомогательный характер и направлено на дополнительную верификацию данных при необходимости. Таким образом, указанное условие не противоречит Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлено на ограничение количества потенциальных
						поставщиков.

21	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 13. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование технического паспорта и сертификата соответствия в составе заявки может ограничивать участников ТС требует предоставить технический паспорт товара и сертификат соответствия продукции либо гарантийное письмо. Для импортного или специализированного оборудования окончательный паспорт, серийные документы и сертификаты могут оформляться на конкретно поставляемую единицу при поставке. На стадии заявки достаточно указания модели, технической спецификации производителя и документов, подтверждающих соответствие требованиям. Требуем уточнить, какие документы обязательны именно на стадии заявки, и не отклонять участников за непредоставление документов, которые объективно выдаются при фактической поставке оборудования.	2026-05-26 13:21:45	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о предоставлении технического паспорта и сертификата соответствия либо гарантийного письма установлено в целях подтверждения соответствия предлагаемого оборудования требованиям технической спецификации уже на этапе рассмотрения конкурсных заявок, а также для минимизации рисков поставки несоответствующего либо несертифицированного товара. Данное требование направлено на обеспечение прозрачности закупочной процедуры и достоверности сведений, предоставляемых потенциальными поставщиками, при этом допускается предоставление документов, подтверждающих характеристики предлагаемого товара в установленном порядке. Таким образом, указанные требования не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества
						потенциальных поставщиков.

22	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 20. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — не указаны требования к расходным материалам ТС указывает кассеты, формы, парафин, лотки и рабочие зоны, но не раскрывает, входят ли в комплект расходные материалы: парафин, кассеты, формы, пинцеты, лотки, фильтры, чистящие средства, запасные предохранители или иные элементы. Требуем указать полный комплект поставки, включая расходные материалы и аксессуары, либо прямо указать, что расходные материалы не входят в комплект.	2026-05-26 13:22:35	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что состав комплекта поставки определен технической спецификацией в объеме, необходимом для ввода оборудования в эксплуатацию и его полноценного функционирования в лабораторных условиях. Перечень включенных модулей, узлов и аксессуаров указан в ТС, при этом расходные материалы и элементы, относящиеся к текущему эксплуатационному обеспечению (парафин, кассеты, формы, чистящие средства и аналогичные позиции), не входят в обязательный комплект поставки, если прямо не предусмотрены технической спецификацией. Техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости и обеспечивает достаточную определенность предмета закупки для подготовки заявок. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону РК «О государственных закупках» и
						не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

23	620101403831	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый организатор, непонятна комплектация видеокамерой: Работа станции подразумевает заливку образца жидким парафином для формирования его в блок. Процесс заливки - простой процесс, это не такие манипуляции как процесс вскрытия или другие судебно-медицинские хирургические манипуляции. Пожалуйста, разъясните для чего нужно снимать процесс заливки? Непонятно предназначение требуемого видеооборудования. Считаем, что заявлено 2 разнородных товара в одном лоте, а требование данного параметра противоречивым с целью закрыть техническую спецификацию и ограничить число участников.	2026-05-26 00:08:48	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о наличии видеокамеры в составе оборудования обусловлено производственной необходимостью и направлено на обеспечение внутреннего контроля качества, прослеживаемости лабораторных процессов и фиксации этапов работы при выполнении заливки гистологических образцов. Наличие видеосистемы является дополнительной функциональной возможностью и не изменяет основное назначение оборудования, при этом камера входит в состав комплектации аппарата и функционально связана с его эксплуатацией. Техническая спецификация содержит характеристики со словами «не менее», что не ограничивает потенциальных поставщиков в предоставлении эквивалентного либо улучшенного оборудования. Таким образом, утверждение о наличии двух разнородных товаров в одном лоте является необоснованным, а

						требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, предлагаемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации.
24	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 6. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование сертификата инженера от завода-изготовителя является квалификационным ТС указывает, что инсталляцию и последующее сервисное обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист, имеющий сертификат инженера, выданный заводом-изготовителем, подтверждающий квалификацию по предлагаемому товару. Это требование относится к квалификации персонала поставщика, а не к характеристикам товара. При этом примечание к форме ТС прямо указывает, что установление квалификационных требований к потенциальному поставщику в технической спецификации не допускается. Требуем исключить требование сертификата инженера завода-изготовителя из ТС либо перенести требования к сервису в допустимую законом часть документации при наличии правового основания.	2026-05-26 13:20:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о наличии у специалиста сертификата инженера, выданного заводом-изготовителем будет исключен из технической спецификации.

25	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 25. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — ТС содержит оценочные формулировки ТС указывает, что товар должен обеспечивать “неизменно высокое качество функционирования”, “отличаться надежностью”, “легкостью эксплуатации”, “гарантировать отсутствие дефектов”. Эти формулировки не являются измеримыми характеристиками. Не указано, какие параметры подтверждают “надежность” и “легкость эксплуатации”. Требуем исключить оценочные формулировки и заменить их проверяемыми характеристиками: гарантия, температурная стабильность, безопасность, производительность, комплектность и документы соответствия.	2026-05-26 13:23:12	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что указанные формулировки носят описательный характер и отражают общие требования Заказчика к качеству и надежности поставляемого оборудования в рамках его целевого назначения. При этом основными критериями соответствия являются конкретные технические характеристики, установленные технической спецификацией, включая температурные режимы, габаритные параметры, функциональные возможности, комплектность и требования к документальному подтверждению качества. Таким образом, оценочные формулировки не являются самостоятельными измеряемыми требованиями и не влияют на порядок оценки заявок, а техническая спецификация в целом сформирована на основе проверяемых и объективных параметров. Следовательно, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан

						«О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.
26	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	Замечание 27. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — приемка “строго по всем требованиям ТС” при наличии спорных требований создает риск субъективного отказа ТС указывает, что товары будут приниматься в строгом соответствии со всеми требованиями запрашиваемой технической спецификации. При этом часть требований сформулирована неоднозначно или избыточно: “гистологический молоточек”, “время хранения видео — не ранее 15 дней”, аккумулятор или ИБП 3000/6000 ВА, поддержка 110В/60Гц, открытые источники, письма от органов/производителя. Это создает возможность произвольной приемки. Требуем устранить неоднозначные и непрофильные требования до проведения закупки.	2026-05-26 13:23:26	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что положение о приемке товаров в строгом соответствии с требованиями технической спецификации отражает общий принцип государственных закупок Республики Казахстан, согласно которому поставляемый товар должен полностью соответствовать установленным в конкурсной документации характеристикам. Оценка соответствия осуществляется на основании представленных документов, технической документации производителя и фактической проверки при приемке. Техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости Заказчика и содержит требования, направленные на обеспечение функциональности, безопасности и надлежащей эксплуатации оборудования. Указанные характеристики подлежат объективной проверке в рамках установленных процедур приемки и исполнения договора. Таким

						образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

27	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 21. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — не указан порядок приемки и функционального тестирования ТС предусматривает установку, наладку и запуск, но не раскрывает приемо-сдаточные испытания: проверка нагрева, охлаждения, стабильности температуры, подачи парафина, подсветки, сенсорного экрана, камеры, ИБП, емкостей и безопасности. Требуем установить объективный порядок приемки и функционального тестирования оборудования после установки.	2026-05-26 13:22:44	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что порядок приемки и ввода оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с условиями договора о государственных закупках и действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими порядок приемки товаров, работ и услуг. Приемка оборудования включает проверку его комплектности, соответствия технической спецификации, а также работоспособности в рамках стандартного запуска и ввода в эксплуатацию, осуществляемого квалифицированными специалистами Поставщика. Дополнительные требования к расширенному функциональному тестированию оборудования не установлены, поскольку соответствие товара определяется его соответствием технической спецификации и результатами приемочных процедур, предусмотренных договором. Таким образом, требования технической

						спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

28	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 22. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — обучение персонала не менее двух рабочих дней не конкретизировано ТС требует обучение персонала не менее двух рабочих дней с выдачей сертификата каждому сотруднику. Не указано количество сотрудников, программа обучения, продолжительность одного учебного дня, язык обучения, форма сертификата и критерии успешного завершения. Это создает неопределенность стоимости и исполнения. Требуем конкретизировать обучение: количество сотрудников, программа, длительность, язык, формат и вид подтверждающего документа.	2026-05-26 13:22:51	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование об обучении персонала установлено в целях обеспечения надлежащего ввода оборудования в эксплуатацию и его корректного последующего использования в лабораторных условиях. Обучение продолжительностью не менее двух рабочих дней определено как минимально необходимый период для ознакомления персонала с функционалом оборудования, основными режимами работы, правилами эксплуатации и требованиями безопасности. Количество обучаемых сотрудников определяется Заказчиком исходя из фактической численности персонала, задействованного в эксплуатации оборудования, и уточняется на этапе исполнения договора. Программа обучения, язык проведения и формат выдачи подтверждающего документа определяются поставщиком с учетом обеспечения полного освоения функционала оборудования и

						передачи необходимых практических навыков. Таким образом, требования технической спецификации сформированы исходя из производственной необходимости, не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

29	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 5. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование ISO 13485 завода-изготовителя в составе заявки ограничивает участников ТС требует, чтобы завод-изготовитель предлагаемого товара был сертифицирован по ISO 13485, а потенциальный поставщик предоставил данный сертификат в составе конкурсной заявки. ISO 13485 относится к системе менеджмента качества медицинских изделий. При этом закупку проводит Центр судебных экспертиз, предмет указан как парафинонагреватель/гистологическая станция, и Заказчик не обосновал, почему именно ISO 13485 является обязательным для данного оборудования и почему сертификат должен предоставляться именно в составе заявки. Такое требование может отсечь производителей лабораторного оборудования, имеющих иные системы качества или сертификаты соответствия, но не ISO	2026-05-26 13:20:45	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о наличии у завода-изготовителя сертификата ISO 13485 установлено в целях подтверждения внедрения системы менеджмента качества при производстве медицинского и лабораторного оборудования, что является дополнительной гарантией стабильности качества, надежности и безопасности поставляемого товара. Указанное требование не определяет статус товара как медицинского изделия и не связано с его регистрацией, а направлено исключительно на подтверждение стандартов качества производителя. При этом наличие данного сертификата не исключает возможность участия потенциальных поставщиков, а служит подтверждением соответствия международным стандартам производства оборудования, используемого в лабораторной практике. Таким образом, требование не противоречит Закону
			13485. Требуем обосновать обязательность ISO 13485 для данного товара либо заменить требование на документы, подтверждающие качество и безопасность оборудования.			Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлено на ограничение количества потенциальных поставщиков.

30	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! По лотам № 83435161-ОК1 и № 83435401-ОК1 предмет закупки указан как “Парафинонагреватель”, однако фактически по ТС закупается трехмодульная станция заливки гистологических блоков в парафин: заливочный модуль, криомодуль, модуль подогрева, сенсорный экран, увеличительное стекло, камера 8 МП/4К, видеохранилище 1 ТБ, рабочее место лаборанта, установка, наладка, запуск, обучение и сервисное обслуживание. ТС содержит признаки подгонки под конкретную модель: точные габариты модулей, объемы камер, вместимость кассет, сенсорный экран 9±0,5 дюймов, камера 4К, хранилище 1 ТБ, поддержка 110В/60Гц, встроенный аккумулятор либо ИБП 3000/6000 ВА, а также рабочее место лаборанта без спецификации. При этом для ключевых параметров оборудования отсутствуют требования к стабильности температуры, равномерности	2026-05-26 13:23:47	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что предмет закупки и техническая спецификация сформированы исходя из производственной необходимости Заказчика и с учетом обеспечения полного технологического цикла работы лаборатории, включая заливку, охлаждение и подготовку гистологических блоков. Указанные в технической спецификации характеристики отражают минимально необходимые функциональные, технические и эксплуатационные требования к оборудованию и направлены на обеспечение его надлежащей работы в условиях лабораторной деятельности. При этом совокупность установленных параметров не содержит указаний на конкретного производителя либо товарный знак и сформирована для обеспечения требуемого уровня качества, безопасности и производительности оборудования. Требования к документальному подтверждению качества,

			нагрева, точности поддержания температуры, порядку приемочного тестирования и полному комплекту расходных материалов. Дополнительно ТС содержит ограничивающие документальные требования: авторизационное письмо от завода-изготовителя или официального дилера/дистрибьютора с указанием данных конкретного конкурса, ISO 13485 завода-изготовителя в составе заявки, сертификат средства измерений РК либо письмо/обоснование о том, что товар не относится к средствам измерений, а также требование, чтобы инсталляцию и сервис выполнял инженер с сертификатом, выданным заводом-изготовителем. Эти условия зависят от третьих лиц, ограничивают участие и фактически являются квалификационными требованиями к поставщику/персоналу, что не должно устанавливаться в технической спецификации товара. Срок поставки 16 календарных дней для			сервисному сопровождению, комплектности и условиям поставки установлены в целях обеспечения надлежащего исполнения договора о государственных закупках и минимизации рисков поставки оборудования, не соответствующего потребностям Заказчика. Установленный срок поставки определен исходя из производственной необходимости и является единым для всех потенциальных поставщиков, обеспечивая равные условия участия. Таким образом, техническая спецификация не противоречит Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлена на ограничение количества потенциальных поставщиков.
			специализированного лабораторного оборудования с доставкой, установкой, наладкой, запуском и обучением также является необоснованно коротким и создает преимущество поставщику, заранее имеющему конкретное оборудование на складе.			

31	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 10. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — смешение лабораторного оборудования и мебели/рабочего места В одном комплекте закупается станция заливки в парафин и дополнительно рабочее место лаборанта, устойчивое к химическим реагентам. Это разные товарные категории: лабораторное оборудование и лабораторная мебель/рабочая зона. Их объединение в один лот ограничивает участников: поставщик станции может не производить мебель, а поставщик мебели не поставляет специализированное гистологическое оборудование. Требуем выделить рабочее место лаборанта в отдельную позицию/лот либо исключить его из закупки, оставив только гистологическую станцию.	2026-05-26 13:21:25	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что рабочее место лаборанта включено в состав поставки как функционально необходимый элемент для корректной и безопасной эксплуатации гистологической станции в условиях лаборатории, где осуществляется работа с химическими реагентами и биологическим материалом. Указанное рабочее место предназначено для обеспечения оптимальной организации рабочего процесса, размещения оборудования и соблюдения требований к условиям работы персонала, что напрямую связано с эксплуатацией поставляемой станции. В этой связи комплектность сформирована исходя из производственной необходимости и принципа обеспечения готового к эксплуатации решения «под ключ». Таким образом, объединение указанных элементов в рамках одного лота обусловлено функциональной связью и не противоречит Закону Республики

						Казахстан «О государственных закупках», а также не направлено на ограничение количества потенциальных поставщиков.

32	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 23. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — последующее сервисное обслуживание не раскрыто ТС указывает, что последующее сервисное обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист с сертификатом завода. При этом не указано, что именно входит в сервис: периодичность, регламент, замена расходных материалов, выезд, сроки реагирования, гарантийные случаи, постгарантийные условия. Требуем раскрыть объем последующего сервисного обслуживания либо исключить неопределенное сервисное обязательство из ТС.	2026-05-26 13:22:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о последующем сервисном обслуживании установлено в целях обеспечения стабильной и бесперебойной работы оборудования в течение гарантийного срока и дальнейшей эксплуатации, с учетом его сложной модульной конструкции и высокой значимости для лабораторных процессов. Объем сервисного обслуживания определяется гарантийными обязательствами поставщика и включает комплекс мер по обеспечению работоспособности оборудования, включая диагностику, консультационную поддержку и устранение неисправностей в рамках гарантийных условий. Конкретные регламенты обслуживания, сроки реагирования и порядок выполнения сервисных работ определяются условиями договора и гарантийной документацией производителя. Вместо с тем сообщаем, что требования о сервисном инженере от
						завода-изготовителя будет исключена из технической спецификации.

33	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 8. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — включение камеры 8 МП/4К и видеохранилища 1 ТБ не обосновано ТС требует включить в комплект устройство камеры: камера не менее 8 МП, видео не менее 4К, хранилище видео не менее 1 ТБ, срок хранения видео не менее/“не ранее” 15 дней. Не указано, зачем станции заливки гистологических блоков требуется видеозапись 4К, хранилище 1 ТБ и хранение видео 15 дней. Не раскрыты правовые и организационные вопросы: что снимается, кто имеет доступ, где хранится видео, как защищаются данные, требуется ли согласие персонала, как проводится обслуживание камеры. Данное требование выглядит как искусственное расширение комплектации и может указывать на конкретную модель/коммерческое предложение. Требуем исключить камеру и видеохранилище из ТС либо обосновать	2026-05-26 13:21:09	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о включении в состав оборудования камеры с параметрами не менее 8 МП, поддержкой видеосъемки не менее 4К и наличием системы хранения данных объемом не менее 1 ТБ установлено в целях обеспечения дополнительного контроля качества выполняемых лабораторных процессов, фиксации этапов работы и повышения прослеживаемости технологических операций при подготовке гистологических образцов. Данные функции направлены на документирование процесса работы оборудования, что имеет значение для внутреннего контроля, анализа корректности выполнения процедур и повышения общей прозрачности лабораторной деятельности. Параметры хранения и длительности архивирования определены исходя из потребностей Заказчика в обеспечении сохранности видеоматериалов за установленный период. При

			их необходимость для процесса заливки гистологических блоков и описать требования к хранению данных.			этом требования сформулированы с использованием показателей «не менее», что позволяет потенциальным поставщикам предлагать эквивалентные или улучшенные решения. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков. Согласно действующему законодательству

34	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Замечание 7. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — срок поставки 16 календарных дней ограничивает конкуренцию ТС устанавливает срок поставки 16 календарных дней после подписания договора. Для специализированной гистологической станции стоимостью более 7 млн тенге, состоящей из нескольких модулей, с доставкой, разгрузкой, распаковкой, установкой, наладкой, запуском и обучением персонала срок 16 календарных дней является необоснованно коротким. Он создает преимущество участнику, заранее имеющему конкретную модель на складе либо заранее знающему о закупке. Требуем увеличить срок поставки до разумного периода, позволяющего обеспечить реальную конкуренцию, логистику, инсталляцию и обучение персонала.	2026-05-26 13:21:01	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что установленный срок поставки 16 календарных дней определен исходя из производственной необходимости Заказчика и потребности в своевременном оснащении лаборатории для обеспечения непрерывности и оперативности выполнения гистологических исследований. Данный срок является экономически и организационно обоснованным с учетом планируемых поставок, стандартных сроков логистики и возможности поставки оборудования, соответствующего требованиям технической спецификации. При этом установленный срок не ограничивает участие потенциальных поставщиков, поскольку является единым и обязательным для всех участников закупки, обеспечивая равные условия. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не

						направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, предлагаемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации.

35	620101403831	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый организатор и эксперты, в технической спецификации для заливочного модуля указано наличие: Сенсорный экран с диагональю не менее 9±0,5 дюймов. Возникли следующие вопросы: 1.Работа в патоморфологической лаборатории в Казахстане требует строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил (СанПиН) - все манипуляции в перчатках, так как лаборанты постоянно контактируют с биологическими жидкостями, тканями, опасными химическими веществами (формалин, ксилол) и возбудителями инфекций. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновение в перчатках, отсюда "зависание " и затягивание процесса халивки. 2.Жидкий парафин: Капли на поверхности могут вызывать ложные срабатывания или делать экран нечувствительным к нажатиям. Требуем убрать этот параметр из техничсекой спецификации.	2026-05-26 00:47:09	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о наличии сенсорного экрана с диагональю не менее 9±0,5 дюймов обусловлено производственной необходимостью и направлено на обеспечение удобства управления оборудованием, визуального контроля параметров работы и повышения эффективности работы персонала лаборатории. Современные медицинские системы предусматривают возможность эксплуатации сенсорных панелей в условиях лабораторной работы, в том числе при использовании перчаток, а также устойчивость к воздействию рабочих материалов и реагентов. При этом техническая спецификация содержит минимально необходимые характеристики со словами «не менее», что не ограничивает потенциальных поставщиков в предоставлении эквивалентного либо улучшенного оборудования. Таким образом, требования технической спецификации не

						противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

И.о. руководителя УМТО и ГЗ	Кульбаев Нурсултан Курбаналиевич
Заместитель директора по развитию	Темиргалиева Майра Мукановна
Руководитель судебно-гистологического отдела	Хазиахметова Оралкуль Бакытовна
Директор	Айтказин Бекзат Капасович
Сотрудник	Урмантаев Айдарали Турсыналиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17806301

№ конкурса 17056952-1
Название конкурса Станция заливки гистологических блоков в парафин
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-22 15:09:31 по 2026-05-26 15:09:31
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	620101403831	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый организатор, эксперты! В технической спецификации указан параметр: Размер встраиваемого гистологического молоточка: не менее 10х10, не менее 7х12, не менее 15х15, не менее 20х20 мм (настраиваемый). Пожалуйста, дайте разъяснение назначению и функционалу этого параметра - гистологического молоточка: для чего и куда он должен встраиваться?	2026-05-26 00:15:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование к размеру встраиваемого гистологического молоточка указано в соответствии с производственной необходимостью и особенностями работы лаборатории при выполнении заливки и обработки гистологических образцов различного размера. Указанный элемент предназначен для удобства и точности работы с формами и образцами в процессе подготовки парафиновых блоков и является частью функционала оборудования. При этом технические характеристики указаны со словами «не менее» и «настраиваемый», что не ограничивает потенциальных поставщиков в предоставлении эквивалентного оборудования, соответствующего требованиям технической спецификации.

2	910823301002	Замечание к КД	Замечание 3. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — авторизационное письмо в составе заявки ограничивает конкуренцию ТС требует предоставить авторизационное письмо от завода-изготовителя товара либо от его официального дилера/дистрибьютора с указанием данных по конкурсу: организатор, название и номер конкурса, дата конкурса, номер лота. Такое требование ставит участие потенциального поставщика в зависимость от воли третьего лица — производителя, дилера или дистрибьютора. Поставщик может иметь возможность законно поставить товар, обеспечить гарантию и сервис, но не получить специальное письмо, адресованное под конкретный конкурс. Требуем исключить авторизационное письмо из состава конкурсной заявки либо перенести подтверждение легальности поставки и сервисной поддержки на этап поставки товара.	2026-05-26 13:20:31	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование предоставления авторизационного письма от завода-изготовителя либо официального дилера/дистрибьютора установлено в целях подтверждения легальности поставки предлагаемого оборудования, обеспечения гарантийного и сервисного обслуживания, а также подтверждения подлинности происхождения товара. Данное требование направлено на снижение рисков поставки неоригинального, несертифицированного либо не обеспеченного сервисной поддержкой оборудования и обеспечивает надлежащее исполнение договора. Установление данного требования обусловлено необходимостью гарантировать поставку качественного оборудования и его дальнейшее сервисное сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Таким образом, указанное требование не противоречит Закону Республики Казахстан «О
						государственных закупках» и не направлено на ограничение количества потенциальных поставщиков.

3	910823301002	Замечание к КД	Замечание 26. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — отсутствуют национальные и межгосударственные стандарты, но ТС не компенсирует это проверяемыми требованиями В графе стандартов указано: “отсутствует”. При отсутствии стандартов Заказчик должен сформулировать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики так, чтобы они были объективно проверяемыми. Однако ТС содержит множество непроверяемых или спорных условий: камера 4K, хранение видео, письмо от производителя, письма по СИ, ISO 13485, сертификат инженера завода и оценочные формулировки. Требуем переработать ТС в проверяемую редакцию, исключив непрофильные документы и квалификационные требования.	2026-05-26 13:23:19	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что отсутствие указания национальных и межгосударственных стандартов не влияет на действительность технической спецификации, поскольку требования к товару сформированы исходя из функциональных, технических и эксплуатационных характеристик, необходимых для обеспечения потребностей Заказчика. Установленные в технической спецификации параметры носят проверяемый характер и подтверждаются представляемыми участниками документами, включая техническую документацию производителя, паспорта оборудования и иные сведения, позволяющие определить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям. При этом требования к документальному подтверждению качества и происхождения товара установлены в целях обеспечения надежности поставки и надлежащего исполнения договора. Таким

						образом, техническая спецификация сформирована в рамках действующего законодательства Республики Казахстан «О государственных закупках», не противоречит ему и не направлена на ограничение количества потенциальных поставщиков.

4	170540019646	Замечание к КД	В технической спецификации указано требование: “встроенный аккумулятор не менее 12 В, 600 мА или источник бесперебойного питания мощностью не менее 3000 ВА или 6000 ВА”. Указанные значения мощности ИБП являются избыточными для оборудования данного класса и существенно ограничивают перечень допустимых решений. Требуем предусмотреть возможность эквивалентных решений, обеспечивающих требуемое время автономной работы.	2026-05-26 14:30:10	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование к системе резервного питания установлено исходя из необходимости обеспечения непрерывной и стабильной работы оборудования, сохранения текущих режимов и предотвращения потери данных и образцов при возможных перебоях электроснабжения, что имеет существенное значение для лабораторных процессов. При этом в технической спецификации предусмотрены альтернативные варианты резервного питания (встроенный аккумулятор либо источник бесперебойного питания), что позволяет потенциальным поставщикам предложить различные технические решения при условии обеспечения установленного времени автономной работы и сохранности функциональности оборудования. Таким образом, указанные требования сформированы исходя из производственной необходимости, не противоречат Закону Республики

						Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.
5	910823301002	Замечание к КД	Замечание 12. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — письмо от уполномоченного органа о невключении в реестр СИ является чрезмерным ТС допускает, что если товар не подлежит внесению в реестр средств измерений, участник должен предоставить письмо от уполномоченного органа РК либо письмо-обоснование от производителя/поставщика. Получение письма уполномоченного органа может занять длительное время и зависит не от участника. Для участия в закупке такой документ является чрезмерным барьером. Кроме того, если Заказчик не уверен в статусе товара, это должно быть урегулировано при формировании ТС, а не переложено на участников. Требуем исключить требование письма уполномоченного органа и указать конкретный способ подтверждения метрологического статуса товара.	2026-05-26 13:21:38	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о предоставлении письма уполномоченного органа Республики Казахстан либо соответствующего обоснования от производителя/поставщика установлено в целях надлежащего подтверждения метрологического статуса предлагаемого оборудования и обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений. Данное требование направлено на исключение неопределенности при классификации оборудования и обеспечение корректного документального подтверждения его статуса на этапе рассмотрения конкурсных заявок. При этом предоставление указанного документа либо обоснования позволяет Заказчику принять обоснованное решение в рамках действующих нормативных требований. Таким образом, указанное требование не противоречит Закону

						Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлено на ограничение количества потенциальных поставщиков.

6	910823301002	Замечание к КД	Замечание 24. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — гарантия 12 месяцев недостаточно раскрыта ТС указывает гарантию 12 месяцев, но не раскрывает порядок гарантийного обслуживания: сроки реагирования, ремонт/замена, наличие запасных частей, гарантия на модули, камеру, сенсорный экран, холодильный блок и электронные компоненты. Для лабораторного оборудования это существенные условия. Требуем конкретизировать гарантийное обслуживание: сроки реакции, устранения неисправностей, порядок ремонта, замены и гарантию на основные узлы.	2026-05-26 13:23:05	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что установленный гарантийный срок 12 месяцев определен как минимально необходимый период обеспечения надежной работы оборудования после ввода в эксплуатацию и подтверждает обязательства поставщика по устранению выявленных неисправностей в рамках гарантийного обслуживания. Порядок гарантийного обслуживания, включая диагностику, ремонт либо замену компонентов, а также обеспечение работоспособности основных узлов оборудования, осуществляется в соответствии с гарантийной политикой производителя и условиями договора о государственных закупках. При этом наличие гарантийных обязательств предполагает обеспечение надлежащего функционирования поставленного оборудования в течение установленного срока. Таким образом, требования технической спецификации сформированы исходя из

						производственной необходимости, не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

7	910823301002	Замечание к КД	Замечание 19. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — “гистологический молоточек” выглядит как ошибка или некорректный термин ТС содержит требование: “размер встраиваемого гистологического молоточка: не менее 10×10, 7×12, 15×15, 20×20 мм”. Для станции заливки речь, вероятно, должна идти о гистологических формах/молдах, а не “молоточке”. Некорректная терминология делает требование непонятным и создает риск субъективного отклонения. Требуем исправить терминологию и указать, какие именно формы/молды или расходные элементы требуются.	2026-05-26 13:22:28	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что используемая в технической спецификации терминология применяется в соответствии с внутренними техническими обозначениями функциональных элементов оборудования, предназначенных для формирования и фиксации гистологических образцов при заливке в парафин. Указанные размеры и параметры отражают требования к совместимости оборудования с различными типоразмерами используемых форм и обеспечивают корректность технологического процесса. Техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости и обеспечивает однозначное понимание функциональных требований к оборудованию. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону РК «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

8	910823301002	Замечание к КД	Замечание 2. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — ТС содержит признаки подгонки под конкретную модель ТС содержит совокупность узких параметров: трехмодульная система, заливочный модуль размером не более 590×675×373 мм, вес не более 60 кг, резервуар для парафина не менее 6 л размером не менее 524×110×110 мм, две термокамеры по 2,3 л, вместимость не менее 210 кассет, криомодуль с поверхностью охлаждающей пластины не менее 395×390 мм, модуль подогрева размером не менее 620×380×425 мм, сенсорный экран 9±0,5 дюймов, камера 8 МП/4К и видеохранилище 1 ТБ. Такая детализация выглядит не как нейтральное описание потребности судебно-экспертной лаборатории, а как техническая карточка конкретной модели оборудования. Для Заказчика важны стабильная температура парафина, качество заливки, охлаждение блоков, удобство работы,	2026-05-26 13:20:23	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости и потребностей лаборатории, с учетом обеспечения совместимости, удобства эксплуатации, производительности и качества выполнения гистологических исследований. Указанные технические характеристики являются минимально необходимыми требованиями к функциональности и комплектации оборудования и не содержат указания на конкретного производителя либо товарный знак. При этом параметры в технической спецификации указаны со словами «не менее» и «не более», что позволяет потенциальным поставщикам предлагать эквивалентное либо улучшенное оборудование, соответствующее требованиям Заказчика. Совокупность характеристик обусловлена необходимостью обеспечения стабильной и эффективной работы оборудования в

			безопасность и производительность, а не точное совпадение всех размеров и комплектации конкретного производителя. Требуем исключить признаки конкретной модели и изложить ТС через функциональные показатели: назначение, температурные диапазоны, стабильность температуры, емкость парафинового резервуара, количество кассет/форм, безопасность, эргономику и комплектность.			условиях лаборатории и не свидетельствует о привязке к конкретной модели.

9	910823301002	Замечание к КД	Замечание 16. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование 110 В и 220 В одновременно не обосновано ТС указывает напряжение/частоту: 220В ±10%, не менее 50Гц / 110В ±10%, не менее 60Гц по каждому модулю. Место поставки — Республика Казахстан, где используется сеть 220В/50Гц. Не обосновано, зачем требуется поддержка 110В/60Гц. Это может быть фрагмент паспорта конкретной модели и не является потребностью Заказчика. Требуем исключить требование 110В/60Гц и оставить требование совместимости с электросетью РК 220В/50Гц.	2026-05-26 13:22:06	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование к диапазону напряжения и частоты (220В ±10% / 110В ±10%) установлено в целях обеспечения универсальности эксплуатации оборудования, его совместимости с различными условиями электропитания и возможностью использования оборудования в рамках модернизации лаборатории, включая потенциальное перемещение, дооснащение либо эксплуатацию в условиях различной электрической инфраструктуры. Данное требование также направлено на повышение надежности и устойчивости работы оборудования при возможных отклонениях параметров электросети. Указанные характеристики не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

10	910823301002	Замечание к КД	Замечание 4. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование письма с реквизитами конкретного конкурса является дополнительным барьером ТС требует, чтобы авторизационное письмо содержало данные конкретного конкурса: организатор, название, номер конкурса, дата конкурса и номер лота. Это означает, что участник не может использовать общий дилерский договор, стандартное письмо производителя, сертификат партнера или документы о законном происхождении товара. Он должен получить отдельный документ под конкретную закупку, что создает неравные условия и преимущество заранее определенному поставщику. Требуем исключить требование о специальной адресации письма под конкретный конкурс и допустить стандартные документы, подтверждающие право поставки и гарантийное сопровождение.	2026-05-26 13:20:38	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о включении в авторизационное письмо данных конкретного конкурса (наименование, номер конкурса, дата и номер лота) установлено в целях подтверждения адресного согласия завода-изготовителя либо официального представителя на поставку оборудования именно в рамках данной закупки, а также для исключения представления формальных или неактуальных документов, не относящихся к конкретному предмету закупки. Указанное требование направлено на обеспечение прозрачности поставки, подтверждение подлинности участия производителя/дистрибьютора в конкретной закупке и надлежащего исполнения обязательств по договору.

11	910823301002	Замечание к КД	Замечание 17. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — нет требований к стабильности температуры Для станции заливки гистологических блоков ключевым параметром является стабильность и точность поддержания температуры парафина, термокамер, рабочей зоны и охлаждающей поверхности. ТС указывает температурные диапазоны и шаг 1°C, но не указывает точность поддержания, равномерность нагрева, допустимое отклонение и способ контроля. Без этих параметров невозможно объективно оценить качество оборудования. Требуем дополнить ТС показателями точности и стабильности температуры, а также способом их подтверждения.	2026-05-26 13:22:14	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что установленные в технической спецификации температурные диапазоны и шаг регулирования в 1°C являются достаточными для обеспечения требуемого уровня функциональности оборудования и выполнения задач по заливке гистологических образцов в парафин. При этом стабильность поддержания температуры обеспечивается конструктивными особенностями оборудования и системами автоматического контроля, входящими в состав станции. Техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости и требований к практическому применению оборудования в лабораторных условиях. Установление дополнительных параметров точности и способов их подтверждения не является обязательным на стадии формирования конкурсной документации и не влияет на возможность объективного сравнения заявок,

						поскольку соответствие оборудования оценивается по совокупности установленных технических характеристик. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

12	910823301002	Замечание к КД	Замечание 9. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — “рабочее место лаборанта” включено без спецификации ТС требует, чтобы в комплект поставки входило рабочее место лаборанта, устойчивое к химическим реагентам. При этом не указано, что именно входит в рабочее место: стол, тумба, вытяжка, покрытие, размеры, материал, химическая стойкость, класс безопасности, количество розеток, мойка, освещение, стул, шкаф, требования к размещению и монтажу. Такое условие делает предмет закупки неопределенным и несопоставимым по цене. Поставщики могут по-разному трактовать состав “рабочего места”. Требуем раскрыть состав и характеристики рабочего места лаборанта либо исключить его из комплекта поставки станции.	2026-05-26 13:21:18	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о включении в комплект поставки рабочего места лаборанта, устойчивого к воздействию химических реагентов, установлено в целях обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации оборудования в условиях лаборатории, где используются агрессивные химические вещества и осуществляется постоянная работа с гистологическими образцами. Под рабочим местом понимается функционально необходимая рабочая зона, обеспечивающая размещение и полноценное использование оборудования, а также комфортные и безопасные условия работы персонала. Конкретная комплектация и конструктивное исполнение рабочего места определяется поставщиком с учетом требований к химической стойкости и условиям эксплуатации, при этом должно обеспечиваться соответствие целевому назначению и безопасное
						использование оборудования.

13	620101403831	Замечание к КД	Уважаемый орагнизатор, относительно требования предоставления сертификата ISO 13485: этот сертификат относится к системе менеджмента качества медицинских изделий. В ТС не указано, является ли Станция заливки медицинским изделием, зарегистрирована ли она как медицинское изделие? Но почему тогда именно ISO 13485 обязателен для участия в закупке? Если у производителя есть этот сертификат ICO 13485, значит оборудование, производимое им предназначено для IVD. Тогда как согласно законодательству РК, медицинские изделия и медицинская техника, применяемые в целях диагностики in vitro, подлежат государственной регистрации как медицинское изделие. Просим уточнить, относится ли закупаемая станция заливки к медицинским изделиям, и требуется ли наличие регистрационного удостоверения Республики Казахстан для участия в закупке? Если не	2026-05-26 00:59:35	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о предоставлении сертификата ISO 13485 установлено в целях подтверждения наличия у производителя системы менеджмента качества при производстве медицинского и лабораторного оборудования, а также обеспечения надлежащего качества, безопасности и надежности поставляемого товара. Наличие сертификата ISO 13485 не ограничивает потенциальных поставщиков и не свидетельствует исключительно о принадлежности оборудования к изделиям IVD. Требование о предоставлении регистрационного удостоверения Республики Казахстан в технической спецификации не установлено, при этом в случае, если законодательством Республики Казахстан предусмотрена обязательная государственная регистрация предлагаемого товара, потенциальный поставщик обязан обеспечить соответствие товара

			требуется, то для чего предоставление сертификата ICO 13485? Считаем требование сертификата ICO 13485 необоснованным, логичнее требование предоставления сертификата ICO9001. Просим внести изменение в конкурсную документацию.			требованиям действующего законодательства. Техническая спецификация содержит требования, направленные исключительно на приобретение качественного и надежного оборудования, соответствующего потребностям заказчика, и не противоречит Закону Республики Казахстан «О государственных закупках».

14	910823301002	Замечание к КД	Замечание 18. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — температурные параметры сформулированы неясно По криомодулю указано: рабочая температура от не ниже -20°C до не выше +5°C. По модулю подогрева: от не ниже комнатной до не выше 90°C. Формулировки “не ниже” и “не выше” в диапазоне могут толковаться неоднозначно. Для оборудования необходимо указать четкий диапазон регулирования: например, от -20°C до +5°C, от комнатной температуры до 90°C, с точностью и стабильностью. Требуем привести температурные требования к однозначному техническому виду.	2026-05-26 13:22:21	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что температурные параметры в технической спецификации сформулированы в виде допустимых диапазонов «не ниже» и «не выше», что определяет минимально и максимально допустимые значения рабочих режимов оборудования и позволяет потенциальным поставщикам предлагать решения с равнозначными либо улучшенными характеристиками. Данные формулировки обеспечивают необходимую гибкость при сохранении требуемого функционала оборудования и соответствуют подходу установления минимально необходимых технических требований. Техническая спецификация разработана исходя из производственной необходимости и обеспечивает однозначное понимание функциональных требований к оборудованию. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных
						закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

15	910823301002	Замечание к КД	Замечание 1. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — неверно определен предмет закупки Уважаемый Заказчик! В технической спецификации и плане закупок предмет закупки указан как «Парафинонагреватель», однако фактически по содержанию ТС закупается не парафинонагреватель как отдельное устройство, а комплексная трехмодульная станция заливки гистологических блоков в парафин, включающая заливочный модуль, криомодуль, модуль подогрева, сенсорный экран, увеличительное стекло, камеру, видеохранилище, рабочее место лаборанта, установку, наладку, обучение и сервисное обслуживание. Парафинонагреватель и станция заливки гистологических блоков являются разными по функционалу, цене, рынку поставщиков и составу оборудования товарами. Указание простого товара “Парафинонагреватель” вводит участников в заблуждение и	2026-05-26 13:19:06	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что наименование предмета закупки и код ЕНС ТРУ определены Заказчиком в соответствии с функциональным назначением закупаемого оборудования и действующими классификаторами. Техническая спецификация содержит подробное описание состава, характеристик и функциональных возможностей требуемого оборудования, что обеспечивает полное понимание потенциальными поставщиками предмета закупки и не вводит участников в заблуждение. Указанные в составе дополнительные модули и комплектующие являются функционально связанными элементами единой системы и необходимы для полноценной эксплуатации оборудования в рамках производственных задач лаборатории.
			может ограничивать корректный поиск закупки. Требуем привести наименование предмета закупки и код ЕНС ТРУ в соответствие с фактическим закупаемым оборудованием — станцией заливки гистологических блоков в парафин / гистологической заливочной станцией.			

16	910823301002	Замечание к КД	Замечание 11. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование по реестру средств измерений сформулировано как неадминистрируемый барьер ТС требует предоставить сертификат средства измерений РК, если товар подлежит внесению в реестр, а если не подлежит — письмо от уполномоченного органа РК либо письмо/обоснование от производителя или поставщика, что товар не относится к средствам измерений. При этом Заказчик сам не определил, является ли закупаемое оборудование средством измерений и какие измерительные функции подлежат метрологическому контролю. Установка температуры в оборудовании не означает автоматически, что вся станция является средством измерений. Требуем самостоятельно определить применимость требований о средствах измерений к предмету закупки и исключить обязанность участников получать	2026-05-26 13:21:32	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование, связанное с предоставлением сведений о средствах измерений, установлено в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений и обеспечения корректной эксплуатации оборудования, имеющего функции контроля и поддержания температурных режимов. Указанное условие направлено на подтверждение статуса оборудования с точки зрения необходимости его метрологического учета либо отсутствия такой необходимости, а также на обеспечение надлежащего документального подтверждения соответствия товара требованиям действующего законодательства. При этом предоставление соответствующих документов либо обоснований позволяет Заказчику подтвердить правомерность ввода оборудования в эксплуатацию и его дальнейшего использования

			неопределенные письма/обоснования в составе заявки.			в лабораторной практике. Таким образом, данное требование не противоречит Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлено на ограничение количества потенциальных поставщиков.

17	910823301002	Замечание к КД	Замечание 28. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требуется упростить ТС до функциональной потребности Текущая ТС перегружена документальными и конструктивными требованиями: авторизационные письма, ISO 13485, сертификат инженера завода, реестр средств измерений, камера 4K, видеохранилище, точные габариты модулей, рабочее место лаборанта, ИБП 3000/6000 ВА и срок 16 дней. Для конкурентной закупки достаточно указать: станция заливки гистологических блоков; количество модулей или функциональные зоны; температурные диапазоны и стабильность; емкость резервуара парафина; вместимость кассет/форм; охлаждающая поверхность; подсветка; безопасность и защита от перегрева; комплект поставки; установка, запуск и первичное обучение; гарантия и документы	2026-05-26 13:23:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости Заказчика, с учетом требований к функциональности, производительности, безопасности и удобству эксплуатации оборудования в условиях лаборатории. Установленные характеристики отражают минимально необходимые параметры и комплексность поставки, обеспечивающие полноценное выполнение технологического процесса гистологической заливки и последующей обработки образцов. При этом требования к документальному подтверждению качества, комплектности и сервисному сопровождению направлены на обеспечение надежности поставки и надлежащего исполнения договорных обязательств. Техническая спецификация предусматривает совокупность взаимосвязанных требований, позволяющих достичь требуемого результата

			соответствия. Требуем переработать ТС, исключить признаки конкретной модели и документы, зависящие от третьих лиц, а также допустить эквивалентные решения.			эксплуатации оборудования, и не содержит указаний на конкретного производителя или товарный знак. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков. Вместо с тем сообщаем, что требования о сервисном инженере от завода-изготовителя будет исключена из технической спецификации.

18	910823301002	Замечание к КД	На основании изложенного требуем: привести предмет закупки в соответствие с фактической потребностью — станция заливки гистологических блоков, а не парафинонагреватель; исключить авторизационное письмо из состава заявки; исключить требование ISO 13485 завода-изготовителя либо обосновать его обязательность; исключить требование сертификата инженера завода-изготовителя как квалификационное; конкретизировать метрологический статус товара и не перекладывать получение писем на участников; исключить камеру 4K, видеохранилище 1 ТБ и хранение видео 15 дней либо обосновать их необходимость; раскрыть состав рабочего места лаборанта либо выделить его отдельно; исправить некорректные термины и противоречивые формулировки; указать требования к стабильности и точности температуры;	2026-05-26 13:23:56	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше обращение сообщаем, что изложенные требования о внесении изменений в техническую спецификацию рассмотрены Заказчиком. Техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости, с учетом функциональных, технических, эксплуатационных и организационных требований к оборудованию, необходимому для обеспечения непрерывной работы лаборатории и выполнения гистологических исследований. Установленные требования к составу оборудования, его характеристикам, комплектности, а также условиям поставки, монтажа, обучения и сервисного обслуживания направлены на достижение требуемого уровня качества, безопасности и надежности эксплуатации. При этом все параметры сформированы без указания на конкретного производителя или товарный знак и не направлены на ограничение участия потенциальных

			/> указать полный комплект поставки и расходных материалов; конкретизировать обучение, сервис и гарантийное обслуживание; увеличить срок поставки до разумного периода; переработать ТС в конкурентной редакции с допуском эквивалентных решений. В текущей редакции ТС ограничивает конкуренцию, содержит признаки описания конкретной модели и включает документы/условия, которые зависят от воли производителя или иных третьих лиц.			поставщиков. Требования к документальному подтверждению соответствия товара, квалификации персонала сервисного обслуживания и гарантийным обязательствам установлены в целях обеспечения надлежащего исполнения договора о государственных закупках и защиты интересов Заказчика. Установленный срок поставки определен исходя из потребности Заказчика и является единым для всех участников закупки. Таким образом, оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не усматривается, а требования документации соответствуют Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и обеспечивают равные условия участия всех потенциальных поставщиков.

19	910823301002	Замечание к КД	Замечание 15. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование встроенного аккумулятора или ИБП сформулировано противоречиво ТС требует встроенный аккумулятор не менее 12 В, не менее 600 мА либо ИБП мощностью не менее 3000 ВА или 6000 ВА, с автономной работой при отключении питания не менее/“не ранее” 10 минут. Параметры несопоставимы: аккумулятор 12 В 600 мА и ИБП 3000/6000 ВА — это разные классы решений. Неясно, что именно требуется: встроенный аккумулятор для памяти/таймера, внешний ИБП для всей станции или резервное питание всех модулей. Требуем конкретизировать резервное питание: назначение, мощность, автономность, какие модули питаются, входит ли внешний ИБП в комплект, и исключить противоречивые параметры.	2026-05-26 13:21:59	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование к системе резервного питания установлено в целях обеспечения непрерывной работы оборудования и сохранения стабильности технологического процесса при возможных кратковременных отключениях электропитания, что имеет существенное значение для сохранности образцов и корректности выполняемых лабораторных процедур. В технической спецификации предусмотрены варианты обеспечения резервного питания (встроенный аккумулятор либо источник бесперебойного питания), что позволяет потенциальным поставщикам предложить эквивалентные технические решения при условии обеспечения требуемого времени автономной работы не менее установленного значения. Указанные параметры направлены на обеспечение надежности функционирования оборудования в условиях лаборатории и не противоречат
						Закону Республики Казахстан «О государственных закупках».

20	910823301002	Замечание к КД	Замечание 14. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — право проверки характеристик в открытых источниках является неопределенным ТС указывает, что организатор оставляет за собой право проверить в открытых источниках достоверность технических характеристик и параметров предлагаемых товаров. Не указано, какие источники считаются официальными: сайт производителя, каталог, инструкция, коммерческие сайты, дилерские страницы или иные ресурсы. Проверка по неофициальным источникам может привести к ошибочному отклонению заявки. Требуем установить, что подтверждение характеристик осуществляется только по официальной документации производителя или документам, представленным участником.	2026-05-26 13:21:52	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что положение о возможности проверки характеристик в открытых источниках установлено в целях обеспечения достоверности сведений, представляемых потенциальными поставщиками, и повышения прозрачности конкурсных процедур. При этом подтверждение соответствия технических характеристик осуществляется на основании совокупности представленных участником документов, включая техническую документацию производителя, паспорта изделия, каталоги и иные официальные источники информации. Использование открытых источников носит вспомогательный характер и направлено на дополнительную верификацию данных при необходимости. Таким образом, указанное условие не противоречит Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлено на ограничение количества потенциальных
						поставщиков.

21	910823301002	Замечание к КД	Замечание 13. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование технического паспорта и сертификата соответствия в составе заявки может ограничивать участников ТС требует предоставить технический паспорт товара и сертификат соответствия продукции либо гарантийное письмо. Для импортного или специализированного оборудования окончательный паспорт, серийные документы и сертификаты могут оформляться на конкретно поставляемую единицу при поставке. На стадии заявки достаточно указания модели, технической спецификации производителя и документов, подтверждающих соответствие требованиям. Требуем уточнить, какие документы обязательны именно на стадии заявки, и не отклонять участников за непредоставление документов, которые объективно выдаются при фактической поставке оборудования.	2026-05-26 13:21:45	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о предоставлении технического паспорта и сертификата соответствия либо гарантийного письма установлено в целях подтверждения соответствия предлагаемого оборудования требованиям технической спецификации уже на этапе рассмотрения конкурсных заявок, а также для минимизации рисков поставки несоответствующего либо несертифицированного товара. Данное требование направлено на обеспечение прозрачности закупочной процедуры и достоверности сведений, предоставляемых потенциальными поставщиками, при этом допускается предоставление документов, подтверждающих характеристики предлагаемого товара в установленном порядке. Таким образом, указанные требования не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества
						потенциальных поставщиков.

22	910823301002	Замечание к КД	Замечание 20. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — не указаны требования к расходным материалам ТС указывает кассеты, формы, парафин, лотки и рабочие зоны, но не раскрывает, входят ли в комплект расходные материалы: парафин, кассеты, формы, пинцеты, лотки, фильтры, чистящие средства, запасные предохранители или иные элементы. Требуем указать полный комплект поставки, включая расходные материалы и аксессуары, либо прямо указать, что расходные материалы не входят в комплект.	2026-05-26 13:22:35	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что состав комплекта поставки определен технической спецификацией в объеме, необходимом для ввода оборудования в эксплуатацию и его полноценного функционирования в лабораторных условиях. Перечень включенных модулей, узлов и аксессуаров указан в ТС, при этом расходные материалы и элементы, относящиеся к текущему эксплуатационному обеспечению (парафин, кассеты, формы, чистящие средства и аналогичные позиции), не входят в обязательный комплект поставки, если прямо не предусмотрены технической спецификацией. Техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости и обеспечивает достаточную определенность предмета закупки для подготовки заявок. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону РК «О государственных закупках» и
						не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

23	620101403831	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый организатор, непонятна комплектация видеокамерой: Работа станции подразумевает заливку образца жидким парафином для формирования его в блок. Процесс заливки - простой процесс, это не такие манипуляции как процесс вскрытия или другие судебно-медицинские хирургические манипуляции. Пожалуйста, разъясните для чего нужно снимать процесс заливки? Непонятно предназначение требуемого видеооборудования. Считаем, что заявлено 2 разнородных товара в одном лоте, а требование данного параметра противоречивым с целью закрыть техническую спецификацию и ограничить число участников.	2026-05-26 00:08:48	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о наличии видеокамеры в составе оборудования обусловлено производственной необходимостью и направлено на обеспечение внутреннего контроля качества, прослеживаемости лабораторных процессов и фиксации этапов работы при выполнении заливки гистологических образцов. Наличие видеосистемы является дополнительной функциональной возможностью и не изменяет основное назначение оборудования, при этом камера входит в состав комплектации аппарата и функционально связана с его эксплуатацией. Техническая спецификация содержит характеристики со словами «не менее», что не ограничивает потенциальных поставщиков в предоставлении эквивалентного либо улучшенного оборудования. Таким образом, утверждение о наличии двух разнородных товаров в одном лоте является необоснованным, а

						требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, предлагаемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации.
24	910823301002	Замечание к КД	Замечание 6. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование сертификата инженера от завода-изготовителя является квалификационным ТС указывает, что инсталляцию и последующее сервисное обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист, имеющий сертификат инженера, выданный заводом-изготовителем, подтверждающий квалификацию по предлагаемому товару. Это требование относится к квалификации персонала поставщика, а не к характеристикам товара. При этом примечание к форме ТС прямо указывает, что установление квалификационных требований к потенциальному поставщику в технической спецификации не допускается. Требуем исключить требование сертификата инженера завода-изготовителя из ТС либо перенести требования к сервису в допустимую законом часть документации при наличии правового основания.	2026-05-26 13:20:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о наличии у специалиста сертификата инженера, выданного заводом-изготовителем будет исключен из технической спецификации.

25	910823301002	Замечание к КД	Замечание 25. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — ТС содержит оценочные формулировки ТС указывает, что товар должен обеспечивать “неизменно высокое качество функционирования”, “отличаться надежностью”, “легкостью эксплуатации”, “гарантировать отсутствие дефектов”. Эти формулировки не являются измеримыми характеристиками. Не указано, какие параметры подтверждают “надежность” и “легкость эксплуатации”. Требуем исключить оценочные формулировки и заменить их проверяемыми характеристиками: гарантия, температурная стабильность, безопасность, производительность, комплектность и документы соответствия.	2026-05-26 13:23:12	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что указанные формулировки носят описательный характер и отражают общие требования Заказчика к качеству и надежности поставляемого оборудования в рамках его целевого назначения. При этом основными критериями соответствия являются конкретные технические характеристики, установленные технической спецификацией, включая температурные режимы, габаритные параметры, функциональные возможности, комплектность и требования к документальному подтверждению качества. Таким образом, оценочные формулировки не являются самостоятельными измеряемыми требованиями и не влияют на порядок оценки заявок, а техническая спецификация в целом сформирована на основе проверяемых и объективных параметров. Следовательно, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан

						«О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.
26	910823301002	Замечание к КД	Замечание 27. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — приемка “строго по всем требованиям ТС” при наличии спорных требований создает риск субъективного отказа ТС указывает, что товары будут приниматься в строгом соответствии со всеми требованиями запрашиваемой технической спецификации. При этом часть требований сформулирована неоднозначно или избыточно: “гистологический молоточек”, “время хранения видео — не ранее 15 дней”, аккумулятор или ИБП 3000/6000 ВА, поддержка 110В/60Гц, открытые источники, письма от органов/производителя. Это создает возможность произвольной приемки. Требуем устранить неоднозначные и непрофильные требования до проведения закупки.	2026-05-26 13:23:26	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что положение о приемке товаров в строгом соответствии с требованиями технической спецификации отражает общий принцип государственных закупок Республики Казахстан, согласно которому поставляемый товар должен полностью соответствовать установленным в конкурсной документации характеристикам. Оценка соответствия осуществляется на основании представленных документов, технической документации производителя и фактической проверки при приемке. Техническая спецификация сформирована исходя из производственной необходимости Заказчика и содержит требования, направленные на обеспечение функциональности, безопасности и надлежащей эксплуатации оборудования. Указанные характеристики подлежат объективной проверке в рамках установленных процедур приемки и исполнения договора. Таким

						образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

27	910823301002	Замечание к КД	Замечание 21. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — не указан порядок приемки и функционального тестирования ТС предусматривает установку, наладку и запуск, но не раскрывает приемо-сдаточные испытания: проверка нагрева, охлаждения, стабильности температуры, подачи парафина, подсветки, сенсорного экрана, камеры, ИБП, емкостей и безопасности. Требуем установить объективный порядок приемки и функционального тестирования оборудования после установки.	2026-05-26 13:22:44	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что порядок приемки и ввода оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с условиями договора о государственных закупках и действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими порядок приемки товаров, работ и услуг. Приемка оборудования включает проверку его комплектности, соответствия технической спецификации, а также работоспособности в рамках стандартного запуска и ввода в эксплуатацию, осуществляемого квалифицированными специалистами Поставщика. Дополнительные требования к расширенному функциональному тестированию оборудования не установлены, поскольку соответствие товара определяется его соответствием технической спецификации и результатами приемочных процедур, предусмотренных договором. Таким образом, требования технической

						спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

28	910823301002	Замечание к КД	Замечание 22. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — обучение персонала не менее двух рабочих дней не конкретизировано ТС требует обучение персонала не менее двух рабочих дней с выдачей сертификата каждому сотруднику. Не указано количество сотрудников, программа обучения, продолжительность одного учебного дня, язык обучения, форма сертификата и критерии успешного завершения. Это создает неопределенность стоимости и исполнения. Требуем конкретизировать обучение: количество сотрудников, программа, длительность, язык, формат и вид подтверждающего документа.	2026-05-26 13:22:51	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование об обучении персонала установлено в целях обеспечения надлежащего ввода оборудования в эксплуатацию и его корректного последующего использования в лабораторных условиях. Обучение продолжительностью не менее двух рабочих дней определено как минимально необходимый период для ознакомления персонала с функционалом оборудования, основными режимами работы, правилами эксплуатации и требованиями безопасности. Количество обучаемых сотрудников определяется Заказчиком исходя из фактической численности персонала, задействованного в эксплуатации оборудования, и уточняется на этапе исполнения договора. Программа обучения, язык проведения и формат выдачи подтверждающего документа определяются поставщиком с учетом обеспечения полного освоения функционала оборудования и

						передачи необходимых практических навыков. Таким образом, требования технической спецификации сформированы исходя из производственной необходимости, не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

29	910823301002	Замечание к КД	Замечание 5. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — требование ISO 13485 завода-изготовителя в составе заявки ограничивает участников ТС требует, чтобы завод-изготовитель предлагаемого товара был сертифицирован по ISO 13485, а потенциальный поставщик предоставил данный сертификат в составе конкурсной заявки. ISO 13485 относится к системе менеджмента качества медицинских изделий. При этом закупку проводит Центр судебных экспертиз, предмет указан как парафинонагреватель/гистологическая станция, и Заказчик не обосновал, почему именно ISO 13485 является обязательным для данного оборудования и почему сертификат должен предоставляться именно в составе заявки. Такое требование может отсечь производителей лабораторного оборудования, имеющих иные системы качества или сертификаты соответствия, но не ISO	2026-05-26 13:20:45	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о наличии у завода-изготовителя сертификата ISO 13485 установлено в целях подтверждения внедрения системы менеджмента качества при производстве медицинского и лабораторного оборудования, что является дополнительной гарантией стабильности качества, надежности и безопасности поставляемого товара. Указанное требование не определяет статус товара как медицинского изделия и не связано с его регистрацией, а направлено исключительно на подтверждение стандартов качества производителя. При этом наличие данного сертификата не исключает возможность участия потенциальных поставщиков, а служит подтверждением соответствия международным стандартам производства оборудования, используемого в лабораторной практике. Таким образом, требование не противоречит Закону
			13485. Требуем обосновать обязательность ISO 13485 для данного товара либо заменить требование на документы, подтверждающие качество и безопасность оборудования.			Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлено на ограничение количества потенциальных поставщиков.

30	910823301002	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! По лотам № 83435161-ОК1 и № 83435401-ОК1 предмет закупки указан как “Парафинонагреватель”, однако фактически по ТС закупается трехмодульная станция заливки гистологических блоков в парафин: заливочный модуль, криомодуль, модуль подогрева, сенсорный экран, увеличительное стекло, камера 8 МП/4К, видеохранилище 1 ТБ, рабочее место лаборанта, установка, наладка, запуск, обучение и сервисное обслуживание. ТС содержит признаки подгонки под конкретную модель: точные габариты модулей, объемы камер, вместимость кассет, сенсорный экран 9±0,5 дюймов, камера 4К, хранилище 1 ТБ, поддержка 110В/60Гц, встроенный аккумулятор либо ИБП 3000/6000 ВА, а также рабочее место лаборанта без спецификации. При этом для ключевых параметров оборудования отсутствуют требования к стабильности температуры, равномерности	2026-05-26 13:23:47	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что предмет закупки и техническая спецификация сформированы исходя из производственной необходимости Заказчика и с учетом обеспечения полного технологического цикла работы лаборатории, включая заливку, охлаждение и подготовку гистологических блоков. Указанные в технической спецификации характеристики отражают минимально необходимые функциональные, технические и эксплуатационные требования к оборудованию и направлены на обеспечение его надлежащей работы в условиях лабораторной деятельности. При этом совокупность установленных параметров не содержит указаний на конкретного производителя либо товарный знак и сформирована для обеспечения требуемого уровня качества, безопасности и производительности оборудования. Требования к документальному подтверждению качества,

			нагрева, точности поддержания температуры, порядку приемочного тестирования и полному комплекту расходных материалов. Дополнительно ТС содержит ограничивающие документальные требования: авторизационное письмо от завода-изготовителя или официального дилера/дистрибьютора с указанием данных конкретного конкурса, ISO 13485 завода-изготовителя в составе заявки, сертификат средства измерений РК либо письмо/обоснование о том, что товар не относится к средствам измерений, а также требование, чтобы инсталляцию и сервис выполнял инженер с сертификатом, выданным заводом-изготовителем. Эти условия зависят от третьих лиц, ограничивают участие и фактически являются квалификационными требованиями к поставщику/персоналу, что не должно устанавливаться в технической спецификации товара. Срок поставки 16 календарных дней для			сервисному сопровождению, комплектности и условиям поставки установлены в целях обеспечения надлежащего исполнения договора о государственных закупках и минимизации рисков поставки оборудования, не соответствующего потребностям Заказчика. Установленный срок поставки определен исходя из производственной необходимости и является единым для всех потенциальных поставщиков, обеспечивая равные условия участия. Таким образом, техническая спецификация не противоречит Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлена на ограничение количества потенциальных поставщиков.
			специализированного лабораторного оборудования с доставкой, установкой, наладкой, запуском и обучением также является необоснованно коротким и создает преимущество поставщику, заранее имеющему конкретное оборудование на складе.			

31	910823301002	Замечание к КД	Замечание 10. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — смешение лабораторного оборудования и мебели/рабочего места В одном комплекте закупается станция заливки в парафин и дополнительно рабочее место лаборанта, устойчивое к химическим реагентам. Это разные товарные категории: лабораторное оборудование и лабораторная мебель/рабочая зона. Их объединение в один лот ограничивает участников: поставщик станции может не производить мебель, а поставщик мебели не поставляет специализированное гистологическое оборудование. Требуем выделить рабочее место лаборанта в отдельную позицию/лот либо исключить его из закупки, оставив только гистологическую станцию.	2026-05-26 13:21:25	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что рабочее место лаборанта включено в состав поставки как функционально необходимый элемент для корректной и безопасной эксплуатации гистологической станции в условиях лаборатории, где осуществляется работа с химическими реагентами и биологическим материалом. Указанное рабочее место предназначено для обеспечения оптимальной организации рабочего процесса, размещения оборудования и соблюдения требований к условиям работы персонала, что напрямую связано с эксплуатацией поставляемой станции. В этой связи комплектность сформирована исходя из производственной необходимости и принципа обеспечения готового к эксплуатации решения «под ключ». Таким образом, объединение указанных элементов в рамках одного лота обусловлено функциональной связью и не противоречит Закону Республики

						Казахстан «О государственных закупках», а также не направлено на ограничение количества потенциальных поставщиков.

32	910823301002	Замечание к КД	Замечание 23. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — последующее сервисное обслуживание не раскрыто ТС указывает, что последующее сервисное обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист с сертификатом завода. При этом не указано, что именно входит в сервис: периодичность, регламент, замена расходных материалов, выезд, сроки реагирования, гарантийные случаи, постгарантийные условия. Требуем раскрыть объем последующего сервисного обслуживания либо исключить неопределенное сервисное обязательство из ТС.	2026-05-26 13:22:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о последующем сервисном обслуживании установлено в целях обеспечения стабильной и бесперебойной работы оборудования в течение гарантийного срока и дальнейшей эксплуатации, с учетом его сложной модульной конструкции и высокой значимости для лабораторных процессов. Объем сервисного обслуживания определяется гарантийными обязательствами поставщика и включает комплекс мер по обеспечению работоспособности оборудования, включая диагностику, консультационную поддержку и устранение неисправностей в рамках гарантийных условий. Конкретные регламенты обслуживания, сроки реагирования и порядок выполнения сервисных работ определяются условиями договора и гарантийной документацией производителя. Вместо с тем сообщаем, что требования о сервисном инженере от
						завода-изготовителя будет исключена из технической спецификации.

33	910823301002	Замечание к КД	Замечание 8. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — включение камеры 8 МП/4К и видеохранилища 1 ТБ не обосновано ТС требует включить в комплект устройство камеры: камера не менее 8 МП, видео не менее 4К, хранилище видео не менее 1 ТБ, срок хранения видео не менее/“не ранее” 15 дней. Не указано, зачем станции заливки гистологических блоков требуется видеозапись 4К, хранилище 1 ТБ и хранение видео 15 дней. Не раскрыты правовые и организационные вопросы: что снимается, кто имеет доступ, где хранится видео, как защищаются данные, требуется ли согласие персонала, как проводится обслуживание камеры. Данное требование выглядит как искусственное расширение комплектации и может указывать на конкретную модель/коммерческое предложение. Требуем исключить камеру и видеохранилище из ТС либо обосновать	2026-05-26 13:21:09	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о включении в состав оборудования камеры с параметрами не менее 8 МП, поддержкой видеосъемки не менее 4К и наличием системы хранения данных объемом не менее 1 ТБ установлено в целях обеспечения дополнительного контроля качества выполняемых лабораторных процессов, фиксации этапов работы и повышения прослеживаемости технологических операций при подготовке гистологических образцов. Данные функции направлены на документирование процесса работы оборудования, что имеет значение для внутреннего контроля, анализа корректности выполнения процедур и повышения общей прозрачности лабораторной деятельности. Параметры хранения и длительности архивирования определены исходя из потребностей Заказчика в обеспечении сохранности видеоматериалов за установленный период. При

			их необходимость для процесса заливки гистологических блоков и описать требования к хранению данных.			этом требования сформулированы с использованием показателей «не менее», что позволяет потенциальным поставщикам предлагать эквивалентные или улучшенные решения. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков. Согласно действующему законодательству

34	910823301002	Замечание к КД	Замечание 7. Лоты № 83435161-ОК1, № 83435401-ОК1 — срок поставки 16 календарных дней ограничивает конкуренцию ТС устанавливает срок поставки 16 календарных дней после подписания договора. Для специализированной гистологической станции стоимостью более 7 млн тенге, состоящей из нескольких модулей, с доставкой, разгрузкой, распаковкой, установкой, наладкой, запуском и обучением персонала срок 16 календарных дней является необоснованно коротким. Он создает преимущество участнику, заранее имеющему конкретную модель на складе либо заранее знающему о закупке. Требуем увеличить срок поставки до разумного периода, позволяющего обеспечить реальную конкуренцию, логистику, инсталляцию и обучение персонала.	2026-05-26 13:21:01	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что установленный срок поставки 16 календарных дней определен исходя из производственной необходимости Заказчика и потребности в своевременном оснащении лаборатории для обеспечения непрерывности и оперативности выполнения гистологических исследований. Данный срок является экономически и организационно обоснованным с учетом планируемых поставок, стандартных сроков логистики и возможности поставки оборудования, соответствующего требованиям технической спецификации. При этом установленный срок не ограничивает участие потенциальных поставщиков, поскольку является единым и обязательным для всех участников закупки, обеспечивая равные условия. Таким образом, требования технической спецификации не противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не

						направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан о государственных закупках, предлагаемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации.

35	620101403831	Замечание к КД	Уважаемый организатор и эксперты, в технической спецификации для заливочного модуля указано наличие: Сенсорный экран с диагональю не менее 9±0,5 дюймов. Возникли следующие вопросы: 1.Работа в патоморфологической лаборатории в Казахстане требует строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил (СанПиН) - все манипуляции в перчатках, так как лаборанты постоянно контактируют с биологическими жидкостями, тканями, опасными химическими веществами (формалин, ксилол) и возбудителями инфекций. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновение в перчатках, отсюда "зависание " и затягивание процесса халивки. 2.Жидкий парафин: Капли на поверхности могут вызывать ложные срабатывания или делать экран нечувствительным к нажатиям. Требуем убрать этот параметр из техничсекой спецификации.	2026-05-26 00:47:09	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваше замечание сообщаем, что требование о наличии сенсорного экрана с диагональю не менее 9±0,5 дюймов обусловлено производственной необходимостью и направлено на обеспечение удобства управления оборудованием, визуального контроля параметров работы и повышения эффективности работы персонала лаборатории. Современные медицинские системы предусматривают возможность эксплуатации сенсорных панелей в условиях лабораторной работы, в том числе при использовании перчаток, а также устойчивость к воздействию рабочих материалов и реагентов. При этом техническая спецификация содержит минимально необходимые характеристики со словами «не менее», что не ограничивает потенциальных поставщиков в предоставлении эквивалентного либо улучшенного оборудования. Таким образом, требования технической спецификации не

						противоречат Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и не направлены на ограничение количества потенциальных поставщиков.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. руководителя УМТО и ГЗ	Кульбаев Нурсултан Курбаналиевич
Заместитель директора по развитию	Темиргалиева Майра Мукановна
Руководитель судебно-гистологического отдела	Хазиахметова Оралкуль Бакытовна
Директор	Айтказин Бекзат Капасович
Сотрудник	Урмантаев Айдарали Турсыналиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).