KZ.P.05.1532
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АКТОБЕ"

(наименование поверочной лаборатории или подразделения поверочной лаборатории)

KZ.P.05.1532

(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений № HZ-07-26-6492643-26

Тепловычислитель

(наименование средства измерений)

Тип **ВЗЛЕТ ТСРВ**

заводской номер **1401352**

расхода теплоносителя от 0,01 до 1360 м3/ч; температура теплоносителя от 0 до 180°С

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель **ЗАО "ВЗЛЕТ", Россия** Дата изготовления **2014 год**

Пользователь **Коммунальное государственное учреждение "Специализированный дом ребёнка "Үміт" государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых, 292А**

наименование юридического (физического) лица

Поверка проведена в соответствии
KZ.04.02.08555-2014 Тепловычислители ВЗЛЕТ ТСРВ. Методика поверки раздел 4 руководства по эксплуатации В84.00-00.00 РЭ;, KZ.04.02.08555-2014 Тепловычислители ВЗЛЕТ ТСРВ. Методика поверки раздел 4 руководства по эксплуатации В84.00-00.00 РЭ;

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием эталонов единиц величин
Стенд для поверки счетчиков воды, ZENNER, зав. №ZR-RPS-11.98/15/1.
Калибратор многофункциональный, DPI-620, зав. №3072755.
Магазин сопротивления, Р4831, зав. №29605.
гигрометр психрометрический, ВИТ-2, зав. №Д228
Барометр-анеройд метеорологический, БАММ-1, зав. №8852

(обозначение эталона единицы величины, заводской номер)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу точности
С, рабочего СИ

Информация о прослеживаемости измерений* **КСМ, HZ**

Дата поверки: **04.06.2026** Действителен до: **04.06.2030**

Руководитель Подразделения (лаборатории) **ҚОҢЫРАТБАЕВ Б.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Поверитель **Таженов А.М.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Информация о поверительном клейме** и QR код сформированный информационной системой технического регулирования:
СЛ - 0446341

0446341
HZ 26