Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17937852

Конкурстың № 17157178-1
Конкурстың атауы Медициналық техниканы сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-10 11:52:56 дейін 2026-06-12 11:52:56
Ұйымдастырушының атауы "ҚОРҒЗИ" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161040023032	ҚҚ жобасына ескерту	Возможность включения микротома в систему контроля лаборатории. Данная формулировка не содержит конкретных технических и функциональных характеристик оборудования. Если речь идет о ЛИС системе, то она не применяется к микротомам, поскольку последний не выполняет каких-либо измерений. Это сугубо электромеханический инструмент для прецизионной нарезки парафиновых блоков. Если речь идет о Laboratory Quality Management, то в случае микротома она включает сервисные проверки такие как: проверка правильности установки, точность подачи шагового двигателя, работа тримминга, исправность механических и электронных тормозов маховика, кнопки аварийной остановки. Предлагается раскрыть значение требуемой характеристики или убрать ее из технического описания.	2026-06-12 11:41:19	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик в ответ на Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем следующее: каждый этап лабораторного процесса должен быть под контролем, чтобы иметь четкую информацию о том, кто выполняет какую операцию и на каком этапе находится образец. На этапе микротомии с помощью программного обеспечения микротома (ПОМ) или отдельной tracking- системы пользователь может регистрировать , идентификатор (ID) блока и имя лаборанта, работающего с ним. К примеру если сотрудники лаборатории не могут найти конкретный блок, через ПОМ возможно найти историю блока, и кто с ним работал, таким образом уменьшая вероятность потери образца. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и
						соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

2	161040023032	ҚҚ жобасына ескерту	"Объем парафиновой камеры с крышкой не более 4 л." Формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов BEC150 и BCP230 от Bio-Optica. Кроме того, объем парафиновой камеры большего объема при примерно тех же габаритах является преимуществом. Просим внести изменения.	2026-06-12 11:44:58	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, приведенные технические характеристики отражают требования лабратории и к тому же это не единственная станция для заливки образцов на рынке с такой вместимостью, также имеет 4х – литровый бак для парафина. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

3	161040023032	ҚҚ жобасына ескерту	Регулировка рабочей температуры: от +55°C до +75°C с помощью сенсорного экрана. Формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов BEC150 и BCP230 от Bio-Optica. Температура в +75°C является избыточной. Так как парафин плавится при +54°C...+58°C, а рабочая температура составляет +60°C...+65°C. Это не приемлимо для участия других поставщиков	2026-06-12 11:45:10	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, приведенные технические характеристики отражают требования лабратории. На рынке представлены различные типы парафина, и не все имеют одинаковую температуру плавления, поэтому необходим широкий диапазон температур , к тому же, более высокая температура облегчает очистку и удаление остатков парафина. Более высокая температура также ускоряет все эти операции. Широкий диапазон температур плавления позволяет лабораториям с большой нагрузкой быстро плавить парафин (функция ускорения). Таким образом, оператору не нужно останавливать работу, если необходимо загрузить в дозатор новый твердый парафин. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству

						в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.
4	161040023032	ҚҚ жобасына ескерту	Максимальные размеры образца: для стандартного зажима не более 55х50мм, для макро-зажима не менее 68х50 мм Ретракция образца с возможностью ее отключения в диапазоне не менее: 5-100 мкм с шагом не более 5мкм. Размеры (ШхДхВ) не более: 400х675х350мм. Вес не более 40 кг. Все приведенные технические характеристики указывают на конкретный прибор Galileo AUTO Series 2 от компании DIAPATH S.p.A. и не могут являться ключевыми при выборе прибора или служить причиной недопуска в конкурсе, что ущемляет участие других поставщиков	2026-06-12 11:43:49	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, приведенные технические характеристики соответствуют не конкретному прибору, а описывают особенности как минимум 2-х моделей различных призводителей Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

5	161040023032	ҚҚ жобасына ескерту	"Размеры рабочей поверхности не менее 517 х120 мм" »: Формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов BEC150 и BCP230 от Bio-Optica. Просим внести изменения.	2026-06-12 11:45:50	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, требуемые технические параметры характеризуют модели не одного производителя. На рынке есть рабочие поверхности бОльшего размера, и если лаборатория располагает необходимым пространством для оптимизации рабочего процесса, зачем его уменьшать? Большая рабочая поверхность облегчает работу технического персонала с гистологическими образцами.Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

6	161040023032	ҚҚ жобасына ескерту	"Визуализация и модификация рабочих параметров на панели управления с цифровым 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплеем. Наличие 3х зон освещения: - зоны включения, дозатора парафина и холодной точки – равномерное, рассеянное, освещение 2х камер для образцов (кассет, форм) - имеющие желтый цвет, когда станция нагревается, и зеленый цвет, когда машина готова к работе." Формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов BEC150 и BCP230 от Bio-Optica. Просим внести изменения.	2026-06-12 11:44:09	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, приведенные технические характеристики соответствуют не конкретному прибору, а моделям разных производителей. Дисплей: на рынке есть и другие производители заливочных центров т большим сенсорным дисплеем. Освещение: общеизвестно и очевидно, что освещение является базовой необходимостью при работе на станции заливки, поскольку техник должен иметь возможность четко видеть образец, правильно его позиционировать и ориентировать. Все перечисленные функции облегчают работу оператора при заливке гистологических образцов в парафин, поэтому вполне логично, что лаборатория запрашивает у данного оборудования именно такие характеристики. Также на рынке присутствуют модели других производителей с освещением 3-х зон "

7	161040023032	КҚ жобасына ескерту	Полностью автоматизированный ротационный микротом: возможны не менее 4 способа использования: Полуавтоматический режим изготовления срезов; Автоматическое изготовление срезов с использованием панели дистанционного управления; Автоматическое изготовление срезов с использованием панели локального управления; Автоматическое изготовление срезов с использованием выносной панели управления и ножной педали (опционально). Данная формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов - Galileo AUTO Series 2 от компании DIAPATH S.p.A. Использование подобной формулировки ограничивает круг потенциальных участников тендера. Просим поменять формулировку на: «Полностью автоматизированный ротационный микротом. Наличие полуавтоматического и полностью автоматического режимов	2026-06-12 11:40:43	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем следующее: Приведенные технические характеристики соответствуют не конкретному прибору, а описывают особенности разных моделей различных призводителей:. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.
			изготовления срезов. Наличие панели управления. Возможность управления секционированием дистанционно».			

8	161040023032	ҚҚ жобасына ескерту	Сохранение показания времени работы, благодаря настройке скорости хода. Формулировка скорее является грубым машинным переводом. Предлагается раскрыть значение требуемой характеристики или убрать ее из технического описания.	2026-06-12 11:42:33	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем следующее: речь идет о высокой скорости перемещения образца вверх и вниз, поэтому претензия бессмысленна, поскольку такая функция есть у многих моделей разных производителей. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

9	161040023032	ҚҚ жобасына ескерту	Холодная точка для быстрого охлаждения: площадь не менее 80х65 мм и охлаждается до не более -3 ° С через элемент «Пелтье» с независимым запуском, подходит также для мегакассет. Формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов BEC150 и BCP230 от Bio-Optica., что также ущемляет права других поставщиков.	2026-06-12 11:46:14	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, приведенные технические характеристики необходимы для мегакассет, увеличенная площадь элемента специально адаптирована для работы с мегакассетами, так как полностью покрывает площадь любой мегакассеты без свисания краев. На рынке присутствуют модели других производителей, которые подходят под ключевые требования (независимый запуск, охлаждение элементов Пельтье и полная совместимость с крупными мегакассетами). Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

10	161040023032	ҚҚ жобасына ескерту	Возможность подключения инновационной системы, которая позволяет автоматическое сохранение последнего оптимального расположения образца относительно лезвия и автоматическую ориентацию образца (после повторного охлаждения) относительно лезвия, тем самым исключается повторная настройка резки и коррекции положения образца, что влияет на получение эффективного количества срезов – актуально при пробоподготовке для ИГХ исследований. Маховик, оснащенный системой полезной маховика: эта инновационная система, работающая с помощью маховика, обеспечивает плавное перемещение с полным управлением. Технология полезного маховика предоставляет оператору усовершенствованные комфортные условия работы, обеспечивающие безопасное и равномерное изготовление срезов. Использование формулировок «инновационная система» подчеркивает уникальность данного параметра	2026-06-12 11:42:01	Отклонить замечания	" Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем следующее: Инновационная система - это своего рода функция памяти выравнивание образца относительно держателя лезвия после сохранения последнего положения при тримминге. Что касается «удобного маховика»: при использовании в ручном режиме маховик должен быть отсоединен от автоматического двигателя или иметь аналогичную механическую систему, обеспечивающую минимальное усилие, необходимое для вращения, чтобы повысить чувствительность процесса резки и защитить пользователя от травм рук, запястий, локтей и плеч. Похожие заявленные характеристики в большей или меньшей степени также присутствуют в микротомах других призводителей. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования

			для конкретной модели микротома. Также нераскрыто значение параметра «полезный маховик». Поскольку требование «усовершенствованные комфортные условия работы» не могут быть требованием к инструменту. В свою очередь, все микротомы обеспечивают безопасное и равномерное изготовление срезов без подключения инновационных систем. Предлагается раскрыть значение требуемой характеристики или убрать ее из технического описания.			в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений. "

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Менеджер по государственным закупкам Елекенова Айнур Ербулатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17937852

№ конкурса 17157178-1
Название конкурса Приобретение медицинской техники
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-10 11:52:56 по 2026-06-12 11:52:56
Наименование организатора АО "КазНИИОР"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161040023032	Замечание к КД	Возможность включения микротома в систему контроля лаборатории. Данная формулировка не содержит конкретных технических и функциональных характеристик оборудования. Если речь идет о ЛИС системе, то она не применяется к микротомам, поскольку последний не выполняет каких-либо измерений. Это сугубо электромеханический инструмент для прецизионной нарезки парафиновых блоков. Если речь идет о Laboratory Quality Management, то в случае микротома она включает сервисные проверки такие как: проверка правильности установки, точность подачи шагового двигателя, работа тримминга, исправность механических и электронных тормозов маховика, кнопки аварийной остановки. Предлагается раскрыть значение требуемой характеристики или убрать ее из технического описания.	2026-06-12 11:41:19	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик в ответ на Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем следующее: каждый этап лабораторного процесса должен быть под контролем, чтобы иметь четкую информацию о том, кто выполняет какую операцию и на каком этапе находится образец. На этапе микротомии с помощью программного обеспечения микротома (ПОМ) или отдельной tracking- системы пользователь может регистрировать , идентификатор (ID) блока и имя лаборанта, работающего с ним. К примеру если сотрудники лаборатории не могут найти конкретный блок, через ПОМ возможно найти историю блока, и кто с ним работал, таким образом уменьшая вероятность потери образца. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и
						соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

2	161040023032	Замечание к КД	"Объем парафиновой камеры с крышкой не более 4 л." Формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов BEC150 и BCP230 от Bio-Optica. Кроме того, объем парафиновой камеры большего объема при примерно тех же габаритах является преимуществом. Просим внести изменения.	2026-06-12 11:44:58	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, приведенные технические характеристики отражают требования лабратории и к тому же это не единственная станция для заливки образцов на рынке с такой вместимостью, также имеет 4х – литровый бак для парафина. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

3	161040023032	Замечание к КД	Регулировка рабочей температуры: от +55°C до +75°C с помощью сенсорного экрана. Формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов BEC150 и BCP230 от Bio-Optica. Температура в +75°C является избыточной. Так как парафин плавится при +54°C…+58°C, а рабочая температура составляет +60°C…+65°C. Это не приемлимо для участия других поставщиков	2026-06-12 11:45:10	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, приведенные технические характеристики отражают требования лабратории. На рынке представлены различные типы парафина, и не все имеют одинаковую температуру плавления, поэтому необходим широкий диапазон температур , к тому же, более высокая температура облегчает очистку и удаление остатков парафина. Более высокая температура также ускоряет все эти операции. Широкий диапазон температур плавления позволяет лабораториям с большой нагрузкой быстро плавить парафин (функция ускорения). Таким образом, оператору не нужно останавливать работу, если необходимо загрузить в дозатор новый твердый парафин. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству

						в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.
4	161040023032	Замечание к КД	Максимальные размеры образца: для стандартного зажима не более 55х50мм, для макро-зажима не менее 68х50 мм Ретракция образца с возможностью ее отключения в диапазоне не менее: 5-100 мкм с шагом не более 5мкм. Размеры (ШхДхВ) не более: 400х675х350мм. Вес не более 40 кг. Все приведенные технические характеристики указывают на конкретный прибор Galileo AUTO Series 2 от компании DIAPATH S.p.A. и не могут являться ключевыми при выборе прибора или служить причиной недопуска в конкурсе, что ущемляет участие других поставщиков	2026-06-12 11:43:49	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, приведенные технические характеристики соответствуют не конкретному прибору, а описывают особенности как минимум 2-х моделей различных призводителей Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

5	161040023032	Замечание к КД	"Размеры рабочей поверхности не менее 517 х120 мм" »: Формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов BEC150 и BCP230 от Bio-Optica. Просим внести изменения.	2026-06-12 11:45:50	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, требуемые технические параметры характеризуют модели не одного производителя. На рынке есть рабочие поверхности бОльшего размера, и если лаборатория располагает необходимым пространством для оптимизации рабочего процесса, зачем его уменьшать? Большая рабочая поверхность облегчает работу технического персонала с гистологическими образцами.Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

6	161040023032	Замечание к КД	"Визуализация и модификация рабочих параметров на панели управления с цифровым 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплеем. Наличие 3х зон освещения: - зоны включения, дозатора парафина и холодной точки – равномерное, рассеянное, освещение 2х камер для образцов (кассет, форм) - имеющие желтый цвет, когда станция нагревается, и зеленый цвет, когда машина готова к работе." Формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов BEC150 и BCP230 от Bio-Optica. Просим внести изменения.	2026-06-12 11:44:09	Отклонить замечания	"Уважаемый потенциальный поставщик, приведенные технические характеристики соответствуют не конкретному прибору, а моделям разных производителей. Дисплей: на рынке есть и другие производители заливочных центров т большим сенсорным дисплеем. Освещение: общеизвестно и очевидно, что освещение является базовой необходимостью при работе на станции заливки, поскольку техник должен иметь возможность четко видеть образец, правильно его позиционировать и ориентировать. Все перечисленные функции облегчают работу оператора при заливке гистологических образцов в парафин, поэтому вполне логично, что лаборатория запрашивает у данного оборудования именно такие характеристики. Также на рынке присутствуют модели других производителей с освещением 3-х зон "

7	161040023032	Замечание к КД	Полностью автоматизированный ротационный микротом: возможны не менее 4 способа использования: Полуавтоматический режим изготовления срезов; Автоматическое изготовление срезов с использованием панели дистанционного управления; Автоматическое изготовление срезов с использованием панели локального управления; Автоматическое изготовление срезов с использованием выносной панели управления и ножной педали (опционально). Данная формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов - Galileo AUTO Series 2 от компании DIAPATH S.p.A. Использование подобной формулировки ограничивает круг потенциальных участников тендера. Просим поменять формулировку на: «Полностью автоматизированный ротационный микротом. Наличие полуавтоматического и полностью автоматического режимов	2026-06-12 11:40:43	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем следующее: Приведенные технические характеристики соответствуют не конкретному прибору, а описывают особенности разных моделей различных призводителей:. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.
			изготовления срезов. Наличие панели управления. Возможность управления секционированием дистанционно».			

8	161040023032	Замечание к КД	Сохранение показания времени работы, благодаря настройке скорости хода. Формулировка скорее является грубым машинным переводом. Предлагается раскрыть значение требуемой характеристики или убрать ее из технического описания.	2026-06-12 11:42:33	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем следующее: речь идет о высокой скорости перемещения образца вверх и вниз, поэтому претензия бессмысленна, поскольку такая функция есть у многих моделей разных производителей. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

9	161040023032	Замечание к КД	Холодная точка для быстрого охлаждения: площадь не менее 80х65 мм и охлаждается до не более -3 ° С через элемент «Пелтье» с независимым запуском, подходит также для мегакассет. Формулировка описывает не реальные технические потребности лаборатории, а конструктивные особенности конкретной линейки приборов BEC150 и BCP230 от Bio-Optica., что также ущемляет права других поставщиков.	2026-06-12 11:46:14	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик, приведенные технические характеристики необходимы для мегакассет, увеличенная площадь элемента специально адаптирована для работы с мегакассетами, так как полностью покрывает площадь любой мегакассеты без свисания краев. На рынке присутствуют модели других производителей, которые подходят под ключевые требования (независимый запуск, охлаждение элементов Пельтье и полная совместимость с крупными мегакассетами). Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений.

10	161040023032	Замечание к КД	Возможность подключения инновационной системы, которая позволяет автоматическое сохранение последнего оптимального расположения образца относительно лезвия и автоматическую ориентацию образца (после повторного охлаждения) относительно лезвия, тем самым исключается повторная настройка резки и коррекции положения образца, что влияет на получение эффективного количества срезов – актуально при пробоподготовке для ИГХ исследований. Маховик, оснащенный системой полезной маховика: эта инновационная система, работающая с помощью маховика, обеспечивает плавное перемещение с полным управлением. Технология полезного маховика предоставляет оператору усовершенствованные комфортные условия работы, обеспечивающие безопасное и равномерное изготовление срезов. Использование формулировок «инновационная система» подчеркивает уникальность данного параметра	2026-06-12 11:42:01	Отклонить замечания	" Уважаемый потенциальный поставщик, в ответ на Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем следующее: Инновационная система - это своего рода функция памяти выравнивание образца относительно держателя лезвия после сохранения последнего положения при тримминге. Что касается «удобного маховика»: при использовании в ручном режиме маховик должен быть отсоединен от автоматического двигателя или иметь аналогичную механическую систему, обеспечивающую минимальное усилие, необходимое для вращения, чтобы повысить чувствительность процесса резки и защитить пользователя от травм рук, запястий, локтей и плеч. Похожие заявленные характеристики в большей или меньшей степени также присутствуют в микротомах других призводителей. Техническое задание было подготовлено в целях единого подхода и стандартизации оборудования

			для конкретной модели микротома. Также нераскрыто значение параметра «полезный маховик». Поскольку требование «усовершенствованные комфортные условия работы» не могут быть требованием к инструменту. В свою очередь, все микротомы обеспечивают безопасное и равномерное изготовление срезов без подключения инновационных систем. Предлагается раскрыть значение требуемой характеристики или убрать ее из технического описания.			в лаборатории. Требуемые параметры не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют действующему законодательству в сфере государственных закупок. В связи с вышеизложенным, техническая спецификация остается без изменений. "

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Менеджер по государственным закупкам Елекенова Айнур Ербулатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).