Конкурсной комиссии КГУ «Управление государственных активов города Алматы»

г. Алматы, Республики площадь, 4, Бостандыкский район, Алматы, 050001/A15X3C8

*Жалоба на решение организатора конкурса КГУ «Управление государственных активов города Алматы» по конкурсу № 17108828-1 на протокол об итогах по лоту № 86899318-ОК1 «Полностью автоматическая машина для упаковки лекарственных препаратов для КГП на ПХВ "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы.*

На основании протокола об итогах № 17939978 от 17.06.2026 г. конкурсная комиссия признала победителем указанного лота, потенциального поставщика ТОО "Fast Bike" БИН 230240007665, и занявшим второе место ТОО "TrioSynergy" 110940015151

Решение конкурсной комиссии не соответствует требованиям законодательства и ущемляет права и интересы ТОО «Компания ТОП сервис» по нижеследующим основаниям:

В соответствии с предоставленными документами потенциальных поставщиком, были выявлены следующие несоответствия:

В соответствии с Приложение 13 к конкурсной документации Техническая спецификация закупаемых товаров, установленные технические требования к поставляемому/закупаемому оборудованию, а именно:

ТОО "Fast Bike"

| Заявленные техническое требования | Выявленное несоответствие |
|---|---|
| Скорость упаковки: от не менее 60 пакетов/мин до не более 70 пакетов/мин Потребляемая мощность: | Потенциальный поставщик в предоставленный спецификации указал только один параметр скорости упаковки, 60 пакетов. Заказчиком установлен параметр работы «от» и «до» |
| Система должна хранить одновременно от не менее 30 до не более 400 наименований различных таблеток и капсул, должна охватывать практически весь спектр пероральных лекарственных форм стационара. | Потенциальным поставщиком указан только один параметр хранения, 400 наименовании, является это минимальным показателем и/или максимальным. Заказчиком установлен параметр работы «от» и «до» |
| Наличие выдвижных ящиков картриджей (не менее 5 ящиков, каждый должен содержать не менее 80 картриджей, итого не менее 400 ячеек). | Не предоставлено разъяснения в части о вместимости каждой ячейки |

ТОО "TrioSynergy"

| Заявленные техническое требования | Выявленное несоответствие |
|---|---|
| Скорость упаковки: от не менее 60 пакетов/мин до не более 70 пакетов/мин Потребляемая мощность: | Потенциальный поставщик в предоставленный спецификации указал только один параметр скорости упаковки, 60 пакетов. Заказчиком установлен параметр работы «от» и «до» |
| Система должна хранить одновременно от не менее 30 до не более 400 наименований различных таблеток и капсул, должна охватывать практически весь спектр пероральных лекарственных форм стационара. | Потенциальным поставщиком указан только один параметр хранения, 400 наименовании, является это минимальным показателем и/или максимальным. Заказчиком установлен параметр работы «от» и «до» |
| Нормальная рабочая температура термозапайки: от не менее 70 до не более 75°С. | Потенциальным поставщиком указан только один температурный параметр 75°С, является это минимальным показателем и/или максимальным. Заказчиком установлен параметр работы «от» и «до» |

Таким образом, на основании Правил осуществления государственных закупок (*Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687*) установлено;

статья 212, пункт 2 Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если:

представление потенциальным поставщиком технической спецификации, **не соответствующей требованиям конкурсной документации**, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;

Таким образом, на основании вышеизложенного и руководствуясь положениями Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок", просим Вас отменить результаты проведенного конкурса.

С уважением директор ТОО «Компания ТОП сервис»
Тусупов Е.К.