ТОО labtex.kz
тел.:+7 (727) 978-31-98
Республика Казахстан, г. Алматы
050000, ул. Илийский тракт, 7
e-mail: sales@labtex.kz,
https://labtex.kz

РГКП «Центр судебных экспертиз»
Министерства юстиции РК

Жалоба

Протоколом итогов государственных закупок №17140656-ОК1 по лотам №83399800-ОК1, №83399009-ОК1, №83399571-ОК1, №86719909-ОК1 заявка Потенциального поставщика ТОО «labtex.kz» была необоснованно отклонена.

Решение конкурсной комиссии обусловлены следующими Причинами отклонения: в предоставленном авторизационном письме указана дата конкурса 17.06.2026 г., однако, дата конкурса 18.06.2026 г.; отсутствует технический паспорт товара (потенциальным поставщиком предоставлено руководство по эксплуатации); указаны неточные характеристики товара, а именно прописано слово «*не ближе*» в характеристике «*Максимальное отклонение температуры любой точки рабочего объема, расположенной не ближе 50 мм от стенок камеры, от заданной при установившемся тепловом режиме: от-1,5 до +1,5°С»;* использован математический знак «±» в характеристике *"Напряжение/частота питающей сети: 220±10%В / 50 Гц*"

ТОО «labtex.kz» считает данное решение незаконным по следующим основаниям:

1. Расхождение в дате конкурса (17.06 вместо 18.06) в авторизационном письме является очевидной технической опечаткой, не вводящей заказчика в заблуждение, так как номер конкурса, номер лота и наименование товара позволяют его однозначно идентифицировать

2. Все паспортные данные отражаются в руководстве пользователя ТСО-1/80 СПУ ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУХОВОЗДУШНЫЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ, которая была предоставлена конкурсной комиссии. Паспорт отдельно на данное оборудование не выпускается и не предоставляется заводом-изготовителем в комплектации термостата.

3. Нарушение материального права и методологии физических измерений (в части фразы «не ближе 50 мм»). Выражение не ближе 50 мм от стенок камеры» не является предложением диапазона или плавающей характеристикой поставляемого товара со стороны ТОО «labtex.kz». Данная формулировка определяет строго фиксированную методику проведения испытаний и границы полезного (рабочего) объема оборудования, регламентированные межгосударственными стандартами

(в частности, ГОСТ 25051.2-82 «Камеры тепла и холода испытательные. Методы аттестации). В соответствии с законами термодинамики, температура воздушной среды непосредственно у металлических стенок любого термостат всегда отличается от температуры в центре из-за процессов теплопередачи. Метрологический контроль и гарантированная стабильность температурного режима осуществляется исключительно внутри полезного объема – с нормативным отступом в 50 мм от стенок.

Таким образом, указание «не ближе 50 мм» - это техническая константа (условие измерения), единая для данного типа оборудования. Данный параметр является неизменной технической характеристикой и не может трактоваться как «неточное». Изменение или удаление этой фразы искажает физический смысл функционирования поставляемого оборудования. Этот технический параметр отражен в официальной документации на оборудование.

4. Использование математического знак «±» является международным общепринятым обозначением и означает предельно допустимое отклонение (допуск). Данный знак указывает на установленный заводом-изготовителем допуск напряжения питающей сети в обе стороны от напряжения 220 В. ТОО «labtex.kz» предложил товар с конкретной, фиксированной точностью, прописанной в технической документации.

Техническая правота ТОО «labtex.kz» и правильность указанных параметров подтверждаются официальным разъяснительным письмом завода-изготовителя ТСО-1/80 СПУ (копия прилагается к данной жалобе). Изготовитель прямо заявляет, что формулировка «не ближе 50 мм от стенок камеры» является точной, окончательной характеристикой серийной продукции и Поставщик не имеет права менять текст эксплуатационной документации, утвержденной при государственной регистрации лабораторного изделия. Изготовитель также разъясняет значение математического выражение «±», которое имеет такое же значение допуска в выражении "Напряжение/частота питающей сети: 220±10%В / 50 Гц".

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок

Просим:

1. Отменить протокол итогов закупки №17140656-ОК1 в части отклонения заявки ТОО «labtex.kz»
2. Допустить заявку ТОО «labtex.kz» к участию в закупках (или признать соответствующей требованиям).

Приложение к жалобе: Официальное разъяснительное письмо завода-изготовителя по прибору ТСО-1/80 СПУ.

Директор
ТОО «labtex.kz» **Пелипенко В.В**.

БИН: 131040004615
Расчётный счёт KZT: KZ436010131000185412
BIC: HSBKKZKX в АО Народный Банк Казахстана, г. Алматы
Св-во НДС: Серия 60001 № 0066219, Дата выдачи 29 Октября 2013 г.