Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17994624

Конкурстың № 17226510-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" КММ үшін Санитарлық автокөлік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-22 15:13:45 дейін 2026-06-24 15:13:45
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Дополнительно автомобиль должен быть оснащен: Светодиодной сигнально-громкоговорящей установкой; Повторителями спец сигналов; Двумя светодиодными маяками, на задней части крыши; Огнетушителем на 2 литра в кабине водителя; Огнетушителем на 2 литра в медицинском салоне; Тележкой-каталкой со специальным отсеком между ложем и основанием каталки, позволяющим разместить в нем спинальную доску, спинальной доской, бортиками, оборудованными механизмом, предохраняющим от застревания одеяла и обеспечения дополнительной безопасности пациента, механизмом, обеспечивающим возможность загрузки в машину одним оператором, регулируемой спинкой и ножным концом каталки, колёсами диаметром 200 мм., весом 36 ± 1 кг., грузоподъёмностью 170 кг., задними тормозами;	2026-06-23 12:10:48	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

						пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

2	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Набором реанимационным для оказания скорой медицинской помощи в чемодане, выполненным из алюминия и имеющим: Специально разработанное заводом производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съёма изделия «одной рукой»; Размер 52,6х40х20 см, Передвижные внутренние перегородки; Фиксаторы для орофаренгиальных воздуховодов и ампульные стойки; вес пустого чемодана 6,7 кг; Систему подачи кислорода (кислородный баллон объемом 2,0 л - 1штука; Редуктор с плавной регулировкой потока в диапазоне от 3 до 15 л/мин –1 штука; Одноразовая трубка для подачи кислорода длиной 180 см –1 штука; Угловой соединительный штуцер –1 штука; Ремни для крепления кислородного баллона в количестве 2 штук); Механический ручной отсос для взрослых и детей, максимальный вакуум 0,75 бар (560 мм рт. ст.), состоящий	2026-06-23 12:13:38	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			из одноразового контейнера для аспирата (250 мл) - 1 шт., одноразового адаптера для аспирационного катетера - 1 шт., одноразового аспирационного катетера Fr 28 – 1 шт. и одноразового аспирационного катетера Fr 40 - 1 шт., ручного вакуумного насоса многоразового использования; Маски многоразовые (взрослая, детская, неонатальная) - по 1 шт.; Маска для ингаляции с трубкой - 1 шт.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

3	180740014575	КҚ жобасына ескерту	Просим рассмотреть возможность корректировки требования «объем двигателя не менее 3,5 л» на «рабочий объем двигателя не менее 3470 см³». Данное предложение направлено на исключение неоднозначного толкования технической характеристики. На практике производители транспортных средств указывают рабочий объем двигателя в кубических сантиметрах, при этом коммерческое обозначение двигателя может отличаться от его фактического рабочего объема. Указание параметра в см³ позволит объективно оценивать соответствие предлагаемых транспортных средств требованиям технической спецификации, исключить спорные вопросы при рассмотрении заявок и обеспечить равные условия для всех потенциальных поставщиков.	2026-06-23 13:12:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваше замечание относительно корректировки требования технической спецификации «объем двигателя не менее 3,5 л» на «рабочий объем двигателя не менее 3470 см³», сообщаем, что доводы, изложенные в обращении, являются обоснованными. В целях исключения неоднозначного толкования технической характеристики, обеспечения объективной оценки соответствия предлагаемых транспортных средств требованиям технической спецификации, а также создания равных условий для всех потенциальных поставщиков Заказчиком будет внесено соответствующее изменение в конкурсную документацию. Требование «объем двигателя не менее 3,5 л» будет изложено в следующей редакции: «рабочий объем двигателя не менее 3470 см³».

4	100540013595	КҚ жобасына ескерту	Доводим до Вашего сведения, что на территории Республики Казахстан осуществляют деятельность отечественные предприятия, производящие автомобильную технику, соответствующую требованиям действующего законодательства и способные обеспечить поставку техники, являющейся предметом данной закупки. В частности, ТОО «СарыаркаАвтоПром» является таковым казахстанским производителем автомобильной техники и выражает заинтересованность в участии в указанной закупке. В целях обеспечения добросовестной конкуренции, расширения круга потенциальных поставщиков, а также создания условий для участия казахстанских товаропроизводителей просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию путем корректировки следующих технических характеристик: (Объем предлагаемой информации превышает допустимый лимит одного сообщения, в	2026-06-23 12:08:42	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			связи с чем предложения по корректировке технической спецификации будут направлены дополнительно в последующих обращениях.)			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

5	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи должно соответствовать следующим параметрам: Медицинский салон должен иметь термо-шумо-виброизоляцией потолка и стен; армированим кузова для закрепления приборов и медицинского оборудования; ребрами жесткости для усиления несущего каркаса кузова фургона; все швы и стыки кузова фургона должны проходить антикоррозийную обработку специальной краской; Все материалы и покрытия, применяемые в медицинском салоне, должны быть устойчивыми к моющее-дезинфицирующим средствам, рекомендованным для дезинфекционной обработки поверхностей; Материалы, используемые для отделки панелей салона, должны быть светлых тонов; Пол медицинского салона должен иметь водонепроницаемое, антистатическое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющее дезинфицирующих средств напольное покрытие, с	2026-06-23 12:09:22	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			гидроизоляцией всех швов, устойчивым к воздействию моющих-дезинфицирующих средств; Перегородка между кабиной и медицинским салоном должна быть оборудована сдвижным окном или дверным проемом со сдвижной дверью;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

6	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Медицинский салон должен быть оснащен: Интеркомом (внутренней аудиосвязью с водителем);поручнем сдвижной двери; Потолочным леер-порученем, с двумя кронштейнами для инфузионной системы, расположенным вдоль приемного устройства: Потолочным вентиляционно-аварийным люком (используется в качестве аварийного выхода): Фильтр-вентиляционной установкой; Электрообогревателем стояночным на 220В, не менее 1шт; Автономным отопителем, мощностью не менее 2кВт, не менее 1шт; Жидкостным отопителем, работающий от штатной системы охлаждения двигателя, мощностью, не более 8 кВт, не менее1шт; Кондиционером медицинского салона с регулировкой температуры; Устройствами индивидуальной дезинфекции: умывальником с электронасосом подачи воды, встроенными бачками для чистой и использованной воды, диспенсером для дезинфицирования рук,	2026-06-23 12:09:48	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			полотенцедержателем для бумажных полотенец, мусоросборником (для использованных бумажных полотенец); Электрооборудованием и освещением: Светодиодными потолочными лампами длинного типа, точечным светильником над поверхностью носилок; освещение над столешницей, светильником освещения прилегающей территории сдвижной и задних дверей: электрическими розетками на12В, для питания медицинского оборудования расположенными в области центра левого борта – не менее 4 шт, электрическими розетками на 220В для питания медицинского оборудования расположенными в области центра левого борта,- не менее 2 шт, Преобразователем напряжения 220/12В (12/220В) с функцией подзарядки, электрической розетка на 220 В, расположенной по центру правого борта, для питания медицинского оборудования не менее- 1шт., кабелем ввода электропитания внешней сети 220В			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

			(15метров), Электрической розеткой на 220В, для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона расположенной по левому борту -не менее 1шт; дополнительной аккумуляторной батареей на 12 В., панелью управления электрооборудованием медицинского салона, кислородными розетками, регулятором давления кислорода.			установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

7	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Время передачи электрокардиограммы из памяти смартфона/планшета на кардиосервер и получения автоматического заключения на дисплей смартфона/планшета, с – от 5 до 90 (зависит от качества мобильной связи); Контроль качества наложения электродов; Электропитание автономное; Индикация ресурса внутренних источников питания. Имеет набор программных фильтров – сетевой наводки, дрейфа, тремора. Пользователь имеет возможность включать и отключать фильтры. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки. Гарантия на термопринтер и планшет - 1 год с даты ввода в эксплуатацию. Медицинское оборудование должно сопровождается следующими разрешительными документами: регистрационным удостоверением, сертификатом соответствия, паспортом на медицинское оборудование. Гарантия на автомобиль составляет 36 месяцев или	2026-06-23 12:15:38	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			100 000 км, что наступит ранее (согласно, гарантийной политики Продавца). Гарантия на конверсию составляет 12 месяцев или 30 000 км, что наступит ранее (согласно, гарантийной политики Продавца). Гарантия сервисного обслуживания и ремонта медицинского оборудования составляет: не менее 37 месяцев. Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров): Ввод в эксплуатацию, запуск всех агрегатов двигателя для полного его запуска.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

8	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Автомобиль скорой медицинской службы, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на до госпитальном этапе, должен соответствовать техническим параметрам: Автомобиль новый (без пробега) не ранее 2026 года выпуска. Цвет автомобиля должен быть желтым. Двигатель автомобиля должен быть, четырехтактным, бензиновым, с принудительным зажиганием; Объем двигателя, должен быть не менее 1997 см3; Мощность двигателя должна быть не менее 130 кВт; Тормозная система должна быть двухконтурной гидравлической с вакуумным усилителем, системой ABS и EBD; Передние тормоза, дисковые; Задние тормоза дисковые; Внешние габаритные размеры автомобиля (д/ш/в), должны быть не менее 5990х2098х2645; Колесная база должна быть, не менее 3570 мм;	2026-06-23 12:09:05	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			Передняя подвеска должна быть независимой, пружинной, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; Задняя подвеска должна быть зависимой, рессорной, с гидравлическими телескопическими амортизаторами; Рулевое управление должно быть с гидравлическим усилением; Трансмиссия должна быть механической, не менее 6-ти ступенчатой:			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

9	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Комплексом для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, который имеет функции: Регистрация ЭКГ в 12 стандартных отведениях; Автоматические измерения и интерпретацию ЭКГ на уровне врача высокой квалификации; Создание электронного архива ЭКГ пациентов медицинского учреждения; Дистанционную передачу ЭКГ в электронный архив; Санкционированный доступ врачей к архиву ЭКГ со своих рабочих компьютеров; Дистанционные консультации фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник в крупных медицинских учреждениях; Выдачу комплексов пациентам в целях выявления редких аритмий, определения причин болей и предобморочных состояний; Идентификацию пациента по штрих коду, с помощью ПО установленного на смартфоне/планшете для дальнейшего хранения и мониторинга динамики пациента; Высокая точность ЭКГ,	2026-06-23 12:14:08	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			обусловленная цифровой передачей данных; Проведение анализа ЭКГ по телефону; Специальная программа для исследования ЭКГ детей; Полнота и соответствие языка электрокардиографических заключений комплекса перечню заключений, используемых при врачебной интерпретации ЭКГ;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

10	100540013595	КҚ жобасына ескерту	Систему тревог на случай разъединения дыхательного контура, внезапного повышения давления в дыхательном контуре, критического снижения давления в кислородном баллоне, отсутствия спонтанных вдохов у пациента при вспомогательном режиме вентиляции, сбоях системы управления аппаратом. Для обеспечения своей работы аппарат не расходует кислород. Имеет систему экономичности расходования кислорода: при включении подсоса воздуха подаваемая концентрация кислорода составляет от 55% до 85% при дыхательном давлении 10 мбар. Рабочее давление в диапазоне 2,7 - 6,0 бар, минимальное требуемое количество газа 70л/мин О2, частота дыхания в диапазоне - 5-40 мин, минутный объем в диапазоне 3-20 л/мин, объем вдоха в диапазоне 75-4000мл, максимальное дыхательное давление 20-60 мбар, соотношение времени вдоха/выдоха 1:1,67, при ассистируемой искусственной	2026-06-23 12:11:41	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			вентиляции легких - 1:1 - 1:2,33 переменно, электропитание осуществляется литиевой батареей 3,6В, 5,2Ач. Батарея не требует обслуживания во время всего периода эксплуатации. Аппарат имеет: Защиту от воды со степенью IP24; Габариты 465х295х145 мм; вес 11 кг. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

11	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Печать ЭКГ на термопринтере с УСИ; Печать на принтере с ПК; Свободное распространение программного обеспечения – бесплатная загрузка и обновление его с сайта производителя. Функциональные возможности программного обеспечения кардиосервер: Автоматическая интерпретация ЭКГ; Автоматический прием ЭКГ от неограниченного числа пользователей; Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ; Автоматическое формирование ЭКГ-заключения по ритму и форме предсердно-желудочковых комплексов в терминах «норма-отклонение от нормы-патология»; Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения; Немедленная передача в УСК результатов автоматической обработки ЭКГ; Ведение электронного архива ЭКГ; Организация неограниченного числа личных кабинетов для каждого врача и пациента; Обеспечение при помощи подключенных к	2026-06-23 12:14:46	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			интернету компьютеров санкционированного доступа к результатам автоматической обработки ЭКГ неограниченному числу врачей. Функциональные возможности программного обеспечения рабочего места врача на подключенном к сети Интернет - компьютере Заказчика: Регистрация врачей и пациентов, сохранение ведение базы данных пациентов; Санкционированный доступ неограниченного числа врачей к результатам обработки всех снятых ЭКГ посредством облачного кардиосервера с целью их расшифровки, а также организации многосторонних дистанционных консультаций; Визуализация результатов обработки снятой ЭКГ; Просмотр и измерение элементов ЭКГ в интерактивном режиме на экране монитора; Корректировка компьютерного заключения с сохранением в архиве следа произведенных изменений (формирование врачебного заключения по ЭКГ);			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

12	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Транспортным электроотсасывателем, который имеет: Габариты 370х277х146 мм; Вес в сборе 4,7 кг; Объем сборника для аспирата 1000 мл; Специально разработанное заводом производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съёма изделия «одной рукой», с встроенным в крепление разъёмом для зарядки; Возможность применения с многоразовыми сборниками, возможность применения с одноразовыми сборниками; Мощность аспирации на входе аппарата (без резервуарной системы) при -0,8 бар 34 л/мин ±4л/мин, Мощность аспирации на входе многоразовой резервуарной системы при -0,8бар 30 л/мин ±3л/мин; Максимальное разрежение -0,8 бар; Максимальная потребляемая мощность 45 Вт; Электропитание 12 В, постоянный ток; Максимальное потребление энергии 3,8 А; Степень защиты от проникновения твердых посторонних веществ,	2026-06-23 12:13:04	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			пыли и вредного воздействия воды IP34D; Диапазон температур эксплуатации от -5°С до + 50°С; Диапазон температур хранения от –40 °С до +70 °С.; Литий-ионный тип аккумулятора; Номинальная емкость аккумулятора 4,3 А/ч; Возможность зарядки от автомобильной сети; Время зарядки аккумулятора - до 80% - 2 ч 40 мин; Энергосберегающий режим работы;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

13	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	В медицинском салоне должны быть установлены: Кресло по правому борту медицинского салона, с 3-х точечным ремнём безопасности поворотное к приемному устройству, с откидной подушкой; Кресло поворотное (360 градусов) в головной части носилок с регулируемой спинкой, откидными подлокотниками, с 3-х точечным инерционным ремнем безопасности; с двумя откидывающимися подлокотниками; Скамья-рундук по правому борту с откидной крышкой и поясничной подушкой; Шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей; Стойка и стеллаж для крепления медицинского оборудования левого борта с отбортовкой. (Края открытых поверхностей полок должны быть закругленными. Встроенная мебель салона (шкафы, полки, антресоли, стеллажи) должна быть надежно прикреплена к силовым элементам кузова. Она должна	2026-06-23 12:10:31	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			иметь элементы крепления для переносных изделий, обеспечивающие легкость и удобство фиксации и расфиксации размещенных изделий. Дверцы шкафов, полок должны закрываться плавно, без заеданий. Самопроизвольное их открывание при движении автомобиля скорой медицинской помощи не допускается. Открытые полки должны иметь бортики высотой не менее 20 мм); Шкаф для кислородных баллонов с двумя окнами просмотра данных манометра, с кронштейнами крепления для 2-х газовых баллонов объёмом 10 л, с двумя кислородными баллонами на 10 литров и с манометром; Газовый трубопровод под обшивкой медицинского салона, для кислородного баллона;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

14	100540013595	КҚ жобасына ескерту	Глубина 7 см. Вес аппарата 2,55 кг (без принадлежностей, с батареей). Вес батареи 250 гр. Габариты со специальными контейнерами для принадлежностей и чехлом: Высота 17 см, Ширина 57 см, Глубина 13 см. Температура окружающей среды для использования аппарата: в диапазоне -20 °C до +55 °C; Относительная влажность, ≤95 % (без конденсации). Цветной TFT-дисплей 5,7 дюйма с интерфейсом VGA с разрешением по горизонтали 640 пикселей, по вертикали 480 пикселей с видимой частью экрана: Ширина 11,52 см; Высота 8,64 см. Защита IP55 (пыле-и брызгозащита). Панель управления имеет брызгозащищенную клавиатуру. Батарея - заменяемая, перезаряжаемая, литий-ионная. Емкость батареи 5,7 А-час при номинальном напряжении 7,4 В, Время зарядки батареи: От 0 % до 80 % около 1,5 ч.; От 0 % до 90 % около 2 ч; От 0 % до 100 % около 3 ч. Время работы аппарата:	2026-06-23 12:12:27	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			Заводские настройки без режима энергосбережения (autoDim) - 7 ч; Инвертированные заводские настройки, нижний уровень яркости - 9,25 ч; Заводские настройки, активность ЭКГ - 6,75 ч; Заводские настройки, без подключенных принадлежностей - 7,25 ч. Не менее 225 разрядов на один полный заряд батареи с энергией 200 Дж. В комплект поставки входит: Специальный контейнер для закрепления на аппарате кабеля ЭКГ мониторинга; ЭКГ кабель – 1 шт.; Специально разработанное заводом производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съёма изделия «одной рукой», с встроенным в крепление разъёмом для зарядки. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

15	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Ввод в эксплуатацию, запуск всех агрегатов двигателя для полного его запуска. С поставляемым автотранспортным средством предоставление полного пакета документов: Паспорт транспортного средства; Электронную счет-фактуру Продавца с описанием товаров, указанием цены Товара, выписанный в соответствии с требованиями и сроками действующего налогового законодательства Республики Казахстан – оригинал; Накладную на отпуск запасов на сторону – оригинал; Руководство по эксплуатации; Одобрение типа транспортного средства ОТТС/ или СБКТС – копия, заверенная печатью Продавца. Документ о полноте платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов Иные документы в случаях, когда наличие такой документации предусмотрено законодательством и/или нормативно-технической документацией Республики	2026-06-23 12:16:25	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			Казахстан.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

16	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Время непрерывной работы на максимальной мощности 60 мин; Уровень шумности	2026-06-23 12:13:20	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			аспирации - 1 шт., Многоразовый сборник для аспирата – 1 шт., Контур аспирации - 1 шт., Запасной фильтр – 1шт., Кабель для подключения к автомобильной сети 12 В - 1шт., Защитная сумка -1 шт., Настенное крепление - 1шт., Зарядное устройство 220 вольт – 1шт., Плечевой ремень -1шт. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

17	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Автомобиль скорой медицинской помощи, должен быть оснащен следующим медицинским оборудованием: Аппаратом портативным управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких (контролируемая искусственная вентиляция легких для взрослых и детей с массой тела примерно от 10 кг, ассистируемая искусственная вентиляция легких для взрослых и детей с массой тела от 15 кг), расположенный на транспортной платформе с источником кислорода, с не менее чем двумя входами для рабочего газа для обеспечения непрерывной работы при переключении источников кислорода. Имеет: Комплект системы для ингаляции кислорода (маска и трубка универсальная для взрослых и детей) и одноразовый фильтр для дыхательного контура (для применения у детей и взрослых); Кислородный	2026-06-23 12:11:23	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			баллон с редуктором и манометром объемом 2 литра; Платформу для крепления модулей; Наборы масок, Защитную сумку с ремнем; Встроенную аккумуляторную батарею; Специально разработанное заводом-производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съёма изделия «одной рукой»; Возможность ассистируемого режима искусственной вентиляции; Возможность регулировки дыхательного объема, частоты, и максимального давления на вдохе; Цветовые коды-подсказки, помогающие выбирать параметры ИВЛ у пациентов различных возрастных групп; Стрелки-указатели на корпусе, подсказывающие последовательность действий при выборе параметров ИВЛ;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

18	100540013595	КҚ жобасына ескерту	Формирования врачом индивидуального словаря шаблонов синдромальных заключений для упрощения (убыстрения) процедуры корректировки результатов автоматической интерпретации; Сравнение нескольких ЭКГ одного пациента в динамике; Анализ вариабельности ритмов – наличие; Возможность сохранения ЭКГ в форматах PDF, JPG; Печать графиков ЭКГ в 12 отведениях, типичных кардиоциклов, отведения ритма, значений параметров ЭКГ и заключения врача; Свободное распространение программного обеспечения – бесплатная загрузка и обновление. Технические характеристики: Напряжение питания, В – от 2,1 до 3,6; Потребление от внутреннего источника питания 3 В, ВА –0,7; Габаритные размеры корпуса, мм – 72х135х24 (±10%); Масса (с батарейками и отводящими жгутами), кг –0,3(±10%); Диагональ дисплея, дюйм 4; Разрешение дисплея, пикс. 800х480; Скорость записи на	2026-06-23 12:15:09	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			термопринтере, мм/с 25,50; Ширина бумаги термопринтера, мм 57; Входные цепи комплекса защищены от воздействий импульсов дефибриллятора с энергией разряда до 400 Дж.; Устройство защиты от разряда дефибриллятора расположено внутри корпуса; Радиус действия Bluetooth при отсутствии препятствий, м – до 10; Время работы зависит от типа и емкости батарей, минимальное время работы при использовании батарей типа LR6 емкостью 2000mAh составляет 12 часов, или 40024-секундных ЭКГ обследований; Уровень заряда батарей отображается во время регистрации ЭКГ;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

19	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Дефибриллятором который обеспечивает: Наблюдение за пациентом; Измерение показателей жизнедеятельности; Проведение дефибрилляций у взрослых, детей и новорожденных. Имеются 2 режима дефибрилляции: AED и ручной режим. Функция мониторинга имеет 6 канальный ЭКГ. В режиме AED аппарат осуществляет поддержку пользователя путем автоматизированного анализа ЭКГ, речевых инструкций (настраивается) и включения метронома (настраивается). В случае, если после анализа ЭКГ дефибриллятор рекомендует подачу разряда, пользователь должен запустить дефибрилляционный разряд. В режиме ручного управления пользователь имеет полную свободу действий и принятия решений: Диапазон регулирования энергии разряда дефибриллятора от 1 до 200 Дж.; имеются электроды: corPatch easy для детей (одноразовые самоклеящиеся электроды) – 1 пара; Многоразовые электроды для	2026-06-23 12:12:05	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			дефибрилляции/кардиостимуляции для взрослых (утюжки - проводящая поверхность терапевтических электродов 53 см2) с кабелем – 1 пара. ЭКГ Отведения: 4-полюсный кабель ЭКГ-мониторинга I, II, III, aVR, aVL, aVF, -aVR. Отображение ЧСС 18 /мин - 300 /мин; Обнаружение ЧСС - Арифметическое усреднение последних 8 интервалов R-R, от 30 с до 5 с (от 18 /мин до 300 /мин); Отклонение ≤ ± 5 /мин или ≤ ± 5 %. Максимальная продолжительность задержки подачи сигнала тревоги, связанного с открепленией ЭКГ-электродов, составляет 30 с ±3 с. Габаритные размеры аппарата без специальных контейнеров для принадлежностей и мягкого чехла: Высота 17 см, Ширина 26 см,			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

20	100540013595	ҚҚ жобасына ескерту	Применение «облачной» интернет- технологии, обеспечивающей дистанционные консультации; Санкционированный доступ (по логину и паролю) пациентов/пользователей и неограниченного числа врачей к хранящимся на интернет-сервере ЭКГ; Отсутствие необходимости использования специализированных станций для приема ЭКГ и организации консультационно-диагностических мероприятий; Индикация заряда; Возможность организации дистанционного консультационного центра. Функциональные возможности телеэлектрокардиографа при съеме ЭКГ: Синхронный съем ЭКГ в 12 общепринятых отведениях; Автоматический контроль работоспособности электрокардиографа; Автоматический контроль качества наложения электродов; Автоматическая цифровая передача ЭКГ из УСИ в УСК через беспроводной интерфейс BlueTooth; Автоматическая цифровая передача ЭКГ из УСК на Кардиосервер средствами	2026-06-23 12:14:27	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			Internet; Получение и визуализация на дисплее УСК результатов автоматической обработки ЭКГ и заключения врача в течение 5-60 секунд; Получение и визуализация на дисплее УСК результатов автоматической обработки ЭКГ и заключения врача в течении 5-60 секунд; Сохранение исследований в энергонезависимой памяти с возможностью повторного вызова исследований для просмотра и передачи; Съем ЭКГ в режиме «захват участка»; Альтернативные режимы съема ЭКГ – 12 стандартных отведений, 4 с конечностей, 12 отведений Кабрера, 3 отведения по Небу;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

21	140640022812	ҚҚ жобасына ескерту	Автомобиль скорой медицинской службы, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе (далее класс В), должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Изучив конкурсную документацию нами было выявлено несоответствие авто по параметрам, габариты автомобиля скорой медицинской помощи класса В должна быть: Длина (от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок) /Ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола)/Высота (от поверхности пола до потолка в рабочих зонах) не менее мм: 2500/1600/1600. Далее, должна быть обеспечена возможность работы персонала со стороны головного конца носилок	2026-06-23 16:13:53	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			(медицинской тележки) с рабочей зоной не менее 750 мм с учетом открытого дверного проема, возможность доступа к пациенту для медицинских манипуляций слева и справа по всей длине носилок с шириной рабочей зоны не менее 240 мм. В связи с вышеизложенным, просим заменить авто.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№17994624

№ конкурса 17226510-1
Название конкурса Приобретение санитарного автотранспорта для КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-22 15:13:45 по 2026-06-24 15:13:45
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	100540013595	Замечание к КД	Дополнительно автомобиль должен быть оснащен: Светодиодной сигнально-громкоговорящей установкой; Повторителями спец сигналов; Двумя светодиодными маяками, на задней части крыши; Огнетушителем на 2 литра в кабине водителя; Огнетушителем на 2 литра в медицинском салоне; Тележкой-каталкой со специальным отсеком между ложем и основанием каталки, позволяющим разместить в нем спинальную доску, спинальной доской, бортиками, оборудованными механизмом, предохраняющим от застревания одеяла и обеспечения дополнительной безопасности пациента, механизмом, обеспечивающим возможность загрузки в машину одним оператором, регулируемой спинкой и ножным концом каталки, колёсами диаметром 200 мм., весом 36 ± 1 кг., грузоподъёмностью 170 кг., задними тормозами;	2026-06-23 12:10:48	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

						пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

2	100540013595	Замечание к КД	Набором реанимационным для оказания скорой медицинской помощи в чемодане, выполненным из алюминия и имеющим: Специально разработанное заводом производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съёма изделия «одной рукой»; Размер 52,6х40х20 см, Передвижные внутренние перегородки; Фиксаторы для орофаренгиальных воздуховодов и ампульные стойки; вес пустого чемодана 6,7 кг; Систему подачи кислорода (кислородный баллон объемом 2,0 л - 1штука; Редуктор с плавной регулировкой потока в диапазоне от 3 до 15 л/мин –1 штука; Одноразовая трубка для подачи кислорода длиной 180 см –1 штука; Угловой соединительный штуцер –1 штука; Ремни для крепления кислородного баллона в количестве 2 штук); Механический ручной отсос для взрослых и детей, максимальный вакуум 0,75 бар (560 мм рт. ст.), состоящий	2026-06-23 12:13:38	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			из одноразового контейнера для аспирата (250 мл) - 1 шт., одноразового адаптера для аспирационного катетера - 1 шт., одноразового аспирационного катетера Fr 28 – 1 шт. и одноразового аспирационного катетера Fr 40 - 1 шт., ручного вакуумного насоса многоразового использования; Маски многоразовые (взрослая, детская, неонатальная) - по 1 шт.; Маска для ингаляции с трубкой - 1 шт.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

3	180740014575	Замечание к КД	Просим рассмотреть возможность корректировки требования «объем двигателя не менее 3,5 л» на «рабочий объем двигателя не менее 3470 см³». Данное предложение направлено на исключение неоднозначного толкования технической характеристики. На практике производители транспортных средств указывают рабочий объем двигателя в кубических сантиметрах, при этом коммерческое обозначение двигателя может отличаться от его фактического рабочего объема. Указание параметра в см³ позволит объективно оценивать соответствие предлагаемых транспортных средств требованиям технической спецификации, исключить спорные вопросы при рассмотрении заявок и обеспечить равные условия для всех потенциальных поставщиков.	2026-06-23 13:12:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваше замечание относительно корректировки требования технической спецификации «объем двигателя не менее 3,5 л» на «рабочий объем двигателя не менее 3470 см³», сообщаем, что доводы, изложенные в обращении, являются обоснованными. В целях исключения неоднозначного толкования технической характеристики, обеспечения объективной оценки соответствия предлагаемых транспортных средств требованиям технической спецификации, а также создания равных условий для всех потенциальных поставщиков Заказчиком будет внесено соответствующее изменение в конкурсную документацию. Требование «объем двигателя не менее 3,5 л» будет изложено в следующей редакции: «рабочий объем двигателя не менее 3470 см³».

4	100540013595	Замечание к КД	Доводим до Вашего сведения, что на территории Республики Казахстан осуществляют деятельность отечественные предприятия, производящие автомобильную технику, соответствующую требованиям действующего законодательства и способные обеспечить поставку техники, являющейся предметом данной закупки. В частности, ТОО «СарыаркаАвтоПром» является таковым казахстанским производителем автомобильной техники и выражает заинтересованность в участии в указанной закупке. В целях обеспечения добросовестной конкуренции, расширения круга потенциальных поставщиков, а также создания условий для участия казахстанских товаропроизводителей просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию путем корректировки следующих технических характеристик: (Объем предлагаемой информации превышает допустимый лимит одного сообщения, в	2026-06-23 12:08:42	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			связи с чем предложения по корректировке технической спецификации будут направлены дополнительно в последующих обращениях.)			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

5	100540013595	Замечание к КД	Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи должно соответствовать следующим параметрам: Медицинский салон должен иметь термо-шумо-виброизоляцией потолка и стен; армированим кузова для закрепления приборов и медицинского оборудования; ребрами жесткости для усиления несущего каркаса кузова фургона; все швы и стыки кузова фургона должны проходить антикоррозийную обработку специальной краской; Все материалы и покрытия, применяемые в медицинском салоне, должны быть устойчивыми к моющее-дезинфицирующим средствам, рекомендованным для дезинфекционной обработки поверхностей; Материалы, используемые для отделки панелей салона, должны быть светлых тонов; Пол медицинского салона должен иметь водонепроницаемое, антистатическое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющее дезинфицирующих средств напольное покрытие, с	2026-06-23 12:09:22	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			гидроизоляцией всех швов, устойчивым к воздействию моющих-дезинфицирующих средств; Перегородка между кабиной и медицинским салоном должна быть оборудована сдвижным окном или дверным проемом со сдвижной дверью;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

6	100540013595	Замечание к КД	Медицинский салон должен быть оснащен: Интеркомом (внутренней аудиосвязью с водителем);поручнем сдвижной двери; Потолочным леер-порученем, с двумя кронштейнами для инфузионной системы, расположенным вдоль приемного устройства: Потолочным вентиляционно-аварийным люком (используется в качестве аварийного выхода): Фильтр-вентиляционной установкой; Электрообогревателем стояночным на 220В, не менее 1шт; Автономным отопителем, мощностью не менее 2кВт, не менее 1шт; Жидкостным отопителем, работающий от штатной системы охлаждения двигателя, мощностью, не более 8 кВт, не менее1шт; Кондиционером медицинского салона с регулировкой температуры; Устройствами индивидуальной дезинфекции: умывальником с электронасосом подачи воды, встроенными бачками для чистой и использованной воды, диспенсером для дезинфицирования рук,	2026-06-23 12:09:48	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			полотенцедержателем для бумажных полотенец, мусоросборником (для использованных бумажных полотенец); Электрооборудованием и освещением: Светодиодными потолочными лампами длинного типа, точечным светильником над поверхностью носилок; освещение над столешницей, светильником освещения прилегающей территории сдвижной и задних дверей: электрическими розетками на12В, для питания медицинского оборудования расположенными в области центра левого борта – не менее 4 шт, электрическими розетками на 220В для питания медицинского оборудования расположенными в области центра левого борта,- не менее 2 шт, Преобразователем напряжения 220/12В (12/220В) с функцией подзарядки, электрической розетка на 220 В, расположенной по центру правого борта, для питания медицинского оборудования не менее- 1шт., кабелем ввода электропитания внешней сети 220В			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

			(15метров), Электрической розеткой на 220В, для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона расположенной по левому борту -не менее 1шт; дополнительной аккумуляторной батареей на 12 В., панелью управления электрооборудованием медицинского салона, кислородными розетками, регулятором давления кислорода.			установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

7	100540013595	Замечание к КД	Время передачи электрокардиограммы из памяти смартфона/планшета на кардиосервер и получения автоматического заключения на дисплей смартфона/планшета, с – от 5 до 90 (зависит от качества мобильной связи); Контроль качества наложения электродов; Электропитание автономное; Индикация ресурса внутренних источников питания. Имеет набор программных фильтров – сетевой наводки, дрейфа, тремора. Пользователь имеет возможность включать и отключать фильтры. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки. Гарантия на термопринтер и планшет - 1 год с даты ввода в эксплуатацию. Медицинское оборудование должно сопровождается следующими разрешительными документами: регистрационным удостоверением, сертификатом соответствия, паспортом на медицинское оборудование. Гарантия на автомобиль составляет 36 месяцев или	2026-06-23 12:15:38	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			100 000 км, что наступит ранее (согласно, гарантийной политики Продавца). Гарантия на конверсию составляет 12 месяцев или 30 000 км, что наступит ранее (согласно, гарантийной политики Продавца). Гарантия сервисного обслуживания и ремонта медицинского оборудования составляет: не менее 37 месяцев. Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров): Ввод в эксплуатацию, запуск всех агрегатов двигателя для полного его запуска.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

8	100540013595	Замечание к КД	Автомобиль скорой медицинской службы, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на до госпитальном этапе, должен соответствовать техническим параметрам: Автомобиль новый (без пробега) не ранее 2026 года выпуска. Цвет автомобиля должен быть желтым. Двигатель автомобиля должен быть, четырехтактным, бензиновым, с принудительным зажиганием; Объем двигателя, должен быть не менее 1997 см3; Мощность двигателя должна быть не менее 130 кВт; Тормозная система должна быть двухконтурной гидравлической с вакуумным усилителем, системой ABS и EBD; Передние тормоза, дисковые; Задние тормоза дисковые; Внешние габаритные размеры автомобиля (д/ш/в), должны быть не менее 5990х2098х2645; Колесная база должна быть, не менее 3570 мм;	2026-06-23 12:09:05	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			Передняя подвеска должна быть независимой, пружинной, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; Задняя подвеска должна быть зависимой, рессорной, с гидравлическими телескопическими амортизаторами; Рулевое управление должно быть с гидравлическим усилением; Трансмиссия должна быть механической, не менее 6-ти ступенчатой:			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

9	100540013595	Замечание к КД	Комплексом для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, который имеет функции: Регистрация ЭКГ в 12 стандартных отведениях; Автоматические измерения и интерпретацию ЭКГ на уровне врача высокой квалификации; Создание электронного архива ЭКГ пациентов медицинского учреждения; Дистанционную передачу ЭКГ в электронный архив; Санкционированный доступ врачей к архиву ЭКГ со своих рабочих компьютеров; Дистанционные консультации фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник в крупных медицинских учреждениях; Выдачу комплексов пациентам в целях выявления редких аритмий, определения причин болей и предобморочных состояний; Идентификацию пациента по штрих коду, с помощью ПО установленного на смартфоне/планшете для дальнейшего хранения и мониторинга динамики пациента; Высокая точность ЭКГ,	2026-06-23 12:14:08	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			обусловленная цифровой передачей данных; Проведение анализа ЭКГ по телефону; Специальная программа для исследования ЭКГ детей; Полнота и соответствие языка электрокардиографических заключений комплекса перечню заключений, используемых при врачебной интерпретации ЭКГ;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

10	100540013595	Замечание к КД	Систему тревог на случай разъединения дыхательного контура, внезапного повышения давления в дыхательном контуре, критического снижения давления в кислородном баллоне, отсутствия спонтанных вдохов у пациента при вспомогательном режиме вентиляции, сбоях системы управления аппаратом. Для обеспечения своей работы аппарат не расходует кислород. Имеет систему экономичности расходования кислорода: при включении подсоса воздуха подаваемая концентрация кислорода составляет от 55% до 85% при дыхательном давлении 10 мбар. Рабочее давление в диапазоне 2,7 - 6,0 бар, минимальное требуемое количество газа 70л/мин О2, частота дыхания в диапазоне - 5-40 мин, минутный объем в диапазоне 3-20 л/мин, объем вдоха в диапазоне 75-4000мл, максимальное дыхательное давление 20-60 мбар, соотношение времени вдоха/выдоха 1:1,67, при ассистируемой искусственной	2026-06-23 12:11:41	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			вентиляции легких - 1:1 - 1:2,33 переменно, электропитание осуществляется литиевой батареей 3,6В, 5,2Ач. Батарея не требует обслуживания во время всего периода эксплуатации. Аппарат имеет: Защиту от воды со степенью IP24; Габариты 465х295х145 мм; вес 11 кг. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

11	100540013595	Замечание к КД	Печать ЭКГ на термопринтере с УСИ; Печать на принтере с ПК; Свободное распространение программного обеспечения – бесплатная загрузка и обновление его с сайта производителя. Функциональные возможности программного обеспечения кардиосервер: Автоматическая интерпретация ЭКГ; Автоматический прием ЭКГ от неограниченного числа пользователей; Автоматическое измерение амплитудно-временных параметров ЭКГ; Автоматическое формирование ЭКГ-заключения по ритму и форме предсердно-желудочковых комплексов в терминах «норма-отклонение от нормы-патология»; Автоматическое формирование синдромального электрокардиографического заключения; Немедленная передача в УСК результатов автоматической обработки ЭКГ; Ведение электронного архива ЭКГ; Организация неограниченного числа личных кабинетов для каждого врача и пациента; Обеспечение при помощи подключенных к	2026-06-23 12:14:46	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			интернету компьютеров санкционированного доступа к результатам автоматической обработки ЭКГ неограниченному числу врачей. Функциональные возможности программного обеспечения рабочего места врача на подключенном к сети Интернет - компьютере Заказчика: Регистрация врачей и пациентов, сохранение ведение базы данных пациентов; Санкционированный доступ неограниченного числа врачей к результатам обработки всех снятых ЭКГ посредством облачного кардиосервера с целью их расшифровки, а также организации многосторонних дистанционных консультаций; Визуализация результатов обработки снятой ЭКГ; Просмотр и измерение элементов ЭКГ в интерактивном режиме на экране монитора; Корректировка компьютерного заключения с сохранением в архиве следа произведенных изменений (формирование врачебного заключения по ЭКГ);			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

12	100540013595	Замечание к КД	Транспортным электроотсасывателем, который имеет: Габариты 370х277х146 мм; Вес в сборе 4,7 кг; Объем сборника для аспирата 1000 мл; Специально разработанное заводом производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съёма изделия «одной рукой», с встроенным в крепление разъёмом для зарядки; Возможность применения с многоразовыми сборниками, возможность применения с одноразовыми сборниками; Мощность аспирации на входе аппарата (без резервуарной системы) при -0,8 бар 34 л/мин ±4л/мин, Мощность аспирации на входе многоразовой резервуарной системы при -0,8бар 30 л/мин ±3л/мин; Максимальное разрежение -0,8 бар; Максимальная потребляемая мощность 45 Вт; Электропитание 12 В, постоянный ток; Максимальное потребление энергии 3,8 А; Степень защиты от проникновения твердых посторонних веществ,	2026-06-23 12:13:04	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			пыли и вредного воздействия воды IP34D; Диапазон температур эксплуатации от -5°С до + 50°С; Диапазон температур хранения от –40 °С до +70 °С.; Литий-ионный тип аккумулятора; Номинальная емкость аккумулятора 4,3 А/ч; Возможность зарядки от автомобильной сети; Время зарядки аккумулятора - до 80% - 2 ч 40 мин; Энергосберегающий режим работы;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

13	100540013595	Замечание к КД	В медицинском салоне должны быть установлены: Кресло по правому борту медицинского салона, с 3-х точечным ремнём безопасности поворотное к приемному устройству, с откидной подушкой; Кресло поворотное (360 градусов) в головной части носилок с регулируемой спинкой, откидными подлокотниками, с 3-х точечным инерционным ремнем безопасности; с двумя откидывающимися подлокотниками; Скамья-рундук по правому борту с откидной крышкой и поясничной подушкой; Шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей; Стойка и стеллаж для крепления медицинского оборудования левого борта с отбортовкой. (Края открытых поверхностей полок должны быть закругленными. Встроенная мебель салона (шкафы, полки, антресоли, стеллажи) должна быть надежно прикреплена к силовым элементам кузова. Она должна	2026-06-23 12:10:31	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			иметь элементы крепления для переносных изделий, обеспечивающие легкость и удобство фиксации и расфиксации размещенных изделий. Дверцы шкафов, полок должны закрываться плавно, без заеданий. Самопроизвольное их открывание при движении автомобиля скорой медицинской помощи не допускается. Открытые полки должны иметь бортики высотой не менее 20 мм); Шкаф для кислородных баллонов с двумя окнами просмотра данных манометра, с кронштейнами крепления для 2-х газовых баллонов объёмом 10 л, с двумя кислородными баллонами на 10 литров и с манометром; Газовый трубопровод под обшивкой медицинского салона, для кислородного баллона;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

14	100540013595	Замечание к КД	Глубина 7 см. Вес аппарата 2,55 кг (без принадлежностей, с батареей). Вес батареи 250 гр. Габариты со специальными контейнерами для принадлежностей и чехлом: Высота 17 см, Ширина 57 см, Глубина 13 см. Температура окружающей среды для использования аппарата: в диапазоне -20 °C до +55 °C; Относительная влажность, ≤95 % (без конденсации). Цветной TFT-дисплей 5,7 дюйма с интерфейсом VGA с разрешением по горизонтали 640 пикселей, по вертикали 480 пикселей с видимой частью экрана: Ширина 11,52 см; Высота 8,64 см. Защита IP55 (пыле-и брызгозащита). Панель управления имеет брызгозащищенную клавиатуру. Батарея - заменяемая, перезаряжаемая, литий-ионная. Емкость батареи 5,7 А-час при номинальном напряжении 7,4 В, Время зарядки батареи: От 0 % до 80 % около 1,5 ч.; От 0 % до 90 % около 2 ч; От 0 % до 100 % около 3 ч. Время работы аппарата:	2026-06-23 12:12:27	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			Заводские настройки без режима энергосбережения (autoDim) - 7 ч; Инвертированные заводские настройки, нижний уровень яркости - 9,25 ч; Заводские настройки, активность ЭКГ - 6,75 ч; Заводские настройки, без подключенных принадлежностей - 7,25 ч. Не менее 225 разрядов на один полный заряд батареи с энергией 200 Дж. В комплект поставки входит: Специальный контейнер для закрепления на аппарате кабеля ЭКГ мониторинга; ЭКГ кабель – 1 шт.; Специально разработанное заводом производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съёма изделия «одной рукой», с встроенным в крепление разъёмом для зарядки. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

15	100540013595	Замечание к КД	Ввод в эксплуатацию, запуск всех агрегатов двигателя для полного его запуска. С поставляемым автотранспортным средством предоставление полного пакета документов: Паспорт транспортного средства; Электронную счет-фактуру Продавца с описанием товаров, указанием цены Товара, выписанный в соответствии с требованиями и сроками действующего налогового законодательства Республики Казахстан – оригинал; Накладную на отпуск запасов на сторону – оригинал; Руководство по эксплуатации; Одобрение типа транспортного средства ОТТС/ или СБКТС – копия, заверенная печатью Продавца. Документ о полноте платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов Иные документы в случаях, когда наличие такой документации предусмотрено законодательством и/или нормативно-технической документацией Республики	2026-06-23 12:16:25	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			Казахстан.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

16	100540013595	Замечание к КД	Время непрерывной работы на максимальной мощности 60 мин; Уровень шумности	2026-06-23 12:13:20	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			аспирации - 1 шт., Многоразовый сборник для аспирата – 1 шт., Контур аспирации - 1 шт., Запасной фильтр – 1шт., Кабель для подключения к автомобильной сети 12 В - 1шт., Защитная сумка -1 шт., Настенное крепление - 1шт., Зарядное устройство 220 вольт – 1шт., Плечевой ремень -1шт. Гарантия на аккумуляторную батарею - 6 месяцев с даты поставки.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

17	100540013595	Замечание к КД	Автомобиль скорой медицинской помощи, должен быть оснащен следующим медицинским оборудованием: Аппаратом портативным управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких (контролируемая искусственная вентиляция легких для взрослых и детей с массой тела примерно от 10 кг, ассистируемая искусственная вентиляция легких для взрослых и детей с массой тела от 15 кг), расположенный на транспортной платформе с источником кислорода, с не менее чем двумя входами для рабочего газа для обеспечения непрерывной работы при переключении источников кислорода. Имеет: Комплект системы для ингаляции кислорода (маска и трубка универсальная для взрослых и детей) и одноразовый фильтр для дыхательного контура (для применения у детей и взрослых); Кислородный	2026-06-23 12:11:23	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			баллон с редуктором и манометром объемом 2 литра; Платформу для крепления модулей; Наборы масок, Защитную сумку с ремнем; Встроенную аккумуляторную батарею; Специально разработанное заводом-производителем крепление, обеспечивающее размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съёма изделия «одной рукой»; Возможность ассистируемого режима искусственной вентиляции; Возможность регулировки дыхательного объема, частоты, и максимального давления на вдохе; Цветовые коды-подсказки, помогающие выбирать параметры ИВЛ у пациентов различных возрастных групп; Стрелки-указатели на корпусе, подсказывающие последовательность действий при выборе параметров ИВЛ;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

18	100540013595	Замечание к КД	Формирования врачом индивидуального словаря шаблонов синдромальных заключений для упрощения (убыстрения) процедуры корректировки результатов автоматической интерпретации; Сравнение нескольких ЭКГ одного пациента в динамике; Анализ вариабельности ритмов – наличие; Возможность сохранения ЭКГ в форматах PDF, JPG; Печать графиков ЭКГ в 12 отведениях, типичных кардиоциклов, отведения ритма, значений параметров ЭКГ и заключения врача; Свободное распространение программного обеспечения – бесплатная загрузка и обновление. Технические характеристики: Напряжение питания, В – от 2,1 до 3,6; Потребление от внутреннего источника питания 3 В, ВА –0,7; Габаритные размеры корпуса, мм – 72х135х24 (±10%); Масса (с батарейками и отводящими жгутами), кг –0,3(±10%); Диагональ дисплея, дюйм 4; Разрешение дисплея, пикс. 800х480; Скорость записи на	2026-06-23 12:15:09	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			термопринтере, мм/с 25,50; Ширина бумаги термопринтера, мм 57; Входные цепи комплекса защищены от воздействий импульсов дефибриллятора с энергией разряда до 400 Дж.; Устройство защиты от разряда дефибриллятора расположено внутри корпуса; Радиус действия Bluetooth при отсутствии препятствий, м – до 10; Время работы зависит от типа и емкости батарей, минимальное время работы при использовании батарей типа LR6 емкостью 2000mAh составляет 12 часов, или 40024-секундных ЭКГ обследований; Уровень заряда батарей отображается во время регистрации ЭКГ;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

19	100540013595	Замечание к КД	Дефибриллятором который обеспечивает: Наблюдение за пациентом; Измерение показателей жизнедеятельности; Проведение дефибрилляций у взрослых, детей и новорожденных. Имеются 2 режима дефибрилляции: AED и ручной режим. Функция мониторинга имеет 6 канальный ЭКГ. В режиме AED аппарат осуществляет поддержку пользователя путем автоматизированного анализа ЭКГ, речевых инструкций (настраивается) и включения метронома (настраивается). В случае, если после анализа ЭКГ дефибриллятор рекомендует подачу разряда, пользователь должен запустить дефибрилляционный разряд. В режиме ручного управления пользователь имеет полную свободу действий и принятия решений: Диапазон регулирования энергии разряда дефибриллятора от 1 до 200 Дж.; имеются электроды: corPatch easy для детей (одноразовые самоклеящиеся электроды) – 1 пара; Многоразовые электроды для	2026-06-23 12:12:05	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			дефибрилляции/кардиостимуляции для взрослых (утюжки - проводящая поверхность терапевтических электродов 53 см2) с кабелем – 1 пара. ЭКГ Отведения: 4-полюсный кабель ЭКГ-мониторинга I, II, III, aVR, aVL, aVF, -aVR. Отображение ЧСС 18 /мин - 300 /мин; Обнаружение ЧСС - Арифметическое усреднение последних 8 интервалов R-R, от 30 с до 5 с (от 18 /мин до 300 /мин); Отклонение ≤ ± 5 /мин или ≤ ± 5 %. Максимальная продолжительность задержки подачи сигнала тревоги, связанного с открепленией ЭКГ-электродов, составляет 30 с ±3 с. Габаритные размеры аппарата без специальных контейнеров для принадлежностей и мягкого чехла: Высота 17 см, Ширина 26 см,			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

20	100540013595	Замечание к КД	Применение «облачной» интернет- технологии, обеспечивающей дистанционные консультации; Санкционированный доступ (по логину и паролю) пациентов/пользователей и неограниченного числа врачей к хранящимся на интернет-сервере ЭКГ; Отсутствие необходимости использования специализированных станций для приема ЭКГ и организации консультационно-диагностических мероприятий; Индикация заряда; Возможность организации дистанционного консультационного центра. Функциональные возможности телеэлектрокардиографа при съеме ЭКГ: Синхронный съем ЭКГ в 12 общепринятых отведениях; Автоматический контроль работоспособности электрокардиографа; Автоматический контроль качества наложения электродов; Автоматическая цифровая передача ЭКГ из УСИ в УСК через беспроводной интерфейс BlueTooth; Автоматическая цифровая передача ЭКГ из УСК на Кардиосервер средствами	2026-06-23 12:14:27	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			Internet; Получение и визуализация на дисплее УСК результатов автоматической обработки ЭКГ и заключения врача в течение 5-60 секунд; Получение и визуализация на дисплее УСК результатов автоматической обработки ЭКГ и заключения врача в течении 5-60 секунд; Сохранение исследований в энергонезависимой памяти с возможностью повторного вызова исследований для просмотра и передачи; Съем ЭКГ в режиме «захват участка»; Альтернативные режимы съема ЭКГ – 12 стандартных отведений, 4 с конечностей, 12 отведений Кабрера, 3 отведения по Небу;			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

21	140640022812	Замечание к КД	Автомобиль скорой медицинской службы, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе (далее класс В), должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Изучив конкурсную документацию нами было выявлено несоответствие авто по параметрам, габариты автомобиля скорой медицинской помощи класса В должна быть: Длина (от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок) /Ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола)/Высота (от поверхности пола до потолка в рабочих зонах) не менее мм: 2500/1600/1600. Далее, должна быть обеспечена возможность работы персонала со стороны головного конца носилок	2026-06-23 16:13:53	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение относительно технической спецификации по закупке автомобиля скорой медицинской помощи, сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана и утверждена КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ города Алматы исходя из фактической потребности Заказчика, особенностей оказания экстренной медицинской помощи населению, требований безопасности пациентов и медицинского персонала, а также необходимости обеспечения непрерывного функционирования службы скорой медицинской помощи. При формировании технической спецификации Заказчиком были определены минимально необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, включая требования к автомобилю скорой медицинской помощи, медицинскому салону, медицинскому оборудованию, средствам транспортировки

			(медицинской тележки) с рабочей зоной не менее 750 мм с учетом открытого дверного проема, возможность доступа к пациенту для медицинских манипуляций слева и справа по всей длине носилок с шириной рабочей зоны не менее 240 мм. В связи с вышеизложенным, просим заменить авто.			пациентов, телемедицинским системам, гарантийному обслуживанию и сопутствующим услугам. Указанные требования направлены исключительно на обеспечение надлежащего уровня оснащения автомобиля скорой медицинской помощи и выполнения возложенных на службу скорой медицинской помощи задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению. При этом техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование производителя либо иные характеристики, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. Сообщаем также, что сам по себе факт наличия на территории Республики Казахстан производителя автомобильной техники не является основанием для изменения технической спецификации либо исключения

						установленных Заказчиком требований, если такие требования обусловлены потребностью Заказчика и не противоречат законодательству Республики Казахстан. В представленном обращении отсутствуют сведения и доказательства того, что установленные технические характеристики нарушают требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках либо приводят к ограничению конкуренции. В связи с изложенным вопрос о внесении изменений в техническую спецификацию может быть рассмотрен Заказчиком после поступления конкретных предложений по каждому пункту технической спецификации с соответствующим техническим и правовым обоснованием. На текущем этапе основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).