DIAGAL

Товарищество с ограниченной ответственностью «Диагаль»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ договора SS0240002522/260100/00 от 11.06.2026 «1» июля 2026 г.

Код инженера:	RK	Номер и дата подачи заявки		Время прибытия	Время убытия	Затраченное время
				11.00	12.00	1.00

Организация здравоохранения: ЕМП на ПХВ „АОССМП" УЗ Атырауской обл.
Отделение:
Город: Атырау
Адрес: Смаилова 14а

Медицинская техника: Гарантийное ☐ Пост-гарантийное ☑ Стороннее ☐	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Ti500 GT	HC 13219	2019

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☑	☑	☑	☑	☑	☑

Визуальный осмотр аппарата на наличие физических повреждений.
Проверка программного обеспечения и режимов работы.
Проверка периферийного оборудования (датчики, модули и др.).
Проверка электронных компонентов.
Проверка датчиков O2, CO2, потока, клапанов вдох и выдох, клапанов кислорода и сжатого воздуха, дипслея и системы сигнализации.
Профилактические работы.

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)
Батарея, RB с функцией подзарядки 2шт	комплект	1	
Датчик кислорода	шт	1	
многоразовый контур для Ti500 GT	шт	1	

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

Комментарии/техническое заключение: Провел ПТО с заменой вышеуказ. зап. частей. Аппарат в рабочем сост.
Необходимо к приобретению: рукав, матрас, фильтр, дых. блок, для комфортной и безопасной работы с кувезом.

Представитель организации здравоохранения:	Представитель поставщика услуг
Сереседаев Д. А	Серв инж Керимханов Р.К.
(должность) (Ф.И.О. (при его наличии))	(должность) (Ф.И.О. (при его наличии))
«07» 07 2026 г.	«1» июля 2026 г.
М.П.	М.П.

Наследок сидим

Республика Казахстан г. Астана. мкр. Юго-Восток, ул. Жанкент, 88
тел./факс:+ 7 717 2 54-02-24 , 54-00-22 e-mail: diagal_astana@mail.ru
Лицензия №12003932 от 28 мая 2012 года.