Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18038418

Конкурстың № 17260255-1
Конкурстың атауы "Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Атырау облыстық онкология диспансері" ШЖҚ КМК үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-29 18:26:08 дейін 2026-07-02 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170740016123	ҚҚ жобасына ескерту	Нарушения ограничивают круг участников конкурса и нарушают принципы добросовестной конкуренции и эффективного расходования бюджетных средств, допускают поставку оборудования без разрешительных документов в области здравоохранения установленных и обозначенных в Статье 19 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI, Статье 5, пунктах 3 и 4 Статьи 12 Закона РК от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках». НАРУШЕНИЕ № 1. п. 1.4.1 ТС — Входное давление дожимного компрессора «не более 0,0 бар» — физически некорректный параметр Техническая спецификация требует от безмасляного дожимного кислородного компрессора (для увеличения давления в ресивере) входное давление «не более 0,0 бар». Данный компрессор расположен после VPSA-генератора кислорода (п.	2026-07-02 08:38:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечания потенциального поставщика, сообщаем, что основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. Техническая спецификация сформирована в соответствии с фактической потребностью Заказчика, требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и не содержит технических противоречий, а также требований, необоснованно ограничивающих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. 1. Безмасляный дожимной кислородный компрессор, предназначенный для повышения давления кислорода в кислородном ресивере, должен обеспечивать работу при входном давлении не более 0,0 бар и создавать выходное давление не менее 10 бар. Указанный параметр характеризует способность компрессора осуществлять работу при отсутствии избыточного давления на входе с последующим повышением давления до требуемого

			1.3 ТС), который подаёт газ под избыточным давлением. При этом в п. 1.1 ТС прямо указано, что рабочее давление воздушного компрессора низкого давления составляет «не более 0,5 бар». Кислород поступает на вход дожимного компрессора именно от генератора — следовательно, входное давление дожимного компрессора не может быть ниже давления на выходе генератора (≥0,3–0,5 бар). Требование «не более 0,0 бар» означает вакуум или атмосферное давление на входе, что в данной технологической схеме физически невозможно. Параметр в текущей редакции не соответствует реальной конструкции установки и не может быть выполнен ни одним участником конкурса. НАРУШЕНИЕ № 2. Срок поставки 16 календарных дней — физически невыполним с учётом объёма и характера закупаемого комплекса Техническая спецификация устанавливает срок поставки 16			значения. Таким образом, данная характеристика является технически корректной и соответствует функциональному назначению оборудования. 2. Вами неверно трактуются условия конкурсной документации, ошибочно полагая, что срок исполнения обязательств исчисляется с даты заключения договора. Вместе с тем технической спецификацией установлено, что поставка осуществляется в течение 16 календарных дней со дня заявки Заказчика, а не со дня заключения договора. Таким образом, установленный срок относится непосредственно к исполнению заявки Заказчика и не свидетельствует о необходимости изготовления, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию всего комплекса исключительно в течение 16 календарных дней после заключения договора. 3. Довод потенциального поставщика о том, что требование «вакуумный насос — не более 3 насосов» допускает поставку

			календарных дней, включающий не только поставку, но и монтаж, пусконаладку и обучение персонала. Закупаемый комплекс включает кислородную станцию, станцию сжатого воздуха, вакуумную станцию, 122 консоли КРП, манифолд, контрольно-распределительные и аварийные блоки, модульное здание, а также систему трубопроводов суммарной протяжённостью свыше 1 300 метров медных и стальных труб диаметром Ø8–Ø32 мм с более чем 2 400 единицами фитингов, муфт, отводов и тройников. Монтаж трубопроводов медицинских газов выполняется методом пайки твёрдым припоем и включает: разметку и прокладку трасс, пайку соединений, опрессовку, промывку и обезжиривание магистралей, испытание на герметичность и пусконаладку. Выполнить весь этот объём за 16 календарных дней физически невозможно при любой численности монтажного персонала. Дополнительно:			станции с одним или двумя насосами, основан на неверном толковании технической спецификации. Технической спецификацией установлено требование о поставке вакуумной станции, а не отдельного вакуумного насоса. При этом выражение «вакуумный насос — не более 3 насосов» определяет максимально допустимое количество насосов в составе вакуумной станции и не может рассматриваться изолированно от остальных требований технической спецификации. Производительность не менее 100 м³/ч относится к каждому вакуумному насосу, входящему в состав вакуумной станции. 4. Техническая спецификация не запрещает использование одного трехфазного асинхронного электродвигателя, оснащенного системой частотного регулирования (VFD) и предусматривающего возможность прямого пуска. 5. Выбор технологии VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) обусловлен потребностью

			кислородная станция на базе VPSA изготавливается под заказ и требует испытаний перед отгрузкой, что само по себе занимает несколько недель. Пренебрежение данной процедурой в условиях нереалистичного срока поставки создаёт риск ввода в эксплуатацию оборудования, не прошедшего надлежащий контроль качества, что для системы жизнеобеспечения медицинского учреждения может повлечь аварийные ситуации с тяжёлыми последствиями для пациентов и персонала. Минимальный реалистичный срок поставки данного комплекса с учётом производственного цикла, заводских испытаний, транспортировки, монтажа и пусконаладки составляет не менее 120–150 календарных дней. Заведомо невыполнимый срок в 16 дней фактически допускает к участию только организации, располагающие готовым складским оборудованием, в точности соответствующим данной ТС, что нарушает принцип			Заказчика в обеспечении непрерывной работы оборудования, высокой энергоэффективностью, увеличенным ресурсом эксплуатации, автоматизированным управлением технологическим процессом и стабильным получением кислорода с концентрацией не менее 93 % ± 3 %. Довод потенциального поставщика о том, что технология VPSA экономически целесообразна исключительно при производительности свыше 100 Нм³/ч, не подтвержден ссылками на нормативные документы, международные стандарты, технические регламенты. Указанное утверждение является оценочным суждением и не может рассматриваться как доказательство неправомерности требований технической спецификации. 6. Заказчик вправе самостоятельно определять состав закупаемого оборудования исходя из фактической потребности медицинской организации, технических решений, принятых на этапе подготовки закупки, а также

			добросовестной конкуренции (ст. 5 Закона № 106-VIII). НАРУШЕНИЕ № 3. п. 3 ТС — Требования к вакуумной станции сформулированы неопределённо и внутренне противоречиво Техническая спецификация устанавливает для вакуумной станции следующие требования: количество вакуумных насосов — не более 3; производительность — не менее 100 м³/ч; общая потребляемая мощность — не более 7 кВт. Данные требования содержат два самостоятельных дефекта формулировки. Первое: указание «не более 3 насосов» является ограничением сверху, а не минимальным требованием к составу станции. Это означает, что поставщик вправе установить 1 или 2 насоса без резервирования, что недопустимо для критически важного медицинского оборудования жизнеобеспечения. Корректная формулировка для обеспечения резервирования должна содержать «не менее» необходимого			необходимости обеспечения выполнения возложенных на оборудование функций. Утверждение потенциального поставщика о необходимости обязательного включения в состав комплекса манифольда CO_2 и манифольда заправки баллонов является необоснованным, поскольку потребность Заказчика не предусматривает организацию централизованной системы подачи углекислого газа. Следовательно, отсутствие в составе закупки оборудования, предназначенного для подачи CO_2, не свидетельствует о неполноте либо нефункциональности закупаемого комплекса. 7. Потенциальный поставщик неверно трактует требования технической спецификации, ошибочно отождествляя понятие «КРП на четыре газа» с обязательным наличием четырех различных видов медицинских газов. Технической спецификацией предусмотрена консоль реанимационно-палатная в составе четырех газовых точек подключения, а

			количества насосов. Второе: производительность «не менее 100 м³/ч» не определяет, является ли это параметром каждого отдельного насоса или суммарной производительностью всей станции. Если 100 м³/ч — суммарный показатель станции, требование выполнимо при мощности 7 кВт. Если 100 м³/ч — производительность каждого из насосов, то суммарная производительность станции составит 300 м³/ч, что при ограничении в 7 кВт технически недостижимо. Неопределённость ключевого параметра лишает участников конкурса возможности однозначно сформировать техническое предложение и корректно оценить соответствие своего оборудования требованиям ТС. НАРУШЕНИЕ № 4. п. 1.1 ТС — Требование к системе привода компрессора сформулировано неоднозначно и допускает взаимоисключающее толкование Техническая спецификация требует, чтобы система привода			именно: две точки подключения кислорода (O_2), одна точка подключения медицинского вакуума (VAC) и одна точка подключения медицинского воздуха (AIR). Такое исполнение соответствует функциональному назначению оборудования и потребностям Заказчика. 8. Потенциальный поставщик неверно трактует положения технической спецификации, необоснованно делая вывод об отсутствии гарантийных обязательств в отношении отдельных элементов закупаемого комплекса. Технической спецификацией предусмотрено, что поставляемое оборудование должно быть установлено, введено в эксплуатацию и обеспечено гарантийным сервисным обслуживанием сроком 24 месяца. При этом закупаемым предметом является единый комплекс системы лечебного газоснабжения, а не отдельные самостоятельные объекты закупки. 9. Согласно Правилам осуществления государственных закупок не

			безмасляного воздушного компрессора низкого давления была оснащена: «не менее одного трёхфазного асинхронного электродвигателя; не менее одного электродвигателя с частотным регулированием (VFD); не менее одного электродвигателя с прямым пуском». Данная формулировка допускает два взаимоисключающих толкования. Первое: речь идёт об одном электродвигателе, одновременно обладающем всеми тремя характеристиками — то есть асинхронном двигателе с VFD и возможностью прямого пуска. Второе: речь идёт о трёх отдельных двигателях с разными типами пуска в одном агрегате. В первом случае требование стандартно и выполнимо широким кругом поставщиков. Во втором — существенно сужает круг участников. Неоднозначность формулировки лишает участников конкурса возможности однозначно определить технические требования к оборудованию и корректно оценить			допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Предложение потенциального поставщика о включении в техническую спецификацию требования о представлении регистрационного удостоверения фактически направлено на установление дополнительного требования к участникам конкурса, что противоречит принципам государственных закупок и может привести к необоснованному ограничению конкуренции.
			соответствие своего предложения условиям закупки. НАРУШЕНИЕ № 5. Технология VPSA при производительности 20 Нм³/ч — экономически нецелесообразна и необоснованно сужает круг участников Техническая спецификация обязывает применять технологию VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) при производительности кислородной станции 20 Нм³/ч. Технология VPSA экономически обоснована при производительности от 100 Нм³/ч и выше ввиду высокой стоимости оборудования, более сложной инфраструктуры и повышенных требований к обслуживанию. При производительности 20 Нм³/ч общепринятым и повсеместно применяемым в медицинских учреждениях решением является технология PSA (Pressure Swing Adsorption), которая полностью обеспечивает требуемую чистоту кислорода (93%±3%) при существенно меньшей стоимости закупки и эксплуатации. Указание на			

			конкретную технологию VPSA без технического обоснования её необходимости при данной производительности необоснованно увеличивает стоимость кислородной станции и исключает из конкурса производителей PSA-оборудования, что нарушает принципы добросовестной конкуренции (ст. 5 Закона № 106-VIII). НАРУШЕНИЕ № 6. Состав комплекса неполный и нефункциональный: исключено оборудование, необходимое для работоспособности системы, при сохранении общей суммы закупки Настоящий конкурс № 17260255-1 является третьим по счёту объявлением на закупку комплекса централизованной подачи медицинских газов для КГП «Атырауский областной онкологический диспансер». Сумма закупки осталась неизменной по сравнению с предыдущими объявлениями. Однако состав комплекта поставки в текущей технической спецификации существенно изменён: из перечня оборудования			
			исключены позиции, присутствовавшие в предыдущих конкурсах. В частности, исключены: манифолд углекислого газа (CO_2), а также манифолд заправки баллонов. Исключение манифолда CO_2 влечёт упрощение комплектации консолей КРП и контрольно-распределительных блоков (КРБ): из их состава выпадают разъёмы, штуцеры и трубопровод для углекислого газа, что снижает функциональность оборудования. Для онкологического диспансера централизованная подача CO_2 является необходимым условием проведения лапароскопических операций — основного метода малоинвазивного доступа в онкохирургии при резекциях органов брюшной полости, малого таза и урологических вмешательствах. Отсутствие централизованной системы подачи CO_2 вынуждает операционный персонал работать с переносными баллонами, что создаёт операционные риски, не соответствует стандартам оснащения			

			онкологических учреждений и снижает пропускную способность операционных блоков. Исключение манифолда заправки баллонов при одновременном сохранении в составе закупки безмасляного дожимного кислородного компрессора высокого давления (п. 1.4.2 ТС, до 150 бар) делает систему нефункциональной: данный компрессор предназначен именно для заправки кислородных баллонов через манифолд, однако сам манифолд в поставку не включён. Оборудование для заправки баллонов без манифолда не может эксплуатироваться по назначению. Таким образом, при сохранении суммы закупки удорожание, вызванное применением технологии VPSA вместо PSA (см. Нарушение № 5), фактически покрыто за счёт исключения функционально необходимого оборудования. Заказчик получит неполный и частично неработоспособный комплекс по той же цене, что является нарушением принципа			
			эффективного расходования бюджетных средств (ст. 5 Закона № 106-VIII). НАРУШЕНИЕ № 7. п. 4 ТС — Наименование «КРП на четыре газа» не соответствует фактическому составу после исключения CO_2 из комплекта поставки Техническая спецификация описывает консоль реанимационно-палатную как «КРП на четыре газа (O_2, O_2, VAC, AIR)», при этом кислород (O_2) фигурирует в перечне дважды, а состав разъёмов включает только три газа: O_2, VAC, AIR. В предыдущих объявлениях на закупку аналогичного комплекса четвёртым газом являлся углекислый газ (CO_2), для которого в КРП предусматривались соответствующие разъёмы и штуцеры. В настоящей редакции ТС манифолд CO_2 исключён из состава поставки (см. Нарушение № 6), однако наименование КРП как «на четыре газа» осталось неизменным. Фактически КРП в текущей комплектации является трёхгазовой (O_2×2			

			разъёма + VAC + AIR), но не четырёхгазовой. Данное несоответствие свидетельствует о том, что техническая спецификация не была надлежащим образом переработана после изменения состава комплекта поставки. В текущей редакции наименование КРП вводит участников конкурса в заблуждение относительно фактического состава и комплектации поставляемого оборудования. НАРУШЕНИЕ № 8. п. 11 (Сопутствующие услуги) — Гарантийные обязательства установлены только для кислородной станции; остальные позиции комплекса без гарантии Согласно тексту ТС, гарантийное сервисное обслуживание и ремонт сроком 24 месяца предусмотрено исключительно для кислородной станции. Для остальных семи позиций комплекса — станции сжатого воздуха, вакуумной станции, консолей КРП (122 комплекта), кислородного манифолда, контрольно-распределительных блоков,			
			блоков аварийной сигнализации и модульного здания — гарантийные сроки и условия сервисного обслуживания в ТС не установлены. Отсутствие гарантийных требований к большей части закупаемого комплекса означает, что заказчик не может обеспечить надлежащее послепродажное обслуживание критически важной медицинской инфраструктуры, что противоречит принципу эффективного расходования бюджетных средств. НАРУШЕНИЕ № 9. ТС не содержит требования о наличии регистрационного удостоверения на закупаемое медицинское изделие Комплекс централизованной подачи медицинских газов является медицинским изделием, предназначенным для применения в медицинской практике. В соответствии со статьёй 19 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI, регистрационное удостоверение на			

			медицинское изделие является обязательным разрешительным документом в области здравоохранения. Регистрационное удостоверение подтверждает, что изделие прошло государственную экспертизу безопасности, качества и эффективности и разрешено к применению в медицинской практике на территории Республики Казахстан. Согласно пункта 3 статьи 12 Закона «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Техническая спецификация конкурса № 17260255-1 не содержит требования о предоставлении потенциальным поставщиком			
			регистрационного удостоверения МЗ РК на поставляемый комплекс или его компоненты, относящихся к медицинским изделиям. Отсутствие данного требования означает, что победитель конкурса может поставить оборудование, не прошедшее государственную регистрацию в Республике Казахстан и не допущенное к применению в медицинской практике. ТРЕБОВАНИЯ: 1. Внести изменения в конкурсную документацию по объявлению № 17260255-1 путем корректировки технической спецификации, исключив технически некорректные, взаимоисключающие и необоснованно ограничивающие конкуренцию требования, поскольку их наличие не соответствует принципам осуществления государственных закупок, установленным статьей 5, а также требованиям пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках». 2. Устранить выявленные			

			замечания (нарушения) в конкурсной документации объявления № 17260255-1: устранить выявленные технические противоречия в ТС; исключить необоснованное указание на технологию VPSA при производительности 20 Нм³/ч; восстановить в составе комплекса манифолд CO_2 и манифолд заправки баллонов; привести гарантийные требования в соответствие со всем составом закупаемого оборудования; устранить терминологическую некорректность в описании КРП; включить требование о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на поставляемое оборудование в соответствии с требованиями статьи 19 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI и пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках». 3. В случае не устранения указанных замечаний в			
			установленный законодательством срок оставляем за собой право обратиться в уполномоченный орган в сфере государственных закупок, а также в иные компетентные государственные органы с заявлением о проведении проверки на предмет соблюдения требований Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI, Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года №106-VIII «О государственных закупках» и оценки правомерности содержания конкурсной документации.			

2	100640006962	ҚҚ жобасына ескерту	Просим пересмотреть установленный срок поставки кислородной станции, составляющий 16 календарных дней, поскольку данный срок не соответствует технологическим особенностям изготовления, комплектации и поставки оборудования. Кислородная станция представляет собой сложный технологический комплекс, включающий, как правило, воздушные компрессоры, систему подготовки сжатого воздуха, осушители, фильтры, генератор кислорода (адсорбционные колонны PSA), ресиверы воздуха и кислорода, систему автоматического управления, контрольно-измерительные приборы, запорно-регулирующую арматуру, трубопроводную обвязку и иные комплектующие, предусмотренные технической спецификацией. Подобное оборудование, как правило, не является серийной складской продукцией в полностью готовой комплектации. Изготовление кислородной станции осуществляется путем	2026-07-01 15:33:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечания потенциального поставщика, сообщаем, что основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. Вами неверно трактуются условия конкурсной документации, ошибочно полагая, что срок исполнения обязательств исчисляется с даты заключения договора. Вместе с тем технической спецификацией установлено, что поставка осуществляется в течение 16 календарных дней со дня заявки Заказчика, а не со дня заключения договора. Таким образом, установленный срок относится непосредственно к исполнению заявки Заказчика и не свидетельствует о необходимости изготовления, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию всего комплекса исключительно в течение 16 календарных дней после заключения договора.

			подбора, комплектации и сборки отдельных узлов и агрегатов в соответствии с техническими требованиями заказчика. После завершения сборки оборудование проходит комплекс заводских приемо-сдаточных испытаний, включая проверку работоспособности всех систем, настройку автоматики, контроль параметров производительности, чистоты кислорода, давления и стабильности режима работы. Кроме того, срок поставки включает не только производственный цикл, но и время, необходимое для закупки комплектующих, проведения выходного контроля качества, упаковки оборудования, оформления сопроводительной технической документации, подготовки к транспортировке и непосредственно доставки до места поставки. Таким образом, установленный срок поставки в 16 календарных дней объективно не позволяет обеспечить полный цикл комплектации, сборки, испытаний и			
			поставки оборудования без ущерба для качества и надежности поставляемой продукции. Установление столь короткого срока поставки существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку фактически создает возможность участия только организаций, располагающих заранее изготовленным оборудованием, полностью соответствующим требованиям технической спецификации. В целях обеспечения добросовестной конкуренции, расширения круга потенциальных участников закупки и получения наиболее экономически выгодных предложений просим пересмотреть срок поставки.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18038418

№ конкурса 17260255-1
Название конкурса Государственные закупки для КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-29 18:26:08 по 2026-07-02 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170740016123	Замечание к КД	Нарушения ограничивают круг участников конкурса и нарушают принципы добросовестной конкуренции и эффективного расходования бюджетных средств, допускают поставку оборудования без разрешительных документов в области здравоохранения установленных и обозначенных в Статье 19 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI, Статье 5, пунктах 3 и 4 Статьи 12 Закона РК от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках». НАРУШЕНИЕ № 1. п. 1.4.1 ТС — Входное давление дожимного компрессора «не более 0,0 бар» — физически некорректный параметр Техническая спецификация требует от безмасляного дожимного кислородного компрессора (для увеличения давления в ресивере) входное давление «не более 0,0 бар». Данный компрессор расположен после VPSA-генератора кислорода (п.	2026-07-02 08:38:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечания потенциального поставщика, сообщаем, что основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. Техническая спецификация сформирована в соответствии с фактической потребностью Заказчика, требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и не содержит технических противоречий, а также требований, необоснованно ограничивающих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. 1. Безмасляный дожимной кислородный компрессор, предназначенный для повышения давления кислорода в кислородном ресивере, должен обеспечивать работу при входном давлении не более 0,0 бар и создавать выходное давление не менее 10 бар. Указанный параметр характеризует способность компрессора осуществлять работу при отсутствии избыточного давления на входе с последующим повышением давления до требуемого

			1.3 ТС), который подаёт газ под избыточным давлением. При этом в п. 1.1 ТС прямо указано, что рабочее давление воздушного компрессора низкого давления составляет «не более 0,5 бар». Кислород поступает на вход дожимного компрессора именно от генератора — следовательно, входное давление дожимного компрессора не может быть ниже давления на выходе генератора (≥0,3–0,5 бар). Требование «не более 0,0 бар» означает вакуум или атмосферное давление на входе, что в данной технологической схеме физически невозможно. Параметр в текущей редакции не соответствует реальной конструкции установки и не может быть выполнен ни одним участником конкурса. НАРУШЕНИЕ № 2. Срок поставки 16 календарных дней — физически невыполним с учётом объёма и характера закупаемого комплекса Техническая спецификация устанавливает срок поставки 16			значения. Таким образом, данная характеристика является технически корректной и соответствует функциональному назначению оборудования. 2. Вами неверно трактуются условия конкурсной документации, ошибочно полагая, что срок исполнения обязательств исчисляется с даты заключения договора. Вместе с тем технической спецификацией установлено, что поставка осуществляется в течение 16 календарных дней со дня заявки Заказчика, а не со дня заключения договора. Таким образом, установленный срок относится непосредственно к исполнению заявки Заказчика и не свидетельствует о необходимости изготовления, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию всего комплекса исключительно в течение 16 календарных дней после заключения договора. 3. Довод потенциального поставщика о том, что требование «вакуумный насос — не более 3 насосов» допускает поставку

			календарных дней, включающий не только поставку, но и монтаж, пусконаладку и обучение персонала. Закупаемый комплекс включает кислородную станцию, станцию сжатого воздуха, вакуумную станцию, 122 консоли КРП, манифолд, контрольно-распределительные и аварийные блоки, модульное здание, а также систему трубопроводов суммарной протяжённостью свыше 1 300 метров медных и стальных труб диаметром Ø8–Ø32 мм с более чем 2 400 единицами фитингов, муфт, отводов и тройников. Монтаж трубопроводов медицинских газов выполняется методом пайки твёрдым припоем и включает: разметку и прокладку трасс, пайку соединений, опрессовку, промывку и обезжиривание магистралей, испытание на герметичность и пусконаладку. Выполнить весь этот объём за 16 календарных дней физически невозможно при любой численности монтажного персонала. Дополнительно:			станции с одним или двумя насосами, основан на неверном толковании технической спецификации. Технической спецификацией установлено требование о поставке вакуумной станции, а не отдельного вакуумного насоса. При этом выражение «вакуумный насос — не более 3 насосов» определяет максимально допустимое количество насосов в составе вакуумной станции и не может рассматриваться изолированно от остальных требований технической спецификации. Производительность не менее 100 м³/ч относится к каждому вакуумному насосу, входящему в состав вакуумной станции. 4. Техническая спецификация не запрещает использование одного трехфазного асинхронного электродвигателя, оснащенного системой частотного регулирования (VFD) и предусматривающего возможность прямого пуска. 5. Выбор технологии VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) обусловлен потребностью

			кислородная станция на базе VPSA изготавливается под заказ и требует испытаний перед отгрузкой, что само по себе занимает несколько недель. Пренебрежение данной процедурой в условиях нереалистичного срока поставки создаёт риск ввода в эксплуатацию оборудования, не прошедшего надлежащий контроль качества, что для системы жизнеобеспечения медицинского учреждения может повлечь аварийные ситуации с тяжёлыми последствиями для пациентов и персонала. Минимальный реалистичный срок поставки данного комплекса с учётом производственного цикла, заводских испытаний, транспортировки, монтажа и пусконаладки составляет не менее 120–150 календарных дней. Заведомо невыполнимый срок в 16 дней фактически допускает к участию только организации, располагающие готовым складским оборудованием, в точности соответствующим данной ТС, что нарушает принцип			Заказчика в обеспечении непрерывной работы оборудования, высокой энергоэффективностью, увеличенным ресурсом эксплуатации, автоматизированным управлением технологическим процессом и стабильным получением кислорода с концентрацией не менее 93 % ± 3 %. Довод потенциального поставщика о том, что технология VPSA экономически целесообразна исключительно при производительности свыше 100 Нм³/ч, не подтвержден ссылками на нормативные документы, международные стандарты, технические регламенты. Указанное утверждение является оценочным суждением и не может рассматриваться как доказательство неправомерности требований технической спецификации. 6. Заказчик вправе самостоятельно определять состав закупаемого оборудования исходя из фактической потребности медицинской организации, технических решений, принятых на этапе подготовки закупки, а также

			добросовестной конкуренции (ст. 5 Закона № 106-VIII). НАРУШЕНИЕ № 3. п. 3 ТС — Требования к вакуумной станции сформулированы неопределённо и внутренне противоречиво Техническая спецификация устанавливает для вакуумной станции следующие требования: количество вакуумных насосов — не более 3; производительность — не менее 100 м³/ч; общая потребляемая мощность — не более 7 кВт. Данные требования содержат два самостоятельных дефекта формулировки. Первое: указание «не более 3 насосов» является ограничением сверху, а не минимальным требованием к составу станции. Это означает, что поставщик вправе установить 1 или 2 насоса без резервирования, что недопустимо для критически важного медицинского оборудования жизнеобеспечения. Корректная формулировка для обеспечения резервирования должна содержать «не менее» необходимого			необходимости обеспечения выполнения возложенных на оборудование функций. Утверждение потенциального поставщика о необходимости обязательного включения в состав комплекса манифольда CO_2 и манифольда заправки баллонов является необоснованным, поскольку потребность Заказчика не предусматривает организацию централизованной системы подачи углекислого газа. Следовательно, отсутствие в составе закупки оборудования, предназначенного для подачи CO_2, не свидетельствует о неполноте либо нефункциональности закупаемого комплекса. 7. Потенциальный поставщик неверно трактует требования технической спецификации, ошибочно отождествляя понятие «КРП на четыре газа» с обязательным наличием четырех различных видов медицинских газов. Технической спецификацией предусмотрена консоль реанимационно-палатная в составе четырех газовых точек подключения, а

			количества насосов. Второе: производительность «не менее 100 м³/ч» не определяет, является ли это параметром каждого отдельного насоса или суммарной производительностью всей станции. Если 100 м³/ч — суммарный показатель станции, требование выполнимо при мощности 7 кВт. Если 100 м³/ч — производительность каждого из насосов, то суммарная производительность станции составит 300 м³/ч, что при ограничении в 7 кВт технически недостижимо. Неопределённость ключевого параметра лишает участников конкурса возможности однозначно сформировать техническое предложение и корректно оценить соответствие своего оборудования требованиям ТС. НАРУШЕНИЕ № 4. п. 1.1 ТС — Требование к системе привода компрессора сформулировано неоднозначно и допускает взаимоисключающее толкование Техническая спецификация требует, чтобы система привода			именно: две точки подключения кислорода (O_2), одна точка подключения медицинского вакуума (VAC) и одна точка подключения медицинского воздуха (AIR). Такое исполнение соответствует функциональному назначению оборудования и потребностям Заказчика. 8. Потенциальный поставщик неверно трактует положения технической спецификации, необоснованно делая вывод об отсутствии гарантийных обязательств в отношении отдельных элементов закупаемого комплекса. Технической спецификацией предусмотрено, что поставляемое оборудование должно быть установлено, введено в эксплуатацию и обеспечено гарантийным сервисным обслуживанием сроком 24 месяца. При этом закупаемым предметом является единый комплекс системы лечебного газоснабжения, а не отдельные самостоятельные объекты закупки. 9. Согласно Правилам осуществления государственных закупок не

			безмасляного воздушного компрессора низкого давления была оснащена: «не менее одного трёхфазного асинхронного электродвигателя; не менее одного электродвигателя с частотным регулированием (VFD); не менее одного электродвигателя с прямым пуском». Данная формулировка допускает два взаимоисключающих толкования. Первое: речь идёт об одном электродвигателе, одновременно обладающем всеми тремя характеристиками — то есть асинхронном двигателе с VFD и возможностью прямого пуска. Второе: речь идёт о трёх отдельных двигателях с разными типами пуска в одном агрегате. В первом случае требование стандартно и выполнимо широким кругом поставщиков. Во втором — существенно сужает круг участников. Неоднозначность формулировки лишает участников конкурса возможности однозначно определить технические требования к оборудованию и корректно оценить			допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Предложение потенциального поставщика о включении в техническую спецификацию требования о представлении регистрационного удостоверения фактически направлено на установление дополнительного требования к участникам конкурса, что противоречит принципам государственных закупок и может привести к необоснованному ограничению конкуренции.
			соответствие своего предложения условиям закупки. НАРУШЕНИЕ № 5. Технология VPSA при производительности 20 Нм³/ч — экономически нецелесообразна и необоснованно сужает круг участников Техническая спецификация обязывает применять технологию VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) при производительности кислородной станции 20 Нм³/ч. Технология VPSA экономически обоснована при производительности от 100 Нм³/ч и выше ввиду высокой стоимости оборудования, более сложной инфраструктуры и повышенных требований к обслуживанию. При производительности 20 Нм³/ч общепринятым и повсеместно применяемым в медицинских учреждениях решением является технология PSA (Pressure Swing Adsorption), которая полностью обеспечивает требуемую чистоту кислорода (93%±3%) при существенно меньшей стоимости закупки и эксплуатации. Указание на			

			конкретную технологию VPSA без технического обоснования её необходимости при данной производительности необоснованно увеличивает стоимость кислородной станции и исключает из конкурса производителей PSA-оборудования, что нарушает принципы добросовестной конкуренции (ст. 5 Закона № 106-VIII). НАРУШЕНИЕ № 6. Состав комплекса неполный и нефункциональный: исключено оборудование, необходимое для работоспособности системы, при сохранении общей суммы закупки Настоящий конкурс № 17260255-1 является третьим по счёту объявлением на закупку комплекса централизованной подачи медицинских газов для КГП «Атырауский областной онкологический диспансер». Сумма закупки осталась неизменной по сравнению с предыдущими объявлениями. Однако состав комплекта поставки в текущей технической спецификации существенно изменён: из перечня оборудования			
			исключены позиции, присутствовавшие в предыдущих конкурсах. В частности, исключены: манифолд углекислого газа (CO_2), а также манифолд заправки баллонов. Исключение манифолда CO_2 влечёт упрощение комплектации консолей КРП и контрольно-распределительных блоков (КРБ): из их состава выпадают разъёмы, штуцеры и трубопровод для углекислого газа, что снижает функциональность оборудования. Для онкологического диспансера централизованная подача CO_2 является необходимым условием проведения лапароскопических операций — основного метода малоинвазивного доступа в онкохирургии при резекциях органов брюшной полости, малого таза и урологических вмешательствах. Отсутствие централизованной системы подачи CO_2 вынуждает операционный персонал работать с переносными баллонами, что создаёт операционные риски, не соответствует стандартам оснащения			

			онкологических учреждений и снижает пропускную способность операционных блоков. Исключение манифолда заправки баллонов при одновременном сохранении в составе закупки безмасляного дожимного кислородного компрессора высокого давления (п. 1.4.2 ТС, до 150 бар) делает систему нефункциональной: данный компрессор предназначен именно для заправки кислородных баллонов через манифолд, однако сам манифолд в поставку не включён. Оборудование для заправки баллонов без манифолда не может эксплуатироваться по назначению. Таким образом, при сохранении суммы закупки удорожание, вызванное применением технологии VPSA вместо PSA (см. Нарушение № 5), фактически покрыто за счёт исключения функционально необходимого оборудования. Заказчик получит неполный и частично неработоспособный комплекс по той же цене, что является нарушением принципа			
			эффективного расходования бюджетных средств (ст. 5 Закона № 106-VIII). НАРУШЕНИЕ № 7. п. 4 ТС — Наименование «КРП на четыре газа» не соответствует фактическому составу после исключения CO_2 из комплекта поставки Техническая спецификация описывает консоль реанимационно-палатную как «КРП на четыре газа (O_2, O_2, VAC, AIR)», при этом кислород (O_2) фигурирует в перечне дважды, а состав разъёмов включает только три газа: O_2, VAC, AIR. В предыдущих объявлениях на закупку аналогичного комплекса четвёртым газом являлся углекислый газ (CO_2), для которого в КРП предусматривались соответствующие разъёмы и штуцеры. В настоящей редакции ТС манифолд CO_2 исключён из состава поставки (см. Нарушение № 6), однако наименование КРП как «на четыре газа» осталось неизменным. Фактически КРП в текущей комплектации является трёхгазовой (O_2×2			

			разъёма + VAC + AIR), но не четырёхгазовой. Данное несоответствие свидетельствует о том, что техническая спецификация не была надлежащим образом переработана после изменения состава комплекта поставки. В текущей редакции наименование КРП вводит участников конкурса в заблуждение относительно фактического состава и комплектации поставляемого оборудования. НАРУШЕНИЕ № 8. п. 11 (Сопутствующие услуги) — Гарантийные обязательства установлены только для кислородной станции; остальные позиции комплекса без гарантии Согласно тексту ТС, гарантийное сервисное обслуживание и ремонт сроком 24 месяца предусмотрено исключительно для кислородной станции. Для остальных семи позиций комплекса — станции сжатого воздуха, вакуумной станции, консолей КРП (122 комплекта), кислородного манифолда, контрольно-распределительных блоков,			
			блоков аварийной сигнализации и модульного здания — гарантийные сроки и условия сервисного обслуживания в ТС не установлены. Отсутствие гарантийных требований к большей части закупаемого комплекса означает, что заказчик не может обеспечить надлежащее послепродажное обслуживание критически важной медицинской инфраструктуры, что противоречит принципу эффективного расходования бюджетных средств. НАРУШЕНИЕ № 9. ТС не содержит требования о наличии регистрационного удостоверения на закупаемое медицинское изделие Комплекс централизованной подачи медицинских газов является медицинским изделием, предназначенным для применения в медицинской практике. В соответствии со статьёй 19 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI, регистрационное удостоверение на			

			медицинское изделие является обязательным разрешительным документом в области здравоохранения. Регистрационное удостоверение подтверждает, что изделие прошло государственную экспертизу безопасности, качества и эффективности и разрешено к применению в медицинской практике на территории Республики Казахстан. Согласно пункта 3 статьи 12 Закона «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК техническая спецификация должна содержать требование к потенциальным поставщикам о представлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Техническая спецификация конкурса № 17260255-1 не содержит требования о предоставлении потенциальным поставщиком			
			регистрационного удостоверения МЗ РК на поставляемый комплекс или его компоненты, относящихся к медицинским изделиям. Отсутствие данного требования означает, что победитель конкурса может поставить оборудование, не прошедшее государственную регистрацию в Республике Казахстан и не допущенное к применению в медицинской практике. ТРЕБОВАНИЯ: 1. Внести изменения в конкурсную документацию по объявлению № 17260255-1 путем корректировки технической спецификации, исключив технически некорректные, взаимоисключающие и необоснованно ограничивающие конкуренцию требования, поскольку их наличие не соответствует принципам осуществления государственных закупок, установленным статьей 5, а также требованиям пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках». 2. Устранить выявленные			

			замечания (нарушения) в конкурсной документации объявления № 17260255-1: устранить выявленные технические противоречия в ТС; исключить необоснованное указание на технологию VPSA при производительности 20 Нм³/ч; восстановить в составе комплекса манифолд CO_2 и манифолд заправки баллонов; привести гарантийные требования в соответствие со всем составом закупаемого оборудования; устранить терминологическую некорректность в описании КРП; включить требование о наличии регистрационного удостоверения МЗ РК на поставляемое оборудование в соответствии с требованиями статьи 19 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI и пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках». 3. В случае не устранения указанных замечаний в			
			установленный законодательством срок оставляем за собой право обратиться в уполномоченный орган в сфере государственных закупок, а также в иные компетентные государственные органы с заявлением о проведении проверки на предмет соблюдения требований Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI, Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года №106-VIII «О государственных закупках» и оценки правомерности содержания конкурсной документации.			

2	100640006962	Замечание к КД	Просим пересмотреть установленный срок поставки кислородной станции, составляющий 16 календарных дней, поскольку данный срок не соответствует технологическим особенностям изготовления, комплектации и поставки оборудования. Кислородная станция представляет собой сложный технологический комплекс, включающий, как правило, воздушные компрессоры, систему подготовки сжатого воздуха, осушители, фильтры, генератор кислорода (адсорбционные колонны PSA), ресиверы воздуха и кислорода, систему автоматического управления, контрольно-измерительные приборы, запорно-регулирующую арматуру, трубопроводную обвязку и иные комплектующие, предусмотренные технической спецификацией. Подобное оборудование, как правило, не является серийной складской продукцией в полностью готовой комплектации. Изготовление кислородной станции осуществляется путем	2026-07-01 15:33:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечания потенциального поставщика, сообщаем, что основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют. Вами неверно трактуются условия конкурсной документации, ошибочно полагая, что срок исполнения обязательств исчисляется с даты заключения договора. Вместе с тем технической спецификацией установлено, что поставка осуществляется в течение 16 календарных дней со дня заявки Заказчика, а не со дня заключения договора. Таким образом, установленный срок относится непосредственно к исполнению заявки Заказчика и не свидетельствует о необходимости изготовления, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию всего комплекса исключительно в течение 16 календарных дней после заключения договора.

			подбора, комплектации и сборки отдельных узлов и агрегатов в соответствии с техническими требованиями заказчика. После завершения сборки оборудование проходит комплекс заводских приемо-сдаточных испытаний, включая проверку работоспособности всех систем, настройку автоматики, контроль параметров производительности, чистоты кислорода, давления и стабильности режима работы. Кроме того, срок поставки включает не только производственный цикл, но и время, необходимое для закупки комплектующих, проведения выходного контроля качества, упаковки оборудования, оформления сопроводительной технической документации, подготовки к транспортировке и непосредственно доставки до места поставки. Таким образом, установленный срок поставки в 16 календарных дней объективно не позволяет обеспечить полный цикл комплектации, сборки, испытаний и			
			поставки оборудования без ущерба для качества и надежности поставляемой продукции. Установление столь короткого срока поставки существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку фактически создает возможность участия только организаций, располагающих заранее изготовленным оборудованием, полностью соответствующим требованиям технической спецификации. В целях обеспечения добросовестной конкуренции, расширения круга потенциальных участников закупки и получения наиболее экономически выгодных предложений просим пересмотреть срок поставки.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).