ООО «НЕРКОН»
195009, Санкт-Петербург,
ул. Ватутина, д. 17, лит. К, офис 2
Тел./факс: (812) 640-60-25
www.nerkon.ru

ОБОРУДОВАНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

НЕРКОН

ТОВАРИЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Исх. № 71/26 от 20.02.2026

В ответ на Ваше письмо № 76 от 19.02.2026 года о возможности проведения контроля эксплуатационных параметров компьютерных томографов средством измерения «Piranha 657» (серийный номер СВ2-13040551) на основании выданного ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева свидетельства о поверке № С-В/18-12-2025/489687454 от 18 декабря 2025 года сообщаем:
Параметры КТ-аппаратов измеряются датчиком R/F/CT, который у данного средства измерения поверку прошёл, следовательно, контроль параметров компьютерных томографов проводить можно.

Генеральный директор С.В. Лабес

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕРКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

.

Исполнитель: Михайлова Диана
Руководитель отдела метрологии ООО “НЕРКОН”
Тел./факс: (812) 640-60-25