Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18121092

Конкурстың № 17038295-1
Конкурстың атауы Зертханалық жабдықтар кешенін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-10 22:45:06 дейін 2026-07-15 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғам

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170740010421	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день. 1. В технической спецификации предмет закупки указан как «Система очистки воды / Деионизатор». Просим уточнить, является ли предметом закупки непосредственно деионизатор либо комплексная система получения ультрачистой воды, включающая несколько последовательных стадий очистки (механическая фильтрация, обратный осмос, деионизация, ультрафильтрация, УФ-обработка и др.). 2. Просим подтвердить, что допускается поставка эквивалентного оборудования с отличающимся конструктивным исполнением и иной технологией очистки воды (обратный осмос, электродеионизация (EDI), ионообменная очистка, ультрафильтрация, УФ-обработка и др.) при условии обеспечения всех показателей качества очищенной воды, установленных технической спецификацией. 3. Просим уточнить, являются ли указанные в технической спецификации	2026-07-13 16:41:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Ответ: предметом закупки непосредственно является комплексная система получения ультрачистой воды, включающая несколько последовательных стадий очистки (механическая фильтрация, обратный осмос, деионизация, ультрафильтрация, УФ-обработка и др.) 2. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией. 3. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 4. Ответ: Обязательное техническое требование. 5. Ответ: должна быть непрерывной. 6. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 7. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. В заявке на участие в конкурсе

			технические характеристики оборудования (скорость потока, производительность, конструктивное исполнение, технология очистки, количество ступеней очистки, применяемые фильтрующие элементы и иные параметры) обязательными требованиями к конструкции оборудования либо допускается поставка оборудования с иными техническими решениями при условии достижения требуемых показателей качества очищенной воды. 4. Просим уточнить, являются ли значения «максимальное суточное потребление — не более 120 л/сутки» и «ежедневное потребление (мин.) — не более 1 л/сутки» характеристиками предполагаемого режима эксплуатации либо обязательными техническими требованиями к оборудованию. 5. Просим уточнить, должна ли производительность не менее 2,0 л/мин обеспечиваться непрерывно либо допускается кратковременная выдача очищенной воды с указанной			потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо на предлагаемый товар от производителя либо их (дилеров или дистрибьюторов), указанной в технической спецификации. При этом предоставление при пуско-наладке технической документации производителя и протоколов заводских испытаний допускается. 8. Ответ: по показаниям встроенного измерительного прибора оборудования 9. Ответ: подтверждение технической документацией производителя и протоколами заводских испытаний. 10. Ответ: подтверждение технической документацией производителя и протоколами заводских испытаний. 11. Ответ: нейтральный pH будет считаться соответствующим требованиям 12. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 13. Ответ: для ВЭЖХ 14. Ответ:

			производительностью. 6. Просим подтвердить, что допускается поставка оборудования с производительностью выше 2,0 л/мин при условии соответствия всем требованиям к качеству очищенной воды. 7. Просим уточнить, каким образом должно подтверждаться соответствие оборудования требованиям по удельному сопротивлению воды, содержанию общего органического углерода (ТОС), бактерий, бактериальных эндотоксинов, ДНКазы, РНКазы и размеру удаляемых частиц. Допускается ли подтверждение технической документацией производителя и протоколами заводских испытаний. 8. Просим уточнить, каким образом будет подтверждаться достижение удельного сопротивления очищенной воды 18,2 МОм·см при 25 °С: по показаниям встроенного измерительного прибора оборудования либо по результатам лабораторных испытаний. 9. Просим уточнить, каким образом будет			предметом данной закупки является непосредственно сама Система очистки воды / Деионизатор. Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией, и должен обеспечивать заявленные характеристики. 15. Ответ: Предоставление сведений о качестве исходной воды не предусмотрено, так как предметом данной закупки является непосредственно сама Система очистки воды / Деионизатор. 16. Ответ: с накоплением в резервуаре. 17. Ответ: не предусмотрено. 18. Ответ: Требуется оборудование в настольном исполнении. Ограничения по габаритам и массе отсутствуют. 19. Ответ: Специальные требования к размерам помещения отсутствуют. Предлагаемое оборудование должно строго соответствовать параметрам, указанным в технической спецификации закупаемого товара. 20. Ответ: имеются водоснабжение, канализация,

			подтверждаться показатель содержания общего органического углерода (TOC) не более 1–3 ppb. 10. Просим уточнить, каким образом будет подтверждаться соответствие показателям содержания бактерий, бактериальных эндотоксинов, ДНКазы и РНКазы. 11. В технической спецификации указано требование «pH — фактически нейтральный». Просим уточнить, какой диапазон значений pH будет считаться соответствующим требованиям Заказчика. 12. Просим уточнить, допускается ли применение оборудования с иной технологией получения ультрачистой воды без обязательного использования фильтрующего элемента с номинальным размером пор 0,01 мкм при условии обеспечения всех требуемых показателей качества очищенной воды. 13. Просим уточнить, для какого лабораторного оборудования, аналитических приборов либо видов исследований приобретается система			электропитание, заземление. 21. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 22. Ответ: Все сопутствующие услуги в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 23. Ответ: Установка, подключение и пусконаладка.. 24. Ответ: количество обучаемого персонала- не менее 8 человек, по результатам выдать сертификат. 25. Ответ: Не требуется. 26. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 27. Ответ: В заявке на участие в конкурсе потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо на предлагаемый товар от производителя либо их (дилеров или дистрибьюторов), указанной в технической спецификации. Товар

			очистки воды (деионизатор). 14. Просим уточнить, требованиям какого международного стандарта (ASTM, ISO, CLSI либо иного) должна соответствовать очищенная вода. 15. Просим предоставить сведения о качестве исходной воды либо протокол ее анализа, поскольку достижение требуемых характеристик очищенной воды напрямую зависит от характеристик исходной воды. 16. Просим уточнить, каким образом предполагается использование очищенной воды: посредством ручного отбора через дозирующий кран, путем непосредственной подачи на лабораторное оборудование, с накоплением в резервуаре либо иным способом. 17. Просим уточнить, предусмотрено ли подключение системы очистки воды к существующему лабораторному оборудованию. В случае если такое подключение предусмотрено, просим сообщить тип и модель оборудования. 18. Просим			принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 28. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все указанные в ней требования являются обязательными. 29. Ответ: условия исследовательской лаборатории в помещении. 30. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все указанные в ней требования являются обязательными. 31. Ответ: Монтаж, пусконаладочные работы, обучение специалистов и ввод оборудования в эксплуатацию осуществляются в течение 61 календарного дня с момента заключения договора (в рамках общего срока исполнения обязательств по технической спецификации). Предельный срок ввода в эксплуатацию — не позднее окончания указанного периода.

			уточнить, имеются ли ограничения по габаритным размерам, массе и способу установки оборудования (настольное, напольное либо модульное исполнение). 19. Просим уточнить габаритные размеры помещения и места установки оборудования, а также наличие ограничений по высоте, ширине и глубине, необходимых для корректного подбора системы очистки воды. 20. Просим уточнить, имеются ли в месте установки необходимые инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, электропитание, заземление и др.) либо выполнение данных работ входит в объем обязательств Поставщика. 21. Просим уточнить, что должно входить в комплект поставки оборудования, включая расходные материалы, необходимые для ввода оборудования в эксплуатацию. 22. Просим уточнить, что входит в объем монтажных работ, выполняемых Поставщиком. 23. Просим			
			уточнить, что входит в объем пуско-наладочных работ, выполняемых Поставщиком. 24. Просим уточнить предполагаемое количество специалистов Заказчика, подлежащих обучению, а также требования к оформлению результатов обучения. 25. Просим уточнить, требуется ли после выполнения монтажных и пуско-наладочных работ проведение лабораторного анализа качества очищенной воды и каким образом подтверждается соответствие оборудования требованиям технической спецификации после ввода в эксплуатацию. 26. В технической спецификации установлено требование о предоставлении действующего сертификата (декларации) ЕАЭС по ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Просим уточнить, будет ли соответствовать требованиям закупки оборудование, на которое оформлена действующая декларация ЕАЭС по ТР ТС 010/2011, если именно данный технический регламент			

			распространяется на предлагаемое оборудование. 27. Просим подтвердить, что требованиям технической спецификации будет соответствовать авторизационное письмо, выданное официальным производителем официальному дилеру (дистрибьютору), являющемуся потенциальным поставщиком. 28. Просим уточнить, является ли обязательным наличие встроенных средств контроля качества очищенной воды (удельное сопротивление, электропроводность, ТОС и иных параметров) либо допускается поставка оборудования без встроенных средств контроля при условии обеспечения всех требований технической спецификации. 29. Просим уточнить требования к условиям эксплуатации оборудования (температура окружающей среды, давление и температура исходной воды), при которых должны обеспечиваться заявленные характеристики. 30. Просим уточнить, предъявляются ли			
			требования к материалам трубопроводов, фитингов, соединительных элементов и иных деталей оборудования, контактирующих с очищенной водой, либо допускается применение материалов, предусмотренных конструкцией производителя, при условии обеспечения всех показателей качества очищенной воды. 31. Просим уточнить, в течение какого срока с момента поставки оборудования Поставщик обязан выполнить монтаж, пуско-наладочные работы, обучение специалистов Заказчика и ввод оборудования в эксплуатацию, а также имеется ли установленный Заказчиком предельный срок ввода оборудования в эксплуатацию после его поставки.			
2	161040023032	ҚҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! В технической спецификации по лоту № 82176169-ОК1 в разделе "Наименование товара*" указано "Весы", однако в разделе "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" указано: "Муфельная печь, с соответствующим описанием технических характеристик печи". Просим внести исправления в техническую спецификацию по вышеуказанному лоту.	2026-07-13 12:26:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Член Правления – Provost Абишева Роза Джанысбековна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18121092

№ конкурса 17038295-1
Название конкурса Закупка комплекса лабораторного оборудования
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-10 22:45:06 по 2026-07-15 09:00:00
Наименование организатора Некоммерческое акционерное общество "Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170740010421	Запрос о разъяснении КД	Добрый день. 1. В технической спецификации предмет закупки указан как «Система очистки воды / Деионизатор». Просим уточнить, является ли предметом закупки непосредственно деионизатор либо комплексная система получения ультрачистой воды, включающая несколько последовательных стадий очистки (механическая фильтрация, обратный осмос, деионизация, ультрафильтрация, УФ-обработка и др.). 2. Просим подтвердить, что допускается поставка эквивалентного оборудования с отличающимся конструктивным исполнением и иной технологией очистки воды (обратный осмос, электродеионизация (EDI), ионообменная очистка, ультрафильтрация, УФ-обработка и др.) при условии обеспечения всех показателей качества очищенной воды, установленных технической спецификацией. 3. Просим уточнить, являются ли указанные в технической спецификации	2026-07-13 16:41:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Ответ: предметом закупки непосредственно является комплексная система получения ультрачистой воды, включающая несколько последовательных стадий очистки (механическая фильтрация, обратный осмос, деионизация, ультрафильтрация, УФ-обработка и др.) 2. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией. 3. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 4. Ответ: Обязательное техническое требование. 5. Ответ: должна быть непрерывной. 6. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 7. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. В заявке на участие в конкурсе

			технические характеристики оборудования (скорость потока, производительность, конструктивное исполнение, технология очистки, количество ступеней очистки, применяемые фильтрующие элементы и иные параметры) обязательными требованиями к конструкции оборудования либо допускается поставка оборудования с иными техническими решениями при условии достижения требуемых показателей качества очищенной воды. 4. Просим уточнить, являются ли значения «максимальное суточное потребление — не более 120 л/сутки» и «ежедневное потребление (мин.) — не более 1 л/сутки» характеристиками предполагаемого режима эксплуатации либо обязательными техническими требованиями к оборудованию. 5. Просим уточнить, должна ли производительность не менее 2,0 л/мин обеспечиваться непрерывно либо допускается кратковременная выдача очищенной воды с указанной			потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо на предлагаемый товар от производителя либо их (дилеров или дистрибьюторов), указанной в технической спецификации. При этом предоставление при пуско-наладке технической документации производителя и протоколов заводских испытаний допускается. 8. Ответ: по показаниям встроенного измерительного прибора оборудования 9. Ответ: подтверждение технической документацией производителя и протоколами заводских испытаний. 10. Ответ: подтверждение технической документацией производителя и протоколами заводских испытаний. 11. Ответ: нейтральный pH будет считаться соответствующим требованиям 12. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 13. Ответ: для ВЭЖХ 14. Ответ:

			производительностью. 6. Просим подтвердить, что допускается поставка оборудования с производительностью выше 2,0 л/мин при условии соответствия всем требованиям к качеству очищенной воды. 7. Просим уточнить, каким образом должно подтверждаться соответствие оборудования требованиям по удельному сопротивлению воды, содержанию общего органического углерода (ТОС), бактерий, бактериальных эндотоксинов, ДНКазы, РНКазы и размеру удаляемых частиц. Допускается ли подтверждение технической документацией производителя и протоколами заводских испытаний. 8. Просим уточнить, каким образом будет подтверждаться достижение удельного сопротивления очищенной воды 18,2 МОм·см при 25 °С: по показаниям встроенного измерительного прибора оборудования либо по результатам лабораторных испытаний. 9. Просим уточнить, каким образом будет			предметом данной закупки является непосредственно сама Система очистки воды / Деионизатор. Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией, и должен обеспечивать заявленные характеристики. 15. Ответ: Предоставление сведений о качестве исходной воды не предусмотрено, так как предметом данной закупки является непосредственно сама Система очистки воды / Деионизатор. 16. Ответ: с накоплением в резервуаре. 17. Ответ: не предусмотрено. 18. Ответ: Требуется оборудование в настольном исполнении. Ограничения по габаритам и массе отсутствуют. 19. Ответ: Специальные требования к размерам помещения отсутствуют. Предлагаемое оборудование должно строго соответствовать параметрам, указанным в технической спецификации закупаемого товара. 20. Ответ: имеются водоснабжение, канализация,

			подтверждаться показатель содержания общего органического углерода (TOC) не более 1–3 ppb. 10. Просим уточнить, каким образом будет подтверждаться соответствие показателям содержания бактерий, бактериальных эндотоксинов, ДНКазы и РНКазы. 11. В технической спецификации указано требование «pH — фактически нейтральный». Просим уточнить, какой диапазон значений pH будет считаться соответствующим требованиям Заказчика. 12. Просим уточнить, допускается ли применение оборудования с иной технологией получения ультрачистой воды без обязательного использования фильтрующего элемента с номинальным размером пор 0,01 мкм при условии обеспечения всех требуемых показателей качества очищенной воды. 13. Просим уточнить, для какого лабораторного оборудования, аналитических приборов либо видов исследований приобретается система			электропитание, заземление. 21. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 22. Ответ: Все сопутствующие услуги в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 23. Ответ: Установка, подключение и пусконаладка.. 24. Ответ: количество обучаемого персонала- не менее 8 человек, по результатам выдать сертификат. 25. Ответ: Не требуется. 26. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 27. Ответ: В заявке на участие в конкурсе потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо на предлагаемый товар от производителя либо их (дилеров или дистрибьюторов), указанной в технической спецификации. Товар

			очистки воды (деионизатор). 14. Просим уточнить, требованиям какого международного стандарта (ASTM, ISO, CLSI либо иного) должна соответствовать очищенная вода. 15. Просим предоставить сведения о качестве исходной воды либо протокол ее анализа, поскольку достижение требуемых характеристик очищенной воды напрямую зависит от характеристик исходной воды. 16. Просим уточнить, каким образом предполагается использование очищенной воды: посредством ручного отбора через дозирующий кран, путем непосредственной подачи на лабораторное оборудование, с накоплением в резервуаре либо иным способом. 17. Просим уточнить, предусмотрено ли подключение системы очистки воды к существующему лабораторному оборудованию. В случае если такое подключение предусмотрено, просим сообщить тип и модель оборудования. 18. Просим			принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все требования являются обязательными. 28. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все указанные в ней требования являются обязательными. 29. Ответ: условия исследовательской лаборатории в помещении. 30. Ответ: Товар принимается в строгом соответствии с технической спецификацией и все указанные в ней требования являются обязательными. 31. Ответ: Монтаж, пусконаладочные работы, обучение специалистов и ввод оборудования в эксплуатацию осуществляются в течение 61 календарного дня с момента заключения договора (в рамках общего срока исполнения обязательств по технической спецификации). Предельный срок ввода в эксплуатацию — не позднее окончания указанного периода.

			уточнить, имеются ли ограничения по габаритным размерам, массе и способу установки оборудования (настольное, напольное либо модульное исполнение). 19. Просим уточнить габаритные размеры помещения и места установки оборудования, а также наличие ограничений по высоте, ширине и глубине, необходимых для корректного подбора системы очистки воды. 20. Просим уточнить, имеются ли в месте установки необходимые инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, электропитание, заземление и др.) либо выполнение данных работ входит в объем обязательств Поставщика. 21. Просим уточнить, что должно входить в комплект поставки оборудования, включая расходные материалы, необходимые для ввода оборудования в эксплуатацию. 22. Просим уточнить, что входит в объем монтажных работ, выполняемых Поставщиком. 23. Просим			
			уточнить, что входит в объем пуско-наладочных работ, выполняемых Поставщиком. 24. Просим уточнить предполагаемое количество специалистов Заказчика, подлежащих обучению, а также требования к оформлению результатов обучения. 25. Просим уточнить, требуется ли после выполнения монтажных и пуско-наладочных работ проведение лабораторного анализа качества очищенной воды и каким образом подтверждается соответствие оборудования требованиям технической спецификации после ввода в эксплуатацию. 26. В технической спецификации установлено требование о предоставлении действующего сертификата (декларации) ЕАЭС по ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Просим уточнить, будет ли соответствовать требованиям закупки оборудование, на которое оформлена действующая декларация ЕАЭС по ТР ТС 010/2011, если именно данный технический регламент			

			распространяется на предлагаемое оборудование. 27. Просим подтвердить, что требованиям технической спецификации будет соответствовать авторизационное письмо, выданное официальным производителем официальному дилеру (дистрибьютору), являющемуся потенциальным поставщиком. 28. Просим уточнить, является ли обязательным наличие встроенных средств контроля качества очищенной воды (удельное сопротивление, электропроводность, ТОС и иных параметров) либо допускается поставка оборудования без встроенных средств контроля при условии обеспечения всех требований технической спецификации. 29. Просим уточнить требования к условиям эксплуатации оборудования (температура окружающей среды, давление и температура исходной воды), при которых должны обеспечиваться заявленные характеристики. 30. Просим уточнить, предъявляются ли			
			требования к материалам трубопроводов, фитингов, соединительных элементов и иных деталей оборудования, контактирующих с очищенной водой, либо допускается применение материалов, предусмотренных конструкцией производителя, при условии обеспечения всех показателей качества очищенной воды. 31. Просим уточнить, в течение какого срока с момента поставки оборудования Поставщик обязан выполнить монтаж, пуско-наладочные работы, обучение специалистов Заказчика и ввод оборудования в эксплуатацию, а также имеется ли установленный Заказчиком предельный срок ввода оборудования в эксплуатацию после его поставки.			

2	161040023032	Замечание к КД	Здравствуйте! В технической спецификации по лоту № 82176169-ОК1 в разделе "Наименование товара*" указано "Весы", однако в разделе "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" указано: "Муфельная печь, с соответствующим описанием технических характеристик печи". Просим внести исправления в техническую спецификацию по вышеуказанному лоту.	2026-07-13 12:26:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Член Правления – Provost Абишева Роза Джанысбековна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).