Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18151231

Конкурстың № 17338828-1
Конкурстың атауы Датчиктерді мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-17 14:29:38 дейін 2026-07-21 14:29:38
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің "Қазгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	910317399012	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Правильно ли мы понимаем что под "Датчик должен иметь стандартную радиационную защиту", означает датчик должен идти внутри MetCover Radiation Shield (Радиационный экран MetCover)? Или понятие "стандартная радиационная защита" подразумевает стандартный корпус датчика, защищённый от ультрафиолетового излучения, водо- и пыленепроницаем?	2026-07-20 21:58:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В комплекте с датчиком температуры и влажности воздуха, должна быть поставлена стандартная радиационная защита. Которая служит для для защиты датчика от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (жидких, твердых). По опыту эксплуатации метеорологических датчиков температуры и влажности обычно такая защита состоит из нескольких постепенно перекрывающих друг друга круглых диафрагм, которые создают жалюзи вокруг чувствительного измерительного блока.

2	910317399012	КҚ жобасына ескерту	Так как датчик идет заводского исполнения, необходима длина кабеля для монтажа	2026-07-21 11:34:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Длина кабеля датчика температуры и влажности воздуха должна составлять не менее 5 метров. Так как датчик устанавливается на высоте 2-х метров, для проведения необходимых регламентных работ по облуживанию автоматической метеостанции, подключению датчика к поверочным комплексам на месте установки, такая длина кабеля является оптимальной.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Генеральный директор РГП Казгидромет Алимбаева Данара Кизатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18151231

№ конкурса 17338828-1
Название конкурса Государственные закупки датчиков
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-17 14:29:38 по 2026-07-21 14:29:38
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910317399012	Запрос о разъяснении КД	Правильно ли мы понимаем что под "Датчик должен иметь стандартную радиационную защиту", означает датчик должен идти внутри MetCover Radiation Shield (Радиационный экран MetCover)? Или понятие "стандартная радиационная защита" подразумевает стандартный корпус датчика, защищённый от ультрафиолетового излучения, водо- и пыленепроницаем?	2026-07-20 21:58:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В комплекте с датчиком температуры и влажности воздуха, должна быть поставлена стандартная радиационная защита. Которая служит для для защиты датчика от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (жидких, твердых). По опыту эксплуатации метеорологических датчиков температуры и влажности обычно такая защита состоит из нескольких постепенно перекрывающих друг друга круглых диафрагм, которые создают жалюзи вокруг чувствительного измерительного блока.
2	910317399012	Замечание к КД	Так как датчик идет заводского исполнения, необходима длина кабеля для монтажа	2026-07-21 11:34:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Длина кабеля датчика температуры и влажности воздуха должна составлять не менее 5 метров. Так как датчик устанавливается на высоте 2-х метров, для проведения необходимых регламентных работ по облуживанию автоматической метеостанции, подключению датчика к поверочным комплексам на месте установки, такая длина кабеля является оптимальной.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор РГП Казгидромет Алимбаева Данара Кизатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).