«МедиДез ҒӨБ» ЖШС
ТОО «НПО МедиДез»

«Алтын сапа»
2023

«Ұлы дала»
2022

от 23.07.2026г.

Кому: КГП на ПХВ "Центр ядерной медицины и онкологии" управления здравоохранения области Абай

Жалоба

ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез» сообщает, что не согласно с Протоколом об итогах государственных закупок способом конкурса № 17285761-ОК1, согласно которому конкурсную заявку ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез» отклонили по следующей причине: **Техническая спецификация не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: отсутствуют точные характеристики товара.**

Сообщаем, что поданная нами в составе конкурсной заявки техническая спецификация в конкурсе № 17285761-ОК1 «Приобретение дезинфицирующих средств» по лоту № 82429662-ОК1 полностью соответствует технической спецификации указанного конкурса.

Согласно Приложения 13 к конкурсной документации установлено требование в виде:

- Средство к применению для: дезинфекции кувезов, наркозно–дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования, дыхательных контур, мешков, датчиков УЗИ, реанимационных и пеленальных столиков; для дезинфекции и ПСО (в т.ч. совмещенные в один процесс) ИМН (в т.ч. эндоскопы); стерилизации ИМН (в т.ч. эндоскопы); ДВУ эндоскопов; дезинфекции различного медицинского оборудования. Время проведения ДВУ эндоскопов при температуре 18°С 5 мин, стерилизации ИМН 10 мин. Время проведения ДВУ эндоскопов при температуре 50°С 3 мин. В рабочем растворе средства, используемого для ДВУ эндоскопов и стерилизации ИМН, **содержание пероксида водорода составляет 6±0,5 %**. Срок годности дезинфицирующего средства не менее 2 лет. Срок годности рабочих растворов не менее 18 дней. К средству в обязательном порядке должны прилагаться индикаторные полоски для экспресса – контроля МЭК (до 100 литров концентрата 1 упаковка, далее на каждые 100 литров концентрата 1 упаковка). Объем тары 5 литров. При поставке товара Поставщик обязан предоставить методические указания по применению.

В технической спецификации конкурсной заявки ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез» по данному лоту указаны характеристики в виде:

- Средство предназначено к применению для: дезинфекции кувезов, наркозно – дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования, дыхательных контур, мешков, датчиков УЗИ, реанимационных и пеленальных столиков; для дезинфекции и ПСО (в т.ч. совмещенные в один процесс) ИМН (в т.ч. эндоскопы); стерилизации ИМН (в т.ч. эндоскопы); ДВУ эндоскопов; дезинфекции различного медицинского оборудования. Время проведения ДВУ эндоскопов при температуре 18°С 5 мин, стерилизации ИМН 10 мин. Время проведения ДВУ эндоскопов при температуре 50°С 3 мин. В рабочем растворе средства, используемого для ДВУ эндоскопов и стерилизации ИМН, **содержание пероксида водорода составляет 6±0,5 %**. Срок годности дезинфицирующего средства 2 года. Срок годности рабочих растворов составляет 18 дней. К средству в обязательном порядке прилагаются индикаторные полоски для экспресса – контроля МЭК (до 100 литров концентрата 1

упаковка, далее на каждые 100 литров концентрата 1 упаковка). Объем тары 5 литров. При поставке обязуемся предоставить методические указания по применению.

Отдельно как производитель предлагаемого к поставке товара предоставляем пояснение почему указание точной характеристики (параметра) - **содержание пероксида водорода** не представляется возможным.

Указание точного (фиксированного) значения массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующем средстве технологически невозможно по следующим причинам.

Во-первых, процесс производства предполагает взвешивание сырья на промышленном оборудовании с определённым классом точности, что в соответствии с метрологическими стандартами неизбежно влечёт допустимую погрешность при каждой загрузке компонентов.

Во-вторых, вода, используемая при приготовлении средства, дозируется весовыми дозаторами, погрешность которых определяется техническими характеристиками расходомеров.

В-третьих, содержание пероксида водорода в исходном сырье само по себе варьируется в зависимости от партии поставки изготовителя сырья.

Совокупность указанных факторов объективно исключает возможность получения абсолютно идентичной концентрации пероксида водорода в каждой партии готового средства, в связи с чем его содержание выражается в виде диапазона значений, установленного рецептурой.

При этом рецептура и вся техническая документация на средство прошли проверку аккредитованными испытательными центрами и Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля в рамках процедуры государственной регистрации, а свидетельство о государственной регистрации подтверждает правомерность использования интервальных значений в документации на средство.

В связи с изложенным просим признать отклонение конкурсной заявки ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез» неправомерным.

Директор **Кайракбаева А. М.**

ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез»
Казахстан, 111500, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Транспортная, стр. 24108
Телефоны: +7 (727) 323-64-01, +7 708 423 81 36
e-mail: office@medidez.kz
web: www.medidez.kz