Вн. Исх. №0708 от 23.07.2026 года ***г. Алматы***

Кому: Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"

Жалоба №2 на Протокол №18132044 от 2026-07-20 об итогах государственных закупок способом конкурса № 17287203-ОК1

Уважаемые члены конкурсной комиссии!

Настоящим сообщаем о неправомерном допуске заявки Товарищества с ограниченной ответственностью "Mega Commerce" и как результат недействительном протоколе итогов по открытому конкурсу 17287203-ОК1 на закупку Газового хроматографа с одно квадрупольным масс-спектометрическим детектором (лот № 83373695-ОК1).

Обоснование жалобы №2 (иные доводы).

1. Согласно требованиям Правил осуществления государственных закупок в Описании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики) потенциальные поставщики обязаны указывать точные характеристики предлагаемого товара. В Технической спецификации конкурса указано следующее требование: 24. Реагент(ы) для силилирующей дериватизации (например, BSTFA с 1 % TMCS, MSTFA или эквивалент), предназначенный(е) для подготовки проб при исследовании наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов методом ГХ-МС в биологических объектах — не менее 1 комплекта, объем не менее 25мл. Заказчик указал возможные варианты реагентов, например, BSTFA с 1 % TMCS или MSTFA или эквивалент, которые потенциальный поставщик должен был конкретизировать. Однако, в заявке ТОО "Mega Commerce" указано: Реагент(ы) для силилирующей дериватизации (например, BSTFA с 1 % TMCS, MSTFA), предназначенный(е) для подготовки проб при исследовании наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов методом ГХ-МС в биологических объектах — 1 комплект, объем 25мл. Таким образом, ТОО "Mega Commerce" не указало точные характеристики поставляемого товара, не ясно какой реагент будет поставлен в конечном итоге, BSTFA с 1 % TMCS или MSTFA или что-то другое, так как указано слово «например».

Согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правилам осуществления государственных закупок, техническая спецификация должна содержать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара, а оценка заявок должна осуществляться по принципу прямого соответствия требованиям технической спецификации, а не по субъективной оценке функциональной близости. Любое предложение, параметры которого отличаются от заявленных, должно считаться несоответствующим. Подмена строгих физических или

качественных характеристик на «функциональную близость» недопустима и создает коррупционные риски.

2. В технической спецификации конкурса среди прочих указаны требования: «Автоматический дозатор жидких проб: количество устанавливаемых виал не менее 20 штук. Возможность работы со шприцами: 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 100 мкл». Потенциальный поставщик ТОО "Mega Commerce" указал в Технической спецификации предлагаемых товаров: «Автоматический дозатор жидких проб: количество устанавливаемых виал 155 штук. Возможность работы со шприцами: 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 100 мкл». Согласно техническим паспортам производителя 155 виал имеет Автоматический дозатор жидких проб модели AS 1610 Autosampler. Однако, данный Автоматический дозатор жидких проб может работать со шприцами Объемов 0,5 мкл, 5 мкл, 10 мкл, 50 мкл и 100 мкл (длина иглы 50 мм) с одним и тем же держателем шприца (согласно данным паспорта). Модель AI/AS 1610 не соответствует требованиям технической спецификации: С помощью одного пробоотборника должно быть возможно вводить образец в любой из двух каналов хроматографа без демонтажа и перестановки на другой порт испарителя и Пробоотборник должен позволять проводить обслуживание испарителя хроматографа без необходимости демонтажа и физической перестановки пробоотборника. Таким образом, модель AS 1610 Autosampler не работает со шприцами 1 и 25 мкл, что не соответствует требованиям спецификации. Любое предложение, параметры которого отличаются от заявленных, должно считаться несоответствующим. Подмена строгих физических или качественных характеристик на «функциональную близость» недопустима и создает коррупционные риски.

Если потенциальный поставщик ТОО "Mega Commerce" указал модель Автоматического дозатора жидких проб TriPlus RSH SMART Autosampler, тогда он не соответствует заявленному в Технической спецификации предлагаемых товаров/своей заявке количеству виал 155 штук, так как согласно техническому паспорту имеет другое количество виал.

Таким образом, ни один из предполагаемых вариантов предлагаемого ТОО "Mega Commerce" Автоматического дозатора жидких проб Thermo Scientific не соответствует требованию технической спецификации. ТОО "Mega Commerce" не предоставлены технические паспорта предлагаемого товара, поэтому не ясно какая модель автосамплера предлагается.

На основании вышеизложенного просим:

1. Провести проверку правомерности допуска заявки потенциального поставщика ТОО "Mega Commerce" согласно требований законодательства о государственных закупках и положений конкурсной документации.

2. Отменить решение конкурсной комиссии в части допуска заявки потенциального поставщика ТОО "Mega Commerce".

3. Пересмотреть результаты конкурса и Протокол итогов по Конкурсу и принять решение в рамках действующего Закона «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, а именно признать Открытый конкурс несостоявшимся.

В случае отказа в удовлетворении жалобы либо формального ответа без оценки сути жалобы оставляем за собой право обратиться в уполномоченный орган по

государственным закупкам или в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение:

1. Технический паспорт самплера TP-rsh-smart.
2. Технический паспорт самплера AI-AS-1610.

С уважением,

Директор Мырзахмет Б.Ш.