ТОО "Сигард-Групп"
РК,050030, г. Алматы пр. Суюнбая 495 «В»
БИН 160340019677

31.07.2026 г

Кому: ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Заказчик: Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Мангистауской области"

Конкурс 17348015-ОК1

От кого: ТОО «Сигард –Групп», БИН 160340019677, юридический адрес: г. Алматы, пр.Суюнбая 495 В,

email: info@seaguardgroup.com

тел: 87075915992

Жалоба.

ТОО «Сигард-Групп» (БИН 160340019677), участвовало в конкурсе 17348015-1 (Государственные закупки согласно конкурсной документации), , где нашу заявку №72140024, по лоту 84753551-ОК2 отклонили в части «Несоответствие требованиям конкурсной документации», а именно технической спецификации. С **протоколом об итогах государственных закупок способом конкурса № 17348015-ОК1** мы не согласны по следующим основаниям:

раздел 1) Отсутствует техническая спецификация по комплектующим товарам: нами представлен товар Многопараметрический цифровой измерительный блок качества воды YSI ProDSS Digital Sampling System; ручной измерительный блок с GPS, где в разделе документация техническая характеристика закупаемых товаров в пункте: **Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.,** четко прописано какие необходимы составляющие для работы анализатора качества воды, функциональные значения и характеристики, а именно**:**

1.Многопараметрический цифровой измерительный блок качества воды с цветным дисплеем и клавиатурой с встроенным барометром и GPS — 1 (одна) шт.;

2. Четырёхпортовый кабельный блок в сборе длиной 20 м с встроенным датчиком глубины и портами для подключения датчиков — 1 (одна) шт.;

3. Оптический датчик растворенного кислорода — 1 (одна) шт.;

4. Датчик проводимости и температуры — 1 (одна) шт.;

5. Датчик мутности — 1 (одна) шт.;

6. Датчик pH/ОВП — 1(одна) шт.;

7. Большой жесткий кейс для переноски — 1 (одна) шт.;

8. Штатив (Ultrapod II) — 1 (одна) шт.;

9. Плечевой ремень— 1 (одна) шт.;

10. Расходные материалы: набор буферных растворов 2 пинты каждого типа буферного раствора. -6 растворов в комплекте с разными pH (pH4, pH7, pH10) — 1 комплект; калибратор проводимости(кварта) 1000 мкСм/см - 1шт. ; калибратор проводимости (кварта) 10 000 мкСм/см- 1шт.; калибратор проводимости (кварта) 100 000 мкСм/см- 1шт.; раствор Zobell (калибратор ОВП), 500 мл — 1 шт.; раствор Confidence Solution (контроль Conductivity/pH/ORP) — 1 упаковка (6 пинт); стандарты мутности 1 галлон 0 NTU-1 шт. ; стандарты мутности 1 галлон 12,7 NTU-1 шт.; стандарты мутности 1 галлон 126 NTU-1 шт.; стандарты мутности 1 галлон 1000 NTU-1 шт.

В технической спецификации Поставщика в пункте 10 прописано, какие калибровочные растворы поставляются с измерительным блоком и комплектующими однако в протоколе итогов конкурсам прописано, что в 3) и пункте 4) не соответствие требованиям Заказчика, хотя по описанию Поставщика:

ТОО "Сигард-Групп"
РК,050030, г. Алматы пр. Суюнбая 495 «В»
БИН 160340019677

Пункт 3) прописан как «стандарты мутности 1 галлон 0 NTU-1 шт. ; стандарты мутности 1 галлон 12,7 NTU-1 шт.; стандарты мутности 1 галлон 126 NTU-1 шт.;» стандарт мутности высокого уровня, стандарт мутности среднего уровня не соответствует требованиям Заказчика, что соответствует требованию Заказчика., согласно техописания Поставщика.

Пункт 4) раствор Zobell (калибратор ОВП), 500 мл — 1 шт.; этот пункт тоже соответсвует требованиям Заказчика.

В протоколе итогов было сделано замечания указано, что на Многопараметрический цифровой измерительный блок качества воды YSI ProDSS Digital Sampling System; ручной измерительный блок с GPS отсутствуют технические характеристики на комплектующие товары , хотя они точно прописаны в технической спецификации Поставщика, что совпадает с требованиями Заказчика, конкретно из комплектущих прописаны все параметры по пунктам заявленного товара, указаны размеры диапазоны измерений, точность, разрешение и т.д., а именно Потенциальный поставщик предоставил техническую спецификацию о каждом комплектующем товаре по отдельности в этих пунктах:

1.1. Многопараметрический цифровой измерительный блок: Корпус: прочный водонепроницаемый пластиковый/ резиновый, класс защиты IP 67 с усиленным резиновым покрытием и защитой электроники. Размеры (см); длина -— 21,6 см; ширина —8,3 см; высота — 5,6 см. **в протоколе прописано, что нами не указаны размеры прибора, пунк 2) протокола итогов -** размеры указаны.

- Автоматическое распознавание датчиков. -Встроенный порт micro USB On-The-Go для

подключения к ПК, подзарядки/питания и прямого подключения к USB-накопителю. -Водонепроницаемый разъем MS с байонетным замком на четверть оборота.

-Управление данными производится при помощи программного обеспечения для настольных ПК. - Встроенный GPS. Координаты сохраняются вместе с данными измерений и списками объектов. -Дисплей — цветной жидкокристаллический дисплей с клавиатурой и подсветкой. Регистрация данных одноточечная и непрерывная, при помощи цифровых каналов.

- Память больше 100000 наборов данных, 400 файлов GLP.

-Диапазон рабочей температуры – 0…+50 °С.

Показания и отображения параметров воды: растворенный кислород (%), растворенный кислород (мг/л), температура, мутность, электропроводимость, соленость, щелочность (pH), окислительно- восстановительный потенциал(ОВП), общее содержание растворенных твердых веществ (TDS), глубина, давление. Питание от аккумуляторной литий-ионной батареи обеспечивает 48 часов автономной работы. Распознавание буферного раствора: автоматическое распознавание буферов для наборов буферов морской воды. Значения калибровки автоматически компенсируются по температуре для буферов. Барометр (мм. рт. ст.) – тип датчика – пьезорезисторный, в составе измерительного блока. - диапазон — (375 – 825) мм рт. ст.; -точность — ±1,5 мм рт. ст. - разрешение — 0,1 мм рт. ст.

2.1. Четырёхпортовый кабельный блок длиной 20 м с встроенным гидростатическим датчиком глубины предназначен для подключения датчиков измерения качества воды. Порты для датчиков на 4-портовых блок кабелях являются универсальными, что позволяет подключать датчики к любому порту. Встроенный гидростатический датчик глубины измеряет глубину моря. Глубина(м): -диапазон- (0 – 100) м; -точность- (±0,004)м; – разрешение –(0,001)м.

3.1. Растворенный кислород. Цифровой оптический датчик растворённого кислорода с технологией ROX™ (Ratiometric Optical Xchange), основанной на методе измерения времени жизни люминесценции. -Диапазон измерений: 0 -50 мг/л; -точность: 0–20 мг/л — ±0,1 мг/л от показания (20–50), мг/л — ±8 %; -разрешение: 0,01 мг/л. Конструкция: титановый корпус. Автоматическое сохранение калибровочных данных в памяти датчика; максимальная глубина погружения: 100 м. 4.1 . Электропроводимость и температура: тип датчика — четырехэлектродная ячейка с никелевыми электродами, с титановым корпусом; глубина погружения - 100 м. Автоматическое сохранение калибровочных данных в памяти датчика. Проводимость: - диапазон измерений - 0-100 мСм/см; -точность - 0,01

ТОО "Сигард-Групп"
РК,050030, г. Алматы пр. Суюнбая 495 «В»
БИН 160340019677

мСм/см; -разрешение - 0,1 мСм/см (зависит от диапазона). Удельная проводимость: - диапазон измерений – 0 -200 мСм/см; -точность -0,001 мСм/см; -разрешение - 0,01 мСм/см. Удельное сопротивление: диапазон измерений - 0 – 2 МОм; -точность — 0,01Ом; разрешение — 0,001 Ом. Соленость: -диапазон измерений — 0 – 70 ppt,; -точность — 0,01 ppt; разрешения- 0,001ppt. Температура воды (°C): встроенный термистор, интегрированный в комбинированный датчик электропроводности: - диапазон измерений: –5…+50 °C; -точность: ±0,2°C; - разрешение: 0,1 °C.

5.1. Мутность NTU(НТУ), FNU(ФНУ)- формазиновые нефелометрические -единица мутности. Тип датчика — нефелометрический-оптический, с титановым корпусом . -Диапазон измерений – (0 – 4000) FNU; -точность ±5 % от показания; - разрешения: 0,1FNU, глубина погружения 100м. Автоматическое сохранение калибровочных данных в памяти датчика.

6.1. pH /ОВП тип датчика: комбинированный стеклянный электрод с титановым корпусом; глубина погружения 100м. Автоматическое сохранение калибровочных данных в памяти датчика. pH(щелочность): -диапазон измерения — (0 – 14) единиц; -точность — ±0,2 pH; -разрешение 0,01pH. ОВП (окислительно-восстановительный потенциал): - диапазон измерений — (0 … +1999) мВ; - точность — ±20 мВ; -разрешение — 0,1 мВ;

7.1 Большой жесткий кейс для переноски, ударопрочный для хранения и транспортировки прибора. Габариты(см): ДхШхВ: 55х43х25; вес(кг) - 7кг. материал - -пластик АБС.

8.1. Штатив компактный с шаровой головкой с поворотом 360◦, с наклоном 90◦, высота(см) - 25см, вес(г) - 120 г

9.1. Ремень плечевой: материал – полиэстр; длина(см) - 130см.

В протоколе прописано, что в нашей техспецификации отсутствуют определенные обязательства по обслуживанию, настройке и вводу в эксплуатацию оборудования и программного обеспечения с соответствующим обучением и выдачей сертификатов, расходов Поставщика и.тд. однако это четко прописано в технической спецификации согласно требованиям Заказчика о том, что:

Поставщик предоставит график технического обслуживания с наименованием всех видов работ по техническому обслуживанию, объемом работ, и периодичностью. В обязательном порядке будут произведены мероприятия по установке, настройке и вводу в эксплуатацию оборудования и программного обеспечения. На месте поставки оборудования проведет ознакомление персонала с эксплуатацией оборудования и его профилактическим обслуживанием с предоставлением соответствующего акта. Проведет обучение 5- ти специалистов эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования с предоставлением Протокола обучения и выдачей сертификатов обученным специалистам. Программу обучения технического персонала и инженерного состава по диагностике и техническому обслуживанию оборудования необходимо согласует с Заказчиком не позднее 15 рабочих дней с даты заключения договора. В стоимость Товара включаются все расходы, в том числе: стоимость оборудования и комплектующих, транспортные расходы до места поставки таможенные пошлины, налоги, а также расходы на монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию сертифицированными инженерами и обучение персонала Заказчика (инструктаж) на рабочем месте. Потенциальный поставщик предоставит техническую спецификацию о каждом комплектующем товаре по отдельности (техспецификация предоставлена выше – материал, диапазоны измерений, разрешения и другие технические характеристики для каждого комплектующего по отдельности)

В замечаниях, указанных в протоколе итогов Заказчиком была предоставлена неверная информация и поэтому просим Вас рассмотреть нашу техническую спецификацию детально в соответствии с требованиями Заказчика, так как все параметры указаны верно, согласно техническому заданию Заказчика.

Просим Вас:

1. Признать жалобу обоснованной.

2. Признать техническую спецификацию соответствующей требованиям конкурсной документации.

ТОО ”Сигард-Групп”
РК,050030, г. Алматы пр. Суюнбая 495 «В»
БИН 160340019677

3. Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса № 17348015-ОК1 отменить с учетом замечаний Поставщика.

4. Обязать конкурсную комиссию провести повторное рассмотрение заявки в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок.

С уважением директор ТОО «Сигард-Групп» Климов Александр

www.seaguardgroup.com www.seaguardgroup.kz
Офис РК, г. Алматы пр. Суюнбая 495 в