Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18244687

Конкурстың № 17389002-1
Конкурстың атауы Допинг-бақылау үшін шығын материалын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-28 12:02:56 дейін 2026-07-30 12:02:56
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің "Допингке қарсы ұлттық орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	810527450215	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить официальные разъяснения по конкурсной документации конкурса №17389002-1 и при необходимости привести технические спецификации на казахском и русском языках в соответствие. 1. Количество товара и состав комплектов Просим подтвердить следующие количества: * лот №87354169-ОК2: 100 комплектов; * лот №82004120-ОК2: 100 комплектов; * лот №82004121-ОК2: 150 штук; * лот №82004122-ОК2: 700 комплектов; * лот №82004123-ОК2: 100 комплектов; * лот №82004128-ОК2: 600 комплектов. По лоту №82004128-ОК2 просим отдельно подтвердить, что требуется именно 600 полных комплектов, а не 2400 комплектов либо отдельных единиц товара. Просим подтвердить, что одна единица товара по лоту №82004128-ОК2 представляет собой один полный комплект, включающий	2026-07-30 11:53:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Количество товара и состав комплектов Просим подтвердить следующие количества: * лот №87354169-ОК2: 100 комплектов; кит кровь 1 проб 100 шт * лот №82004120-ОК2: 100 комплектов; кит кровь 2 проб 100 шт * лот №82004121-ОК2: 150 штук; термологгер 150 * лот №82004122-ОК2: 700 комплектов; частич проба 700 * лот №82004123-ОК2: 100 комплектов; аксесс SST II 100 шт * лот №82004128-ОК2: 600 комплектов. Киты урина 600 Да, подтверждаем По лоту №82004128-ОК2 просим отдельно подтвердить, что требуется именно 600 полных комплектов, а не 2400 комплектов либо отдельных единиц товара. По данному лоту требуется 600 полных комплектов. По лоту №82004128-ОК2 – количество требуемого Товара указано в

			контейнер А, контейнер В, две защитные крышки, два транспортировочных пакета с абсорбирующим материалом, восемь идентификационных стикеров, защитную картонную упаковку, одну ёмкость для первичного сбора мочи с крышкой и индивидуальной упаковкой. Также просим разъяснить, допускается ли участие и заключение договора по каждому лоту отдельно, либо участник должен предложить товары по всем шести лотам одновременно. В случае определения одного поставщика победителем по нескольким лотам просим подтвердить, могут ли товары поставляться одной консолидированной партией с раздельными документами по каждому лоту. 2. Общие требования к документам В технических спецификациях указано требование о наличии сертификата ISO 9001. Поскольку ISO 9001 является сертификатом системы менеджмента качества организации, просим			графе «Количество (объем)*» Технической спецификации закупаемых товаров лота №82004128-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. Просим подтвердить, что одна единица товара по лоту №82004128-ОК2 представляет собой один полный комплект, включающий контейнер А, контейнер В, две защитные крышки, два транспортировочных пакета с абсорбирующим материалом, восемь идентификационных стикеров, защитную картонную упаковку, одну ёмкость для первичного сбора мочи с крышкой и индивидуальной упаковкой. Полная характеристика требуемого Товара по лоту №82004128-ОК2, включая полные характеристики и описания деталей комплекта, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» лота №82004128-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации.

			разъяснить: * сертификат должен быть оформлен на изготовителя готового комплекта, изготовителя отдельных компонентов, производственную площадку либо поставщика; * должен ли сертификат охватывать производство соответствующих комплектов и принадлежностей; * требуется ли предоставить сертификат в составе конкурсной заявки или при поставке; * допускается ли сертификат на английском языке с переводом; * достаточно ли действующей электронной копии сертификата. По требованиям соответствия WADA/ISTI и IATA просим указать конкретный перечень принимаемых подтверждающих документов. Допускается ли письмо или декларация изготовителя о соответствии действующей редакции WADA International Standard for Testing and Investigations и требованиям IATA, либо необходим отдельный сертификат или протокол			/> Также просим разъяснить, допускается ли участие и заключение договора по каждому лоту отдельно, либо участник должен предложить товары по всем шести лотам одновременно. В случае определения одного поставщика победителем по нескольким лотам просим подтвердить, могут ли товары поставляться одной консолидированной партией с раздельными документами по каждому лоту. Договор заключается согласно требованиям Закона о госзакупках в РК И Правилам осуществления . Товары по каждому лоту предлагаются отдельно, договоры по каждому лоту заключаются отдельно. Товары могут поставляться одной консолидированной партией с раздельными документами по каждому лоту. 2. Общие требования к документам В технических спецификациях указано требование о наличии сертификата ISO 9001. Поскольку ISO 9001

			испытаний? Для требований о выдерживании не менее трёх циклов замораживания и оттаивания просим разъяснить, какой документ является достаточным подтверждением: технический паспорт, декларация изготовителя, протокол испытаний изготовителя или протокол независимой лаборатории. Просим также уточнить, распространяется ли данное требование на пустые контейнеры, крышки и систему пломбирования или на комплект с заполненным образцом. Просим предоставить исчерпывающий перечень документов, которые необходимо передать при поставке по каждому лоту, включая документы о происхождении, соответствии, регистрации, качестве, калибровке, сроке годности и безопасности товара. Просим указать, требуется ли предварительное предоставление и согласование образцов товара до поставки. Если требуется, просим указать порядок,			является сертификатом системы менеджмента качества организации, просим разъяснить: * сертификат должен быть оформлен на изготовителя готового комплекта, изготовителя отдельных компонентов, производственную площадку либо поставщика; * должен ли сертификат охватывать производство соответствующих комплектов и принадлежностей; * требуется ли предоставить сертификат в составе конкурсной заявки или при поставке; * допускается ли сертификат на английском языке с переводом; * достаточно ли действующей электронной копии сертификата. Сертификат ISO 9001 предоставляется на изготовителя готового комплекта. Изготовитель предоставляет сертификат ISO 9001 гарантирующий качество производства соответствующих комплектов и принадлежностей; Сертификат ISO 9001 предоставляется при поставке.

			сроки и критерии такого согласования. Просим уточнить, являются ли все указанные размеры и масса строго фиксированными либо допускаются стандартные производственные отклонения. Если допускаются, просим указать допустимые пределы отклонений и документы, по которым характеристики будут проверяться при приёмке. Просим подтвердить, что инструкции, маркировка и документы изготовителя на английском языке допускаются при наличии перевода на русский и/или казахский язык. 3. Лоты №87354169-ОК2 и №82004120-ОК2 Просим подтвердить, что: * по лоту №87354169-ОК2 требуется 100 комплектов, каждый из которых содержит один контейнер А, одну красную защитную крышку, один транспортировочный пакет, восемь идентификационных стикеров, инструкцию и защитную картонную упаковку; * по лоту			/> Допускается сертификат на английском языке с переводом. Достаточно электронной копии сертификата По требованиям соответствия WADA/ISTI и IATA просим указать конкретный перечень принимаемых подтверждающих документов. Допускается ли письмо или декларация изготовителя о соответствии действующей редакции WADA International Standard for Testing and Investigations и требованиям IATA, либо необходим отдельный сертификат или протокол испытаний? Достаточно письма или декларации изготовителя о соответствии Товара действующей редакции WADA International Standard for Testing and Investigations и нанесенной информации на упаковке товара, и требованиям IATA Для требований о выдерживании не менее трёх циклов замораживания и оттаивания просим разъяснить, какой документ является достаточным

			№82004120-ОК2 требуется 100 комплектов, каждый из которых содержит контейнеры А и В, красную и синюю защитные крышки, два транспортировочных пакета, восемь идентификационных стикеров, инструкцию и защитную картонную упаковку; * семизначный идентификационный номер должен быть одинаковым на всех компонентах соответствующего комплекта; * визуальное и акустическое подтверждение закрытия допускается подтвердить техническим паспортом или письмом изготовителя; * требование о сроке годности не менее 30 месяцев означает остаточный срок годности на дату фактической поставки товара заказчику. 4. Лот №82004121-ОК2, одноразовый регистратор температуры В технической спецификации рабочий диапазон указан от -30 °С до +70 °С, при этом в описании диапазона точности встречается значение от -35 °С. Просим указать			подтверждением: технический паспорт, декларация изготовителя, протокол испытаний изготовителя или протокол независимой лаборатории. Просим также уточнить, распространяется ли данное требование на пустые контейнеры, крышки и систему пломбирования или на комплект с заполненным образцом. Для требований о выдерживании не менее трёх циклов замораживания и оттаивания необходимо предоставить декларацию изготовителя и протокол испытаний изготовителя. Данные требования действуют на все компоненты набора с заполненным образцом биоматериала. Просим предоставить исчерпывающий перечень документов, которые необходимо передать при поставке по каждому лоту, включая документы о происхождении, соответствии, регистрации, качестве, калибровке, сроке годности и безопасности товара. Изготовитель наборов, предназначенных для сбора,

			обязательную нижнюю границу рабочего диапазона: -30 °C или -35 °C. Технической спецификацией установлена точность ±0,2 °C в диапазоне от -10 °C до +25 °C и толщина корпуса не более 10 мм. Вместе с тем актуальные серийно выпускаемые регистраторы, соответствующие остальным требованиям спецификации, могут иметь заявленную изготовителем точность ±0,4 °C и размеры 96 × 37 × 11 мм. Просим разъяснить: * допускается ли точность ±0,4 °C в диапазоне от -10 °C до +25 °C; * допускается ли толщина корпуса 11 мм; * либо требования ±0,2 °C и не более 10 мм являются строго обязательными без каких-либо отклонений. Просим уточнить, должен ли каждый регистратор иметь отдельный индивидуальный сертификат калибровки, прослеживаемый к ILAC, NIST или ISO/IEC 17025, либо допускается один сертификат			безопасной транспортировки и хранения биоматериалов, предоставит все необходимые документы при огрузке товара поставщику. Срок годности товара указан на каждом комплекте индивидуально. Просим указать, требуется ли предварительное предоставление и согласование образцов товара до поставки. Если требуется, просим указать порядок, сроки и критерии такого согласования. Предварительное предоставление и согласование образцов товара до поставки не требуется. Товар принимается согласно предоставленной Заказчиком Технической спецификации закупаемых товаров и предоставленным предложениям поставщика, определившегося в результате проведения открытого конкурса согласно критериям и требованиям Закона о госзакупках в РК и Правилам осуществления госзакупок. Все процедуры проводятся электронно на вебсайте госзакупок.

			на производственную партию. Просим указать, какие документы подтверждают соответствие требованиям CE, EN 12830, EMC, RTCA DO-160, RoHS, WHO-PQS, ISO 19005-1 и FDA 21 CFR Part 11. Требуется ли наличие отдельного сертификата по каждому требованию или допускаются декларации изготовителя, протоколы испытаний и официальная техническая документация? Просим разъяснить содержание требования Safe Transport of Chemical Goods compliance: какому конкретно стандарту или нормативному документу должен соответствовать товар и какой документ необходимо предоставить в подтверждение. Просим подтвердить, что к поставке требуется ровно 150 регистраторов. Допускается ли транспортная упаковка изготовителя, рассчитанная на иное количество устройств, при условии поставки и оплаты ровно 150 штук? 5. Лот			/> Просим уточнить, являются ли все указанные размеры и масса строго фиксированными либо допускаются стандартные производственные отклонения. Если допускаются, просим указать допустимые пределы отклонений и документы, по которым характеристики будут проверяться при приёмке. Размеры и масса закупаемого товара может варьироваться до 0,5 см и 10 гр в ту или иную сторону. Просим подтвердить, что инструкции, маркировка и документы изготовителя на английском языке допускаются при наличии перевода на русский и/или казахский язык. Инструкции и маркировка товара может быть только на английском языке, перевод на русский и/или казахский язык не требуется. Документы изготовителя на английском языке допускаются при наличии перевода на русский и/или казахский язык. 3. Лоты №87354169-ОК2 и

			№82004122-ОК2, комплект промежуточного опечатывания Просим подтвердить, что одна единица товара включает одну индивидуально пронумерованную защитную ленту и один прозрачный самозаклеивающийся пакет, то есть для поставки 700 комплектов требуется 700 защитных лент и 700 пакетов. В спецификации указано требование о применении углеродно-нейтрального материала пакета. Просим разъяснить, какой документ должен подтверждать углеродную нейтральность: сертификат материала, экологическая декларация изготовителя, отчёт об углеродном следе либо иной документ. Просим уточнить, являются ли размеры защитной ленты, боковых частей и пакета строго фиксированными либо допустимы стандартные производственные отклонения. Просим подтвердить, что срок годности не менее 30 месяцев должен быть указан изготовителем			№82004120-ОК2 Просим подтвердить, что: * по лоту №87354169-ОК2 требуется 100 комплектов, каждый из которых содержит один контейнер А, одну красную защитную крышку, один транспортировочный пакет, восемь идентификационных стикеров, инструкцию и защитную картонную упаковку; * по лоту №82004120-ОК2 требуется 100 комплектов, каждый из которых содержит контейнеры А и В, красную и синюю защитные крышки, два транспортировочных пакета, восемь идентификационных стикеров, инструкцию и защитную картонную упаковку; * семизначный идентификационный номер должен быть одинаковым на всех компонентах соответствующего комплекта; * визуальное и акустическое подтверждение закрытия допускается подтвердить техническим паспортом или письмом изготовителя; * требование о сроке годности не менее 30 месяцев означает

			на упаковке каждого комплекта или партии и исчисляться с даты фактической поставки заказчику. 6. Лот №82004123-ОК2, принадлежности для сбора цельной крови Обозначение SST II может относиться к определённой технологии или товарной серии. Просим разъяснить, допускается ли поставка эквивалентных вакуумных пробирок объёмом 5 мл с разделительным гелем, полностью соответствующих функциональным требованиям, либо обозначение SST II является обязательным. Просим уточнить характеристики стерильной безопасной иглы 21G: * требуемую длину иглы; * наличие и тип защитного механизма; * тип соединения; * должна ли игла быть предназначена для совместной работы с предлагаемыми вакуумными пробирками и держателем. Просим уточнить требования к держателю: одноразовый или			остаточный срок годности на дату фактической поставки товара заказчику. По лоту №87354169-ОК2 – количество требуемого Товара указано в графе «Количество (объем)*» Технической спецификации закупаемых товаров лота №87354169-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. Полная характеристика требуемого Товара по лоту №87354169-ОК2, включая полные характеристики и описания деталей комплекта, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» лота №87354169-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. По лоту №82004120-ОК2– количество требуемого Товара указано в графе «Количество (объем)*» Технической спецификации закупаемых товаров лота №82004120-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. Полная характеристика требуемого

			многоразовый, стандартный или с механизмом безопасного отсоединения иглы. Просим подтвердить, включает ли предельная масса 22 г массу внешнего пластикового пакета, этикетки и всех компонентов либо только массу двух пробирок, иглы и держателя. Просим разъяснить, должен ли комплект быть собран и запечатан изготовителем в заводских условиях либо допускается комплектование поставщиком из оригинальных совместимых компонентов разных изготовителей. Просим уточнить, должен ли внешний пакет комплекта быть стерильным либо требование стерильности распространяется только на иглу и иные компоненты, имеющие соответствующую заводскую стерильную упаковку. Просим указать: * требуется ли государственная регистрация пробирок, иглы и держателя в Республике Казахстан в качестве медицинских			Товара по лоту №82004120-ОК2, включая полные характеристики и описания деталей комплекта, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» лота №82004120-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. 4. Лот №82004121-ОК2, одноразовый регистратор температуры В технической спецификации рабочий диапазон указан от -30 °С до +70 °С, при этом в описании диапазона точности встречается значение от -35 °С. Просим указать обязательную нижнюю границу рабочего диапазона: -30 °С или -35 °С. Обязательная нижняя граница рабочего диапазона допускается от -30 °С и ниже. Технической спецификацией установлена точность ±0,2 °С в диапазоне от -10 °С до +25 °С и толщина корпуса не более 10 мм. Вместе с тем актуальные серийно

			изделий; * какие регистрационные удостоверения, разрешения или документы необходимо предоставить; * на каком этапе они предоставляются: в составе заявки или при поставке; * должен ли сертификат ISO 9001 быть оформлен на изготовителя каждого компонента либо на организацию, осуществляющую сборку и упаковку готового комплекта; * какой минимальный остаточный срок годности должен быть у стерильной иглы и других компонентов, кроме пробирок. 7. Лот №82004128-ОК2, комплект для сбора, хранения и транспортировки образцов мочи Казахская и русская версии технической спецификации содержат следующие расхождения: * масса комплекта: 146 г в казахской версии и 196 г в русской версии; * размер ёмкости для первичного сбора мочи: 100 × 62 мм в казахской версии и 100 × 65 мм в русской			выпускаемые регистраторы, соответствующие остальным требованиям спецификации, могут иметь заявленную изготовителем точность ±0,4 °C и размеры 96 × 37 × 11 мм. Просим разъяснить: * допускается ли точность ±0,4 °C в диапазоне от -10 °C до +25 °C; * допускается ли толщина корпуса 11 мм; * либо требования ±0,2 °C и не более 10 мм являются строго обязательными без каких-либо отклонений. Размеры регистратора температуры, включая толщину должны соответствовать требуемым, так как они должны быть приложены к биопробам внутрь упаковки и регистрировать температуру во время хранения и транспортировки. Отклонения от требуемых размеров, включая толщину, могут привести к искажению данных при отсутствии достаточного места при хранении и транспортировки. Просим уточнить, должен ли каждый

			версии; * диаметр верхней части ёмкости: 62 мм в казахской версии и 65 мм в русской версии; * размер общего герметичного перфорированного пакета: 130 × 200 мм в казахской версии и 130 × 550 мм в русской версии; * русская версия указывает раздельное размещение ёмкости и крышки внутри общего пакета, тогда как казахская версия не содержит однозначного требования о таком раздельном размещении; * требование о выдерживании не менее трёх циклов замораживания и оттаивания и требование о белой отметке максимально допустимого объёма жидкости изложены в русской версии, но отсутствуют либо изложены иначе в казахской версии. Просим по каждому указанному параметру сообщить правильное обязательное значение и внести соответствующие изменения, чтобы казахская и русская версии содержали идентичные требования.			регистратор иметь отдельный индивидуальный сертификат калибровки, прослеживаемый к ILAC, NIST или ISO/IEC 17025, либо допускается один сертификат на производственную партию. Сертификат предоставляется один на одну серию товара. Просим указать, какие документы подтверждают соответствие требованиям CE, EN 12830, EMC, RTCA DO-160, RoHS, WHO-PQS, ISO 19005-1 и FDA 21 CFR Part 11. Требуется ли наличие отдельного сертификата по каждому требованию или допускаются декларации изготовителя, протоколы испытаний и официальная техническая документация? Достаточна декларация изготовителя, протоколы испытаний и официальная техническая документация. Просим разъяснить содержание требования Safe Transport of Chemical Goods compliance: какому конкретно стандарту или нормативному документу должен соответствовать

			/> Также просим уточнить: * масса 146 г или 196 г относится к основному комплекту контейнеров A/B без ёмкости для первичного сбора мочи либо к полному комплекту со всеми пакетами, абсорбентами, стикерами, картонной коробкой, ёмкостью для сбора мочи, её крышкой и индивидуальной упаковкой; * 62 мм является диаметром корпуса или горловины, а 65 мм максимальной шириной с учётом выступа или носика, либо одно из этих значений является ошибочным; * должен ли пакет для ёмкости для сбора мочи иметь размер 130 × 200 мм либо 130 × 550 мм; * должна ли ёмкость и её крышка находиться в одном общем пакете или в двух отдельных внутренних упаковках; * каким документом подтверждается стерильность ёмкости для первичного сбора мочи; * требуется ли указание метода стерилизации и срока сохранения стерильности; *			товар и какой документ необходимо предоставить в подтверждение. Документ предоставляет изготовитель. Просим подтвердить, что к поставке требуется ровно 150 регистраторов. Допускается ли транспортная упаковка изготовителя, рассчитанная на иное количество устройств, при условии поставки и оплаты ровно 150 штук? Не до конца понятен вопрос. Товар должен быть поставлен в надлежащем виде, безопасно упакован для транспортировки до склада Заказчика и дальнейшего хранения до использования. 5. Лот №82004122-ОК2, комплект промежуточного опечатывания Просим подтвердить, что одна единица товара включает одну индивидуально пронумерованную защитную ленту и один прозрачный самозаклеивающийся пакет, то есть для поставки 700 комплектов требуется 700 защитных лент и 700 пакетов. По лоту

			допускается ли инструкция на упаковке ёмкости на английском языке с переводом либо обязательна заводская маркировка на русском и/или казахском языке. 8. Срок поставки, приёмка и оплата Просим подтвердить, что срок поставки 30 календарных дней исчисляется со дня вступления договора в силу. Просим разъяснить: * допускается ли досрочная или частичная поставка; * допускается ли объединённая доставка товаров по нескольким присуждённым лотам; * означает ли адрес поставки «3 этаж, без лифта», что поставщик обязан собственными силами и за свой счёт выполнить разгрузку, подъём и передачу товара непосредственно на третьем этаже; * в течение какого срока после подписания электронного акта производится оплата; * какие проверки и документы являются основанием для окончательной			№82004122-ОК2– количество требуемого Товара указано в графе «Количество (объем)*» Технической спецификации закупаемых товаров лота №82004122-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. Полная характеристика требуемого Товара по лоту №82004122-ОК2, включая полные характеристики и описания деталей комплекта, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» лота №82004122-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. В спецификации указано требование о применении углеродно-нейтрального материала пакета. Просим разъяснить, какой документ должен подтверждать углеродную нейтральность: сертификат материала, экологическая декларация изготовителя, отчёт об углеродном следе либо иной документ. Пакет должен быть

			приёмки; * будут ли размеры и масса проверяться фактическим измерением каждого товара или по официальной технической документации изготовителя; * каким документом подтверждается остаточный срок годности; * допускается ли замена товара при выявлении несоответствия без применения штрафных санкций, если замена произведена в установленный заказчиком срок. Просим предоставить отдельный и однозначный ответ по каждому пункту, поскольку указанные разъяснения непосредственно влияют на подбор товара, подтверждение его соответствия, расчёт стоимости и возможность поставки в установленный срок.			соответственно промаркирован. Просим уточнить, являются ли размеры защитной ленты, боковых частей и пакета строго фиксированными либо допустимы стандартные производственные отклонения. Все размеры должны быть строго фиксированными. Не допускаются производственные отклонения. Просим подтвердить, что срок годности не менее 30 месяцев должен быть указан изготовителем на упаковке каждого комплекта или партии и исчисляться с даты фактической поставки заказчику. Подтверждаем 6. Лот №82004123-ОК2, принадлежности для сбора цельной крови Обозначение SST II может относиться к определённой технологии или товарной серии. Просим разъяснить, допускается ли поставка эквивалентных вакуумных пробирок объёмом 5 мл с разделительным гелем, полностью соответствующих функциональным требованиям,

						либо обозначение SST II является обязательным. Обозначение SST II к данному товару является обязательным, так как методы определения допинговых веществ валидированы к данному виду пробирок. Просим уточнить характеристики стерильной безопасной иглы 21G: * требуемую длину иглы; * наличие и тип защитного механизма; * тип соединения; * должна ли игла быть предназначена для совместной работы с предлагаемыми вакуумными пробирками и держателем. Игла 21G, длина 34-38 мм, имеет встроенный одноразовый защитный экран Safety Shield, соединение резьбовое. Игла и держатель должны быть предназначена для совместной работы с предлагаемыми вакуумными пробирками и держателем. Просим уточнить требования к держателю: одноразовый или многоразовый, стандартный или с механизмом

						безопасного отсоединения иглы. Держатель одноразовый, стандартный. Просим подтвердить, включает ли предельная масса 22 г массу внешнего пластикового пакета, этикетки и всех компонентов либо только массу двух пробирок, иглы и держателя. Возможны отклонения + 10 гр. Просим разъяснить, должен ли комплект быть собран и запечатан изготовителем в заводских условиях либо допускается комплектование поставщиком из оригинальных совместимых компонентов разных изготовителей. Комплект должен быть запечатан изготовителем в заводских условиях. Все комплектующие Товара должны быть от одного изготовителя для совместной работы Просим уточнить, должен ли внешний пакет комплекта быть стерильным либо требование стерильности распространяется только на иглу и иные компоненты, имеющие соответствующую

						заводскую стерильную упаковку. Требование стерильности распространяется на иглу и иные компоненты, включая пробирку, имеющие соответствующую заводскую стерильную упаковку. Просим указать: * требуется ли государственная регистрация пробирок, иглы и держателя в Республике Казахстан в качестве медицинских изделий; * какие регистрационные удостоверения, разрешения или документы необходимо предоставить; * на каком этапе они предоставляются: в составе заявки или при поставке; * должен ли сертификат ISO 9001 быть оформлен на изготовителя каждого компонента либо на организацию, осуществляющую сборку и упаковку готового комплекта; * какой минимальный остаточный срок годности должен быть у стерильной иглы и других компонентов, кроме пробирок. Регистрация пробирок, иглы и

						держателя в Республике Казахстан в качестве медицинских изделий не требуется. Сертификат ISO 9001 должен быть оформлен на изготовителя каждого компонента. 7. Лот №82004128-ОК2, комплект для сбора, хранения и транспортировки образцов мочи Казахская и русская версии технической спецификации содержат следующие расхождения: * масса комплекта: 146 г в казахской версии и 196 г в русской версии; * размер ёмкости для первичного сбора мочи: 100 × 62 мм в казахской версии и 100 × 65 мм в русской версии; * диаметр верхней части ёмкости: 62 мм в казахской версии и 65 мм в русской версии; * размер общего герметичного перфорированного пакета: 130 × 200 мм в казахской версии и 130 × 550 мм в русской версии; * русская версия указывает раздельное размещение ёмкости и крышки внутри

						общего пакета, тогда как казахская версия не содержит однозначного требования о таком раздельном размещении; * требование о выдерживании не менее трёх циклов замораживания и оттаивания и требование о белой отметке максимально допустимого объёма жидкости изложены в русской версии, но отсутствуют либо изложены иначе в казахской версии. Просим по каждому указанному параметру сообщить правильное обязательное значение и внести соответствующие изменения, чтобы казахская и русская версии содержали идентичные требования. - Внесем изменение Также просим уточнить: * масса 146 г или 196 г относится к основному комплекту контейнеров А/В без ёмкости для первичного сбора мочи либо к полному комплекту со всеми пакетами, абсорбентами, стикерами, картонной коробкой, ёмкостью для сбора мочи, её крышкой и

						индивидуальной упаковкой; 196гр правильно, опечатка * 62 мм является диаметром корпуса или горловины, а 65 мм максимальной шириной с учётом выступа или носика, либо одно из этих значений является ошибочным; 65 мм- максимальная ширина в горловине без учета носика * должен ли пакет для ёмкости для сбора мочи иметь размер 130 × 200 мм либо 130 × 550 мм; 130 × 550 мм; * должна ли ёмкость и её крышка находиться в одном общем пакете или в двух отдельных внутренних упаковках; В двух отдельных внутренних упаковках; * каким документом подтверждается стерильность ёмкости для первичного сбора мочи; Предоставляет изготовитель * требуется ли указание метода стерилизации и срока сохранения стерильности; нет * допускается ли

						инструкция на упаковке ёмкости на английском языке с переводом либо обязательна заводская маркировка на русском и/или казахском языке. перевод на русский/казахский не обязателен 8. Срок поставки, приёмка и оплата Просим подтвердить, что срок поставки 30 календарных дней исчисляется со дня вступления договора в силу. Да, 30 календарных дней исчисляется со дня вступления договора в силу. Просим разъяснить: * допускается ли досрочная или частичная поставка – досрочная поставка допускается * допускается ли объединённая доставка товаров по нескольким присуждённым лотам; Объединённая доставка товаров по нескольким присуждённым лотам допускается и приветствуется. * означает ли адрес поставки «3 этаж, без лифта», что поставщик обязан

						собственными силами и за свой счёт выполнить разгрузку, подъём и передачу товара непосредственно на третьем этаже – да, поставщик должен доставить товар до офиса, который на 3 этаже БЦ; * в течение какого срока после подписания электронного акта производится оплата – Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. * какие проверки и документы являются основанием для окончательной приёмки – Окончательная приемка товара осуществляется после проверки его соответствия условиям договора , технической спецификации, а также количественным, качественным и комплектным характеристикам. Основанием для окончательной приемки являются результаты приемочного

						контроля и документы, предусмотренные договором, технической спецификацией и требованиями законодательства Республики Казахстан, бухгалтерские документы подтверждающие поставку и соответствие товара установленным требованиям. * будут ли размеры и масса проверяться фактическим измерением каждого товара или по официальной технической документации изготовителя; Прием товара по официальной технической документации изготовителя. Производится осмотр и измерения одного случайно выбранного набора каждого лота, также, считается количество товара. * каким документом подтверждается остаточный срок годности; Срок годности и дата изготовления указываются производителем на упаковке товара. При приемке товара остаточный срок годности определяется исходя из даты изготовления и установленного производителем срока

						годности, указанного на упаковке. * допускается ли замена товара при выявлении несоответствия без применения штрафных санкций, если замена произведена в установленный заказчиком срок – В случае выявления при приемке товара несоответствия условиям договора или технической спецификации поставщик должен заменить товар на соответствующий установленным требованиям в срок, определенный заказчиком. Вопрос применения штрафных санкций рассматривается в соответствии с условиями договора о государственных закупках и требованиями законодательства Республики Казахстан с учетом фактических обстоятельств исполнения обязательств.

2	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Наименования и коды ряда лотов не соответствуют фактически закупаемым товарам. Под наименованием «Пробирка» закупаются комплекты защищенных контейнеров для сбора и транспортировки крови и мочи, пакеты, пломбы, иглы, держатели и иные принадлежности, а под наименованием «Термометр» — электронный одноразовый регистратор температуры с памятью, дисплеем, USB и программным обеспечением. Требуем привести наименования, единицы измерения и коды ЕНС ТРУ в соответствие с фактическим предметом каждого лота. 2. Лот №82004123-ОК2 имеет единицу измерения «штука» и наименование «Пробирка», однако одна единица фактически представляет запечатанный комплект из двух вакуумных пробирок, стерильной иглы безопасности и держателя. Требуем установить единицу измерения «комплект» и корректное наименование товара.	2026-07-29 11:10:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Наименования и коды ряда лотов не соответствуют фактически закупаемым товарам. Под наименованием «Пробирка» закупаются комплекты защищенных контейнеров для сбора и транспортировки крови и мочи, пакеты, пломбы, иглы, держатели и иные принадлежности, а под наименованием «Термометр» — электронный одноразовый регистратор температуры с памятью, дисплеем, USB и программным обеспечением. Требуем привести наименования, единицы измерения и коды ЕНС ТРУ в соответствие с фактическим предметом каждого лота. еденицы измерение будут изменены в некоторых лотах 2. Лот №82004123-ОК2 имеет единицу измерения «штука» и наименование «Пробирка», однако одна единица фактически представляет запечатанный комплект из двух вакуумных пробирок, стерильной иглы безопасности и держателя. Требуем установить единицу измерения «комплект» и

			/> 3. Лоты №82004120-ОК2, №82004128-ОК2 и №87354169-ОК2 отнесены к коду и наименованию «Пробирка», хотя фактически содержат защищенные транспортировочные контейнеры, крышки-пломбы, пакеты, стикеры, инструкции и картонную упаковку. Такое описание не соответствует обычной пробирке и искажает предмет закупки. 4. Лот №82004122-ОК2 также назван «Пробирка», однако закупается комплект из защитной пломбы-ленты и самозаклеивающегося транспортировочного пакета. Требуем применить наименование и код, относящиеся к пакетам, пломбам либо расходным материалам для упаковки биологических образцов. 5. Лот №82004121-ОК2 назван «Термометр», но его характеристики описывают электронный даталоггер холодовой цепи с записью 24 200 измерений, USB-интерфейсом, PDF-генератором, программируемыми тревогами и специализированным ПО. Термометр и			корректное наименование товара. Внесем из измерение «комплект» 3. Лоты №82004120-ОК2, №82004128-ОК2 и №87354169-ОК2 отнесены к коду и наименованию «Пробирка», хотя фактически содержат защищенные транспортировочные контейнеры, крышки-пломбы, пакеты, стикеры, инструкции и картонную упаковку. Такое описание не соответствует обычной пробирке и искажает предмет закупки. 4. Лот №82004122-ОК2 также назван «Пробирка», однако закупается комплект из защитной пломбы-ленты и самозаклеивающегося транспортировочного пакета. Требуем применить наименование и код, относящиеся к пакетам, пломбам либо расходным материалам для упаковки биологических образцов. 5. Лот №82004121-ОК2 назван «Термометр», но его характеристики описывают электронный даталоггер холодовой цепи с записью 24 200 измерений,

			регистратор температуры являются различными товарами. Требуем исправить наименование и код ЕНС ТРУ. 6. Технические спецификации контейнеров содержат совокупность точных конструктивных признаков: красные и синие контейнеры A и B, семи- или восьмизначная нумерация, защищенные QR-коды, водяные знаки, определенные цвета крышек и этикеток, визуальное и акустическое подтверждение закрытия, точные размеры, массы и конфигурация упаковки. Такая совокупность воспроизводит конкретную закрытую систему сбора образцов и ограничивает предложение функциональных эквивалентов. 7. Требования о нанесении на контейнеры, крышки, этикетки, стикеры и упаковку одного идентичного номера, защищенного QR-кода и графики подлинности предполагают наличие у поставщика доступа к единой производственной системе нумерации конкретного изготовителя.			USB-интерфейсом, PDF-генератором, программируемыми тревогами и специализированным ПО. Термометр и регистратор температуры являются различными товарами. Требуем исправить наименование и код ЕНС ТРУ. Функциональное назначение закупаемого изделия заключается в измерении, контроле и регистрации температуры, что соответствует группе товаров «Термометры». Дополнительные функциональные возможности, такие как регистрация результатов измерений, формирование PDF-отчетов, наличие памяти, программируемых порогов сигнализации, USB-интерфейса и программного обеспечения, являются техническими характеристиками изделия и не изменяют его основного назначения как средства измерения температуры 6. Технические спецификации контейнеров содержат совокупность точных конструктивных признаков: красные и синие контейнеры A и B, семи- или

			Это фактически делает участие зависимым от третьего лица. Требуем установить функциональное требование уникальной прослеживаемости без копирования фирменной системы маркировки. 8. Понятие «два уровня аутентификации» контейнера не определено. Не указано, какие именно уровни защиты имеются в виду, как они реализуются и проверяются. Требуем установить объективные признаки защиты от вскрытия и подмены без фирменной терминологии. 9. Формулировки о QR-коде «с защищенной графикой для идентификации подлинности» не содержат требований к формату данных, алгоритму проверки, сроку доступности сервиса и праву Заказчика пользоваться системой. Требуем раскрыть технический способ проверки либо допустить любые независимые средства прослеживаемости. 10. Требования точных размеров контейнеров, крышек и коробок, включая			восьмизначная нумерация, защищенные QR-коды, водяные знаки, определенные цвета крышек и этикеток, визуальное и акустическое подтверждение закрытия, точные размеры, массы и конфигурация упаковки. Такая совокупность воспроизводит конкретную закрытую систему сбора образцов и ограничивает предложение функциональных эквивалентов. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 7. Требования о нанесении на контейнеры, крышки, этикетки, стикеры и

			120 мм, 20–22 мм, 27 мм, 35–37 мм, 140×80×40 мм, 127×104×55 мм, а также точных масс 8, 30, 64, 98 и 146 г, имеют признаки описания конкретных изделий. Размеры и масса должны устанавливаться диапазонами, обусловленными объемом образца и условиями транспортировки. 11. Требования конкретного цвета контейнеров, крышек, этикеток, вертикальных полос и серебристых защитных наклеек являются преимущественно дизайнерскими признаками. Для идентификации проб А и В достаточно различимой маркировки. Требуем допустить иные цвета при сохранении однозначной идентификации образцов. 12. Требование визуального и акустического подтверждения закрытия, одноступенчатой защелкивающейся системы и невозможности открытия без специального оборудования ограничивает конструкцию крышки. Требуем установить конечный результат — выявление вскрытия			упаковку одного идентичного номера, защищенного QR-кода и графики подлинности предполагают наличие у поставщика доступа к единой производственной системе нумерации конкретного изготовителя. Это фактически делает участие зависимым от третьего лица. Требуем установить функциональное требование уникальной прослеживаемости без копирования фирменной системы маркировки. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 8. Понятие

			и исключение повторного незаметного закрытия — без закрепления конкретного механизма. 13. В лотах используются неопределенные ссылки на требования Международной ассоциации воздушного транспорта, Международного олимпийского комитета, ВАДА и Международный стандарт по тестированию и расследованиям. Не указаны точные названия документов, редакции, пункты и обязательные критерии. Требуем конкретизировать применимые нормы и документы подтверждения. 14. Требование нанесения инструкции «на одном из языков Международного олимпийского комитета и ВАДА» является неопределенным. Не указан конкретный язык, приоритет казахского и русского языков и допустимость многоязычной маркировки. Требуем установить однозначные языковые требования. 15. Во всех специализированных расходных материалах установлено требование			«два уровня аутентификации» контейнера не определено. Не указано, какие именно уровни защиты имеются в виду, как они реализуются и проверяются. Требуем установить объективные признаки защиты от вскрытия и подмены без фирменной терминологии. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 9. Формулировки о QR-коде «с защищенной графикой для идентификации подлинности» не содержат требований к формату данных, алгоритму проверки,

			международного сертификата ISO 9001 непосредственно на товар. ISO 9001 подтверждает систему менеджмента качества организации, а не соответствие отдельной пробирки, пакета, контейнера или пломбы. Требуем сформулировать требование корректно либо исключить его. 16. Не указано, чей сертификат ISO 9001 должен представляться: изготовителя товара, поставщика, владельца системы маркировки либо производителя отдельных комплектующих. Не определены область сертификации, орган выдачи, аккредитация и стадия предоставления. Такое требование допускает субъективное рассмотрение. 17. Действующая форма Приложения 13 запрещает устанавливать в технической спецификации квалификационные требования к потенциальному поставщику. Из обновленной формы КД исключены прежние положения о письмах, сертификатах, свидетельствах и иных документах			сроку доступности сервиса и праву Заказчика пользоваться системой. Требуем раскрыть технический способ проверки либо допустить любые независимые средства прослеживаемости. QR-коды биопроб считываются в антидопинговой лаборатории, имеющие аккредитацию ВАДА. Информация о формате данных, алгоритму проверки, сроку доступности сервиса предоставляются изготовителем, и согласовывается с антидопинговой лабораторией, имеющей аккредитацию ВАДА. 10. Требования точных размеров контейнеров, крышек и коробок, включая 120 мм, 20–22 мм, 27 мм, 35–37 мм, 140×80×40 мм, 127×104×55 мм, а также точных масс 8, 30, 64, 98 и 146 г, имеют признаки описания конкретных изделий. Размеры и масса должны устанавливаться диапазонами, обусловленными объемом образца и условиями транспортировки. Техническая спецификация разработана исходя из

			производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем подтвердить, что ISO 9001, документы IATA, ВАДА, изготовителя и системы маркировки не будут использоваться как требования к статусу участника. 18. Требования о нанесении на товар названия конкретной компании-изготовителя и одновременной защищенной нумерации фактически предполагают поставку готовой системы определенного производителя. Требуем подтвердить наличие не менее трех независимых производителей, продукция которых соответствует всей совокупности условий каждого лота. 19. Для комплектов заявлена устойчивость не менее чем к трем циклам замораживания и размораживания, однако не указаны температуры, продолжительность циклов, скорость замораживания, объем образца и методика проверки герметичности. Требуем установить полноценную программу испытаний либо принимать			потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 11. Требования конкретного цвета контейнеров, крышек, этикеток, вертикальных полос и серебристых защитных наклеек являются преимущественно дизайнерскими признаками. Для идентификации проб А и В достаточно различимой маркировки. Требуем допустить иные цвета при сохранении однозначной идентификации образцов. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере

			официальные данные изготовителя. 20. В лоте №82004123-ОК2 прямо указан консервирующий гель SST II. Не определено, является ли SST II общепринятым типом реагента либо обозначением конкретной технологии производителя, а также какие эквивалентные разделительные гели допускаются. Требуем установить функциональные свойства геля без фирменного обозначения. 21. Требование черной внутренней и желтой наружной крышки вакуумных пробирок не обосновано медицинской функцией. Международные системы цветовой кодировки крышек могут различаться. Требуем закрепить тип реагента, объем и назначение пробирки, а не конкретное цветовое исполнение. 22. В лоте №82004121-ОК2 характеристики регистратора температуры чрезмерно детализированы: ровно 24 200 измерений, дисплей 23,5×23,5 мм, размеры не более 96×37×10 мм, масса 0,038			государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 12. Требование визуального и акустического подтверждения закрытия, одноступенчатой защелкивающейся системы и невозможности открытия без специального оборудования ограничивает конструкцию крышки. Требуем установить конечный результат — выявление вскрытия и исключение повторного незаметного закрытия — без закрепления конкретного механизма. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании

			кг, восемь уровней тревог, конкретные экранные обозначения Conf, Start, Run, Stop и программное обеспечение Smart Start. Данная комбинация соответствует ограниченной модели и должна быть заменена функциональными показателями. 23. Указание программного обеспечения Smart Start является прямым фирменным наименованием без слов «или эквивалент» и без критериев эквивалентности. Требуем исключить конкретное название и описать необходимые функции настройки, считывания и анализа данных. 24. Не определены условия использования программного обеспечения регистратора: тип лицензии, срок действия, количество рабочих мест, поддерживаемые операционные системы, необходимость регистрации, облачного сервиса, доступа к серверу производителя и передачи обновлений. Требуем раскрыть полный объем поставки. 25. Одновременное			технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 13. В лотах используются неопределенные ссылки на требования Международной ассоциации воздушного транспорта, Международного олимпийского комитета, ВАДА и Международный стандарт по тестированию и расследованиям. Не указаны точные названия документов, редакции, пункты и обязательные критерии. Требуем конкретизировать применимые нормы и документы подтверждения. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической

			требование соответствия PDF/A, FDA 21 CFR Part 11, CE, EN 12830, EMC, RTCA DO-160, RoHS, WHO PQS и требованиям перевозки химических грузов не сопровождается обоснованием применимости каждого документа. Часть требований относится к различным областям регулирования. Требуем указать конкретные пункты и обязательные документы подтверждения. 26. Требование сертификата «ILAC/NIST/ISO 17025» сформулировано некорректно: ILAC является международным объединением, NIST — организацией и системой прослеживаемости, ISO/IEC 17025 устанавливает требования к лабораториям. Требуем указать, нужен ли индивидуальный калибровочный сертификат, какая лаборатория его выдает и какая метрологическая прослеживаемость требуется. 27. Для регистратора не указано, должен ли каждый из 150 приборов иметь индивидуальный калибровочный сертификат,			спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 14. Требование нанесения инструкции «на одном из языков Международного олимпийского комитета и ВАДА» является неопределенным. Не указан конкретный язык, приоритет казахского и русского языков и допустимость многоязычной маркировки. Требуем установить однозначные языковые требования. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не

			допускается ли групповой сертификат и каков срок калибровки. Неопределенность может привести к дополнительным расходам и субъективной приемке. 28. В ТС отсутствует методика проверки точности регистратора ±0,2 °C, памяти, времени работы, тревог, PDF-отчета и соответствия требованиям электронных записей. Требуем определить, проводится ли фактическое испытание либо достаточно паспортных и калибровочных документов. 29. Срок годности не менее 30 месяцев со дня поставки по большинству лотов существенно ограничивает остаточный срок серийно выпускаемой импортной продукции и может быть обеспечен только поставкой из специально изготовленной партии. Требуем обосновать фактический период использования и допустить разумный остаточный срок. 30. Срок поставки 30 календарных дней без аванса для специализированных			ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 15. Во всех специализированных расходных материалах установлено требование международного сертификата ISO 9001 непосредственно на товар. ISO 9001 подтверждает систему менеджмента качества организации, а не соответствие отдельной пробирки, пакета, контейнера или пломбы. Требуем сформулировать требование корректно либо исключить его. Сертификат ISO 9001 предоставляется изготовителем и поставщиком. 16. Не указано, чей сертификат ISO 9001 должен представляться: изготовителя товара, поставщика, владельца системы маркировки либо производителя отдельных комплектующих. Не определены область сертификации, орган выдачи, аккредитация и стадия

			импортных систем с уникальной нумерацией, защищенными QR-кодами, сертификатами и сроком годности 30 месяцев может быть исполнен преимущественно поставщиком, заранее располагающим продукцией конкретного производителя. Требуем подтвердить анализ рынка либо увеличить срок поставки. 31. Гарантийный срок 12 месяцев автоматически установлен и для одноразовых расходных материалов с отдельным сроком годности. Не определено, чем гарантия отличается от срока годности и какие дефекты устраняются в гарантийном порядке. Требуем разграничить данные понятия. 32. В ТС отсутствует объективный порядок приемки защитных свойств контейнеров, пломб, QR-кодов, водяных знаков, акустического закрытия, устойчивости к замораживанию и соответствия международным требованиям. Требуем установить закрытый перечень проверок и документов.			предоставления. Такое требование допускает субъективное рассмотрение. Сертификат ISO 9001 предоставляется изготовителем и поставщиком. 17. Действующая форма Приложения 13 запрещает устанавливать в технической спецификации квалификационные требования к потенциальному поставщику. Из обновленной формы КД исключены прежние положения о письмах, сертификатах, свидетельствах и иных документах производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем подтвердить, что ISO 9001, документы IATA, ВАДА, изготовителя и системы маркировки не будут использоваться как требования к статусу участника. Запрет, установленный Приложением 13 к Правилам государственных закупок, распространяется на квалификационные требования к потенциальному поставщику и не исключает возможность установления требований к документам, подтверждающим

			/> 33. Совокупность точной геометрии, цветовой схемы, фирменной нумерации, защищенной графики, программного обеспечения Smart Start и неопределенных международных сертификатов указывает на закупку продукции заранее выбранной экосистемы. Требуем переработать все шесть ТС в нейтральной, функциональной и конкурентной редакции.			соответствие предлагаемого товара технической спецификации. Сертификаты и иные документы производителя, запрашиваемые исключительно для подтверждения качества и соответствия товара установленным требованиям, относятся к предмету закупки, а не к квалификации участника. При этом такие требования должны быть объективно обоснованы, непосредственно связаны с предметом закупки и не приводить к необоснованному ограничению конкуренции. 18. Требования о нанесении на товар названия конкретной компании-изготовителя и одновременной защищенной нумерации фактически предполагают поставку готовой системы определенного производителя. Требуем подтвердить наличие не менее трех независимых производителей, продукция которых соответствует всей совокупности условий каждого лота. Техническая спецификация разработана исходя из

						потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Законодательство не предусматривает обязанность заказчика подтверждать соответствие технической спецификации продукции не менее трех производителей или представлять перечень таких производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации. 19. Для комплектов заявлена устойчивость не менее чем к трем циклам замораживания и размораживания, однако не указаны температуры, продолжительность циклов, скорость замораживания, объем образца и методика проверки герметичности. Требуем

						установить полноценную программу испытаний либо принимать официальные данные изготовителя. Будут приняты официальные данные изготовителя и согласованы с антидопинговой лабораторией, имеющей аккредитацию ВАДА. 20. В лоте №82004123-ОК2 прямо указан консервирующий гель SST II. Не определено, является ли SST II общепринятым типом реагента либо обозначением конкретной технологии производителя, а также какие эквивалентные разделительные гели допускаются. Требуем установить функциональные свойства геля без фирменного обозначения. SST II является товарным обозначением. Эквивалентными считаются инертные полимерные тиксотропные разделительные гели, если они обладают сопоставимыми характеристиками: образуют стабильный барьер между сывороткой и форменными элементами после центрифугирования, имеют плотность, промежуточную

						между плотностью сыворотки и клеток крови, химически инертны и не оказывают значимого влияния на определяемые аналитические показатели, и т.д. 21. Требование черной внутренней и желтой наружной крышки вакуумных пробирок не обосновано медицинской функцией. Международные системы цветовой кодировки крышек могут различаться. Требуем закрепить тип реагента, объем и назначение пробирки, а не конкретное цветовое исполнение. Цвета крышек вакуумных пробирок для забора крови указывают на тип исследования, для которого предназначено изделие, и состав находящихся внутри реагентов. Для исследования сыворотки крови применяются пробирки с активатором свертывания и разделительным гелем, который создает барьер между сывороткой и сгустком. Цвет крышки маркируется желтым. Внутренняя часть пробирок обычно выполняется в

						черном цвете, представляет собой внутренний пластиковый элемент, который удерживает эластичную резиновую мембрану. 22. В лоте №82004121-ОК2 характеристики регистратора температуры чрезмерно детализированы: ровно 24 200 измерений, дисплей 23,5×23,5 мм, размеры не более 96×37×10 мм, масса 0,038 кг, восемь уровней тревог, конкретные экранные обозначения Conf, Start, Run, Stop и программное обеспечение Smart Start. Данная комбинация соответствует ограниченной модели и должна быть заменена функциональными показателями. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на

						продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 23. Указание программного обеспечения Smart Start является прямым фирменным наименованием без слов «или эквивалент» и без критериев эквивалентности. Требуем исключить конкретное название и описать необходимые функции настройки, считывания и анализа данных. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям

						технической спецификации 24. Не определены условия использования программного обеспечения регистратора: тип лицензии, срок действия, количество рабочих мест, поддерживаемые операционные системы, необходимость регистрации, облачного сервиса, доступа к серверу производителя и передачи обновлений. Требуем раскрыть полный объем поставки. Программное обеспечение регистратора находится в антидопинговой лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА. 25. Одновременное требование соответствия PDF/A, FDA 21 CFR Part 11, CE, EN 12830, EMC, RTCA DO-160, RoHS, WHO PQS и требованиям перевозки химических грузов не сопровождается обоснованием применимости каждого документа. Часть требований относится к различным областям регулирования. Требуем указать конкретные пункты и обязательные документы подтверждения.

						/> Данные требования обусловлены перевозкой биопроб и химических грузов за пределы Казахстана 26. Требование сертификата «ILAC/NIST/ISO 17025» сформулировано некорректно: ILAC является международным объединением, NIST — организацией и системой прослеживаемости, ISO/IEC 17025 устанавливает требования к лабораториям. Требуем указать, нужен ли индивидуальный калибровочный сертификат, какая лаборатория его выдает и какая метрологическая прослеживаемость требуется. Данные сертификаты предоставляются изготовителем 27. Для регистратора не указано, должен ли каждый из 150 приборов иметь индивидуальный калибровочный сертификат, допускается ли групповой сертификат и каков срок калибровки. Неопределенность может привести к дополнительным расходам и субъективной приемке. Достаточно одного сертификата на

						серию. 28. В ТС отсутствует методика проверки точности регистратора ±0,2 °С, памяти, времени работы, тревог, PDF-отчета и соответствия требованиям электронных записей. Требуем определить, проводится ли фактическое испытание либо достаточно паспортных и калибровочных документов. Гарантируется изготовителем 29. Срок годности не менее 30 месяцев со дня поставки по большинству лотов существенно ограничивает остаточный срок серийно выпускаемой импортной продукции и может быть обеспечен только поставкой из специально изготовленной партии. Требуем обосновать фактический период использования и допустить разумный остаточный срок. Техническая спецификация сформирована на основании анализа рынка и потребности заказчика. 30. Срок поставки 30 календарных дней без аванса для

						специализированных импортных систем с уникальной нумерацией, защищенными QR-кодами, сертификатами и сроком годности 30 месяцев может быть исполнен преимущественно поставщиком, заранее располагающим продукцией конкретного производителя. Требуем подтвердить анализ рынка либо увеличить срок поставки. Техническая спецификация сформирована на основании анализа рынка и потребности заказчика. Законодательство Республики Казахстан не предусматривает обязанность заказчика представлять поставщикам материалы анализа рынка, перечень моделей и официальные спецификации, использованные при его проведении. 31. Гарантийный срок 12 месяцев автоматически установлен и для одноразовых расходных материалов с отдельным сроком годности. Не определено, чем гарантия отличается от срока годности и какие дефекты устраняются в

						гарантийном порядке. Требуем разграничить данные понятия. Срок годности вакуумных пробирок с разделительным гелем и EDTA от 12 до 24 месяца со дня изготовления. Мы просим срок годности не менее 12 мес со дня поставки товара. В пластиковых наборах для сбора и хранения биопроб срок годности может быть 36-48 мес. 32. В ТС отсутствует объективный порядок приемки защитных свойств контейнеров, пломб, QR-кодов, водяных знаков, акустического закрытия, устойчивости к замораживанию и соответствия международным требованиям. Требуем установить закрытый перечень проверок и документов. Закупаемый товар не может быть вскрыт заранее. Требуемые характеристики должны гарантироваться изготовителем и поставщиком. 33. Совокупность точной геометрии, цветовой схемы, фирменной нумерации, защищенной

						графики, программного обеспечения Smart Start и неопределенных международных сертификатов указывает на закупку продукции заранее выбранной экосистемы. Требуем переработать все шесть ТС в нейтральной, функциональной и конкурентной редакции. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации.

3	910823301002	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Почему лоты №82004120-ОК2, №82004123-ОК2, №82004128-ОК2 и №87354169-ОК2 названы «Пробирка», если фактически закупаются многокомпонентные комплекты контейнеров, крышек, пакетов, стикеров, игл и держателей? 2. Почему лот №82004122-ОК2 с защитной пломбой и пакетом также отнесен к пробиркам? 3. Почему лот №82004121-ОК2 называется «Термометр», если устройство записывает 24 200 измерений, формирует PDF-отчет и является даталоггером? 4. Каким образом примененные коды ЕНС ТРУ соответствуют фактическому составу каждого лота? Представьте обоснование выбора кода. 5. Почему в лоте №82004123-ОК2 единица измерения указана «штука», если поставляется комплект из двух пробирок, иглы и держателя? 6. Назовите не менее трех производителей по каждому лоту, продукция	2026-07-29 11:10:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Почему лоты №82004120-ОК2, №82004123-ОК2, №82004128-ОК2 и №87354169-ОК2 названы «Пробирка», если фактически закупаются многокомпонентные комплекты контейнеров, крышек, пакетов, стикеров, игл и держателей? Основным компонентом набора являются пробирки, поэтому отнесены к этой группе товаров. 2. Почему лот №82004122-ОК2 с защитной пломбой и пакетом также отнесен к пробиркам? будет внесено изменение 3. Почему лот №82004121-ОК2 называется «Термометр», если устройство записывает 24 200 измерений, формирует PDF-отчет и является даталоггером? Функциональное назначение закупаемого изделия заключается в измерении, контроле и регистрации температуры, что соответствует группе товаров «Термометры». Дополнительные функциональные возможности, такие как регистрация результатов измерений, формирование

			которых одновременно соответствует всем размерам, цветам, массам, кодам, упаковке и защитным элементам. 7. Проводился ли анализ рынка? Представьте модели и официальные спецификации товаров, использованные при его проведении. 8. Что конкретно понимается под двумя уровнями аутентификации контейнера? 9. Какие два независимых элемента защиты образуют первый и второй уровни и как комиссия будет проверять их наличие? 10. Какой формат данных должен содержать защищенный QR-код и каким устройством или программой он считывается? 11. Требуется ли подключение к информационной системе производителя для проверки подлинности QR-кода? 12. Кто предоставляет доступ к системе проверки, сколько он действует и входит ли лицензия в цену товара? 13. Будет ли допущен товар			PDF-отчетов, наличие памяти, программируемых порогов сигнализации, USB-интерфейса и программного обеспечения, являются техническими характеристиками изделия и не изменяют его основного назначения как средства измерения температуры. 4. Каким образом примененные коды ЕНС ТРУ соответствуют фактическому составу каждого лота? Представьте обоснование выбора кода. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации. 5. Почему в лоте

			с уникальным штрих-кодом и серийным номером, но без фирменной защищенной графики? 14. Почему идентификационный номер в одних лотах должен состоять из семи цифр, а в другом — из восьми? Какое функциональное значение имеет количество цифр? 15. Будет ли допущен уникальный номер иной длины, обеспечивающий не меньшую прослеживаемость? 16. Почему контейнеры А и В должны иметь именно красную и синюю маркировку? Допускаются ли иные контрастные цвета? 17. Почему размеры контейнеров, крышек и коробок установлены с точностью до миллиметра, а масса — до грамма? 18. Каким образом отклонение высоты контейнера на 2–3 мм повлияет на сохранность и идентификацию образца? 19. Что означает визуальный и акустический способ подтверждения закрытия? Какой минимальный уровень звука			№82004123-ОК2 единица измерения указана «штука», если поставляется комплект из двух пробирок, иглы и держателя? Измерение в штуках комплектов 6. Назовите не менее трех производителей по каждому лоту, продукция которых одновременно соответствует всем размерам, цветам, массам, кодам, упаковке и защитным элементам. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Законодательство не предусматривает обязанность заказчика подтверждать соответствие технической спецификации продукции не менее трех производителей или представлять перечень таких

			установлен? 20. Каким способом комиссия проверит невозможность подделки крышки и открытия без специального оборудования? 21. Какое специальное оборудование имеется в виду и у кого оно должно находиться? 22. Какие температуры, продолжительность и условия применяются при трех циклах замораживания и размораживания? 23. Будет ли комиссия фактически замораживать поставленные комплекты? Представьте методику испытания герметичности после каждого цикла. 24. Укажите точное наименование, редакцию и пункты требований IATA, которым должны соответствовать пакеты и контейнеры. 25. Каким документом подтверждается соответствие IATA: протоколом испытаний, декларацией изготовителя либо сертификатом? 26. Укажите точное наименование и редакцию Международного стандарта			производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации. 7. Проводился ли анализ рынка? Представьте модели и официальные спецификации товаров, использованные при его проведении. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не предусматривает обязанности заказчика предоставлять участникам материалы внутреннего анализа рынка, перечень рассмотренных производителей либо используемые при его проведении коммерческие и технические материалы. Соответствие предлагаемого товара будет оцениваться на основании требований, установленных в технической спецификации, и документов, представленных участниками закупки. 8. Что конкретно понимается под двумя уровнями аутентификации контейнера? 1. Нанесенный уникальный код на

			по тестированию и расследованиям, знак соответствия которому должен находиться на упаковке. 27. Кто уполномочен наносить данный знак и каким документом подтверждается право его использования? 28. Что означает инструкция на одном из языков Международного олимпийского комитета и ВАДА? Какой конкретно язык требуется? 29. Будет ли допустима инструкция на казахском и русском языках без иной иностранной маркировки? 30. Является ли SST II товарным или фирменным обозначением? Какие разделительные гели считаются эквивалентными? 31. Почему крышка пробирки должна иметь черную внутреннюю и желтую наружную часть? 32. Будут ли допущены пробирки с иной международной цветовой кодировкой при том же объеме и типе активатора или геля? 33. Что означает требование о			всех компонентах набора. 2. QR код считываемый считывателем кодов в антидопинговой лаборатории. Элементы защиты инкорпорированы в компоненты набора. 9. Какие два независимых элемента защиты образуют первый и второй уровни и как комиссия будет проверять их наличие? 1. Нанесенный уникальный код на всех компонентах набора. 2. Qr код считываемый считывателем кодов в антидопинговой лаборатории. Элементы защиты инкорпорированы в компоненты набора. 10. Какой формат данных должен содержать защищенный QR-код и каким устройством или программой он считывается? Данные считываются в антидопинговых лабораториях имеющие аккредитацию ВАДА. 11. Требуется ли подключение к информационной системе производителя для проверки подлинности QR-кода? Не требуются. Данное

			международном сертификате ISO 9001 «на товар», если ISO 9001 сертифицирует систему менеджмента организации? 34. Чей ISO 9001 должен представляться: изготовителя, поставщика, владельца бренда или производителя упаковки? 35. Какая область сертификации должна быть указана в сертификате ISO 9001? 36. На каком этапе должен представляться сертификат и будет ли его отсутствие в заявке основанием для отклонения? 37. Как возможное требование сертификатов и документов производителя согласуется с действующей формой Приложения 13, запрещающей квалификационные требования к участнику? 38. Подтвердите, что в составе заявки не будут требоваться авторизационные письма, дилерские сертификаты, свидетельства представителя и иные документы третьих лиц, исключенные из обновленной формы КД.			требование гарантируется изготовителем подобного рода товаров для целей антидопинга. 12. Кто предоставляет доступ к системе проверки, сколько он действует и входит ли лицензия в цену товара? Антидопинговая лаборатория. 13. Будет ли допущен товар с уникальным штрих-кодом и серийным номером, но без фирменной защищенной графики? Полная характеристика требуемого Товара по лотам, включая полные характеристики и описания деталей комплектов, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» 14. Почему идентификационный номер в одних лотах должен состоять из семи цифр, а в другом — из восьми? Какое функциональное значение имеет количество цифр? Процесс допинг-контроля стандартизирован для всех

			/> 39. Почему в характеристиках регистратора указано фирменное программное обеспечение Smart Start? 40. Является ли Smart Start товарным знаком или программным продуктом конкретного производителя? 41. Назовите не менее трех регистраторов разных производителей, работающих с Smart Start и одновременно соответствующих всем параметрам ТС. 42. По каким критериям будет оцениваться эквивалентное ПО для настройки и анализа регистратора? 43. Входит ли лицензия на ПО в поставку и является ли она бессрочной? 44. Сколько рабочих мест допускается, нужна ли регистрация и требуется ли постоянное интернет-соединение? 45. Какие операционные системы поддерживает программное обеспечение? 46. Где хранятся конфигурационные профили и данные: локально, в облаке			участников спортивного движения, в том числе и для антидопинговых лабораторий, имеющие аккредитацию ВАДА, Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика во исполнение требований международных стандартов ВАДА, технических документов и технических возможностей антидопинговых лабортаорий, имеющих аккредитацию ВАДА. 15. Будет ли допущен уникальный номер иной длины, обеспечивающий не меньшую прослеживаемость? Полная характеристика требуемого Товара по лотам, включая полные характеристики и описания деталей комплектов, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» 16. Почему контейнеры А и В должны иметь именно красную и синюю маркировку? Допускаются ли иные контрастные цвета? В целях

			либо на сервере производителя? 47. Почему память должна составлять именно 24 200 измерений? Будет ли допущен регистратор на 24 000 или 32 000 измерений? 48. Почему дисплей должен иметь размер именно 23,5×23,5 мм, корпус — не более 96×37×10 мм, а масса — 0,038 кг? 49. Как функционально ухудшит работу устройство массой 40 г или толщиной 11 мм? 50. Почему требуется ровно восемь уровней температурных тревог? Сколько уровней фактически используется Заказчиком? 51. Какие конкретные профили тревог, интервалы и задержки будут программироваться? 52. Что означает сертификат «ILAC/NIST/ISO 17025»? Какой конкретный документ должен поставляться? 53. Требуется ли индивидуальный калибровочный сертификат на каждый из 150 регистраторов? 54. Должен ли			допинг-контроля наборы для сбора проб имеют точную маркировку: красную для пробы А, и синюю-проба Б. Это требование стандартизировано для всех участников спортивного движения: спортсменов, в том числе и слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями интеллектуального развития, и т.д. сотрудников допинг-контроля, лаборатории, судей спортивного арбитража, включая CAS. Полная характеристика требуемого Товара по лотам, включая полные характеристики и описания деталей комплектов, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Требования к закупаемому товару составлены в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом, международными стандартами ВАДА и техническими документами ВАДА. 17. Почему размеры контейнеров, крышек и коробок

			сертификат содержать фактические результаты калибровки, погрешность, неопределенность и серийный номер устройства? 55. Какая лаборатория признается Заказчиком и должна ли она иметь аккредитацию по ISO/IEC 17025 именно на измерение температуры? 56. Как подтверждается метрологическая прослеживаемость к NIST либо национальным эталонам? 57. Какие конкретные положения FDA 21 CFR Part 11 применяются к одноразовому автономному регистратору без учетных записей и электронной подписи? 58. Какие функции регистратора обеспечивают неизменность электронной записи, аудит действий и разграничение доступа? 59. Почему одновременно требуются RTCA DO-160, WHO PQS, EN 12830, PDF/A и требования перевозки химических грузов? 60. Какие конкретные разделы RTCA DO-160 должны быть			установлены с точностью до миллиметра, а масса — до грамма? В целях допинг-контроля наборы , включая крышки, размеры, стандартизированы для их использования в антидопинговой лаборатории, коробки-для безопасной транспортировки. Полная характеристика требуемого Товара по лотам, включая полные характеристики и описания деталей комплектов, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Требования к закупаемому товару составлены в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом, международными стандартами ВАДА и техническими документами ВАДА. Размеры и масса требуемых комплектов учитывается при длительном хранении и транспортировке биопроб. 18. Каким образом отклонение высоты контейнера на 2–3 мм повлияет на сохранность

			подтверждены и связаны ли они с фактической авиаперевозкой оборудования? 61. Какой номер или категория WHO PQS требуется и должен ли регистратор находиться в официальном перечне WHO? 62. Что означает «безопасная перевозка химических грузов», если устройство является регистратором температуры с элементом питания? 63. Как будет проверяться точность ±0,2 °C при приемке 150 устройств? 64. Предоставит ли Заказчик термостат, эталонный термометр и поверенное оборудование? 65. Будет ли достаточно индивидуального калибровочного сертификата без фактического испытания каждой единицы? 66. Каким способом проверяются PDF/A, график температуры, статистика, GMT, настраиваемый заголовок и экспорт текстового отчета? 67. Почему по расходным материалам установлен			и идентификацию образца? Отклонение высоты контейнера на 2–3 мм не повлияет на сохранность и идентификацию образца, но, повлияет на транспортировку и длительное хранение образца. 19. Что означает визуальный и акустический способ подтверждения закрытия? Какой минимальный уровень звука установлен? Под визуальным и акустическим способом подтверждения закрытия понимается возможность пользователя убедиться в правильной фиксации контейнера после его закрытия посредством визуальных и/или слышимых признаков срабатывания механизма запирания. Визуальное подтверждение может выражаться в отсутствии зазоров, изменении положения элементов механизма фиксации, совпадении контрольных меток либо иных конструктивных признаках, свидетельствующих о надежном закрытии контейнера. Акустическое подтверждение представляет

			гарантийный срок 12 месяцев одновременно со сроком годности 30 месяцев? 68. Какие случаи относятся к гарантии, а какие — к истечению срока годности? 69. Каким расчетом определен остаточный срок годности не менее 30 месяцев именно со дня поставки? 70. Представьте сведения о наличии на рынке нескольких независимых производителей, способных поставить продукцию с остаточным сроком 30 месяцев за 30 календарных дней. 71. Учитывает ли срок 30 дней изготовление уникально пронумерованных комплектов, нанесение QR-кодов, международную доставку и таможенное оформление? 72. Каким образом комиссия будет проверять водяные знаки, защищенную графику и уникальность всех номеров? 73. Предоставьте закрытый перечень документов, необходимых при приемке каждого лота. 74.			собой характерный звук (щелчок), возникающий при полном срабатывании механизма блокировки. Международные тандарты ВАДА не устанавливают минимальный уровень звука (в децибелах) для акустического подтверждения закрытия 20. Каким способом комиссия проверит невозможность подделки крышки и открытия без специального оборудования? Это гарантируется изготовителем официальными и техническими документами, предоставленными изготовителем и поставщиками. 21. Какое специальное оборудование имеется в виду и у кого оно должно находиться? Оборудование находится в Антидопинговых лабораториях, имеющих аккредитацию ВАДА. 22. Какие температуры, продолжительность и условия применяются при трех циклах замораживания и размораживания? Данное требование реализуется изготовителем и предоставляется в

			Подтвердите, что общедоступные технические документы изготовителя и фактическая проверка товара будут достаточны без писем, сертификатов партнерства и подтверждения статуса поставщика. 75. Просим исправить наименования и коды ЕНС ТРУ, исключить фирменные размеры, цвета, Smart Start и закрытую систему QR-аутентификации, установить функциональные критерии защиты и прослеживаемости и повторно разместить конкурентные технические спецификации.			виде технической документации 23. Будет ли комиссия фактически замораживать поставленные комплекты? Представьте методику испытания герметичности после каждого цикла. Комиссии будет достаточно ознакомиться с технической документацией изготовителя и последующим подтверждением Антидопинговой лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА. 24. Укажите точное наименование, редакцию и пункты требований IATA, которым должны соответствовать пакеты и контейнеры. IATA Dangerous Goods Regulations (DGR)(67th Edition). PI650 transportation of the Biological Substance, Category B (UN3373) 25. Каким документом подтверждается соответствие IATA: протоколом испытаний, декларацией изготовителя либо сертификатом? Обеспечивается изготовителем, предоставляется поставщиком 26.

						Укажите точное наименование и редакцию Международного стандарта по тестированию и расследованиям, знак соответствия которому должен находиться на упаковке. International Standard for Testing and Investigation (ISTI) 27. Кто уполномочен наносить данный знак и каким документом подтверждается право его использования? Изготовитель 28. Что означает инструкция на одном из языков Международного олимпийского комитета и ВАДА? Какой конкретно язык требуется? Официальные языки МОК и ВАДА- английский и французский. 29. Будет ли допустима инструкция на казахском и русском языках без иной иностранной маркировки? Инструкции по использованию должны быть на одном из официальных языков МОК и ВАДА 30. Является ли SST II товарным или фирменным обозначением? Какие

						разделительные гели считаются эквивалентными? SST II является товарным обозначением. Эквивалентными считаются инертные полимерные тиксотропные разделительные гели, если они обладают сопоставимыми характеристиками: образуют стабильный барьер между сывороткой и форменными элементами после центрифугирования, имеют плотность, промежуточную между плотностью сыворотки и клеток крови, химически инертны и не оказывают значимого влияния на определяемые аналитические показатели, и т.д. 31. Почему крышка пробирки должна иметь черную внутреннюю и желтую наружную часть? Цвета крышек вакуумных пробирок для забора крови указывают на тип исследования, для которого предназначено изделие, и состав находящихся внутри реагентов. Для исследования сыворотки крови применяются пробирки с активатором свертывания и разделительным гелем,

						который создает барьер между сывороткой и сгустком. Цвет крышки маркируется желтым. Внутренняя часть пробирок обычно выполняется в черном цвете, представляет собой внутренний пластиковый элемент, который удерживает эластичную резиновую мембрану. 32. Будут ли допущены пробирки с иной международной цветовой кодировкой при том же объеме и типе активатора или геля? Цветовая гамма крышек определяет назначение тех или иных вакуумных пробирок. В целях определения допинговых веществ необходимы исследования сыворотки крови. Для транспортировки и хранения применяются пробирки с активатором свертывания и разделительным гелем. Они маркируются желтым цветом. Таким образом, пробирки с другой цветовой гаммой не могут быть использованы для целей Заказчика. 33. Что означает требование о международном сертификате ISO 9001

						«на товар», если ISO 9001 сертифицирует систему менеджмента организации? Изготовитель предоставляет данный сертификат на свой товар. 34. Чей ISO 9001 должен представляться: изготовителя, поставщика, владельца бренда или производителя упаковки? Изготовитель предоставляет данный сертификат на свой товар через поставщика товара. 35. Какая область сертификации должна быть указана в сертификате ISO 9001? Разработка и производство наборов для сбора проб допинг-контроля. 36. На каком этапе должен представляться сертификат и будет ли его отсутствие в заявке основанием для отклонения? Серификат предоставляется во время приема товара 37. Как возможное требование сертификатов и документов производителя согласуется с действующей формой Приложения 13, запрещающей

						квалификационные требования к участнику? Запрет, установленный Приложением 13 к Правилам государственных закупок, распространяется на квалификационные требования к потенциальному поставщику и не исключает возможность установления требований к документам, подтверждающим соответствие предлагаемого товара технической спецификации. Сертификаты и иные документы производителя, запрашиваемые исключительно для подтверждения качества и соответствия товара установленным требованиям, относятся к предмету закупки, а не к квалификации участника. При этом такие требования должны быть объективно обоснованы, непосредственно связаны с предметом закупки и не приводить к необоснованному ограничению конкуренции. 38. Подтвердите, что в составе заявки не будут требоваться авторизационные письма, дилерские сертификаты, свидетельства

						представителя и иные документы третьих лиц, исключенные из обновленной формы КД. В составе заявки потенциальных поставщиков не предусматривается требование о предоставлении авторизационных писем, дилерских сертификатов, свидетельств представителя и иных документов третьих лиц, не предусмотренных действующей формой конкурсной документации. Оценка заявок будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и строго условиями конкурсной документации. 39. Почему в характеристиках регистратора указано фирменное программное обеспечение Smart Start? Заказчику в целях формирования гемопрофиля необходимы такие функции, как отложенный запуск регистрации, автоматическое формирование PDF-отчета, защита данных, считывание через USB или NFC, хранение

						данных. 40. Является ли Smart Start товарным знаком или программным продуктом конкретного производителя? Не располагаем подобной информацией 41. Назовите не менее трех регистраторов разных производителей, работающих с Smart Start и одновременно соответствующих всем параметрам ТС. Техническая спецификация сформирована на основании анализа рынка и потребности заказчика. Законодательство Республики Казахстан не предусматривает обязанность заказчика представлять поставщикам материалы анализа рынка, перечень моделей и официальные спецификации, использованные при его проведении. 42. По каким критериям будет оцениваться эквивалентное ПО для настройки и анализа регистратора? Согласно предоставленной технической документации изготовителя и подтверждения антидопинговой

						лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА. 43. Входит ли лицензия на ПО в поставку и является ли она бессрочной? Не входит 44. Сколько рабочих мест допускается, нужна ли регистрация и требуется ли постоянное интернет-соединение? Не понятен вопрос 45. Какие операционные системы поддерживает программное обеспечение? Операционные системы находятся в антидопинговой лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА. 46. Где хранятся конфигурационные профили и данные: локально, в облаке либо на сервере производителя? На сервере антидопинговой лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА. 47. Почему память должна составлять именно 24 200 измерений? Будет ли допущен регистратор на 24 000 или 32 000 измерений? Техническая спецификация разработана исходя из

						потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Необходимо устройство, которое может фиксировать данные не менее 168 дней. Товар с выше чем 24 200 измерений будет допущен 48. Почему дисплей должен иметь размер именно 23,5×23,5 мм, корпус — не более 96×37×10 мм, а масса — 0,038 кг? Термологгер помещается в упаковку с биопробой 49. Как функционально ухудшит работу устройство массой 40 г или толщиной 11 мм? Термологгер помещается в упаковку с биопробами. Масса и размеры подобраны под размеры контейнеров с биопробами. 50. Почему требуется ровно восемь уровней температурных тревог? Сколько уровней фактически используется Заказчиком? В среднем фиксируется от 5 до 8 уровней тревоги 51. Какие конкретные профили

						тревог, интервалы и задержки будут программироваться? Показатели температурных данных во время транспортировки и промежуточного хранения биопроб. 52. Что означает сертификат «ILAC/NIST/ISO 17025»? Какой конкретный документ должен поставляться? Это 3 разных сертификата, указанные через слеш. Необходимо предоставить один из них. 53. Требуется ли индивидуальный калибровочный сертификат на каждый из 150 регистраторов? Нет, достаточного одного на серию товара. 54. Должен ли сертификат содержать фактические результаты калибровки, погрешность, неопределенность и серийный номер устройства? Да. Также обязательно указание номера термологгера на самом устройстве для его дальнейшей регистрации в профиле спортсмена. 55. Какая лаборатория признается Заказчиком и

						должна ли она иметь аккредитацию по ISO/IEC 17025 именно на измерение температуры? Не до конца понятен вопрос. Заказчик вправе себе выбирать антидопинговую лабораторию, имеющую аккредитацию ВАДА. Контроль за аккредитацией лаборатории по ISO/IEC 17025 не входит в компетенцию заказчика. 56. Как подтверждается метрологическая прослеживаемость к NIST либо национальным эталонам? Согласно предоставленным техническим документам изготовителя и согласования с антидопинговой лабортаорией, имеющей аккредитацию ВАДА. 57. Какие конкретные положения FDA 21 CFR Part 11 применяются к одноразовому автономному регистратору без учетных записей и электронной подписи? Данные термологгера считываются в антидопинговой лаборатории, имеющеей аккредитацию ВАДА. 58. Какие функции регистратора

						обеспечивают неизменность электронной записи, аудит действий и разграничение доступа? 1. Неизменность электронной записи, защита записанных данных от изменения или удаления; запись температуры в энергонезависимую память; невозможность редактирования результатов пользователем; использование цифровой подписи, контрольной суммы или криптографической защиты для обнаружения изменений. 2. Аудит действий- автоматическая регистрация всех действий пользователя; фиксация даты и времени каждого события; запись информации о том, кто изменил настройки, считал данные или сформировал отчет; невозможность удаления журнала аудита. 3. Разграничение доступа- авторизация пользователей, разные уровни прав : администратор, оператор, пользователь, ограничение доступа к изменению настроек и удалению данных. 59. Почему

						одновременно требуются RTCA DO-160, WHO PQS, EN 12830, PDF/A и требования перевозки химических грузов? Данные требования обусловлены перевозкой биопроб и химических грузов за пределы Казахстана 60. Какие конкретные разделы RTCA DO-160 должны быть подтверждены и связаны ли они с фактической авиаперевозкой оборудования? DO-160G. Связаны с перевозкой жидкостей 61. Какой номер или категория WHO PQS требуется и должен ли регистратор находиться в официальном перечне WHO? Регистратор должен находиться в официальном перечне ВОЗ? 62. Что означает «безопасная перевозка химических грузов», если устройство является регистратором температуры с элементом питания? Для безопасной транспортировки химических грузов (батарея, встроенная в устройство) необходима правильная

						классификация, утвержденная упаковка и точная документация. Строгое соблюдение правил безопасности предотвращает утечки, пожары и вредное воздействие во время перевозки. 63. Как будет проверяться точность ±0,2 °C при приемке 150 устройств? Регистраторы не могут быть заранее запущены. Точность должна гарантироваться изготовителем 64. Предоставит ли Заказчик термостат, эталонный термометр и поверенное оборудование? Регистраторы не могут быть заранее запущены. Точность должна гарантироваться изготовителем 65. Будет ли достаточно индивидуального калибровочного сертификата без фактического испытания каждой единицы? Регистраторы не могут быть заранее запущены. Точность должна гарантироваться изготовителем 66. Каким способом проверяются PDF/A, график температуры, статистика,

						GMT, настраиваемый заголовок и экспорт текстового отчета? Гарантируется изготовителем, лаборатория подтверждает возможность использования девайса по предоставленным характеристикам. 67. Почему по расходным материалам установлен гарантийный срок 12 месяцев одновременно со сроком годности 30 месяцев? Срок годности вакуумных пробирок с разделительным гелем и EDTA от 12 до 24 месяца со дня изготовления. Мы просим срок годности не менее 12 мес со дня поставки товара. В пластиковых наборах для сбора и хранения биопроб срок годности может быть 36-48 мес. 68. Какие случаи относятся к гарантии, а какие — к истечению срока годности? Нет понятен вопрос 69. Каким расчетом определен остаточный срок годности не менее 30 месяцев именно со дня поставки? Заказчик сам определяет потребность

						товара согласно своему плану распределения тестов. 70. Представьте сведения о наличии на рынке нескольких независимых производителей, способных поставить продукцию с остаточным сроком 30 месяцев за 30 календарных дней. Техническая спецификация сформирована на основании анализа рынка и потребности заказчика. Законодательство Республики Казахстан не предусматривает обязанность заказчика представлять поставщикам материалы анализа рынка, перечень моделей и официальные спецификации, использованные при его проведении. 71. Учитывает ли срок 30 дней изготовление уникально пронумерованных комплектов, нанесение QR-кодов, международную доставку и таможенное оформление? На поставку товара по договору отводится 30 календарных дней. 72. Каким образом комиссия будет проверять водяные знаки,

						защищенную графику и уникальность всех номеров? Данные требования гарантируются изготовителем товара и его поставщиком 73. Предоставьте закрытый перечень документов, необходимых при приемке каждого лота. При приемке товара могут быть запрошены только документы, необходимые для подтверждения соответствия поставленного товара условиям договора и требованиям законодательства. Так же бухгалтерские документы накладная, ЭАВР на портале ГЗ, ЭСФ 74. Подтвердите, что общедоступные технические документы изготовителя и фактическая проверка товара будут достаточны без писем, сертификатов партнерства и подтверждения статуса поставщика. Да, письма не требуется

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Бакашева Майра Кабылкановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18244687

№ конкурса 17389002-1
Название конкурса Приобретение расходного материала для допинг контроля
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-28 12:02:56 по 2026-07-30 12:02:56
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный антидопинговый центр" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	810527450215	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить официальные разъяснения по конкурсной документации конкурса №17389002-1 и при необходимости привести технические спецификации на казахском и русском языках в соответствие. 1. Количество товара и состав комплектов Просим подтвердить следующие количества: * лот №87354169-ОК2: 100 комплектов; * лот №82004120-ОК2: 100 комплектов; * лот №82004121-ОК2: 150 штук; * лот №82004122-ОК2: 700 комплектов; * лот №82004123-ОК2: 100 комплектов; * лот №82004128-ОК2: 600 комплектов. По лоту №82004128-ОК2 просим отдельно подтвердить, что требуется именно 600 полных комплектов, а не 2400 комплектов либо отдельных единиц товара. Просим подтвердить, что одна единица товара по лоту №82004128-ОК2 представляет собой один полный комплект, включающий	2026-07-30 11:53:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Количество товара и состав комплектов Просим подтвердить следующие количества: * лот №87354169-ОК2: 100 комплектов; кит кровь 1 проб 100 шт * лот №82004120-ОК2: 100 комплектов; кит кровь 2 проб 100 шт * лот №82004121-ОК2: 150 штук; термологгер 150 * лот №82004122-ОК2: 700 комплектов; частич проба 700 * лот №82004123-ОК2: 100 комплектов; аксесс SST II 100 шт * лот №82004128-ОК2: 600 комплектов. Киты урина 600 Да, подтверждаем По лоту №82004128-ОК2 просим отдельно подтвердить, что требуется именно 600 полных комплектов, а не 2400 комплектов либо отдельных единиц товара. По данному лоту требуется 600 полных комплектов. По лоту №82004128-ОК2 – количество требуемого Товара указано в

			контейнер А, контейнер В, две защитные крышки, два транспортировочных пакета с абсорбирующим материалом, восемь идентификационных стикеров, защитную картонную упаковку, одну ёмкость для первичного сбора мочи с крышкой и индивидуальной упаковкой. Также просим разъяснить, допускается ли участие и заключение договора по каждому лоту отдельно, либо участник должен предложить товары по всем шести лотам одновременно. В случае определения одного поставщика победителем по нескольким лотам просим подтвердить, могут ли товары поставляться одной консолидированной партией с раздельными документами по каждому лоту. 2. Общие требования к документам В технических спецификациях указано требование о наличии сертификата ISO 9001. Поскольку ISO 9001 является сертификатом системы менеджмента качества организации, просим			графе «Количество (объем)*» Технической спецификации закупаемых товаров лота №82004128-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. Просим подтвердить, что одна единица товара по лоту №82004128-ОК2 представляет собой один полный комплект, включающий контейнер А, контейнер В, две защитные крышки, два транспортировочных пакета с абсорбирующим материалом, восемь идентификационных стикеров, защитную картонную упаковку, одну ёмкость для первичного сбора мочи с крышкой и индивидуальной упаковкой. Полная характеристика требуемого Товара по лоту №82004128-ОК2, включая полные характеристики и описания деталей комплекта, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» лота №82004128-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации.

			разъяснить: * сертификат должен быть оформлен на изготовителя готового комплекта, изготовителя отдельных компонентов, производственную площадку либо поставщика; * должен ли сертификат охватывать производство соответствующих комплектов и принадлежностей; * требуется ли предоставить сертификат в составе конкурсной заявки или при поставке; * допускается ли сертификат на английском языке с переводом; * достаточно ли действующей электронной копии сертификата. По требованиям соответствия WADA/ISTI и IATA просим указать конкретный перечень принимаемых подтверждающих документов. Допускается ли письмо или декларация изготовителя о соответствии действующей редакции WADA International Standard for Testing and Investigations и требованиям IATA, либо необходим отдельный сертификат или протокол			/> Также просим разъяснить, допускается ли участие и заключение договора по каждому лоту отдельно, либо участник должен предложить товары по всем шести лотам одновременно. В случае определения одного поставщика победителем по нескольким лотам просим подтвердить, могут ли товары поставляться одной консолидированной партией с раздельными документами по каждому лоту. Договор заключается согласно требованиям Закона о госзакупках в РК И Правилам осуществления . Товары по каждому лоту предлагаются отдельно, договоры по каждому лоту заключаются отдельно. Товары могут поставляться одной консолидированной партией с раздельными документами по каждому лоту. 2. Общие требования к документам В технических спецификациях указано требование о наличии сертификата ISO 9001. Поскольку ISO 9001

			испытаний? Для требований о выдерживании не менее трёх циклов замораживания и оттаивания просим разъяснить, какой документ является достаточным подтверждением: технический паспорт, декларация изготовителя, протокол испытаний изготовителя или протокол независимой лаборатории. Просим также уточнить, распространяется ли данное требование на пустые контейнеры, крышки и систему пломбирования или на комплект с заполненным образцом. Просим предоставить исчерпывающий перечень документов, которые необходимо передать при поставке по каждому лоту, включая документы о происхождении, соответствии, регистрации, качестве, калибровке, сроке годности и безопасности товара. Просим указать, требуется ли предварительное предоставление и согласование образцов товара до поставки. Если требуется, просим указать порядок,			является сертификатом системы менеджмента качества организации, просим разъяснить: * сертификат должен быть оформлен на изготовителя готового комплекта, изготовителя отдельных компонентов, производственную площадку либо поставщика; * должен ли сертификат охватывать производство соответствующих комплектов и принадлежностей; * требуется ли предоставить сертификат в составе конкурсной заявки или при поставке; * допускается ли сертификат на английском языке с переводом; * достаточно ли действующей электронной копии сертификата. Сертификат ISO 9001 предоставляется на изготовителя готового комплекта. Изготовитель предоставляет сертификат ISO 9001 гарантирующий качество производства соответствующих комплектов и принадлежностей; Сертификат ISO 9001 предоставляется при поставке.

			сроки и критерии такого согласования. Просим уточнить, являются ли все указанные размеры и масса строго фиксированными либо допускаются стандартные производственные отклонения. Если допускаются, просим указать допустимые пределы отклонений и документы, по которым характеристики будут проверяться при приёмке. Просим подтвердить, что инструкции, маркировка и документы изготовителя на английском языке допускаются при наличии перевода на русский и/или казахский язык. 3. Лоты №87354169-ОК2 и №82004120-ОК2 Просим подтвердить, что: * по лоту №87354169-ОК2 требуется 100 комплектов, каждый из которых содержит один контейнер А, одну красную защитную крышку, один транспортировочный пакет, восемь идентификационных стикеров, инструкцию и защитную картонную упаковку; * по лоту			/>Допускается сертификат на английском языке с переводом. Достаточно электронной копии сертификата По требованиям соответствия WADA/ISTI и IATA просим указать конкретный перечень принимаемых подтверждающих документов. Допускается ли письмо или декларация изготовителя о соответствии действующей редакции WADA International Standard for Testing and Investigations и требованиям IATA, либо необходим отдельный сертификат или протокол испытаний? Достаточно письма или декларации изготовителя о соответствии Товара действующей редакции WADA International Standard for Testing and Investigations и нанесенной информации на упаковке товара, и требованиям IATA Для требований о выдерживании не менее трёх циклов замораживания и оттаивания просим разъяснить, какой документ является достаточным

			№82004120-ОК2 требуется 100 комплектов, каждый из которых содержит контейнеры А и В, красную и синюю защитные крышки, два транспортировочных пакета, восемь идентификационных стикеров, инструкцию и защитную картонную упаковку; * семизначный идентификационный номер должен быть одинаковым на всех компонентах соответствующего комплекта; * визуальное и акустическое подтверждение закрытия допускается подтвердить техническим паспортом или письмом изготовителя; * требование о сроке годности не менее 30 месяцев означает остаточный срок годности на дату фактической поставки товара заказчику. 4. Лот №82004121-ОК2, одноразовый регистратор температуры В технической спецификации рабочий диапазон указан от -30 °C до +70 °C, при этом в описании диапазона точности встречается значение от -35 °C. Просим указать			подтверждением: технический паспорт, декларация изготовителя, протокол испытаний изготовителя или протокол независимой лаборатории. Просим также уточнить, распространяется ли данное требование на пустые контейнеры, крышки и систему пломбирования или на комплект с заполненным образцом. Для требований о выдерживании не менее трёх циклов замораживания и оттаивания необходимо предоставить декларацию изготовителя и протокол испытаний изготовителя. Данные требования действуют на все компоненты набора с заполненным образцом биоматериала. Просим предоставить исчерпывающий перечень документов, которые необходимо передать при поставке по каждому лоту, включая документы о происхождении, соответствии, регистрации, качестве, калибровке, сроке годности и безопасности товара. Изготовитель наборов, предназначенных для сбора,

			обязательную нижнюю границу рабочего диапазона: -30 °C или -35 °C. Технической спецификацией установлена точность ±0,2 °C в диапазоне от -10 °C до +25 °C и толщина корпуса не более 10 мм. Вместе с тем актуальные серийно выпускаемые регистраторы, соответствующие остальным требованиям спецификации, могут иметь заявленную изготовителем точность ±0,4 °C и размеры 96 × 37 × 11 мм. Просим разъяснить: * допускается ли точность ±0,4 °C в диапазоне от -10 °C до +25 °C; * допускается ли толщина корпуса 11 мм; * либо требования ±0,2 °C и не более 10 мм являются строго обязательными без каких-либо отклонений. Просим уточнить, должен ли каждый регистратор иметь отдельный индивидуальный сертификат калибровки, прослеживаемый к ILAC, NIST или ISO/IEC 17025, либо допускается один сертификат			безопасной транспортировки и хранения биоматериалов, предоставит все необходимые документы при огрузке товара поставщику. Срок годности товара указан на каждом комплекте индивидуально. Просим указать, требуется ли предварительное предоставление и согласование образцов товара до поставки. Если требуется, просим указать порядок, сроки и критерии такого согласования. Предварительное предоставление и согласование образцов товара до поставки не требуется. Товар принимается согласно предоставленной Заказчиком Технической спецификации закупаемых товаров и предоставленным предложениям поставщика, определившегося в результате проведения открытого конкурса согласно критериям и требованиям Закона о госзакупках в РК и Правилам осуществления госзакупок. Все процедуры проводятся электронно на вебсайте госзакупок.

			на производственную партию. Просим указать, какие документы подтверждают соответствие требованиям CE, EN 12830, EMC, RTCA DO-160, RoHS, WHO-PQS, ISO 19005-1 и FDA 21 CFR Part 11. Требуется ли наличие отдельного сертификата по каждому требованию или допускаются декларации изготовителя, протоколы испытаний и официальная техническая документация? Просим разъяснить содержание требования Safe Transport of Chemical Goods compliance: какому конкретно стандарту или нормативному документу должен соответствовать товар и какой документ необходимо предоставить в подтверждение. Просим подтвердить, что к поставке требуется ровно 150 регистраторов. Допускается ли транспортная упаковка изготовителя, рассчитанная на иное количество устройств, при условии поставки и оплаты ровно 150 штук? 5. Лот			/> Просим уточнить, являются ли все указанные размеры и масса строго фиксированными либо допускаются стандартные производственные отклонения. Если допускаются, просим указать допустимые пределы отклонений и документы, по которым характеристики будут проверяться при приёмке. Размеры и масса закупаемого товара может варьироваться до 0,5 см и 10 гр в ту или иную сторону. Просим подтвердить, что инструкции, маркировка и документы изготовителя на английском языке допускаются при наличии перевода на русский и/или казахский язык. Инструкции и маркировка товара может быть только на английском языке, перевод на русский и/или казахский язык не требуется. Документы изготовителя на английском языке допускаются при наличии перевода на русский и/или казахский язык. 3. Лоты №87354169-ОК2 и

			№82004122-ОК2, комплект промежуточного опечатывания Просим подтвердить, что одна единица товара включает одну индивидуально пронумерованную защитную ленту и один прозрачный самозаклеивающийся пакет, то есть для поставки 700 комплектов требуется 700 защитных лент и 700 пакетов. В спецификации указано требование о применении углеродно-нейтрального материала пакета. Просим разъяснить, какой документ должен подтверждать углеродную нейтральность: сертификат материала, экологическая декларация изготовителя, отчёт об углеродном следе либо иной документ. Просим уточнить, являются ли размеры защитной ленты, боковых частей и пакета строго фиксированными либо допустимы стандартные производственные отклонения. Просим подтвердить, что срок годности не менее 30 месяцев должен быть указан изготовителем			№82004120-ОК2 Просим подтвердить, что: * по лоту №87354169-ОК2 требуется 100 комплектов, каждый из которых содержит один контейнер А, одну красную защитную крышку, один транспортировочный пакет, восемь идентификационных стикеров, инструкцию и защитную картонную упаковку; * по лоту №82004120-ОК2 требуется 100 комплектов, каждый из которых содержит контейнеры А и В, красную и синюю защитные крышки, два транспортировочных пакета, восемь идентификационных стикеров, инструкцию и защитную картонную упаковку; * семизначный идентификационный номер должен быть одинаковым на всех компонентах соответствующего комплекта; * визуальное и акустическое подтверждение закрытия допускается подтвердить техническим паспортом или письмом изготовителя; * требование о сроке годности не менее 30 месяцев означает

			на упаковке каждого комплекта или партии и исчисляться с даты фактической поставки заказчику. 6. Лот №82004123-ОК2, принадлежности для сбора цельной крови Обозначение SST II может относиться к определённой технологии или товарной серии. Просим разъяснить, допускается ли поставка эквивалентных вакуумных пробирок объёмом 5 мл с разделительным гелем, полностью соответствующих функциональным требованиям, либо обозначение SST II является обязательным. Просим уточнить характеристики стерильной безопасной иглы 21G: * требуемую длину иглы; * наличие и тип защитного механизма; * тип соединения; * должна ли игла быть предназначена для совместной работы с предлагаемыми вакуумными пробирками и держателем. Просим уточнить требования к держателю: одноразовый или			остаточный срок годности на дату фактической поставки товара заказчику. По лоту №87354169-ОК2 – количество требуемого Товара указано в графе «Количество (объем)*» Технической спецификации закупаемых товаров лота №87354169-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. Полная характеристика требуемого Товара по лоту №87354169-ОК2, включая полные характеристики и описания деталей комплекта, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» лота №87354169-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. По лоту №82004120-ОК2– количество требуемого Товара указано в графе «Количество (объем)*» Технической спецификации закупаемых товаров лота №82004120-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. Полная характеристика требуемого

			многоразовый, стандартный или с механизмом безопасного отсоединения иглы. Просим подтвердить, включает ли предельная масса 22 г массу внешнего пластикового пакета, этикетки и всех компонентов либо только массу двух пробирок, иглы и держателя. Просим разъяснить, должен ли комплект быть собран и запечатан изготовителем в заводских условиях либо допускается комплектование поставщиком из оригинальных совместимых компонентов разных изготовителей. Просим уточнить, должен ли внешний пакет комплекта быть стерильным либо требование стерильности распространяется только на иглу и иные компоненты, имеющие соответствующую заводскую стерильную упаковку. Просим указать: * требуется ли государственная регистрация пробирок, иглы и держателя в Республике Казахстан в качестве медицинских			Товара по лоту №82004120-ОК2, включая полные характеристики и описания деталей комплекта, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» лота №82004120-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. 4. Лот №82004121-ОК2, одноразовый регистратор температуры В технической спецификации рабочий диапазон указан от -30 °С до +70 °С, при этом в описании диапазона точности встречается значение от -35 °С. Просим указать обязательную нижнюю границу рабочего диапазона: -30 °С или -35 °С. Обязательная нижняя граница рабочего диапазона допускается от -30 °С и ниже. Технической спецификацией установлена точность ±0,2 °С в диапазоне от -10 °С до +25 °С и толщина корпуса не более 10 мм. Вместе с тем актуальные серийно

			изделий; * какие регистрационные удостоверения, разрешения или документы необходимо предоставить; * на каком этапе они предоставляются: в составе заявки или при поставке; * должен ли сертификат ISO 9001 быть оформлен на изготовителя каждого компонента либо на организацию, осуществляющую сборку и упаковку готового комплекта; * какой минимальный остаточный срок годности должен быть у стерильной иглы и других компонентов, кроме пробирок. 7. Лот №82004128-ОК2, комплект для сбора, хранения и транспортировки образцов мочи Казахская и русская версии технической спецификации содержат следующие расхождения: * масса комплекта: 146 г в казахской версии и 196 г в русской версии; * размер ёмкости для первичного сбора мочи: 100 × 62 мм в казахской версии и 100 × 65 мм в русской			выпускаемые регистраторы, соответствующие остальным требованиям спецификации, могут иметь заявленную изготовителем точность ±0,4 °C и размеры 96 × 37 × 11 мм. Просим разъяснить: * допускается ли точность ±0,4 °C в диапазоне от -10 °C до +25 °C; * допускается ли толщина корпуса 11 мм; * либо требования ±0,2 °C и не более 10 мм являются строго обязательными без каких-либо отклонений. Размеры регистратора температуры, включая толщину должны соответствовать требуемым, так как они должны быть приложены к биопробам внутрь упаковки и регистрировать температуру во время хранения и транспортировки. Отклонения от требуемых размеров, включая толщину, могут привести к искажению данных при отсутствии достаточного места при хранении и транспортировки. Просим уточнить, должен ли каждый

			версии; * диаметр верхней части ёмкости: 62 мм в казахской версии и 65 мм в русской версии; * размер общего герметичного перфорированного пакета: 130 × 200 мм в казахской версии и 130 × 550 мм в русской версии; * русская версия указывает раздельное размещение ёмкости и крышки внутри общего пакета, тогда как казахская версия не содержит однозначного требования о таком раздельном размещении; * требование о выдерживании не менее трёх циклов замораживания и оттаивания и требование о белой отметке максимально допустимого объёма жидкости изложены в русской версии, но отсутствуют либо изложены иначе в казахской версии. Просим по каждому указанному параметру сообщить правильное обязательное значение и внести соответствующие изменения, чтобы казахская и русская версии содержали идентичные требования.			регистратор иметь отдельный индивидуальный сертификат калибровки, прослеживаемый к ILAC, NIST или ISO/IEC 17025, либо допускается один сертификат на производственную партию. Сертификат предоставляется один на одну серию товара. Просим указать, какие документы подтверждают соответствие требованиям CE, EN 12830, EMC, RTCA DO-160, RoHS, WHO-PQS, ISO 19005-1 и FDA 21 CFR Part 11. Требуется ли наличие отдельного сертификата по каждому требованию или допускаются декларации изготовителя, протоколы испытаний и официальная техническая документация? Достаточна декларация изготовителя, протоколы испытаний и официальная техническая документация. Просим разъяснить содержание требования Safe Transport of Chemical Goods compliance: какому конкретно стандарту или нормативному документу должен соответствовать

			/> Также просим уточнить: * масса 146 г или 196 г относится к основному комплекту контейнеров A/B без ёмкости для первичного сбора мочи либо к полному комплекту со всеми пакетами, абсорбентами, стикерами, картонной коробкой, ёмкостью для сбора мочи, её крышкой и индивидуальной упаковкой; * 62 мм является диаметром корпуса или горловины, а 65 мм максимальной шириной с учётом выступа или носика, либо одно из этих значений является ошибочным; * должен ли пакет для ёмкости для сбора мочи иметь размер 130 × 200 мм либо 130 × 550 мм; * должна ли ёмкость и её крышка находиться в одном общем пакете или в двух отдельных внутренних упаковках; * каким документом подтверждается стерильность ёмкости для первичного сбора мочи; * требуется ли указание метода стерилизации и срока сохранения стерильности; *			товар и какой документ необходимо предоставить в подтверждение. Документ предоставляет изготовитель. Просим подтвердить, что к поставке требуется ровно 150 регистраторов. Допускается ли транспортная упаковка изготовителя, рассчитанная на иное количество устройств, при условии поставки и оплаты ровно 150 штук? Не до конца понятен вопрос. Товар должен быть поставлен в надлежащем виде, безопасно упакован для транспортировки до склада Заказчика и дальнейшего хранения до использования. 5. Лот №82004122-ОК2, комплект промежуточного опечатывания Просим подтвердить, что одна единица товара включает одну индивидуально пронумерованную защитную ленту и один прозрачный самозаклеивающийся пакет, то есть для поставки 700 комплектов требуется 700 защитных лент и 700 пакетов. По лоту

			допускается ли инструкция на упаковке ёмкости на английском языке с переводом либо обязательна заводская маркировка на русском и/или казахском языке. 8. Срок поставки, приёмка и оплата Просим подтвердить, что срок поставки 30 календарных дней исчисляется со дня вступления договора в силу. Просим разъяснить: * допускается ли досрочная или частичная поставка; * допускается ли объединённая доставка товаров по нескольким присуждённым лотам; * означает ли адрес поставки «3 этаж, без лифта», что поставщик обязан собственными силами и за свой счёт выполнить разгрузку, подъём и передачу товара непосредственно на третьем этаже; * в течение какого срока после подписания электронного акта производится оплата; * какие проверки и документы являются основанием для окончательной			№82004122-ОК2– количество требуемого Товара указано в графе «Количество (объем)*» Технической спецификации закупаемых товаров лота №82004122-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. Полная характеристика требуемого Товара по лоту №82004122-ОК2, включая полные характеристики и описания деталей комплекта, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» лота №82004122-ОК2. См. Приложение 13 к конкурсной документации. В спецификации указано требование о применении углеродно-нейтрального материала пакета. Просим разъяснить, какой документ должен подтверждать углеродную нейтральность: сертификат материала, экологическая декларация изготовителя, отчёт об углеродном следе либо иной документ. Пакет должен быть

			приёмки; * будут ли размеры и масса проверяться фактическим измерением каждого товара или по официальной технической документации изготовителя; * каким документом подтверждается остаточный срок годности; * допускается ли замена товара при выявлении несоответствия без применения штрафных санкций, если замена произведена в установленный заказчиком срок. Просим предоставить отдельный и однозначный ответ по каждому пункту, поскольку указанные разъяснения непосредственно влияют на подбор товара, подтверждение его соответствия, расчёт стоимости и возможность поставки в установленный срок.			соответственно промаркирован. Просим уточнить, являются ли размеры защитной ленты, боковых частей и пакета строго фиксированными либо допустимы стандартные производственные отклонения. Все размеры должны быть строго фиксированными. Не допускаются производственные отклонения. Просим подтвердить, что срок годности не менее 30 месяцев должен быть указан изготовителем на упаковке каждого комплекта или партии и исчисляться с даты фактической поставки заказчику. Подтверждаем 6. Лот №82004123-ОК2, принадлежности для сбора цельной крови Обозначение SST II может относиться к определённой технологии или товарной серии. Просим разъяснить, допускается ли поставка эквивалентных вакуумных пробирок объёмом 5 мл с разделительным гелем, полностью соответствующих функциональным требованиям,

						либо обозначение SST II является обязательным. Обозначение SST II к данному товару является обязательным, так как методы определения допинговых веществ валидированы к данному виду пробирок. Просим уточнить характеристики стерильной безопасной иглы 21G: * требуемую длину иглы; * наличие и тип защитного механизма; * тип соединения; * должна ли игла быть предназначена для совместной работы с предлагаемыми вакуумными пробирками и держателем. Игла 21G, длина 34-38 мм, имеет встроенный одноразовый защитный экран Safety Shield, соединение резьбовое. Игла и держатель должны быть предназначена для совместной работы с предлагаемыми вакуумными пробирками и держателем. Просим уточнить требования к держателю: одноразовый или многоразовый, стандартный или с механизмом

						безопасного отсоединения иглы. Держатель одноразовый, стандартный. Просим подтвердить, включает ли предельная масса 22 г массу внешнего пластикового пакета, этикетки и всех компонентов либо только массу двух пробирок, иглы и держателя. Возможны отклонения + 10 гр. Просим разъяснить, должен ли комплект быть собран и запечатан изготовителем в заводских условиях либо допускается комплектование поставщиком из оригинальных совместимых компонентов разных изготовителей. Комплект должен быть запечатан изготовителем в заводских условиях. Все комплектующие Товара должны быть от одного изготовителя для совместной работы Просим уточнить, должен ли внешний пакет комплекта быть стерильным либо требование стерильности распространяется только на иглу и иные компоненты, имеющие соответствующую

						заводскую стерильную упаковку. Требование стерильности распространяется на иглу и иные компоненты, включая пробирку, имеющие соответствующую заводскую стерильную упаковку. Просим указать: * требуется ли государственная регистрация пробирок, иглы и держателя в Республике Казахстан в качестве медицинских изделий; * какие регистрационные удостоверения, разрешения или документы необходимо предоставить; * на каком этапе они предоставляются: в составе заявки или при поставке; * должен ли сертификат ISO 9001 быть оформлен на изготовителя каждого компонента либо на организацию, осуществляющую сборку и упаковку готового комплекта; * какой минимальный остаточный срок годности должен быть у стерильной иглы и других компонентов, кроме пробирок. Регистрация пробирок, иглы и

						держателя в Республике Казахстан в качестве медицинских изделий не требуется. Сертификат ISO 9001 должен быть оформлен на изготовителя каждого компонента. 7. Лот №82004128-ОК2, комплект для сбора, хранения и транспортировки образцов мочи Казахская и русская версии технической спецификации содержат следующие расхождения: * масса комплекта: 146 г в казахской версии и 196 г в русской версии; * размер ёмкости для первичного сбора мочи: 100 × 62 мм в казахской версии и 100 × 65 мм в русской версии; * диаметр верхней части ёмкости: 62 мм в казахской версии и 65 мм в русской версии; * размер общего герметичного перфорированного пакета: 130 × 200 мм в казахской версии и 130 × 550 мм в русской версии; * русская версия указывает раздельное размещение ёмкости и крышки внутри

						общего пакета, тогда как казахская версия не содержит однозначного требования о таком раздельном размещении; * требование о выдерживании не менее трёх циклов замораживания и оттаивания и требование о белой отметке максимально допустимого объёма жидкости изложены в русской версии, но отсутствуют либо изложены иначе в казахской версии. Просим по каждому указанному параметру сообщить правильное обязательное значение и внести соответствующие изменения, чтобы казахская и русская версии содержали идентичные требования. - Внесем изменение Также просим уточнить: * масса 146 г или 196 г относится к основному комплекту контейнеров А/В без ёмкости для первичного сбора мочи либо к полному комплекту со всеми пакетами, абсорбентами, стикерами, картонной коробкой, ёмкостью для сбора мочи, её крышкой и

						индивидуальной упаковкой; 196гр правильно, опечатка * 62 мм является диаметром корпуса или горловины, а 65 мм максимальной шириной с учётом выступа или носика, либо одно из этих значений является ошибочным; 65 мм- максимальная ширина в горловине без учета носика * должен ли пакет для ёмкости для сбора мочи иметь размер 130 × 200 мм либо 130 × 550 мм; 130 × 550 мм; * должна ли ёмкость и её крышка находиться в одном общем пакете или в двух отдельных внутренних упаковках; В двух отдельных внутренних упаковках; * каким документом подтверждается стерильность ёмкости для первичного сбора мочи; Предоставляет изготовитель * требуется ли указание метода стерилизации и срока сохранения стерильности; нет * допускается ли

						инструкция на упаковке ёмкости на английском языке с переводом либо обязательна заводская маркировка на русском и/или казахском языке. перевод на русский/казахский не обязателен 8. Срок поставки, приёмка и оплата Просим подтвердить, что срок поставки 30 календарных дней исчисляется со дня вступления договора в силу. Да, 30 календарных дней исчисляется со дня вступления договора в силу. Просим разъяснить: * допускается ли досрочная или частичная поставка – досрочная поставка допускается * допускается ли объединённая доставка товаров по нескольким присуждённым лотам; Объединённая доставка товаров по нескольким присуждённым лотам допускается и приветствуется. * означает ли адрес поставки «3 этаж, без лифта», что поставщик обязан

						собственными силами и за свой счёт выполнить разгрузку, подъём и передачу товара непосредственно на третьем этаже – да, поставщик должен доставить товар до офиса, который на 3 этаже БЦ; * в течение какого срока после подписания электронного акта производится оплата – Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. * какие проверки и документы являются основанием для окончательной приёмки – Окончательная приемка товара осуществляется после проверки его соответствия условиям договора , технической спецификации, а также количественным, качественным и комплектным характеристикам. Основанием для окончательной приемки являются результаты приемочного

						контроля и документы, предусмотренные договором, технической спецификацией и требованиями законодательства Республики Казахстан, бухгалтерские документы подтверждающие поставку и соответствие товара установленным требованиям. * будут ли размеры и масса проверяться фактическим измерением каждого товара или по официальной технической документации изготовителя; Прием товара по официальной технической документации изготовителя. Производится осмотр и измерения одного случайно выбранного набора каждого лота, также, считается количество товара. * каким документом подтверждается остаточный срок годности; Срок годности и дата изготовления указываются производителем на упаковке товара. При приемке товара остаточный срок годности определяется исходя из даты изготовления и установленного производителем срока

						годности, указанного на упаковке. * допускается ли замена товара при выявлении несоответствия без применения штрафных санкций, если замена произведена в установленный заказчиком срок – В случае выявления при приемке товара несоответствия условиям договора или технической спецификации поставщик должен заменить товар на соответствующий установленным требованиям в срок, определенный заказчиком. Вопрос применения штрафных санкций рассматривается в соответствии с условиями договора о государственных закупках и требованиями законодательства Республики Казахстан с учетом фактических обстоятельств исполнения обязательств.

2	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Наименования и коды ряда лотов не соответствуют фактически закупаемым товарам. Под наименованием «Пробирка» закупаются комплекты защищенных контейнеров для сбора и транспортировки крови и мочи, пакеты, пломбы, иглы, держатели и иные принадлежности, а под наименованием «Термометр» — электронный одноразовый регистратор температуры с памятью, дисплеем, USB и программным обеспечением. Требуем привести наименования, единицы измерения и коды ЕНС ТРУ в соответствие с фактическим предметом каждого лота. 2. Лот №82004123-ОК2 имеет единицу измерения «штука» и наименование «Пробирка», однако одна единица фактически представляет запечатанный комплект из двух вакуумных пробирок, стерильной иглы безопасности и держателя. Требуем установить единицу измерения «комплект» и корректное наименование товара.	2026-07-29 11:10:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Наименования и коды ряда лотов не соответствуют фактически закупаемым товарам. Под наименованием «Пробирка» закупаются комплекты защищенных контейнеров для сбора и транспортировки крови и мочи, пакеты, пломбы, иглы, держатели и иные принадлежности, а под наименованием «Термометр» — электронный одноразовый регистратор температуры с памятью, дисплеем, USB и программным обеспечением. Требуем привести наименования, единицы измерения и коды ЕНС ТРУ в соответствие с фактическим предметом каждого лота. еденицы измерение будут изменены в некоторых лотах 2. Лот №82004123-ОК2 имеет единицу измерения «штука» и наименование «Пробирка», однако одна единица фактически представляет запечатанный комплект из двух вакуумных пробирок, стерильной иглы безопасности и держателя. Требуем установить единицу измерения «комплект» и

			/> 3. Лоты №82004120-ОК2, №82004128-ОК2 и №87354169-ОК2 отнесены к коду и наименованию «Пробирка», хотя фактически содержат защищенные транспортировочные контейнеры, крышки-пломбы, пакеты, стикеры, инструкции и картонную упаковку. Такое описание не соответствует обычной пробирке и искажает предмет закупки. 4. Лот №82004122-ОК2 также назван «Пробирка», однако закупается комплект из защитной пломбы-ленты и самозаклеивающегося транспортировочного пакета. Требуем применить наименование и код, относящиеся к пакетам, пломбам либо расходным материалам для упаковки биологических образцов. 5. Лот №82004121-ОК2 назван «Термометр», но его характеристики описывают электронный даталоггер холодовой цепи с записью 24 200 измерений, USB-интерфейсом, PDF-генератором, программируемыми тревогами и специализированным ПО. Термометр и			корректное наименование товара. Внесем из измерение «комплект» 3. Лоты №82004120-ОК2, №82004128-ОК2 и №87354169-ОК2 отнесены к коду и наименованию «Пробирка», хотя фактически содержат защищенные транспортировочные контейнеры, крышки-пломбы, пакеты, стикеры, инструкции и картонную упаковку. Такое описание не соответствует обычной пробирке и искажает предмет закупки. 4. Лот №82004122-ОК2 также назван «Пробирка», однако закупается комплект из защитной пломбы-ленты и самозаклеивающегося транспортировочного пакета. Требуем применить наименование и код, относящиеся к пакетам, пломбам либо расходным материалам для упаковки биологических образцов. 5. Лот №82004121-ОК2 назван «Термометр», но его характеристики описывают электронный даталоггер холодовой цепи с записью 24 200 измерений,

			регистратор температуры являются различными товарами. Требуем исправить наименование и код ЕНС ТРУ. 6. Технические спецификации контейнеров содержат совокупность точных конструктивных признаков: красные и синие контейнеры А и В, семи- или восьмизначная нумерация, защищенные QR-коды, водяные знаки, определенные цвета крышек и этикеток, визуальное и акустическое подтверждение закрытия, точные размеры, массы и конфигурация упаковки. Такая совокупность воспроизводит конкретную закрытую систему сбора образцов и ограничивает предложение функциональных эквивалентов. 7. Требования о нанесении на контейнеры, крышки, этикетки, стикеры и упаковку одного идентичного номера, защищенного QR-кода и графики подлинности предполагают наличие у поставщика доступа к единой производственной системе нумерации конкретного изготовителя.			USB-интерфейсом, PDF-генератором, программируемыми тревогами и специализированным ПО. Термометр и регистратор температуры являются различными товарами. Требуем исправить наименование и код ЕНС ТРУ. Функциональное назначение закупаемого изделия заключается в измерении, контроле и регистрации температуры, что соответствует группе товаров «Термометры». Дополнительные функциональные возможности, такие как регистрация результатов измерений, формирование PDF-отчетов, наличие памяти, программируемых порогов сигнализации, USB-интерфейса и программного обеспечения, являются техническими характеристиками изделия и не изменяют его основного назначения как средства измерения температуры 6. Технические спецификации контейнеров содержат совокупность точных конструктивных признаков: красные и синие контейнеры А и В, семи- или

			Это фактически делает участие зависимым от третьего лица. Требуем установить функциональное требование уникальной прослеживаемости без копирования фирменной системы маркировки. 8. Понятие «два уровня аутентификации» контейнера не определено. Не указано, какие именно уровни защиты имеются в виду, как они реализуются и проверяются. Требуем установить объективные признаки защиты от вскрытия и подмены без фирменной терминологии. 9. Формулировки о QR-коде «с защищенной графикой для идентификации подлинности» не содержат требований к формату данных, алгоритму проверки, сроку доступности сервиса и праву Заказчика пользоваться системой. Требуем раскрыть технический способ проверки либо допустить любые независимые средства прослеживаемости. 10. Требования точных размеров контейнеров, крышек и коробок, включая			восьмизначная нумерация, защищенные QR-коды, водяные знаки, определенные цвета крышек и этикеток, визуальное и акустическое подтверждение закрытия, точные размеры, массы и конфигурация упаковки. Такая совокупность воспроизводит конкретную закрытую систему сбора образцов и ограничивает предложение функциональных эквивалентов. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 7. Требования о нанесении на контейнеры, крышки, этикетки, стикеры и

			120 мм, 20–22 мм, 27 мм, 35–37 мм, 140×80×40 мм, 127×104×55 мм, а также точных масс 8, 30, 64, 98 и 146 г, имеют признаки описания конкретных изделий. Размеры и масса должны устанавливаться диапазонами, обусловленными объемом образца и условиями транспортировки. 11. Требования конкретного цвета контейнеров, крышек, этикеток, вертикальных полос и серебристых защитных наклеек являются преимущественно дизайнерскими признаками. Для идентификации проб А и В достаточно различимой маркировки. Требуем допустить иные цвета при сохранении однозначной идентификации образцов. 12. Требование визуального и акустического подтверждения закрытия, одноступенчатой защелкивающейся системы и невозможности открытия без специального оборудования ограничивает конструкцию крышки. Требуем установить конечный результат — выявление вскрытия			упаковку одного идентичного номера, защищенного QR-кода и графики подлинности предполагают наличие у поставщика доступа к единой производственной системе нумерации конкретного изготовителя. Это фактически делает участие зависимым от третьего лица. Требуем установить функциональное требование уникальной прослеживаемости без копирования фирменной системы маркировки. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 8. Понятие

			и исключение повторного незаметного закрытия — без закрепления конкретного механизма. 13. В лотах используются неопределенные ссылки на требования Международной ассоциации воздушного транспорта, Международного олимпийского комитета, ВАДА и Международный стандарт по тестированию и расследованиям. Не указаны точные названия документов, редакции, пункты и обязательные критерии. Требуем конкретизировать применимые нормы и документы подтверждения. 14. Требование нанесения инструкции «на одном из языков Международного олимпийского комитета и ВАДА» является неопределенным. Не указан конкретный язык, приоритет казахского и русского языков и допустимость многоязычной маркировки. Требуем установить однозначные языковые требования. 15. Во всех специализированных расходных материалах установлено требование			«два уровня аутентификации» контейнера не определено. Не указано, какие именно уровни защиты имеются в виду, как они реализуются и проверяются. Требуем установить объективные признаки защиты от вскрытия и подмены без фирменной терминологии. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 9. Формулировки о QR-коде «с защищенной графикой для идентификации подлинности» не содержат требований к формату данных, алгоритму проверки,

			международного сертификата ISO 9001 непосредственно на товар. ISO 9001 подтверждает систему менеджмента качества организации, а не соответствие отдельной пробирки, пакета, контейнера или пломбы. Требуем сформулировать требование корректно либо исключить его. 16. Не указано, чей сертификат ISO 9001 должен представляться: изготовителя товара, поставщика, владельца системы маркировки либо производителя отдельных комплектующих. Не определены область сертификации, орган выдачи, аккредитация и стадия предоставления. Такое требование допускает субъективное рассмотрение. 17. Действующая форма Приложения 13 запрещает устанавливать в технической спецификации квалификационные требования к потенциальному поставщику. Из обновленной формы КД исключены прежние положения о письмах, сертификатах, свидетельствах и иных документах			сроку доступности сервиса и праву Заказчика пользоваться системой. Требуем раскрыть технический способ проверки либо допустить любые независимые средства прослеживаемости. QR-коды биопроб считываются в антидопинговой лаборатории, имеющие аккредитацию ВАДА. Информация о формате данных, алгоритму проверки, сроку доступности сервиса предоставляются изготовителем, и согласовывается с антидопинговой лабораторией, имеющей аккредитацию ВАДА. 10. Требования точных размеров контейнеров, крышек и коробок, включая 120 мм, 20–22 мм, 27 мм, 35–37 мм, 140×80×40 мм, 127×104×55 мм, а также точных масс 8, 30, 64, 98 и 146 г, имеют признаки описания конкретных изделий. Размеры и масса должны устанавливаться диапазонами, обусловленными объемом образца и условиями транспортировки. Техническая спецификация разработана исходя из

			производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем подтвердить, что ISO 9001, документы IATA, ВАДА, изготовителя и системы маркировки не будут использоваться как требования к статусу участника. 18. Требования о нанесении на товар названия конкретной компании-изготовителя и одновременной защищенной нумерации фактически предполагают поставку готовой системы определенного производителя. Требуем подтвердить наличие не менее трех независимых производителей, продукция которых соответствует всей совокупности условий каждого лота. 19. Для комплектов заявлена устойчивость не менее чем к трем циклам замораживания и размораживания, однако не указаны температуры, продолжительность циклов, скорость замораживания, объем образца и методика проверки герметичности. Требуем установить полноценную программу испытаний либо принимать			потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 11. Требования конкретного цвета контейнеров, крышек, этикеток, вертикальных полос и серебристых защитных наклеек являются преимущественно дизайнерскими признаками. Для идентификации проб А и В достаточно различимой маркировки. Требуем допустить иные цвета при сохранении однозначной идентификации образцов. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере

			официальные данные изготовителя. 20. В лоте №82004123-ОК2 прямо указан консервирующий гель SST II. Не определено, является ли SST II общепринятым типом реагента либо обозначением конкретной технологии производителя, а также какие эквивалентные разделительные гели допускаются. Требуем установить функциональные свойства геля без фирменного обозначения. 21. Требование черной внутренней и желтой наружной крышки вакуумных пробирок не обосновано медицинской функцией. Международные системы цветовой кодировки крышек могут различаться. Требуем закрепить тип реагента, объем и назначение пробирки, а не конкретное цветовое исполнение. 22. В лоте №82004121-ОК2 характеристики регистратора температуры чрезмерно детализированы: ровно 24 200 измерений, дисплей 23,5×23,5 мм, размеры не более 96×37×10 мм, масса 0,038			государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 12. Требование визуального и акустического подтверждения закрытия, одноступенчатой защелкивающейся системы и невозможности открытия без специального оборудования ограничивает конструкцию крышки. Требуем установить конечный результат — выявление вскрытия и исключение повторного незаметного закрытия — без закрепления конкретного механизма. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании

			кг, восемь уровней тревог, конкретные экранные обозначения Conf, Start, Run, Stop и программное обеспечение Smart Start. Данная комбинация соответствует ограниченной модели и должна быть заменена функциональными показателями. 23. Указание программного обеспечения Smart Start является прямым фирменным наименованием без слов «или эквивалент» и без критериев эквивалентности. Требуем исключить конкретное название и описать необходимые функции настройки, считывания и анализа данных. 24. Не определены условия использования программного обеспечения регистратора: тип лицензии, срок действия, количество рабочих мест, поддерживаемые операционные системы, необходимость регистрации, облачного сервиса, доступа к серверу производителя и передачи обновлений. Требуем раскрыть полный объем поставки. 25. Одновременное			технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 13. В лотах используются неопределенные ссылки на требования Международной ассоциации воздушного транспорта, Международного олимпийского комитета, ВАДА и Международный стандарт по тестированию и расследованиям. Не указаны точные названия документов, редакции, пункты и обязательные критерии. Требуем конкретизировать применимые нормы и документы подтверждения. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической

			требование соответствия PDF/A, FDA 21 CFR Part 11, CE, EN 12830, EMC, RTCA DO-160, RoHS, WHO PQS и требованиям перевозки химических грузов не сопровождается обоснованием применимости каждого документа. Часть требований относится к различным областям регулирования. Требуем указать конкретные пункты и обязательные документы подтверждения. 26. Требование сертификата «ILAC/NIST/ISO 17025» сформулировано некорректно: ILAC является международным объединением, NIST — организацией и системой прослеживаемости, ISO/IEC 17025 устанавливает требования к лабораториям. Требуем указать, нужен ли индивидуальный калибровочный сертификат, какая лаборатория его выдает и какая метрологическая прослеживаемость требуется. 27. Для регистратора не указано, должен ли каждый из 150 приборов иметь индивидуальный калибровочный сертификат,			спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 14. Требование нанесения инструкции «на одном из языков Международного олимпийского комитета и ВАДА» является неопределенным. Не указан конкретный язык, приоритет казахского и русского языков и допустимость многоязычной маркировки. Требуем установить однозначные языковые требования. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не

			допускается ли групповой сертификат и каков срок калибровки. Неопределенность может привести к дополнительным расходам и субъективной приемке. 28. В ТС отсутствует методика проверки точности регистратора ±0,2 °C, памяти, времени работы, тревог, PDF-отчета и соответствия требованиям электронных записей. Требуем определить, проводится ли фактическое испытание либо достаточно паспортных и калибровочных документов. 29. Срок годности не менее 30 месяцев со дня поставки по большинству лотов существенно ограничивает остаточный срок серийно выпускаемой импортной продукции и может быть обеспечен только поставкой из специально изготовленной партии. Требуем обосновать фактический период использования и допустить разумный остаточный срок. 30. Срок поставки 30 календарных дней без аванса для специализированных			ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 15. Во всех специализированных расходных материалах установлено требование международного сертификата ISO 9001 непосредственно на товар. ISO 9001 подтверждает систему менеджмента качества организации, а не соответствие отдельной пробирки, пакета, контейнера или пломбы. Требуем сформулировать требование корректно либо исключить его. Сертификат ISO 9001 предоставляется изготовителем и поставщиком. 16. Не указано, чей сертификат ISO 9001 должен представляться: изготовителя товара, поставщика, владельца системы маркировки либо производителя отдельных комплектующих. Не определены область сертификации, орган выдачи, аккредитация и стадия

			импортных систем с уникальной нумерацией, защищенными QR-кодами, сертификатами и сроком годности 30 месяцев может быть исполнен преимущественно поставщиком, заранее располагающим продукцией конкретного производителя. Требуем подтвердить анализ рынка либо увеличить срок поставки. 31. Гарантийный срок 12 месяцев автоматически установлен и для одноразовых расходных материалов с отдельным сроком годности. Не определено, чем гарантия отличается от срока годности и какие дефекты устраняются в гарантийном порядке. Требуем разграничить данные понятия. 32. В ТС отсутствует объективный порядок приемки защитных свойств контейнеров, пломб, QR-кодов, водяных знаков, акустического закрытия, устойчивости к замораживанию и соответствия международным требованиям. Требуем установить закрытый перечень проверок и документов.			предоставления. Такое требование допускает субъективное рассмотрение. Сертификат ISO 9001 предоставляется изготовителем и поставщиком. 17. Действующая форма Приложения 13 запрещает устанавливать в технической спецификации квалификационные требования к потенциальному поставщику. Из обновленной формы КД исключены прежние положения о письмах, сертификатах, свидетельствах и иных документах производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем подтвердить, что ISO 9001, документы IATA, ВАДА, изготовителя и системы маркировки не будут использоваться как требования к статусу участника. Запрет, установленный Приложением 13 к Правилам государственных закупок, распространяется на квалификационные требования к потенциальному поставщику и не исключает возможность установления требований к документам, подтверждающим

			/> 33. Совокупность точной геометрии, цветовой схемы, фирменной нумерации, защищенной графики, программного обеспечения Smart Start и неопределенных международных сертификатов указывает на закупку продукции заранее выбранной экосистемы. Требуем переработать все шесть ТС в нейтральной, функциональной и конкурентной редакции.			соответствие предлагаемого товара технической спецификации. Сертификаты и иные документы производителя, запрашиваемые исключительно для подтверждения качества и соответствия товара установленным требованиям, относятся к предмету закупки, а не к квалификации участника. При этом такие требования должны быть объективно обоснованы, непосредственно связаны с предметом закупки и не приводить к необоснованному ограничению конкуренции. 18. Требования о нанесении на товар названия конкретной компании-изготовителя и одновременной защищенной нумерации фактически предполагают поставку готовой системы определенного производителя. Требуем подтвердить наличие не менее трех независимых производителей, продукция которых соответствует всей совокупности условий каждого лота. Техническая спецификация разработана исходя из

						потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Законодательство не предусматривает обязанность заказчика подтверждать соответствие технической спецификации продукции не менее трех производителей или представлять перечень таких производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации. 19. Для комплектов заявлена устойчивость не менее чем к трем циклам замораживания и размораживания, однако не указаны температуры, продолжительность циклов, скорость замораживания, объем образца и методика проверки герметичности. Требуем

						установить полноценную программу испытаний либо принимать официальные данные изготовителя. Будут приняты официальные данные изготовителя и согласованы с антидопинговой лабораторией, имеющей аккредитацию ВАДА. 20. В лоте №82004123-ОК2 прямо указан консервирующий гель SST II. Не определено, является ли SST II общепринятым типом реагента либо обозначением конкретной технологии производителя, а также какие эквивалентные разделительные гели допускаются. Требуем установить функциональные свойства геля без фирменного обозначения. SST II является товарным обозначением. Эквивалентными считаются инертные полимерные тиксотропные разделительные гели, если они обладают сопоставимыми характеристиками: образуют стабильный барьер между сывороткой и форменными элементами после центрифугирования, имеют плотность, промежуточную

						между плотностью сыворотки и клеток крови, химически инертны и не оказывают значимого влияния на определяемые аналитические показатели, и т.д. 21. Требование черной внутренней и желтой наружной крышки вакуумных пробирок не обосновано медицинской функцией. Международные системы цветовой кодировки крышек могут различаться. Требуем закрепить тип реагента, объем и назначение пробирки, а не конкретное цветовое исполнение. Цвета крышек вакуумных пробирок для забора крови указывают на тип исследования, для которого предназначено изделие, и состав находящихся внутри реагентов. Для исследования сыворотки крови применяются пробирки с активатором свертывания и разделительным гелем, который создает барьер между сывороткой и сгустком. Цвет крышки маркируется желтым. Внутренняя часть пробирок обычно выполняется в

						черном цвете, представляет собой внутренний пластиковый элемент, который удерживает эластичную резиновую мембрану. 22. В лоте №82004121-ОК2 характеристики регистратора температуры чрезмерно детализированы: ровно 24 200 измерений, дисплей 23,5×23,5 мм, размеры не более 96×37×10 мм, масса 0,038 кг, восемь уровней тревог, конкретные экранные обозначения Conf, Start, Run, Stop и программное обеспечение Smart Start. Данная комбинация соответствует ограниченной модели и должна быть заменена функциональными показателями. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на

						продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации 23. Указание программного обеспечения Smart Start является прямым фирменным наименованием без слов «или эквивалент» и без критериев эквивалентности. Требуем исключить конкретное название и описать необходимые функции настройки, считывания и анализа данных. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям

						технической спецификации 24. Не определены условия использования программного обеспечения регистратора: тип лицензии, срок действия, количество рабочих мест, поддерживаемые операционные системы, необходимость регистрации, облачного сервиса, доступа к серверу производителя и передачи обновлений. Требуем раскрыть полный объем поставки. Программное обеспечение регистратора находится в антидопинговой лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА. 25. Одновременное требование соответствия PDF/A, FDA 21 CFR Part 11, CE, EN 12830, EMC, RTCA DO-160, RoHS, WHO PQS и требованиям перевозки химических грузов не сопровождается обоснованием применимости каждого документа. Часть требований относится к различным областям регулирования. Требуем указать конкретные пункты и обязательные документы подтверждения.

						/> Данные требования обусловлены перевозкой биопроб и химических грузов за пределы Казахстана 26. Требование сертификата «ILAC/NIST/ISO 17025» сформулировано некорректно: ILAC является международным объединением, NIST — организацией и системой прослеживаемости, ISO/IEC 17025 устанавливает требования к лабораториям. Требуем указать, нужен ли индивидуальный калибровочный сертификат, какая лаборатория его выдает и какая метрологическая прослеживаемость требуется. Данные сертификаты предоставляются изготовителем 27. Для регистратора не указано, должен ли каждый из 150 приборов иметь индивидуальный калибровочный сертификат, допускается ли групповой сертификат и каков срок калибровки. Неопределенность может привести к дополнительным расходам и субъективной приемке. Достаточно одного сертификата на

						серию. 28. В ТС отсутствует методика проверки точности регистратора ±0,2 °C, памяти, времени работы, тревог, PDF-отчета и соответствия требованиям электронных записей. Требуем определить, проводится ли фактическое испытание либо достаточно паспортных и калибровочных документов. Гарантируется изготовителем 29. Срок годности не менее 30 месяцев со дня поставки по большинству лотов существенно ограничивает остаточный срок серийно выпускаемой импортной продукции и может быть обеспечен только поставкой из специально изготовленной партии. Требуем обосновать фактический период использования и допустить разумный остаточный срок. Техническая спецификация сформирована на основании анализа рынка и потребности заказчика. 30. Срок поставки 30 календарных дней без аванса для

						специализированных импортных систем с уникальной нумерацией, защищенными QR-кодами, сертификатами и сроком годности 30 месяцев может быть исполнен преимущественно поставщиком, заранее располагающим продукцией конкретного производителя. Требуем подтвердить анализ рынка либо увеличить срок поставки. Техническая спецификация сформирована на основании анализа рынка и потребности заказчика. Законодательство Республики Казахстан не предусматривает обязанность заказчика представлять поставщикам материалы анализа рынка, перечень моделей и официальные спецификации, использованные при его проведении. 31. Гарантийный срок 12 месяцев автоматически установлен и для одноразовых расходных материалов с отдельным сроком годности. Не определено, чем гарантия отличается от срока годности и какие дефекты устраняются в

						гарантийном порядке. Требуем разграничить данные понятия. Срок годности вакуумных пробирок с разделительным гелем и EDTA от 12 до 24 месяца со дня изготовления. Мы просим срок годности не менее 12 мес со дня поставки товара. В пластиковых наборах для сбора и хранения биопроб срок годности может быть 36-48 мес. 32. В ТС отсутствует объективный порядок приемки защитных свойств контейнеров, пломб, QR-кодов, водяных знаков, акустического закрытия, устойчивости к замораживанию и соответствия международным требованиям. Требуем установить закрытый перечень проверок и документов. Закупаемый товар не может быть вскрыт заранее. Требуемые характеристики должны гарантироваться изготовителем и поставщиком. 33. Совокупность точной геометрии, цветовой схемы, фирменной нумерации, защищенной

						графики, программного обеспечения Smart Start и неопределенных международных сертификатов указывает на закупку продукции заранее выбранной экосистемы. Требуем переработать все шесть ТС в нейтральной, функциональной и конкурентной редакции. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации.

3	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Почему лоты №82004120-ОК2, №82004123-ОК2, №82004128-ОК2 и №87354169-ОК2 названы «Пробирка», если фактически закупаются многокомпонентные комплекты контейнеров, крышек, пакетов, стикеров, игл и держателей? 2. Почему лот №82004122-ОК2 с защитной пломбой и пакетом также отнесен к пробиркам? 3. Почему лот №82004121-ОК2 называется «Термометр», если устройство записывает 24 200 измерений, формирует PDF-отчет и является даталоггером? 4. Каким образом примененные коды ЕНС ТРУ соответствуют фактическому составу каждого лота? Представьте обоснование выбора кода. 5. Почему в лоте №82004123-ОК2 единица измерения указана «штука», если поставляется комплект из двух пробирок, иглы и держателя? 6. Назовите не менее трех производителей по каждому лоту, продукция	2026-07-29 11:10:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Почему лоты №82004120-ОК2, №82004123-ОК2, №82004128-ОК2 и №87354169-ОК2 названы «Пробирка», если фактически закупаются многокомпонентные комплекты контейнеров, крышек, пакетов, стикеров, игл и держателей? Основным компонентом набора являются пробирки, поэтому отнесены к этой группе товаров. 2. Почему лот №82004122-ОК2 с защитной пломбой и пакетом также отнесен к пробиркам? будет внесено изменение 3. Почему лот №82004121-ОК2 называется «Термометр», если устройство записывает 24 200 измерений, формирует PDF-отчет и является даталоггером? Функциональное назначение закупаемого изделия заключается в измерении, контроле и регистрации температуры, что соответствует группе товаров «Термометры». Дополнительные функциональные возможности, такие как регистрация результатов измерений, формирование

			которых одновременно соответствует всем размерам, цветам, массам, кодам, упаковке и защитным элементам. 7. Проводился ли анализ рынка? Представьте модели и официальные спецификации товаров, использованные при его проведении. 8. Что конкретно понимается под двумя уровнями аутентификации контейнера? 9. Какие два независимых элемента защиты образуют первый и второй уровни и как комиссия будет проверять их наличие? 10. Какой формат данных должен содержать защищенный QR-код и каким устройством или программой он считывается? 11. Требуется ли подключение к информационной системе производителя для проверки подлинности QR-кода? 12. Кто предоставляет доступ к системе проверки, сколько он действует и входит ли лицензия в цену товара? 13. Будет ли допущен товар			PDF-отчетов, наличие памяти, программируемых порогов сигнализации, USB-интерфейса и программного обеспечения, являются техническими характеристиками изделия и не изменяют его основного назначения как средства измерения температуры. 4. Каким образом примененные коды ЕНС ТРУ соответствуют фактическому составу каждого лота? Представьте обоснование выбора кода. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации. 5. Почему в лоте

			с уникальным штрих-кодом и серийным номером, но без фирменной защищенной графики? 14. Почему идентификационный номер в одних лотах должен состоять из семи цифр, а в другом — из восьми? Какое функциональное значение имеет количество цифр? 15. Будет ли допущен уникальный номер иной длины, обеспечивающий не меньшую прослеживаемость? 16. Почему контейнеры А и В должны иметь именно красную и синюю маркировку? Допускаются ли иные контрастные цвета? 17. Почему размеры контейнеров, крышек и коробок установлены с точностью до миллиметра, а масса — до грамма? 18. Каким образом отклонение высоты контейнера на 2–3 мм повлияет на сохранность и идентификацию образца? 19. Что означает визуальный и акустический способ подтверждения закрытия? Какой минимальный уровень звука			№82004123-ОК2 единица измерения указана «штука», если поставляется комплект из двух пробирок, иглы и держателя? Измерение в штуках комплектов 6. Назовите не менее трех производителей по каждому лоту, продукция которых одновременно соответствует всем размерам, цветам, массам, кодам, упаковке и защитным элементам. Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. При формировании технической спецификации обеспечено соблюдение принципов добросовестной конкуренции, а ее требования не ориентированы на продукцию конкретных производителей. Законодательство не предусматривает обязанность заказчика подтверждать соответствие технической спецификации продукции не менее трех производителей или представлять перечень таких

			установлен? 20. Каким способом комиссия проверит невозможность подделки крышки и открытия без специального оборудования? 21. Какое специальное оборудование имеется в виду и у кого оно должно находиться? 22. Какие температуры, продолжительность и условия применяются при трех циклах замораживания и размораживания? 23. Будет ли комиссия фактически замораживать поставленные комплекты? Представьте методику испытания герметичности после каждого цикла. 24. Укажите точное наименование, редакцию и пункты требований IATA, которым должны соответствовать пакеты и контейнеры. 25. Каким документом подтверждается соответствие IATA: протоколом испытаний, декларацией изготовителя либо сертификатом? 26. Укажите точное наименование и редакцию Международного стандарта			производителей. Любой потенциальный поставщик вправе предложить товар, соответствующий требованиям технической спецификации. 7. Проводился ли анализ рынка? Представьте модели и официальные спецификации товаров, использованные при его проведении. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не предусматривает обязанности заказчика предоставлять участникам материалы внутреннего анализа рынка, перечень рассмотренных производителей либо используемые при его проведении коммерческие и технические материалы. Соответствие предлагаемого товара будет оцениваться на основании требований, установленных в технической спецификации, и документов, представленных участниками закупки. 8. Что конкретно понимается под двумя уровнями аутентификации контейнера? 1. Нанесенный уникальный код на

			по тестированию и расследованиям, знак соответствия которому должен находиться на упаковке. 27. Кто уполномочен наносить данный знак и каким документом подтверждается право его использования? 28. Что означает инструкция на одном из языков Международного олимпийского комитета и ВАДА? Какой конкретно язык требуется? 29. Будет ли допустима инструкция на казахском и русском языках без иной иностранной маркировки? 30. Является ли SST II товарным или фирменным обозначением? Какие разделительные гели считаются эквивалентными? 31. Почему крышка пробирки должна иметь черную внутреннюю и желтую наружную часть? 32. Будут ли допущены пробирки с иной международной цветовой кодировкой при том же объеме и типе активатора или геля? 33. Что означает требование о			всех компонентах набора. 2. QR код считываемый считывателем кодов в антидопинговой лаборатории. Элементы защиты инкорпорированы в компоненты набора. 9. Какие два независимых элемента защиты образуют первый и второй уровни и как комиссия будет проверять их наличие? 1. Нанесенный уникальный код на всех компонентах набора. 2. Qr код считываемый считывателем кодов в антидопинговой лаборатории. Элементы защиты инкорпорированы в компоненты набора. 10. Какой формат данных должен содержать защищенный QR-код и каким устройством или программой он считывается? Данные считываются в антидопинговых лабораториях имеющие аккредитацию ВАДА. 11. Требуется ли подключение к информационной системе производителя для проверки подлинности QR-кода? Не требуются. Данное

			международном сертификате ISO 9001 «на товар», если ISO 9001 сертифицирует систему менеджмента организации? 34. Чей ISO 9001 должен представляться: изготовителя, поставщика, владельца бренда или производителя упаковки? 35. Какая область сертификации должна быть указана в сертификате ISO 9001? 36. На каком этапе должен представляться сертификат и будет ли его отсутствие в заявке основанием для отклонения? 37. Как возможное требование сертификатов и документов производителя согласуется с действующей формой Приложения 13, запрещающей квалификационные требования к участнику? 38. Подтвердите, что в составе заявки не будут требоваться авторизационные письма, дилерские сертификаты, свидетельства представителя и иные документы третьих лиц, исключенные из обновленной формы КД.			требование гарантируется изготовителем подобного рода товаров для целей антидопинга. 12. Кто предоставляет доступ к системе проверки, сколько он действует и входит ли лицензия в цену товара? Антидопинговая лаборатория. 13. Будет ли допущен товар с уникальным штрих-кодом и серийным номером, но без фирменной защищенной графики? Полная характеристика требуемого Товара по лотам, включая полные характеристики и описания деталей комплектов, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» 14. Почему идентификационный номер в одних лотах должен состоять из семи цифр, а в другом — из восьми? Какое функциональное значение имеет количество цифр? Процесс допинг-контроля стандартизирован для всех

			/> 39. Почему в характеристиках регистратора указано фирменное программное обеспечение Smart Start? 40. Является ли Smart Start товарным знаком или программным продуктом конкретного производителя? 41. Назовите не менее трех регистраторов разных производителей, работающих с Smart Start и одновременно соответствующих всем параметрам ТС. 42. По каким критериям будет оцениваться эквивалентное ПО для настройки и анализа регистратора? 43. Входит ли лицензия на ПО в поставку и является ли она бессрочной? 44. Сколько рабочих мест допускается, нужна ли регистрация и требуется ли постоянное интернет-соединение? 45. Какие операционные системы поддерживает программное обеспечение? 46. Где хранятся конфигурационные профили и данные: локально, в облаке			участников спортивного движения, в том числе и для антидопинговых лабораторий, имеющие аккредитацию ВАДА, Техническая спецификация разработана исходя из потребности заказчика во исполнение требований международных стандартов ВАДА, технических документов и технических возможностей антидопинговых лабортаорий, имеющих аккредитацию ВАДА. 15. Будет ли допущен уникальный номер иной длины, обеспечивающий не меньшую прослеживаемость? Полная характеристика требуемого Товара по лотам, включая полные характеристики и описания деталей комплектов, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» 16. Почему контейнеры А и В должны иметь именно красную и синюю маркировку? Допускаются ли иные контрастные цвета? В целях

			либо на сервере производителя? 47. Почему память должна составлять именно 24 200 измерений? Будет ли допущен регистратор на 24 000 или 32 000 измерений? 48. Почему дисплей должен иметь размер именно 23,5×23,5 мм, корпус — не более 96×37×10 мм, а масса — 0,038 кг? 49. Как функционально ухудшит работу устройство массой 40 г или толщиной 11 мм? 50. Почему требуется ровно восемь уровней температурных тревог? Сколько уровней фактически используется Заказчиком? 51. Какие конкретные профили тревог, интервалы и задержки будут программироваться? 52. Что означает сертификат «ILAC/NIST/ISO 17025»? Какой конкретный документ должен поставляться? 53. Требуется ли индивидуальный калибровочный сертификат на каждый из 150 регистраторов? 54. Должен ли			допинг-контроля наборы для сбора проб имеют точную маркировку: красную для пробы А, и синюю-проба Б. Это требование стандартизировано для всех участников спортивного движения: спортсменов, в том числе и слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями интеллектуального развития, и т.д. сотрудников допинг-контроля, лаборатории, судей спортивного арбитража, включая CAS. Полная характеристика требуемого Товара по лотам, включая полные характеристики и описания деталей комплектов, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Требования к закупаемому товару составлены в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом, международными стандартами ВАДА и техническими документами ВАДА. 17. Почему размеры контейнеров, крышек и коробок

			сертификат содержать фактические результаты калибровки, погрешность, неопределенность и серийный номер устройства? 55. Какая лаборатория признается Заказчиком и должна ли она иметь аккредитацию по ISO/IEC 17025 именно на измерение температуры? 56. Как подтверждается метрологическая прослеживаемость к NIST либо национальным эталонам? 57. Какие конкретные положения FDA 21 CFR Part 11 применяются к одноразовому автономному регистратору без учетных записей и электронной подписи? 58. Какие функции регистратора обеспечивают неизменность электронной записи, аудит действий и разграничение доступа? 59. Почему одновременно требуются RTCA DO-160, WHO PQS, EN 12830, PDF/A и требования перевозки химических грузов? 60. Какие конкретные разделы RTCA DO-160 должны быть			установлены с точностью до миллиметра, а масса — до грамма? В целях допинг-контроля наборы , включая крышки, размеры, стандартизированы для их использования в антидопинговой лаборатории, коробки-для безопасной транспортировки. Полная характеристика требуемого Товара по лотам, включая полные характеристики и описания деталей комплектов, указаны в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Требования к закупаемому товару составлены в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом, международными стандартами ВАДА и техническими документами ВАДА. Размеры и масса требуемых комплектов учитывается при длительном хранении и транспортировке биопроб. 18. Каким образом отклонение высоты контейнера на 2–3 мм повлияет на сохранность

			подтверждены и связаны ли они с фактической авиаперевозкой оборудования? 61. Какой номер или категория WHO PQS требуется и должен ли регистратор находиться в официальном перечне WHO? 62. Что означает «безопасная перевозка химических грузов», если устройство является регистратором температуры с элементом питания? 63. Как будет проверяться точность ±0,2 °C при приемке 150 устройств? 64. Предоставит ли Заказчик термостат, эталонный термометр и поверенное оборудование? 65. Будет ли достаточно индивидуального калибровочного сертификата без фактического испытания каждой единицы? 66. Каким способом проверяются PDF/A, график температуры, статистика, GMT, настраиваемый заголовок и экспорт текстового отчета? 67. Почему по расходным материалам установлен			и идентификацию образца? Отклонение высоты контейнера на 2–3 мм не повлияет на сохранность и идентификацию образца, но, повлияет на транспортировку и длительное хранение образца. 19. Что означает визуальный и акустический способ подтверждения закрытия? Какой минимальный уровень звука установлен? Под визуальным и акустическим способом подтверждения закрытия понимается возможность пользователя убедиться в правильной фиксации контейнера после его закрытия посредством визуальных и/или слышимых признаков срабатывания механизма запирания. Визуальное подтверждение может выражаться в отсутствии зазоров, изменении положения элементов механизма фиксации, совпадении контрольных меток либо иных конструктивных признаках, свидетельствующих о надежном закрытии контейнера. Акустическое подтверждение представляет

			гарантийный срок 12 месяцев одновременно со сроком годности 30 месяцев? 68. Какие случаи относятся к гарантии, а какие — к истечению срока годности? 69. Каким расчетом определен остаточный срок годности не менее 30 месяцев именно со дня поставки? 70. Представьте сведения о наличии на рынке нескольких независимых производителей, способных поставить продукцию с остаточным сроком 30 месяцев за 30 календарных дней. 71. Учитывает ли срок 30 дней изготовление уникально пронумерованных комплектов, нанесение QR-кодов, международную доставку и таможенное оформление? 72. Каким образом комиссия будет проверять водяные знаки, защищенную графику и уникальность всех номеров? 73. Предоставьте закрытый перечень документов, необходимых при приемке каждого лота. 74.			собой характерный звук (щелчок), возникающий при полном срабатывании механизма блокировки. Международные тандарты ВАДА не устанавливают минимальный уровень звука (в децибелах) для акустического подтверждения закрытия 20. Каким способом комиссия проверит невозможность подделки крышки и открытия без специального оборудования? Это гарантируется изготовителем официальными и техническими документами, предоставленными изготовителем и поставщиками. 21. Какое специальное оборудование имеется в виду и у кого оно должно находиться? Оборудование находится в Антидопинговых лабораториях, имеющих аккредитацию ВАДА. 22. Какие температуры, продолжительность и условия применяются при трех циклах замораживания и размораживания? Данное требование реализуется изготовителем и предоставляется в

			Подтвердите, что общедоступные технические документы изготовителя и фактическая проверка товара будут достаточны без писем, сертификатов партнерства и подтверждения статуса поставщика. 75. Просим исправить наименования и коды ЕНС ТРУ, исключить фирменные размеры, цвета, Smart Start и закрытую систему QR-аутентификации, установить функциональные критерии защиты и прослеживаемости и повторно разместить конкурентные технические спецификации.			виде технической документации 23. Будет ли комиссия фактически замораживать поставленные комплекты? Представьте методику испытания герметичности после каждого цикла. Комиссии будет достаточно ознакомиться с технической документацией изготовителя и последующим подтверждением Антидопинговой лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА. 24. Укажите точное наименование, редакцию и пункты требований IATA, которым должны соответствовать пакеты и контейнеры. IATA Dangerous Goods Regulations (DGR)(67th Edition). PI650 transportation of the Biological Substance, Category B (UN3373) 25. Каким документом подтверждается соответствие IATA: протоколом испытаний, декларацией изготовителя либо сертификатом? Обеспечивается изготовителем, предоставляется поставщиком 26.

						Укажите точное наименование и редакцию Международного стандарта по тестированию и расследованиям, знак соответствия которому должен находиться на упаковке. International Standard for Testing and Investigation (ISTI) 27. Кто уполномочен наносить данный знак и каким документом подтверждается право его использования? Изготовитель 28. Что означает инструкция на одном из языков Международного олимпийского комитета и ВАДА? Какой конкретно язык требуется? Официальные языки МОК и ВАДА- английский и французский. 29. Будет ли допустима инструкция на казахском и русском языках без иной иностранной маркировки? Инструкции по использованию должны быть на одном из официальных языков МОК и ВАДА 30. Является ли SST II товарным или фирменным обозначением? Какие

						разделительные гели считаются эквивалентными? SST II является товарным обозначением. Эквивалентными считаются инертные полимерные тиксотропные разделительные гели, если они обладают сопоставимыми характеристиками: образуют стабильный барьер между сывороткой и форменными элементами после центрифугирования, имеют плотность, промежуточную между плотностью сыворотки и клеток крови, химически инертны и не оказывают значимого влияния на определяемые аналитические показатели, и т.д. 31. Почему крышка пробирки должна иметь черную внутреннюю и желтую наружную часть? Цвета крышек вакуумных пробирок для забора крови указывают на тип исследования, для которого предназначено изделие, и состав находящихся внутри реагентов. Для исследования сыворотки крови применяются пробирки с активатором свертывания и разделительным гелем,

						который создает барьер между сывороткой и сгустком. Цвет крышки маркируется желтым. Внутренняя часть пробирок обычно выполняется в черном цвете, представляет собой внутренний пластиковый элемент, который удерживает эластичную резиновую мембрану. 32. Будут ли допущены пробирки с иной международной цветовой кодировкой при том же объеме и типе активатора или геля? Цветовая гамма крышек определяет назначение тех или иных вакуумных пробирок. В целях определения допинговых веществ необходимы исследования сыворотки крови. Для транспортировки и хранения применяются пробирки с активатором свертывания и разделительным гелем. Они маркируются желтым цветом. Таким образом, пробирки с другой цветовой гаммой не могут быть использованы для целей Заказчика. 33. Что означает требование о международном сертификате ISO 9001

						«на товар», если ISO 9001 сертифицирует систему менеджмента организации? Изготовитель предоставляет данный сертификат на свой товар. 34. Чей ISO 9001 должен представляться: изготовителя, поставщика, владельца бренда или производителя упаковки? Изготовитель предоставляет данный сертификат на свой товар через поставщика товара. 35. Какая область сертификации должна быть указана в сертификате ISO 9001? Разработка и производство наборов для сбора проб допинг-контроля. 36. На каком этапе должен представляться сертификат и будет ли его отсутствие в заявке основанием для отклонения? Серификат предоставляется во время приема товара 37. Как возможное требование сертификатов и документов производителя согласуется с действующей формой Приложения 13, запрещающей

						квалификационные требования к участнику? Запрет, установленный Приложением 13 к Правилам государственных закупок, распространяется на квалификационные требования к потенциальному поставщику и не исключает возможность установления требований к документам, подтверждающим соответствие предлагаемого товара технической спецификации. Сертификаты и иные документы производителя, запрашиваемые исключительно для подтверждения качества и соответствия товара установленным требованиям, относятся к предмету закупки, а не к квалификации участника. При этом такие требования должны быть объективно обоснованы, непосредственно связаны с предметом закупки и не приводить к необоснованному ограничению конкуренции. 38. Подтвердите, что в составе заявки не будут требоваться авторизационные письма, дилерские сертификаты, свидетельства

						представителя и иные документы третьих лиц, исключенные из обновленной формы КД. В составе заявки потенциальных поставщиков не предусматривается требование о предоставлении авторизационных писем, дилерских сертификатов, свидетельств представителя и иных документов третьих лиц, не предусмотренных действующей формой конкурсной документации. Оценка заявок будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и строго условиями конкурсной документации. 39. Почему в характеристиках регистратора указано фирменное программное обеспечение Smart Start? Заказчику в целях формирования гемопрофиля необходимы такие функции, как отложенный запуск регистрации, автоматическое формирование PDF-отчета, защита данных, считывание через USB или NFC, хранение

						данных. 40. Является ли Smart Start товарным знаком или программным продуктом конкретного производителя? Не располагаем подобной информацией 41. Назовите не менее трех регистраторов разных производителей, работающих с Smart Start и одновременно соответствующих всем параметрам ТС. Техническая спецификация сформирована на основании анализа рынка и потребности заказчика. Законодательство Республики Казахстан не предусматривает обязанность заказчика представлять поставщикам материалы анализа рынка, перечень моделей и официальные спецификации, использованные при его проведении. 42. По каким критериям будет оцениваться эквивалентное ПО для настройки и анализа регистратора? Согласно предоставленной технической документации изготовителя и подтверждения антидопинговой

						лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА. 43. Входит ли лицензия на ПО в поставку и является ли она бессрочной? Не входит 44. Сколько рабочих мест допускается, нужна ли регистрация и требуется ли постоянное интернет-соединение? Не понятен вопрос 45. Какие операционные системы поддерживает программное обеспечение? Операционные системы находятся в антидопинговой лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА. 46. Где хранятся конфигурационные профили и данные: локально, в облаке либо на сервере производителя? На сервере антидопинговой лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА. 47. Почему память должна составлять именно 24 200 измерений? Будет ли допущен регистратор на 24 000 или 32 000 измерений? Техническая спецификация разработана исходя из

						потребности заказчика и требований законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Необходимо устройство, которое может фиксировать данные не менее 168 дней. Товар с выше чем 24 200 измерений будет допущен 48. Почему дисплей должен иметь размер именно 23,5×23,5 мм, корпус — не более 96×37×10 мм, а масса — 0,038 кг? Термологгер помещается в упаковку с биопробой 49. Как функционально ухудшит работу устройство массой 40 г или толщиной 11 мм? Термологгер помещается в упаковку с биопробами. Масса и размеры подобраны под размеры контейнеров с биопробами. 50. Почему требуется ровно восемь уровней температурных тревог? Сколько уровней фактически используется Заказчиком? В среднем фиксируется от 5 до 8 уровней тревоги 51. Какие конкретные профили

						тревог, интервалы и задержки будут программироваться? Показатели температурных данных во время транспортировки и промежуточного хранения биопроб. 52. Что означает сертификат «ILAC/NIST/ISO 17025»? Какой конкретный документ должен поставляться? Это 3 разных сертификата, указанные через слеш. Необходимо предоставить один из них. 53. Требуется ли индивидуальный калибровочный сертификат на каждый из 150 регистраторов? Нет, достаточного одного на серию товара. 54. Должен ли сертификат содержать фактические результаты калибровки, погрешность, неопределенность и серийный номер устройства? Да. Также обязательно указание номера термологгера на самом устройстве для его дальнейшей регистрации в профиле спортсмена. 55. Какая лаборатория признается Заказчиком и

						должна ли она иметь аккредитацию по ISO/IEC 17025 именно на измерение температуры? Не до конца понятен вопрос. Заказчик вправе себе выбирать антидопинговую лабораторию, имеющую аккредитацию ВАДА. Контроль за аккредитацией лаборатории по ISO/IEC 17025 не входит в компетенцию заказчика. 56. Как подтверждается метрологическая прослеживаемость к NIST либо национальным эталонам? Согласно предоставленным техническим документам изготовителя и согласования с антидопинговой лабортаорией, имеющей аккредитацию ВАДА. 57. Какие конкретные положения FDA 21 CFR Part 11 применяются к одноразовому автономному регистратору без учетных записей и электронной подписи? Данные термологгера считываются в антидопинговой лаборатории, имеющеей аккредитацию ВАДА. 58. Какие функции регистратора

						обеспечивают неизменность электронной записи, аудит действий и разграничение доступа? 1. Неизменность электронной записи, защита записанных данных от изменения или удаления; запись температуры в энергонезависимую память; невозможность редактирования результатов пользователем; использование цифровой подписи, контрольной суммы или криптографической защиты для обнаружения изменений. 2. Аудит действий- автоматическая регистрация всех действий пользователя; фиксация даты и времени каждого события; запись информации о том, кто изменил настройки, считал данные или сформировал отчет; невозможность удаления журнала аудита. 3. Разграничение доступа- авторизация пользователей, разные уровни прав : администратор, оператор, пользователь, ограничение доступа к изменению настроек и удалению данных. 59. Почему

						одновременно требуются RTCA DO-160, WHO PQS, EN 12830, PDF/A и требования перевозки химических грузов? Данные требования обусловлены перевозкой биопроб и химических грузов за пределы Казахстана 60. Какие конкретные разделы RTCA DO-160 должны быть подтверждены и связаны ли они с фактической авиаперевозкой оборудования? DO-160G. Связаны с перевозкой жидкостей 61. Какой номер или категория WHO PQS требуется и должен ли регистратор находиться в официальном перечне WHO? Регистратор должен находиться в официальном перечне ВОЗ? 62. Что означает «безопасная перевозка химических грузов», если устройство является регистратором температуры с элементом питания? Для безопасной транспортировки химических грузов (батарея, встроенная в устройство) необходима правильная

						классификация, утвержденная упаковка и точная документация. Строгое соблюдение правил безопасности предотвращает утечки, пожары и вредное воздействие во время перевозки. 63. Как будет проверяться точность ±0,2 °C при приемке 150 устройств? Регистраторы не могут быть заранее запущены. Точность должна гарантироваться изготовителем 64. Предоставит ли Заказчик термостат, эталонный термометр и поверенное оборудование? Регистраторы не могут быть заранее запущены. Точность должна гарантироваться изготовителем 65. Будет ли достаточно индивидуального калибровочного сертификата без фактического испытания каждой единицы? Регистраторы не могут быть заранее запущены. Точность должна гарантироваться изготовителем 66. Каким способом проверяются PDF/A, график температуры, статистика,

						GMT, настраиваемый заголовок и экспорт текстового отчета? Гарантируется изготовителем, лаборатория подтверждает возможность использования девайса по предоставленным характеристикам. 67. Почему по расходным материалам установлен гарантийный срок 12 месяцев одновременно со сроком годности 30 месяцев? Срок годности вакуумных пробирок с разделительным гелем и EDTA от 12 до 24 месяца со дня изготовления. Мы просим срок годности не менее 12 мес со дня поставки товара. В пластиковых наборах для сбора и хранения биопроб срок годности может быть 36-48 мес. 68. Какие случаи относятся к гарантии, а какие — к истечению срока годности? Нет понятен вопрос 69. Каким расчетом определен остаточный срок годности не менее 30 месяцев именно со дня поставки? Заказчик сам определяет потребность

						товара согласно своему плану распределения тестов. 70. Представьте сведения о наличии на рынке нескольких независимых производителей, способных поставить продукцию с остаточным сроком 30 месяцев за 30 календарных дней. Техническая спецификация сформирована на основании анализа рынка и потребности заказчика. Законодательство Республики Казахстан не предусматривает обязанность заказчика представлять поставщикам материалы анализа рынка, перечень моделей и официальные спецификации, использованные при его проведении. 71. Учитывает ли срок 30 дней изготовление уникально пронумерованных комплектов, нанесение QR-кодов, международную доставку и таможенное оформление? На поставку товара по договору отводится 30 календарных дней. 72. Каким образом комиссия будет проверять водяные знаки,

						защищенную графику и уникальность всех номеров? Данные требования гарантируются изготовителем товара и его поставщиком 73. Предоставьте закрытый перечень документов, необходимых при приемке каждого лота. При приемке товара могут быть запрошены только документы, необходимые для подтверждения соответствия поставленного товара условиям договора и требованиям законодательства. Так же бухгалтерские документы накладная, ЭАВР на портале ГЗ, ЭСФ 74. Подтвердите, что общедоступные технические документы изготовителя и фактическая проверка товара будут достаточны без писем, сертификатов партнерства и подтверждения статуса поставщика. Да, письма не требуется

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Бакашева Майра Кабылкановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).