Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18321713

Конкурстың № 17419134-2
Конкурстың атауы Медициналық жабдық (авторефкератометрді сатып алу)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-04 14:34:53 дейін 2026-08-06 14:34:53
Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жұмылдыру даярлығы, аумақтық қорғаныс және азаматтық қорғау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мамандандырылған базасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	760410301728	КҚ жобасына ескерту	По технической спецификацией товара : Очень много точных и конкретных требуемых характеристик товара по типу : .Рефракометрия: Вертексное расстояние(VD) - 0.0, 12.5, 13.5, 15.0 мм; Сфера (SPH) -25.00 ~ +22.00 D (при вертексном расстоянии 12 мм), (шаг погрешности от 0.12 до 0.25 D); Сила Цилиндра (CYL) - 0.00 ~ ±10.00 D (шаг погрешности от 0.12 до 0.25 D); Ось (AX) - 1 ~ 180˚ (Погрешность: 1˚); Форма цилиндра - -, +, Смешанный; Межцентровое расстояние(PD) - 10 ~ 88 мм; Минимальный диаметр зрачка 2.0 мм. Кератометрия: Радиус кривизны - 5.0 ~ 10.2mm (Погрешность: 1˚); Оптическая сила роговицы - 33.00 ~ 67.50 D (n = 1.3375); Роговичный астигматизм - 0.00 ~ -15.00 D (шаг погрешности 0.05, 0.12, 0.25 D); Угол - 1 ~ 180˚ (Погрешность: 1˚); Диаметр роговицы - 2.0 ~ 14.0 мм (Погрешность:	2026-08-06 10:09:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации
			0.1 мм). Память данных: 10 измеренных значений для правого и левого глаза. Размер 260 (ширина) x 500 (глубина) x 450 (высота) мм. Вес: 20 кг.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель учреждения Мамуров Асет Бактибаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18321713

№ конкурса 17419134-2
Название конкурса Медицинское оборудование(Приобретение авторефкератометра)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-04 14:34:53 по 2026-08-06 14:34:53
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Специализированная база акимата Северо-Казахстанской области" коммунального государственного учреждения "Управление по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите акимата Северо-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	760410301728	Замечание к КД	По технической спецификацией товара : Очень много точных и конкретных требуемых характеристик товара по типу : .Рефракометрия: Вертексное расстояние(VD) - 0.0, 12.5, 13.5, 15.0 мм; Сфера (SPH) -25.00 ~ +22.00 D (при вертексном расстоянии 12 мм), (шаг погрешности от 0.12 до 0.25 D); Сила Цилиндра (CYL) - 0.00 ~ ±10.00 D (шаг погрешности от 0.12 до 0.25 D); Ось (AX) - 1 ~ 180˚ (Погрешность: 1˚); Форма цилиндра - -, +, Смешанный; Межцентровое расстояние(PD) - 10 ~ 88 мм; Минимальный диаметр зрачка 2.0 мм. Кератометрия: Радиус кривизны - 5.0 ~ 10.2mm (Погрешность: 1˚); Оптическая сила роговицы - 33.00 ~ 67.50 D (n = 1.3375); Роговичный астигматизм - 0.00 ~ -15.00 D (шаг погрешности 0.05, 0.12, 0.25 D); Угол - 1 ~ 180˚ (Погрешность: 1˚); Диаметр роговицы - 2.0 ~ 14.0 мм (Погрешность:	2026-08-06 10:09:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации
			0.1 мм). Память данных: 10 измеренных значений для правого и левого глаза. Размер 260 (ширина) x 500 (глубина) x 450 (высота) мм. Вес: 20 кг.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель учреждения Мамуров Асет Бактибаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).