# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№18323187**

Конкурстың № 17429649-1
Конкурстың атауы 2026 жылға ҚР ҚК мұқтажы үшін рентгендік-теледидар кешенін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-07 09:55:49 дейін 2026-08-11 09:55:49
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 071140004526 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Просим разъяснить, чем обусловлено установление требований к разрешающей способности по медной проволоке не менее 42 AWG (стандарт) / 44 AWG (типовое) и проникающей способности по стали не менее 42 мм (стандарт) / 44 мм (типовое). Данные значения являются повышенными и соответствуют ограниченному кругу моделей оборудования, что может привести к необоснованному ограничению конкуренции. При этом оборудование с разрешающей способностью 40 AWG и проникающей способностью по стали 38 мм обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения, соответствует большинству международных требований к оборудованию данного класса и позволяет эффективно обнаруживать запрещенные и опасные предметы. Просим рассмотреть возможность корректировки требований до значений не менее 40 AWG по разрешающей способности и не менее 38 мм по проникающей способности по | 2026-08-07 16:46:10 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | На ваше замечание к КД направляем вам ответ заказчика от 10 августа 2026 года исх № ӘП-451, что требования к разрешающей способности по медной проволоке не менее 42 AWG (стандарт), 44 AWG (типовое) и проникающей способности по стали не менее 42 мм (стандарт), 44 мм (типовое) установлены исходя из необходимости обеспечения высокого качества досмотра багажа, ручной клади, пакетов и иных малогабаритных предметов, в том числе возможности выявления мелких металлических элементов и объектов, расположенных за плотными материалами. Показатель разрешающей способности по медной проволоке характеризует способность рентгеновского оборудования отображать тонкие провода и мелкие детали, а показатель проникающей способности по стали — способность получать информативное изображение объектов, находящихся за материалами высокой плотности. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | стали, что позволит расширить круг потенциальных участников без ухудшения функциональных характеристик закупаемого оборудования. Просим пояснить техническую необходимость установления требования к потребляемой мощности не более 0,7 кВА. Просим рассмотреть возможность увеличения данного значения до не более 0,8 кВА, поскольку такое изменение не оказывает влияния на условия эксплуатации оборудования и требования к системе электроснабжения объекта, однако позволяет расширить круг потенциальных участников закупки. Просим разъяснить, чем обусловлено установление требования к грузоподъемности конвейера при равномерном распределении груза не менее 165 кг. Просим пояснить, какие эксплуатационные задачи невозможно решить при использовании оборудования с несколько меньшей грузоподъемностью, учитывая, что максимальная масса | | | /> Установленные значения являются эксплуатационными требованиями, обусловленными спецификой объекта и необходимостью обеспечения надлежащего уровня досмотра. Более высокие показатели разрешающей и проникающей способности позволяют оператору получать более детализированное изображение и повышают вероятность обнаружения малогабаритных предметов, в том числе потенциально опасных. В связи с этим изменение требований до 40 AWG (стандарт), 38 AWG (типовое) и 38 мм по стали приведет к снижению установленных требований к качеству досмотра и не отвечает первоначально определенной потребности Заказчика. При этом Заказчик не устанавливает требования к конкретной торговой марке или производителю оборудования. Участники вправе предложить любое оборудование различных производителей, при условии соответствия установленным в технической |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | досматриваемого багажа и грузов, как правило, существенно ниже указанного значения. Просим рассмотреть возможность снижения данного требования до значения не менее 160 кг, поскольку такое изменение не оказывает влияния на функциональные возможности оборудования и позволяет расширить круг потенциальных участников закупки без ухудшения эксплуатационных характеристик. | | | спецификации минимальным техническим характеристикам. Таким образом, оснований для снижения требований к разрешающей способности и проникающей способности не имеется. Установленные показатели 42 AWG (стандарт), 44 AWG (типовое) и 42 мм (стандарт), 44 мм (типовое) подлежат сохранению. 2. Ответ на замечание:Требование к потребляемой мощности рентгенотелевизионной установки не более 0,7 кВА, установлено с учетом условий эксплуатации оборудования и необходимости обеспечения рационального потребления электроэнергии при его длительной работе. Увеличение допустимого значения до 0,8 кВА не обусловлено потребностями Заказчика и приведет к необоснованному увеличению допустимой электрической нагрузки. В связи с этим требование «потребляемая мощность — не более 0,7 кВА» является технически обоснованным и сохраняется без |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | изменений. 3.Ответ на замечание:Требование к грузоподъемности конвейера рентгенотелевизионной установки при равномерном распределении груза не менее 165 кг установлено исходя из максимальной расчетной нагрузки и с учетом эксплуатационного запаса, необходимого для обеспечения надежной и стабильной работы конвейера при длительной эксплуатации, а также предотвращения работы оборудования на предельных нагрузках. Установленное значение обеспечивает необходимый запас грузоподъемности конвейера и снижает вероятность возникновения перегрузок, повышенного износа приводных механизмов и нарушения стабильности работы оборудования при длительной эксплуатации. Снижение установленного требования до 160 кг не обусловлено потребностями Заказчика и приведет к уменьшению предусмотренного запаса грузоподъемности оборудования. В |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | связи с изложенным требование «грузоподъемность конвейера при равномерном распределении груза — не менее 165 кг» является технически обоснованным и сохраняется без изменений. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 071140004526 | КҚ жобасына ескерту | Просим разъяснить, чем обусловлено установление требования к габаритным размерам оборудования в диапазоне от 2050 до 2090 мм по длине. Предлагаемое нами оборудование имеет длину немного меньше минимально установленного значения, при этом более компактные габариты не оказывают негативного влияния на функциональные, эксплуатационные и технические характеристики оборудования. Напротив, уменьшенная длина является преимуществом, поскольку позволяет более рационально использовать занимаемую площадь и упрощает размещение оборудования на объекте. Просим рассмотреть возможность исключения ограничения по минимальной длине либо скорректировать его до значения, позволяющего участие оборудования с Габаритами: не менее 2000 (Д) мм х 850 (Ш) мм х 1300 (В) мм и не более 2090 (Д) мм х 900 (Ш) мм х 1380 (В) мм;. | 2026-08-07 16:43:13 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | На ваше замечание к КД направляем вам ответ заказчика от 10 августа 2026 года исх № ӘП-451, что требование к габаритной длине рентгенотелевизионной установки в диапазоне от 2050 до 2090 мм установлено исходя из фактических условий размещения и эксплуатации оборудования на объекте, а также необходимости обеспечения соответствия оборудования предусмотренному месту установки и технологической организации зоны досмотра. Установленный диапазон габаритных размеров определен Заказчиком как оптимальный с учетом требований к размещению оборудования, организации рабочего пространства оператора, загрузке и выгрузке досматриваемых предметов, а также обеспечению безопасной и удобной эксплуатации. С учетом изложенного, а также необходимости соблюдения установленных сроков закупочных процедур, оснований для изменения ранее установленного |
| | | | | | | диапазона габаритных размеров не имеется. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 170640029240 | КҚ жобасына ескерту | Согласно пунктам 4 и 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» при организации и проведении государственных закупок конкурентными способами не допускается указание на товарные знаки, наименование производителя и иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом. 1. В технической спецификации указано: «Степень защиты корпуса оборудования IP20 (защита корпуса оборудования от попадания внутрь посторонних предметов и воды)» что является точными характеристиками, и не предоставляет условий для предложения более качественных (лучших) характеристик оборудования. Просим изменить формулировку требования на: «Степень защиты корпуса оборудования не менее IP20 (защита | 2026-08-10 15:17:45 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | На ваше замечание к КД направляем вам ответ заказчика что, 1. Будут внесены изменение в техническую спецификацию по степени защиты корпуса оборудования. 2. Будут внесены изменение техническую спецификацию по степени защиты пульта оператора. 3.Замечание отклонено. Установленный диапазон габаритных размеров определен исходя из фактических условий размещения, подключения, обслуживания и безопасной эксплуатации оборудования на объекте заказчика. Техническая спецификация сформирована исходя из потребности заказчика и не содержит указаний на товарные знаки, фирменные наименования, производителя либо иных характеристик, определяющих принадлежность товара конкретному поставщику. Уменьшение габаритов оборудования не свидетельствует о повышении его качества либо улучшении технических характеристик. Более |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | корпуса оборудования от попадания внутрь посторонних предметов и воды)», либо исключить это требование. 2. В технической спецификации указано: «Степень защиты пульта оператора IP43 (защита корпуса пульта оператора от мелких твердых тел, а также дождевых капель и брызг)» что является точными характеристиками, и не предоставляет условий для предложения более качественных (лучших) характеристик оборудования. Просим изменить формулировку требования на: «Степень защиты пульта оператора не менее IP43 (защита корпуса пульта оператора от мелких твердых тел, а также дождевых капель и брызг)», либо исключить это требование. 3. В требованиях технической спецификации указано: «Габариты оборудования: не менее 2050 (Д) мм х 850 (Ш) мм х 1300 (В) мм и не более 2090 (Д) мм х 900 (Ш) мм х 1380 (В) мм». Требование «не мене» ограничивает спектр | | | компактные размеры могут являться преимуществом только при условии сохранения всех необходимых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик оборудования. Таким образом, изменение установленного заказчиком диапазона габаритных размеров исключительно на основании предположения о возможной экономии пространства не является достаточным основанием для внесения изменений в техническую спецификацию. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием соответствующих функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. При этом положения статьи 12 Закона не устанавливают запрета на определение |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | предлагаемого оборудования, в свою очередь оборудование с более меньшими габаритами и в совокупности аналогичными характеристиками является более качественными, и будет занимать меньше места что сэкономит пространство в месте установки оборудования. Просим расширить диапазон размеров на: «Габариты оборудования: не менее 1950 (Д) мм х 850 (Ш) мм х 1200 (В) мм и не более 2090 (Д) мм х 900 (Ш) мм х 1380 (В) мм». 4. Рабочее напряжение генератора указано с точными значениями, а именно: «Рабочее напряжение генератора: 160 кВ с герметически закрытой масляной ванной». Просим указать модификатор для этой характеристики, а именно: «Рабочее напряжение генератора: не менее 160 кВ с герметически закрытой масляной ванной» 5. Ток разряда генератора указан сточными характеристиками: «Ток разряда: 1.0 mA». Просим изменить характеристику на | | | конкретных числовых значений технических характеристик товара. Запрещается установление условий, влекущих за собой ограничение количества потенциальных поставщиков в случаях, не предусмотренных Законом, в том числе требований, которые не могут быть объективно измерены и проверены, а также требований, необоснованно определяющих принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. Кроме того, пунктом 213 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, предусмотрено, что допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, установленной конкурсной документацией, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров. 4. Будут |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | «Ток разряда: не менее 1.0 mA». 6. Типовые характеристики для параметра разрешающей способности по медной проволоке: «44 AWG (типовое)», типовое значение проникающей способности по стали: «44 мм (типовое)» имеют точные значения. Просим добавить модификатор не более/не менее к этим характеристикам, например: «не более 44 AWG (типовое)», «не более 44 мм (типовое)». 7. Пространственное разрешение по горизонтали указано сточными значениями: «0,8 мм по горизонтали». Просим добавить модификатор не более/не менее к этим характеристикам, например: «не более 0,8 мм по горизонтали». 8. В технической спецификации указана торговая марка (бренд) производителя операционной системы: «Операционная система: не менее 64-разрядный Windows 10». В соответствии со статьей 12 Закона РК О государственных закупках в конкурсной документации | | | внесены изменение техническую спецификацию в рабочее напряжение генератора. 5.Замечание отклонено. Требование к току разряда является конкретной, измеряемой технической характеристикой генератора, установленной исходя из требований к работе оборудования. Определение конкретного значения параметра само по себе не свидетельствует об ограничении количества потенциальных поставщиков. В связи с этим оснований для изменения требования на «не менее 1,0 мА» не имеется. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием соответствующих функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. При этом положения |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | запрещено устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования. Требуем изменить данные характеристики, а именно: «Операционная система: не менее 64-разрядная операционная система, совместима со встроенным программным обеспечением», либо исключить данное требование. | | | статьи 12 Закона не устанавливают запрета на определение конкретных числовых значений технических характеристик товара. Запрещается установление условий, влекущих за собой ограничение количества потенциальных поставщиков в случаях, не предусмотренных Законом, в том числе требований, которые не могут быть объективно измерены и проверены, а также требований, необоснованно определяющих принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. Кроме того, пунктом 213 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, предусмотрено, что допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, установленной конкурсной документацией, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | эксплуатационные и качественные характеристики товаров. 6. Будут внесены изменение техническую спецификацию в типовые характеристики. 7.Замечание отклонено. Пространственное разрешение является объективной технической характеристикой системы визуализации и установлено для обеспечения требуемого качества получаемого изображения. При этом соответствие указанному параметру может быть подтверждено технической документацией производителя и иными документами, предусмотренными конкурсной документацией. Установление конкретного числового значения пространственного разрешения не является указанием на товарный знак, производителя или иную характеристику, определяющую принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием соответствующих функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. При этом положения статьи 12 Закона не устанавливают запрета на определение конкретных числовых значений технических характеристик товара. Запрещается установление условий, влекущих за собой ограничение количества потенциальных поставщиков в случаях, не предусмотренных Законом, в том числе требований, которые не могут быть объективно измерены и проверены, а также требований, необоснованно определяющих принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. Кроме того, пунктом 213 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, предусмотрено, что допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, установленной конкурсной документацией, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.<br>8.Замечание отклонено. Указание Windows 10 в рассматриваемом случае обусловлено не намерением ограничить круг потенциальных поставщиков, а необходимостью обеспечения совместимости операционной системы со встроенным программным обеспечением и программно-техническим комплексом оборудования, а также обеспечения его надлежащего функционирования. Предлагаемая формулировка «не менее 64-разрядная операционная система, совместимая со встроенным программным обеспечением» не обеспечивает достаточной определенности |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | требования, поскольку понятие «совместимая» не содержит конкретных измеряемых параметров и допускает различное толкование при оценке соответствия предлагаемого оборудования. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием соответствующих функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. При этом положения статьи 12 Закона не устанавливают запрета на определение конкретных числовых значений технических характеристик товара. Запрещается установление условий, влекущих за собой ограничение количества потенциальных поставщиков в случаях, не предусмотренных Законом, в том числе требований, которые не могут быть объективно |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | измерены и проверены, а также требований, необоснованно определяющих принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. Кроме того, пунктом 213 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, предусмотрено, что допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, установленной конкурсной документацией, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Саду Мирбулат Аватберкович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№18323187**

№ конкурса 17429649-1
Название конкурса Государственные закупки способом конкурса рентгенно-телевизионного комплекса для нужд ВС РК на 2026 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-07 09:55:49 по 2026-08-11 09:55:49
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 071140004526 | Запрос о разъяснении КД | Просим разъяснить, чем обусловлено установление требований к разрешающей способности по медной проволоке не менее 42 AWG (стандарт) / 44 AWG (типовое) и проникающей способности по стали не менее 42 мм (стандарт) / 44 мм (типовое). Данные значения являются повышенными и соответствуют ограниченному кругу моделей оборудования, что может привести к необоснованному ограничению конкуренции. При этом оборудование с разрешающей способностью 40 AWG и проникающей способностью по стали 38 мм обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения, соответствует большинству международных требований к оборудованию данного класса и позволяет эффективно обнаруживать запрещенные и опасные предметы. Просим рассмотреть возможность корректировки требований до значений не менее 40 AWG по разрешающей способности и не менее 38 мм по проникающей способности по | 2026-08-07 16:46:10 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | На ваше замечание к КД направляем вам ответ заказчика от 10 августа 2026 года исх № ӘП-451, что требования к разрешающей способности по медной проволоке не менее 42 AWG (стандарт), 44 AWG (типовое) и проникающей способности по стали не менее 42 мм (стандарт), 44 мм (типовое) установлены исходя из необходимости обеспечения высокого качества досмотра багажа, ручной клади, пакетов и иных малогабаритных предметов, в том числе возможности выявления мелких металлических элементов и объектов, расположенных за плотными материалами. Показатель разрешающей способности по медной проволоке характеризует способность рентгеновского оборудования отображать тонкие провода и мелкие детали, а показатель проникающей способности по стали — способность получать информативное изображение объектов, находящихся за материалами высокой плотности. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | стали, что позволит расширить круг потенциальных участников без ухудшения функциональных характеристик закупаемого оборудования. Просим пояснить техническую необходимость установления требования к потребляемой мощности не более 0,7 кВА. Просим рассмотреть возможность увеличения данного значения до не более 0,8 кВА, поскольку такое изменение не оказывает влияния на условия эксплуатации оборудования и требования к системе электроснабжения объекта, однако позволяет расширить круг потенциальных участников закупки. Просим разъяснить, чем обусловлено установление требования к грузоподъемности конвейера при равномерном распределении груза не менее 165 кг. Просим пояснить, какие эксплуатационные задачи невозможно решить при использовании оборудования с несколько меньшей грузоподъемностью, учитывая, что максимальная масса | | | /> Установленные значения являются эксплуатационными требованиями, обусловленными спецификой объекта и необходимостью обеспечения надлежащего уровня досмотра. Более высокие показатели разрешающей и проникающей способности позволяют оператору получать более детализированное изображение и повышают вероятность обнаружения малогабаритных предметов, в том числе потенциально опасных. В связи с этим изменение требований до 40 AWG (стандарт), 38 AWG (типовое) и 38 мм по стали приведет к снижению установленных требований к качеству досмотра и не отвечает первоначально определенной потребности Заказчика. При этом Заказчик не устанавливает требования к конкретной торговой марке или производителю оборудования. Участники вправе предложить любое оборудование различных производителей, при условии соответствия установленным в технической |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | досматриваемого багажа и грузов, как правило, существенно ниже указанного значения. Просим рассмотреть возможность снижения данного требования до значения не менее 160 кг, поскольку такое изменение не оказывает влияния на функциональные возможности оборудования и позволяет расширить круг потенциальных участников закупки без ухудшения эксплуатационных характеристик. | | | спецификации минимальным техническим характеристикам. Таким образом, оснований для снижения требований к разрешающей способности и проникающей способности не имеется. Установленные показатели 42 AWG (стандарт), 44 AWG (типовое) и 42 мм (стандарт), 44 мм (типовое) подлежат сохранению. 2. Ответ на замечание:Требование к потребляемой мощности рентгенотелевизионной установки не более 0,7 кВА, установлено с учетом условий эксплуатации оборудования и необходимости обеспечения рационального потребления электроэнергии при его длительной работе. Увеличение допустимого значения до 0,8 кВА не обусловлено потребностями Заказчика и приведет к необоснованному увеличению допустимой электрической нагрузки. В связи с этим требование «потребляемая мощность — не более 0,7 кВА» является технически обоснованным и сохраняется без |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | изменений. 3.Ответ на замечание:Требование к грузоподъемности конвейера рентгенотелевизионной установки при равномерном распределении груза не менее 165 кг установлено исходя из максимальной расчетной нагрузки и с учетом эксплуатационного запаса, необходимого для обеспечения надежной и стабильной работы конвейера при длительной эксплуатации, а также предотвращения работы оборудования на предельных нагрузках. Установленное значение обеспечивает необходимый запас грузоподъемности конвейера и снижает вероятность возникновения перегрузок, повышенного износа приводных механизмов и нарушения стабильности работы оборудования при длительной эксплуатации. Снижение установленного требования до 160 кг не обусловлено потребностями Заказчика и приведет к уменьшению предусмотренного запаса грузоподъемности оборудования. В |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | связи с изложенным требование «грузоподъемность конвейера при равномерном распределении груза — не менее 165 кг» является технически обоснованным и сохраняется без изменений. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 071140004526 | Замечание к КД | Просим разъяснить, чем обусловлено установление требования к габаритным размерам оборудования в диапазоне от 2050 до 2090 мм по длине. Предлагаемое нами оборудование имеет длину немного меньше минимально установленного значения, при этом более компактные габариты не оказывают негативного влияния на функциональные, эксплуатационные и технические характеристики оборудования. Напротив, уменьшенная длина является преимуществом, поскольку позволяет более рационально использовать занимаемую площадь и упрощает размещение оборудования на объекте. Просим рассмотреть возможность исключения ограничения по минимальной длине либо скорректировать его до значения, позволяющего участие оборудования с Габаритами: не менее 2000 (Д) мм х 850 (Ш) мм х 1300 (В) мм и не более 2090 (Д) мм х 900 (Ш) мм х 1380 (В) мм;. | 2026-08-07 16:43:13 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | На ваше замечание к КД направляем вам ответ заказчика от 10 августа 2026 года исх № ӘП-451, что требование к габаритной длине рентгенотелевизионной установки в диапазоне от 2050 до 2090 мм установлено исходя из фактических условий размещения и эксплуатации оборудования на объекте, а также необходимости обеспечения соответствия оборудования предусмотренному месту установки и технологической организации зоны досмотра. Установленный диапазон габаритных размеров определен Заказчиком как оптимальный с учетом требований к размещению оборудования, организации рабочего пространства оператора, загрузке и выгрузке досматриваемых предметов, а также обеспечению безопасной и удобной эксплуатации. С учетом изложенного, а также необходимости соблюдения установленных сроков закупочных процедур, оснований для изменения ранее установленного |
| | | | | | | диапазона габаритных размеров не имеется. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 170640029240 | Замечание к КД | Согласно пунктам 4 и 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» при организации и проведении государственных закупок конкурентными способами не допускается указание на товарные знаки, наименование производителя и иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом. 1. В технической спецификации указано: «Степень защиты корпуса оборудования IP20 (защита корпуса оборудования от попадания внутрь посторонних предметов и воды)» что является точными характеристиками, и не предоставляет условий для предложения более качественных (лучших) характеристик оборудования. Просим изменить формулировку требования на: «Степень защиты корпуса оборудования не менее IP20 (защита | 2026-08-10 15:17:45 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | На ваше замечание к КД направляем вам ответ заказчика что, 1. Будут внесены изменение в техническую спецификацию по степени защиты корпуса оборудования. 2. Будут внесены изменение техническую спецификацию по степени защиты пульта оператора. 3.Замечание отклонено. Установленный диапазон габаритных размеров определен исходя из фактических условий размещения, подключения, обслуживания и безопасной эксплуатации оборудования на объекте заказчика. Техническая спецификация сформирована исходя из потребности заказчика и не содержит указаний на товарные знаки, фирменные наименования, производителя либо иных характеристик, определяющих принадлежность товара конкретному поставщику. Уменьшение габаритов оборудования не свидетельствует о повышении его качества либо улучшении технических характеристик. Более |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | корпуса оборудования от попадания внутрь посторонних предметов и воды)», либо исключить это требование. 2. В технической спецификации указано: «Степень защиты пульта оператора IP43 (защита корпуса пульта оператора от мелких твердых тел, а также дождевых капель и брызг)» что является точными характеристиками, и не предоставляет условий для предложения более качественных (лучших) характеристик оборудования. Просим изменить формулировку требования на: «Степень защиты пульта оператора не менее IP43 (защита корпуса пульта оператора от мелких твердых тел, а также дождевых капель и брызг)», либо исключить это требование. 3. В требованиях технической спецификации указано: «Габариты оборудования: не менее 2050 (Д) мм х 850 (Ш) мм х 1300 (В) мм и не более 2090 (Д) мм х 900 (Ш) мм х 1380 (В) мм». Требование «не мене» ограничивает спектр | | | компактные размеры могут являться преимуществом только при условии сохранения всех необходимых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик оборудования. Таким образом, изменение установленного заказчиком диапазона габаритных размеров исключительно на основании предположения о возможной экономии пространства не является достаточным основанием для внесения изменений в техническую спецификацию. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием соответствующих функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. При этом положения статьи 12 Закона не устанавливают запрета на определение |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | предлагаемого оборудования, в свою очередь оборудование с более меньшими габаритами и в совокупности аналогичными характеристиками является более качественными, и будет занимать меньше места что сэкономит пространство в месте установки оборудования. Просим расширить диапазон размеров на: «Габариты оборудования: не менее 1950 (Д) мм х 850 (Ш) мм х 1200 (В) мм и не более 2090 (Д) мм х 900 (Ш) мм х 1380 (В) мм». 4. Рабочее напряжение генератора указано с точными значениями, а именно: «Рабочее напряжение генератора: 160 кВ с герметически закрытой масляной ванной». Просим указать модификатор для этой характеристики, а именно: «Рабочее напряжение генератора: не менее 160 кВ с герметически закрытой масляной ванной» 5. Ток разряда генератора указан сточными характеристиками: «Ток разряда: 1.0 mA». Просим изменить характеристику на | | | конкретных числовых значений технических характеристик товара. Запрещается установление условий, влекущих за собой ограничение количества потенциальных поставщиков в случаях, не предусмотренных Законом, в том числе требований, которые не могут быть объективно измерены и проверены, а также требований, необоснованно определяющих принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. Кроме того, пунктом 213 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, предусмотрено, что допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, установленной конкурсной документацией, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров. 4. Будут |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | «Ток разряда: не менее 1.0 mA». 6. Типовые характеристики для параметра разрешающей способности по медной проволоке: «44 AWG (типовое)», типовое значение проникающей способности по стали: «44 мм (типовое)» имеют точные значения. Просим добавить модификатор не более/не менее к этим характеристикам, например: «не более 44 AWG (типовое)», «не более 44 мм (типовое)». 7. Пространственное разрешение по горизонтали указано сточными значениями: «0,8 мм по горизонтали». Просим добавить модификатор не более/не менее к этим характеристикам, например: «не более 0,8 мм по горизонтали». 8. В технической спецификации указана торговая марка (бренд) производителя операционной системы: «Операционная система: не менее 64-разрядный Windows 10». В соответствии со статьей 12 Закона РК О государственных закупках в конкурсной документации | | | внесены изменение техническую спецификацию в рабочее напряжение генератора. 5.Замечание отклонено. Требование к току разряда является конкретной, измеряемой технической характеристикой генератора, установленной исходя из требований к работе оборудования. Определение конкретного значения параметра само по себе не свидетельствует об ограничении количества потенциальных поставщиков. В связи с этим оснований для изменения требования на «не менее 1,0 мА» не имеется. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием соответствующих функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. При этом положения |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | запрещено устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования. Требуем изменить данные характеристики, а именно: «Операционная система: не менее 64-разрядная операционная система, совместима со встроенным программным обеспечением», либо исключить данное требование. | | | статьи 12 Закона не устанавливают запрета на определение конкретных числовых значений технических характеристик товара. Запрещается установление условий, влекущих за собой ограничение количества потенциальных поставщиков в случаях, не предусмотренных Законом, в том числе требований, которые не могут быть объективно измерены и проверены, а также требований, необоснованно определяющих принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. Кроме того, пунктом 213 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, предусмотрено, что допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, установленной конкурсной документацией, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | эксплуатационные и качественные характеристики товаров. 6. Будут внесены изменение техническую спецификацию в типовые характеристики. 7.Замечание отклонено. Пространственное разрешение является объективной технической характеристикой системы визуализации и установлено для обеспечения требуемого качества получаемого изображения. При этом соответствие указанному параметру может быть подтверждено технической документацией производителя и иными документами, предусмотренными конкурсной документацией. Установление конкретного числового значения пространственного разрешения не является указанием на товарный знак, производителя или иную характеристику, определяющую принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием соответствующих функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. При этом положения статьи 12 Закона не устанавливают запрета на определение конкретных числовых значений технических характеристик товара. Запрещается установление условий, влекущих за собой ограничение количества потенциальных поставщиков в случаях, не предусмотренных Законом, в том числе требований, которые не могут быть объективно измерены и проверены, а также требований, необоснованно определяющих принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. Кроме того, пунктом 213 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, предусмотрено, что допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, установленной конкурсной документацией, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров.<br>8.Замечание отклонено. Указание Windows 10 в рассматриваемом случае обусловлено не намерением ограничить круг потенциальных поставщиков, а необходимостью обеспечения совместимости операционной системы со встроенным программным обеспечением и программно-техническим комплексом оборудования, а также обеспечения его надлежащего функционирования. Предлагаемая формулировка «не менее 64-разрядная операционная система, совместимая со встроенным программным обеспечением» не обеспечивает достаточной определенности |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | требования, поскольку понятие «совместимая» не содержит конкретных измеряемых параметров и допускает различное толкование при оценке соответствия предлагаемого оборудования. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК конкурсная документация должна содержать требования технической спецификации с указанием соответствующих функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров. При этом положения статьи 12 Закона не устанавливают запрета на определение конкретных числовых значений технических характеристик товара. Запрещается установление условий, влекущих за собой ограничение количества потенциальных поставщиков в случаях, не предусмотренных Законом, в том числе требований, которые не могут быть объективно |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | измерены и проверены, а также требований, необоснованно определяющих принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику. Кроме того, пунктом 213 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, предусмотрено, что допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, установленной конкурсной документацией, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Саду Мирбулат Аватберкович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).