Ақтөберентген
Акционерлік
қоғамы

AKTUBROENTGEN
JOINT STOCK COMPANY

Актюбрентген
Акционерное
общество

030012, Ақтөбе қаласы, Сәңкібай Батыр даңғылы, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БСН 980540000654

030012, г. Актобе, проспект Санкибай Батыра, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БИН 980540000654

ЖАЛОБА

на действия (решение) конкурсной комиссии

Кому: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

От: АО «Актюбрентген»
БИН: 980540000654
Адрес: 030012, РК, г. Актобе, проспект Сканкибай батыра, 24/К
Телефон: +7 (7132) 921-230
E-mail: info@aktubroentgen.kz

Сведения о закупке

Номер объявления: 17405564-1
Наименование закупки: О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Номер лота: 87144123-ОК1

Наименование лота: Томограф
Заказчик: Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"
Организатор: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ

Настоящим АО «Актюбрентген» обжалует решение конкурсной комиссии, изложенное в протоколе итогов государственных закупок № 17405564-ОК1 от 18.08.2026 года, в части признания победителем ТОО «Нур-Торе» по лоту № 87144123-ОК1

С указанным решением конкурсной комиссии не согласны по следующим основаниям -

Согласно протоколу итогов, победителем закупа было определено ТОО «Нур-Торе» при наличии грубых технических несоответствий в ТХ поданной конкурсной заявки, а именно:

По данным Государственного реестра МИ РК register.ndda.kz, в эксплуатационных документах (Руководство по эксплуатации) Системы рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision (Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№019116) выявлены следующие несоответствия с заявленной конкурсной документацией:

1. В Руководстве по эксплуатации и в разделе «Краткая техническая характеристика» Государственного реестра МИ Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет расстояние от фокального пятна до изоцентра 540 мм, что несоответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указано Расстояние от фокального пятна до изоцентра **не менее 547 мм**.

2. Согласно Руководства по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision поддерживает диапазон кВ, от 80 кВ до 140 кВ, что несоответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указан диапазон **от 70 кВ до 140 кВ**.
3. В Руководстве по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет цифровой наклон (с помощью программного обеспечения): до ±50°, что не соответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указан Цифровой наклон **не более 45°**.
4. В Руководстве по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет размер фокусного пятна для малого фокуса 0,6x1,2 мм, для большого фокуса не менее 1,1x1,2мм., что не соответствует требованию ТХ организатора конкурса, в которых указаны Размеры фокусных пятен, мм: малый фокус **не менее 0,7x 0,8 мм**, большой фокус **не менее 1,2x1,4мм**.
5. В Руководстве по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет Матрицы реконструкций изображений 512×512 или 1024×1024, отсутствует требуемая согласно требований ТХ организаторов конкурса **матрица 768×768 пикселей.**
6. В Заявке ТОО «Нур- Торе» отсутствуют сведения о предоставлении сертификатов соответствия ISO 9001 и ISO 13485.
7. В Комплектности МИ РУ №РК-МТ-5№019116 на Системы рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision, отсутствуют следующие позиции: **Комплект ремней, держатели, тележки кожуха гентри, 3D-камера, Рабочая станция обработки изображений, источник бесперебойного питания для компьютерного томографа.**

Считаем, что решение конкурсной комиссии принято с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

На основании изложенного,

ПРОСИМ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
2. Признать решение конкурсной комиссии в части признания победителем ТОО «Нур-Торе» неправомерным.
3. Пересмотреть результаты рассмотрения заявки по лоту № 87144123-ОК1
4. Принять соответствующие меры по устранению выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.

Приложения:

1. Руководство по эксплуатации на Системы рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision;
2. Скриншот (снимок экрана) Государственного реестра РУ № РК-МТ-5№019116.

и.о. Исполнительного директора
АО «Актюбрентген» **Сапаргалиев А.С.**

Дата: 19.08.2026 г.

Ақтөберентген
Акционерлік
қоғамы

AKTUBROENTGEN
JOINT STOCK COMPANY

Актюбрентген
Акционерное
общество

030012, Ақтөбе қаласы, Сәнкібай Батыр даңғылы, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БСН 980540000654

030012, г. Актобе, проспект Санкибай Батыра, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БИН 980540000654

ЖАЛОБА

на действия (решение) конкурсной комиссии

Кому: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

От: АО «Актюбрентген»
БИН: 980540000654
Адрес: 030012, РК, г. Актобе, проспект Сканкибай батыра, 24/К
Телефон: +7 (7132) 921-230
E-mail: info@aktubroentgen.kz

Сведения о закупке

Номер объявления: 17405564-1
Наименование закупки: О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Номер лота: 83430092-ОК1

Наименование лота: Томограф
Заказчик: Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"
Организатор: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ

Настоящим АО «Актюбрентген» обжалует решение конкурсной комиссии, изложенное в протоколе итогов государственных закупок № 17405564-ОК1 от 18.08.2026 года, в части признания победителем ТОО «Нур-Торе» по лоту № 83430092-ОК1

С указанным решением конкурсной комиссии не согласны по следующим основаниям -

Согласно протоколу итогов, победителем закупа было определено ТОО «Нур-Торе» при наличии грубых технических несоответствий в ТХ поданной конкурсной заявки, а именно:

По данным Государственного реестра МИ РК register.ndda.kz, в эксплуатационных документах (Руководство по эксплуатации) Системы рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision (Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№019116) выявлены следующие несоответствия с заявленной конкурсной документацией:

1. В Руководстве по эксплуатации и в разделе «Краткая техническая характеристика» Государственного реестра МИ Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет расстояние от фокального пятна до изоцентра 540 мм, что несоответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указано Расстояние от фокального пятна до изоцентра **не менее 547 мм**.

2. Согласно Руководства по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision поддерживает диапазон кВ, от 80 кВ до 140 кВ, что несоответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указан диапазон **от 70 кВ до 140 кВ**.
3. В Руководстве по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет цифровой наклон (с помощью программного обеспечения): до ±50°, что не соответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указан Цифровой наклон **не более 45°**.
4. В Руководстве по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет размер фокусного пятна для малого фокуса 0,6x1,2 мм, для большого фокуса не менее 1,1x1,2мм., что не соответствует требованию ТХ организатора конкурса, в которых указаны Размеры фокусных пятен, мм: малый фокус **не менее 0,7x 0,8 мм**, большой фокус **не менее 1,2x1,4мм**.
5. В Руководстве по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет Матрицы реконструкций изображений 512×512 или 1024×1024, отсутствует требуемая согласно требований ТХ организаторов конкурса **матрица 768×768 пикселей.**
6. В Заявке ТОО «Нур- Торе» отсутствуют сведения о предоставлении сертификатов соответствия ISO 9001 и ISO 13485.
7. В Комплектности МИ РУ №РК-МТ-5№019116 на Системы рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision, отсутствуют следующие позиции: **Комплект ремней, держатели, тележки кожуха гентри, 3D-камера, Рабочая станция обработки изображений, источник бесперебойного питания для компьютерного томографа.**

Считаем, что решение конкурсной комиссии принято с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

На основании изложенного,

ПРОСИМ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
2. Признать решение конкурсной комиссии в части признания победителем ТОО «Нур-Торе» неправомерным.
3. Пересмотреть результаты рассмотрения заявки по лоту №83430092-ОК1
4. Принять соответствующие меры по устранению выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.

Приложения:

1. Руководство по эксплуатации на Системы рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision;
2. Скриншот (снимок экрана) Государственного реестра РУ № РК-МТ-5№019116.

и.о. Исполнительного директора
АО «Актюбрентген» **Сапаргалиев А.С.**

Дата: 19.08.2026 г.

Ақтөберентген
Акционерлік
қоғамы

AKTUBROENTGEN
JOINT STOCK COMPANY

Актюбрентген
Акционерное
общество

030012, Ақтөбе қаласы, Сәңкібай Батыр даңғылы, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БСН 980540000654

030012, г. Актобе, проспект Санкибай Батыра, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БИН 980540000654

ЖАЛОБА

на действия (решение) конкурсной комиссии

Кому: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

От: АО «Актюбрентген»
БИН: 980540000654
Адрес: 030012, РК, г. Актобе, проспект Сканкибай батыра, 24/К
Телефон: +7 (7132) 921-230
E-mail: info@aktubroentgen.kz

Сведения о закупке

Номер объявления: 17405564-1
Наименование закупки: О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Номер лота: 87144096-ОК1

Наименование лота: Томограф
Заказчик: Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"
Организатор: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ

Настоящим АО «Актюбрентген» обжалует решение конкурсной комиссии, изложенное в протоколе итогов государственных закупок № 17405564-ОК1 от 18.08.2026 года, в части признания победителем ТОО «Нур-Торе» по лоту № 87144096-ОК1

С указанным решением конкурсной комиссии не согласны по следующим основаниям -

Согласно протоколу итогов, победителем закупа было определено ТОО «Нур-Торе» при наличии грубых технических несоответствий в ТХ поданной конкурсной заявки, а именно:

По данным Государственного реестра МИ РК register.ndda.kz, в эксплуатационных документах (Руководство по эксплуатации) Системы рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision (Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№019116) выявлены следующие несоответствия с заявленной конкурсной документацией:

1. В Руководстве по эксплуатации и в разделе «Краткая техническая характеристика» Государственного реестра МИ Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет расстояние от фокального пятна до изоцентра 540 мм, что несоответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указано Расстояние от фокального пятна до изоцентра **не менее 547 мм**.

2. Согласно Руководства по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision поддерживает диапазон кВ, от 80 кВ до 140 кВ, что несоответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указан диапазон **от 70 кВ до 140 кВ**.
3. В Руководстве по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет цифровой наклон (с помощью программного обеспечения): до ±50°, что не соответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указан Цифровой наклон **не более 45°**.
4. В Руководстве по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет размер фокусного пятна для малого фокуса 0,6x1,2 мм, для большого фокуса не менее 1,1x1,2мм., что не соответствует требованию ТХ организатора конкурса, в которых указаны Размеры фокусных пятен, мм: малый фокус **не менее 0,7x 0,8 мм**, большой фокус **не менее 1,2x1,4мм**.
5. В Руководстве по эксплуатации Система рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision имеет Матрицы реконструкций изображений 512×512 или 1024×1024, отсутствует требуемая согласно требований ТХ организаторов конкурса **матрица 768×768 пикселей.**
6. В Заявке ТОО «Нур- Торе» отсутствуют сведения о предоставлении сертификатов соответствия ISO 9001 и ISO 13485.
7. В Комплектности МИ РУ №РК-МТ-5№019116 на Системы рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision, отсутствуют следующие позиции: **Комплект ремней, держатели, тележки кожуха гентри, 3D-камера, Рабочая станция обработки изображений, источник бесперебойного питания для компьютерного томографа.**

Считаем, что решение конкурсной комиссии принято с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

На основании изложенного,

ПРОСИМ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
2. Признать решение конкурсной комиссии в части признания победителем ТОО «Нур-Торе» неправомерным.
3. Пересмотреть результаты рассмотрения заявки по лоту № 87144096-ОК1
4. Принять соответствующие меры по устранению выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.

Приложения:

1. Руководство по эксплуатации на Системы рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision;
2. Скриншот (снимок экрана) Государственного реестра РУ № РК-МТ-5№019116.

и.о. Исполнительного директора
АО «Актюбрентген» **Сапаргалиев А.С.**

Дата: 19.08.2026 г.

Реестр | Реестр | Спросить Gemini

oldregister.ndda.kz/#/reestr

Расширенный фильтр

Дата регистрации	10.06.2024	Срок регистрации	0
Дата истечения	бессрочно	Срок (а)	5 лет
Рег.номер каз	ҚР-МТ-5№019116	Класс безопасности	Класс 2 б – с повышенной степенью риска

● № РК-МТ-5 №019116

Эксплуатационный документ

Область применения

Компьютерная томография

Торговое название

Системы рентгеновской компьютерной томографии ANATOM 64 Clarity и ANATOM 64 Precision

Торговое название каз

ANATOM 64 Clarity және ANATOM 64 Precision рентгендік компьютерлік томография жүйелері

(

Оборудование может применяться для получения рентгеновского снимка компьютерной томографии головы, всего тела, сердца и кровеносных сосудов у пациентов любого возраста.

Краткая техническая характеристика

Габариты портала (длина ширина высота) 2313 мм 1144 мм 1956 мм
Вес портала 2120 кг
Минимальное открытие пациента 700 мм
Расстояние между фокусным пятном и изоцентром 540 мм
Индикатор положения поперечный, сагиттальный
Согласованность между центром положения светового поля и центром самого узкого томографического разреза 2 мм
Наклон портала ±30°, с увеличением в 0.5°
Индикаторы плоскости сканирования поперечный (внутренний и внешний)
коронарный сагиттальный
Петлеобразный фильтр голова, тело и педиатрия, выбираемые по протоколу

Краткая техническая характеристика каз