Ақтөберентген
Акционерлік
қоғамы

AKTUBROENTGEN
JOINT STOCK COMPANY

Актюбрентген
Акционерное
общество

030012, Ақтөбе қаласы, Сәңкібай Батыр даңғылы, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БСН 980540000654

030012, г. Актобе, проспект Санкибай Батыра, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БИН 980540000654

ЖАЛОБА

на действия (решение) конкурсной комиссии

Кому: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

От: АО «Актюбрентген»
БИН: 980540000654
Адрес: 030012, РК, г. Актобе, проспект Сканкибай батыра, 24/К
Телефон: +7 (7132) 921-230
E-mail: info@aktubroentgen.kz

Сведения о закупке

Номер объявления: 17405564-1
Наименование закупки: О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Номер лота: 87144123-ОК1

Наименование лота: Томограф
Заказчик: Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"
Организатор: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ

Настоящим АО «Актюбрентген» обжалует решение конкурсной комиссии, изложенное в протоколе итогов государственных закупок № 17405564-ОК1 от 18.08.2026 года, в части допуска заявки на участие в конкурсе ТОО "Meridian Systems" по лоту № 87144123-ОК1

С указанным решением конкурсной комиссии не согласны по следующим основаниям -

Согласно протоколу итогов, вторым победителем закупа было определено ТОО «Meridian Systems» при наличии грубых технических несоответствий в ТХ поданной конкурсной заявки, а именно:

По данным Государственного реестра МИ РК register.ndda.kz, в эксплуатационных документах (Руководство системного оператора) и по комплектности МИ на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528 (Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№020851) выявлены следующие несоответствия с заявленной конкурсной документацией:

1. В Руководстве системного оператора на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528 имеет диапазон вертикального перемещения стола 600–950 мм от пола, что несоответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указан диапазон вертикального перемещения стола **от 510 мм до 885 мм**.

2. В Комплектности МИ РУ № РК-МТ-5№020851 на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528, отсутствуют следующие позиции:

   «Комплект предохранителей и кабелей»; «Монтажный комплект, включающий метизы и приспособления для монтажа и пусконаладочных работ»; «Соединитель тележки»; «Тележка для гентри»; «Тележка для стола»; «Сетевой фильтр»; «Устройство защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания»; «тележка кожуха гентри»; «3D-камера, предназначенная для наблюдения за объектом исследования и его позиционирования».

3. Согласно ТХ Заказчика необходимо наличие «Рабочая станция обработки изображений — не менее 1 шт., предназначенная для просмотра, постобработки и анализа медицинских изображений». В Комплектности МИ РУ № РК-МТ-5№020851 имеются консоль, монитор, блок управления, главный шкаф, клавиатура и мышь, однако отдельная рабочая станция обработки изображений не идентифицирована.
   В связи с этим считаем, что наличие отдельной рабочей станции не подтверждено.
4. Согласно ТХ Заказчика необходимо наличие «Рабочий стол — не менее 2 шт. для размещения АРМ оператора и рабочей станции обработки изображений». В Комплектности МИ РУ № РК-МТ-5№020851 имеется позиция «Консольный стол», однако количество двух рабочих столов и наличие второго самостоятельного стола документально не подтверждены.

Считаем, что решение конкурсной комиссии принято с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

На основании изложенного,

ПРОСИМ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
2. Признать решение конкурсной комиссии в части признания вторым победителем ТОО «Meridian Systems» с допуском заявки на участие в конкурсе неправомерным.
3. Пересмотреть результаты рассмотрения заявки по лоту №87144123-ОК1
4. Принять соответствующие меры по устранению выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.

Приложения:

1. Руководство системного оператора на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528;

и.о. Исполнительного директора
АО «Актюбрентген» **Сапаргалиев А. С.**

Дата: 19.08.2026 г.

Ақтөберентген
Акционерлік
қоғамы

AKTUBROENTGEN
JOINT STOCK COMPANY

Актюбрентген
Акционерное
общество

030012, Ақтөбе қаласы, Сәңкібай Батыр даңғылы, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БСН 980540000654

030012, г. Актобе, проспект Санкибай Батыра, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БИН 980540000654

ЖАЛОБА

на действия (решение) конкурсной комиссии

Кому: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

От: АО «Актюбрентген»
БИН: 980540000654
Адрес: 030012, РК, г. Актобе, проспект Сканкибай батыра, 24/К
Телефон: +7 (7132) 921-230
E-mail: info@aktubroentgen.kz

Сведения о закупке

Номер объявления: 17405564-1
Наименование закупки: О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Номер лота: 87144096-ОК1.

Наименование лота: Томограф
Заказчик: Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"
Организатор: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ

Настоящим АО «Актюбрентген» обжалует решение конкурсной комиссии, изложенное в протоколе итогов государственных закупок № 17405564-ОК1 от 18.08.2026 года, в части допуска заявки на участие в конкурсе ТОО "Meridian Systems" по лоту № 87144096-ОК1.

С указанным решением конкурсной комиссии не согласны по следующим основаниям -

Согласно протоколу итогов, вторым победителем закупа было определено ТОО «Meridian Systems» при наличии грубых технических несоответствий в ТХ поданной конкурсной заявки, а именно:

По данным Государственного реестра МИ РК register.ndda.kz, в эксплуатационных документах (Руководство системного оператора) и по комплектности МИ на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528 (Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№020851) выявлены следующие несоответствия с заявленной конкурсной документацией:

1. В Руководстве системного оператора на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528 имеет диапазон вертикального перемещения стола 600–950 мм от пола, что несоответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указан диапазон вертикального перемещения стола **от 510 мм до 885 мм**.

2. В Комплектности МИ РУ № РК-МТ-5№020851 на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528, отсутствуют следующие позиции:

   «Комплект предохранителей и кабелей»; «Монтажный комплект, включающий метизы и приспособления для монтажа и пусконаладочных работ»; «Соединитель тележки»; «Тележка для гентри»; «Тележка для стола»; «Сетевой фильтр»; «Устройство защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания»; «тележка кожуха гентри»; «3D-камера, предназначенная для наблюдения за объектом исследования и его позиционирования».

3. Согласно ТХ Заказчика необходимо наличие «Рабочая станция обработки изображений — не менее 1 шт., предназначенная для просмотра, постобработки и анализа медицинских изображений». В Комплектности МИ РУ № РК-МТ-5№020851 имеются консоль, монитор, блок управления, главный шкаф, клавиатура и мышь, однако отдельная рабочая станция обработки изображений не идентифицирована.
   В связи с этим считаем, что наличие отдельной рабочей станции не подтверждено.
4. Согласно ТХ Заказчика необходимо наличие «Рабочий стол — не менее 2 шт. для размещения АРМ оператора и рабочей станции обработки изображений». В Комплектности МИ РУ № РК-МТ-5№020851 имеется позиция «Консольный стол», однако количество двух рабочих столов и наличие второго самостоятельного стола документально не подтверждены.

Считаем, что решение конкурсной комиссии принято с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

На основании изложенного,

ПРОСИМ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
2. Признать решение конкурсной комиссии в части признания вторым победителем ТОО «Meridian Systems» с допуском заявки на участие в конкурсе неправомерным.
3. Пересмотреть результаты рассмотрения заявки по лоту №87144096-ОК1.
4. Принять соответствующие меры по устранению выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.

Приложения:

1. Руководство системного оператора на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528;

и.о. Исполнительного директора
АО «Актюбрентген» **Сапаргалиев А. С.**

Дата: 19.08.2026 г.

Ақтөберентген
Акционерлік
қоғамы

AKTUBROENTGEN
JOINT STOCK COMPANY

Актюбрентген
Акционерное
общество

030012, Ақтөбе қаласы, Сәңкібай Батыр даңғылы, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БСН 980540000654

030012, г. Актобе, проспект Санкибай Батыра, 24/К
тел/факс: 8 (7132) 921-230, e-mail: info@aktubroentgen.kz
www.aktubroentgen.kz, БИН 980540000654

ЖАЛОБА

на действия (решение) конкурсной комиссии

Кому: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

От: АО «Актюбрентген»
БИН: 980540000654
Адрес: 030012, РК, г. Актобе, проспект Сканкибай батыра, 24/К
Телефон: +7 (7132) 921-230
E-mail: info@aktubroentgen.kz

Сведения о закупке

Номер объявления: 17405564-1
Наименование закупки: О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Номер лота: 83430092-ОК1

Наименование лота: Томограф
Заказчик: Республиканское государственное казенное предприятие "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан"
Организатор: 971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

СОДЕРЖАНИЕ ЖАЛОБЫ

Настоящим АО «Актюбрентген» обжалует решение конкурсной комиссии, изложенное в протоколе итогов государственных закупок № 17405564-ОК1 от 18.08.2026 года, в части допуска заявки на участие в конкурсе ТОО "Meridian Systems" по лоту № 83430092-ОК1

С указанным решением конкурсной комиссии не согласны по следующим основаниям -

Согласно протоколу итогов, вторым победителем закупа было определено ТОО «Meridian Systems» при наличии грубых технических несоответствий в ТХ поданной конкурсной заявки, а именно:

По данным Государственного реестра МИ РК register.ndda.kz, в эксплуатационных документах (Руководство системного оператора) и по комплектности МИ на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528 (Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№020851) выявлены следующие несоответствия с заявленной конкурсной документацией:

1. В Руководстве системного оператора на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528 имеет диапазон вертикального перемещения стола 600–950 мм от пола, что несоответствует требованиям ТХ организатора конкурса, в которых указан диапазон вертикального перемещения стола **от 510 мм до 885 мм**.

2. В Комплектности МИ РУ № РК-МТ-5№020851 на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528, отсутствуют следующие позиции:

   «Комплект предохранителей и кабелей»; «Монтажный комплект, включающий метизы и приспособления для монтажа и пусконаладочных работ»; «Соединитель тележки»; «Тележка для гентри»; «Тележка для стола»; «Сетевой фильтр»; «Устройство защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания»; «тележка кожуха гентри»; «3D-камера, предназначенная для наблюдения за объектом исследования и его позиционирования».

3. Согласно ТХ Заказчика необходимо наличие «Рабочая станция обработки изображений — не менее 1 шт., предназначенная для просмотра, постобработки и анализа медицинских изображений». В Комплектности МИ РУ № РК-МТ-5№020851 имеются консоль, монитор, блок управления, главный шкаф, клавиатура и мышь, однако отдельная рабочая станция обработки изображений не идентифицирована.
   В связи с этим считаем, что наличие отдельной рабочей станции не подтверждено.
4. Согласно ТХ Заказчика необходимо наличие «Рабочий стол — не менее 2 шт. для размещения АРМ оператора и рабочей станции обработки изображений». В Комплектности МИ РУ № РК-МТ-5№020851 имеется позиция «Консольный стол», однако количество двух рабочих столов и наличие второго самостоятельного стола документально не подтверждены.

Считаем, что решение конкурсной комиссии принято с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

На основании изложенного,

ПРОСИМ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
2. Признать решение конкурсной комиссии в части признания вторым победителем ТОО «Meridian Systems» с допуском заявки на участие в конкурсе неправомерным.
3. Пересмотреть результаты рассмотрения заявки по лоту №83430092-ОК1
4. Принять соответствующие меры по устранению выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.

Приложения:

1. Руководство системного оператора на Компьютерный Томограф uCT, варианты исполнения: uCT 520, uCT 528;

и.о. Исполнительного директора
АО «Актюбрентген» **Сапаргалиев А. С.**

Дата: 19.08.2026 г.