LET
LABECOTECHNOLOGY INC.

ТОО LabEco Technology 050019, Казахстан, г. Алматы,
Чаплина 71, БЦ Станица, 3-этаж, офис B06
+7 (727) 329 1 329, +7 (708) 329 1 329
labeco.kz

Обжалование выявленных несоответствий

Считаем решение об отклонении заявки ТОО «LabEco Technology» необоснованным, поскольку указанные основания не свидетельствуют о несоответствии предлагаемого оборудования требованиям конкурсной документации.

1. По замечанию относительно микроцентрифуги

В качестве первого основания отклонения указано, что в технической спецификации ТОО «LabEco Technology» предложена:
«Высокоскоростная настольная рефрижераторная микроцентрифуга DLAB серии D15 с максимальной скоростью вращения до 15 000 об/мин»,
тогда как технической спецификацией Заказчика предусмотрена:
«высокоскоростная настольная рефрижераторная центрифуга».

Считаем данный вывод необоснованным. Само наличие в наименовании предлагаемого оборудования уточняющего термина «микроцентрифуга» не может являться достаточным основанием для признания оборудования несоответствующим требованиям конкурсной документации. Соответствие должно определяться исходя из фактических технических и функциональных характеристик предлагаемого оборудования и требований Заказчика, а не исключительно из буквального различия в его наименовании.

В части основания отклонения заявки Потенциального поставщика, связанного с предложенной центрифугой, считаем решение конкурсной комиссии необоснованным и не соответствующим фактически установленным требованиям технической спецификации по следующим основаниям.

1.1. Предложенное оборудование соответствует непосредственно установленным требованиям технической спецификации

Согласно технической спецификации Заказчиком установлено следующее требование:
«Высокоскоростная настольная рефрижераторная центрифуга – не менее 1 шт.»
В технической спецификации Потенциального поставщика указано:
«Высокоскоростная настольная рефрижераторная микроцентрифуга DLAB серии D15 с максимальной скоростью вращения до 15 000 об/мин».

Таким образом, предложенное оборудование обладает всеми признаками, непосредственно установленными Заказчиком:

- является центрифугой;
- является высокоскоростной;
- имеет настольное исполнение;
- является рефрижераторной.

Следовательно, непосредственно установленное технической спецификацией требование к данному оборудованию выполнено в полном объеме.

1.2. Термин «микроцентрифуга» является уточнением разновидности центрифуги, а не обозначением иного оборудования

В обосновании отклонения заявки конкурсной комиссией указано:

«...согласно требованиям КД Заказчика указано: “высокоскоростная настольная рефрижераторная центрифуга”, то есть Заказчиком не указано, что центрифуга должна быть микро».

Считаем данный вывод технически необоснованным.

Лабораторные центрифуги подразделяются на различные виды и категории в зависимости от конструктивного исполнения, скорости вращения, вместимости, назначения, температурного режима и других характеристик.

В частности, существуют микроцентрифуги, центрифуги общего назначения, высокоскоростные центрифуги, ультрацентрифуги, настольные и напольные центрифуги, а также рефрижераторные и нерефрижераторные исполнения.

При этом указанные классификационные признаки не являются взаимоисключающими и могут одновременно характеризовать один прибор. Микроцентрифуга может одновременно являться **центрифугой, высокоскоростной, настольной и рефрижераторной**.
Следовательно, термин **«микроцентрифуга»** не означает, что предложенное оборудование перестает относиться к категории центрифуг. Данный термин лишь дополнительно конкретизирует разновидность и область применения предлагаемого оборудования.

Само по себе отсутствие в формулировке Заказчика слова «микро» не является запретом на предложение соответствующей разновидности центрифуги.

1.3. Заказчиком не установлены ограничения, исключающие возможность предложения микроцентрифуги

Особо обращаем внимание, что технической спецификацией Заказчика не установлено требование о том, что предлагаемая центрифуга:

- должна относиться исключительно к центрифугам общего назначения;
- должна работать с пробирками определенного объема;
- должна иметь определенную минимальную вместимость ротора;
- должна иметь определенное количество мест;
- должна иметь определенный тип ротора;
- должна обеспечивать центрифугирование определенного минимального объема образца;
- не должна относиться к категории микроцентрифуг.

Таким образом, техническая спецификация не содержит параметров либо ограничений, из которых следовало бы, что предложение микроцентрифуги не допускается.

Если для Заказчика имело принципиальное значение использование центрифуги определенной вместимости, применение пробирок конкретного объема либо исключение микроцентрифуг, соответствующие требования могли быть установлены посредством указания минимального объема пробирок, вместимости ротора, количества мест, типа ротора или иных объективных технических параметров.

Такие требования в технической спецификации отсутствуют.

Более того, само указание в технической спецификации на исследование крови, мочи, слюны, волос и иных биологических материалов также не устанавливает конкретного объема центрифугируемых образцов и не свидетельствует о необходимости применения центрифуги для пробирок большого объема.

Следовательно, из требований конкурсной документации невозможно объективно вывести ни требование о необходимости применения центрифуги большей вместимости, ни запрет на использование микроцентрифуги.

1.4. Заказчиком предусмотрена возможность подбора вспомогательного оборудования с учетом предлагаемой основной аналитической системы

При оценке данного вопроса необходимо учитывать назначение центрифуги в составе всего закупаемого комплекса и принцип построения технической спецификации.

Основным аналитическим оборудованием является высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометрическим детектором (ВЭЖХ-МС), предназначенный для химико-токсикологического исследования биологических материалов, включая кровь, мочу, слюну, волосы и другие образцы, а также для определения наркотических средств, психотропных, лекарственных и новых психоактивных веществ.

Именно в отношении основной аналитической системы Заказчиком определены ее назначение, аналитические задачи и технические характеристики, необходимые для выполнения предусмотренных исследований.

Центрифуга, в свою очередь, включена в состав **вспомогательного оборудования для пробоподготовки** наряду с вихревой мешалкой, ротатором для экстракции, комплектом дозаторов, вакуумным коллектором, системой водоочистки, автоматическим концентратором с обдувом азотом и другим сопутствующим оборудованием.

Таким образом, центрифуга не является основным аналитическим прибором закупаемого комплекса и непосредственно не осуществляет хроматографическое или масс-спектрометрическое определение исследуемых веществ. Ее функциональное назначение заключается в обеспечении соответствующего этапа пробоподготовки перед последующим анализом методом ВЭЖХ-МС/МС.

При этом именно в отношении данного вспомогательного оборудования Заказчиком не установлены детальные требования к конкретному конструктивному исполнению центрифуги: объему пробирок, вместимости и типу ротора, количеству мест и объему одновременно обрабатываемых образцов.

Это предоставляет потенциальному поставщику возможность подобрать конкретную модель и исполнение вспомогательного оборудования при условии соблюдения прямо установленных Заказчиком требований и обеспечения полноценной совместной работы предлагаемого аналитического комплекса.

Такой подход является технически обоснованным.

Потенциальный поставщик, предлагающий основную аналитическую систему, располагает информацией о конфигурации предлагаемого оборудования, особенностях его эксплуатации, применяемой пробоподготовке и совместимости отдельных элементов комплекса. Соответственно, вспомогательное оборудование подбирается таким образом, чтобы **совместно с основной системой обеспечивать решение поставленных Заказчиком аналитических задач**.

Именно в рамках такого технического подбора ТОО «LabEco Technology» предложило высокоскоростную настольную рефрижераторную микроцентрифугу DLAB серии D15, предназначенную для лабораторной пробоподготовки и соответствующую всем непосредственно установленным Заказчиком требованиям к данной позиции.

Применение микроцентрифуги также соответствует характеру предусмотренной пробоподготовки биологических образцов. При подготовке образцов для последующего анализа методом ВЭЖХ-МС/МС центрифугирование может применяться для разделения фаз, осаждения взвешенных частиц и компонентов матрицы, отделения осадка от жидкой фазы и получения супернатанта для последующих стадий пробоподготовки и инструментального анализа.

Следовательно, дополнительное обозначение **«микро»** не изменяет функционального назначения предлагаемого оборудования и не препятствует его использованию для выполнения задач, предусмотренных технической спецификацией.

1.5. При отклонении заявки фактически применено дополнительное требование, отсутствующее в конкурсной документации

Особое внимание обращаем на саму формулировку основания отклонения:
«Заказчиком не указано что центрифуга должна быть микро».
Однако отсутствие такого уточнения означает не запрет микроцентрифуги, а то, что **Заказчиком не была установлена конкретная разновидность центрифуги**.

Иными словами, конкурсной документацией установлено общее требование — высокоскоростная настольная рефрижераторная центрифуга, — которому предложенное оборудование соответствует.

При этом причиной отклонения фактически стало наличие у предлагаемого оборудования **дополнительной классифицирующей характеристики «микро»**, запрет или ограничение которой конкурсной документацией не предусмотрены.

Такой подход фактически приводит к появлению дополнительного условия:
«высокоскоростная настольная рефрижераторная центрифуга, не являющаяся микроцентрифугой».

Однако подобного требования в конкурсной документации не установлено.

После подачи заявок отсутствие в КД более узкого требования к вспомогательному оборудованию не может толковаться против потенциального поставщика и фактически превращаться в новое ограничение, которое изначально не было предусмотрено технической спецификацией.

Если Заказчику требовалась центрифуга определенного типа, вместимости или для пробирок конкретного объема, такие характеристики должны были быть прямо установлены в технической спецификации и доведены до всех потенциальных поставщиков в качестве обязательных требований.

1.6. В основании отклонения не указано конкретное техническое требование, которому не соответствует предложенная центрифуга

Принципиальным обстоятельством является также то, что в обосновании отклонения **не указано ни одного конкретного установленного технической спецификацией параметра**, которому не соответствует предложенная DLAB серии D15.
Не установлено, что предложенное оборудование:

- не является центрифугой;
- не является высокоскоростным;
- не является настольным;
- не является рефрижераторным;
- не обеспечивает установленную Заказчиком вместимость;
- не обеспечивает установленный Заказчиком объем пробирок;
- не выполняет какую-либо конкретную функцию, предусмотренную технической спецификацией.

Напротив, предлагаемое оборудование обладает всеми четырьмя непосредственно установленными Заказчиком признаками.
Следовательно, основанием отклонения является не отсутствие у предлагаемого оборудования обязательной технической характеристики, а исключительно наличие дополнительного

уточняющего обозначения **«микро»**, которое технической спецификацией не запрещено и не ограничено.

1.7. Вывод

Предложенная ТОО «LabEco Technology» высокоскоростная настольная рефрижераторная микроцентрифуга DLAB серии D15 соответствует всем непосредственно установленным Заказчиком характеристикам данной позиции: является **центрифугой, высокоскоростной, имеет настольное исполнение и является рефрижераторной**.

Термин **«микро»** представляет собой дополнительную классификационную характеристику предлагаемого оборудования и не отменяет ни одного из установленных Заказчиком требований.

Кроме того, центрифуга является вспомогательным оборудованием для пробоподготовки, тогда как основные аналитические задачи определены Заказчиком применительно к ВЭЖХ-МС системе. При отсутствии в технической спецификации более узких требований к типу, вместимости, ротору и объему пробирок потенциальный поставщик вправе подобрать технически применимое вспомогательное оборудование, обеспечивающее совместную работу комплекса и выполнение поставленных аналитических задач.

При этом конкурсной документацией не установлены требования к объему центрифужных пробирок, вместимости и типу ротора, количеству мест либо иные параметры, исключающие возможность предложения микроцентрифуги.

Таким образом, вывод о несоответствии предложенной центрифуги на основании того, что **«Заказчиком не указано что центрифуга должна быть микро»**, основан не на невыполнении ТОО «LabEco Technology» конкретного требования технической спецификации, а фактически на дополнительном ограничении, отсутствующем в конкурсной документации.

На основании изложенного **просим признать указанное основание отклонения заявки ТОО «LabEco Technology» необоснованным и пересмотреть решение конкурсной комиссии в данной части.**

2. По замечанию относительно страны происхождения и местонахождения завода-изготовителя

Вторым основанием отклонения указано, что в разделе «Страна происхождения» ТОО «LabEco Technology» указаны **Соединенные Штаты Америки**, тогда как в разделе «Завод-изготовитель» указано местонахождение производственной площадки в **Сингапуре**, в связи с чем сделан вывод о предоставлении разных данных, якобы не позволяющих точно определить страну происхождения товара.

С данным выводом категорически не согласны.

Страна происхождения товара и местонахождение завода-изготовителя (производственной площадки) не являются тождественными понятиями и не обязаны территориально совпадать. В международной производственной практике оборудование одного производителя может производиться, собираться, тестироваться либо проходить отдельные производственные операции на площадках, расположенных в других государствах, при сохранении установленной страны происхождения товара.

Следовательно, указание в нашей технической спецификации страны происхождения **США** и местонахождения завода-изготовителя в **Сингапуре** не является противоречием и не свидетельствует о предоставлении недостоверных либо взаимоисключающих сведений.

Более того, в целях исключения каких-либо сомнений нами был направлен соответствующий запрос непосредственно производителю оборудования.

В ответ производитель официально подтвердил, что для предлагаемого оборудования **страной происхождения являются Соединенные Штаты Америки, при этом соответствующая производственная площадка находится в Сингапуре**. Таким образом, сведения, указанные ТОО «LabEco Technology» в технической спецификации, являются корректными и подтверждаются непосредственно производителем.

К настоящему обжалованию прилагается соответствующее **официальное письмо производителя**, подтверждающее указанные обстоятельства.

Таким образом, вывод о том, что указание США в качестве страны происхождения и Сингапура в качестве местонахождения завода-изготовителя не позволяет определить страну происхождения товара, является ошибочным и не может служить основанием для признания технической спецификации несоответствующей требованиям конкурсной документации.

Просим

Учитывая изложенное, считаем, что оба основания, послужившие причиной отклонения заявки ТОО «LabEco Technology», не подтверждают фактического несоответствия предлагаемого оборудования требованиям конкурсной документации.

В связи с этим **просим пересмотреть результаты конкурса в части отклонения заявки ТОО «LabEco Technology», признать указанные основания отклонения необоснованными и провести повторное рассмотрение нашей заявки с учетом приведенных доводов и приложенных подтверждающих документов.**

Генеральный директор ТОО «LabEco Technology», Ермахан А.А.

М.П.