ИП Хамзин Д.Ж.

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Айтеке би, д. 16, офис 27

Исх. № 123 - 1
от 21.08.2026 г.

Кому: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

по конкурсу № 17405746-1
«О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан»,

по лотам № 83405561-ОК1 и № 83405022-ОК

от ИП Хамзин Д.Ж.
ИИН: 870512350575
Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Айтеке би, д. 16, офис 27
тел: +7 701 897 1274

Дополнительные замечания к конкурсной заявке
ТОО «LabEco Technology»

В дополнение к ответу **на жалобу ТОО «LabEco Technology»** сообщаем, что:

1. В технической спецификации Потенциального поставщика указаны: "Максимальная вместимость термостата 4 колонки, максимальная длина колонки 300 мм с возможностью установки активного преднагревателя, пассивного преднагревателя и защитной калонки.". Однако, согласно требованиям Заказчика, требуется: "Вместимость: не менее 3 колонки длиной не короче 300 мм с установленным преднагревателем и защитной колонкой.", **то есть Заказчиком указано, что преднагреватель и защитная колонка должны быть сразу установлены**.

Таким образом, требования Заказчика предусматривают не просто наличие возможности установки соответствующих элементов, а их **наличие в составе предлагаемого оборудования и установку на момент поставки**.

Формулировка Потенциального поставщика **«с возможностью установки»** не является равнозначной требованию Заказчика **«с установленным преднагревателем и защитной колонкой»**. **Возможность последующей установки дополнительного оборудования не подтверждает факт его наличия в заявленной комплектации.**

ИП Хамзин Д.Ж.

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Айтеке би, д. 16, офис 27

Следовательно, представленное Потенциальным поставщиком описание не подтверждает соответствие предлагаемого оборудования установленному Заказчиком требованию в части комплектации и, соответственно, не может рассматриваться как надлежащее подтверждение соответствия технической спецификации.

2. Кроме того, в технической спецификации Потенциального поставщика имеются формулировки, содержащие неточное указание технических характеристик предлагаемого оборудования:

В технической спецификации потенциального поставщика указаны неточные характеристики товара, а именно слово "ДО":

"Биосовместимость материалов «автосамплера», рабочий диапазон pH нижняя граница1 и верхняя граница 13, допустимая концентрация растворов подвижной фазы до 1 моль/л.";

"Высокоскоростная настольная рефрижераторная микроцентрифуга DLAB серии D15 с максимальной скоростью вращения до 15 000 об/мин".

В технической спецификации потенциального поставщика указаны неточные характеристики товара, а именно слово "и т.д.": ".... (кровь, моча, слюна, волосы и т.д.)".

При оценке соответствия техническому заданию должны учитываться именно конкретные технические характеристики предлагаемого оборудования, подтвержденные официальной технической документацией производителя, а не предположительные или допускающие различное толкование формулировки.

Таким образом, указанные обстоятельства дополнительно свидетельствуют о том, что техническая спецификация ТОО «LabEco Technology» не соответствует требованиям конкурсной документации.

Директор **Д. Хамзин**